

Wrocław, 9 sierpnia 2024 roku

Dział Zamówień Publicznych
Postępowanie numer: KA-CZL-DZP.261.2.90.2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania na dostawę automatycznego licznika komórek w próbach płynnych z jednostką sterującą dla Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zamawiający, przekazuje poniżej treść zapytania (zachowano oryginalną treść pytania), które wpłynęło do Zamawiającego i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia z menu (programowaniem i obsługą) w języku angielskim wraz z instrukcją obsługi w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę urządzenia z menu (programowaniem i obsługą) w języku angielskim wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wraz z urządzeniem kasetek, z których każda posiada 3 pola odczytowe w wariancie dla bakterii, z możliwością zamówienia w przyszłości kasetek w wariancie zarówno dla bakterii, jak i dla zarodników?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wraz z urządzeniem kasetek, z których każda posiada 3 pola odczytowe w wariancie dla bakterii, z możliwością zamówienia w przyszłości kasetek w wariancie zarówno dla bakterii, jak i dla zarodników.

Sporządziła: Renata Nazimek

Specjalista Działu Zamówień Publicznych