



Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 220 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu na dostawę **produktów do dializy otrzewnowej**, sygn., sprawy: **ZP-22-084UN**.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- Zamawiający w Zadaniu 2 w pozycjach: 1, 2, 3, 5 i 6 wymaga podania ceny za 1 litr płynu, uprzejmie informujemy, że Baxter Polska sp. z o.o. w poz: 1, 2, 3 posiada różne objętości opakowań/worków (1,5 l, 2 l i 2,5 l) z płynami do wskazanych terapii z jednakową ceną opakowania/worka. Wymagana przez Zamawiającego wycena za 1 litr bez określenia wymaganych ilości opakowań/worków w konkretnych objętościach może spowodować zaoferowanie najmniej korzystnej dla Zamawiającego ceny za 1 litr., ponieważ pozycje te zawierają różne opakowania systemowe oraz zbiorcze i podanie ceny uśrednionej za litr może spowodować zaoferowanie najmniej korzystnej dla Zamawiającego.

W związku z powyższym wnosimy o zmiany w zakresie Formularza cenowego w Zadaniu 2 w poz. 1, 2, 3, 5 i 6 wyceny za jednostkę miary 1 opakowanie/worko (o różnej objętości) i oraz wskazanie zamawianej ilości płynów w sztukach, nie w litrach.

Powyższe doprowadzi do realnego oszacowania kosztu prowadzenie terapii po stronie Wykonawcy, tym samym wskazania korzystnej dla Zamawiającego oferty cenowej.

Odp.: Zamawiający wymaga podania ceny za litr płynu z uwagi na to iż, wycena produktów leczniczych za litr płynu umożliwi Zamawiającemu zamawianie produktów leczniczych o określonym składzie i objętości zapewniając pacjentom personalizowaną terapię zgodnie ze schematem leczenia zaplanowanym przez Lekarza Prowadzącego
- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę cyklerów w ramach umowy dzierżawy, tworząc tym samym pozycję pozwalającą na wycenę miesięcznych kosztów 35 urządzeń na okres obowiązywania umowy?

Uzasadnienie: Zgodnie ze stawianym wymogiem opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są skalkulować koszty cyklerów w cenie dostarczanego asortymentu- jednorazówki oraz płynów. Dla możliwości prawidłowego ukształtowania cen jednostkowych, a jednocześnie możliwości zbadania przez samego Zamawiającego elementów wpływających wprost na wartość całego zadania uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na włączenie pozycji cyklerów jako osobnej pozycji Zadania 2 do wyceny oraz możliwości kalkulacji i przedstawienia kosztu wynikającego z dzierżawy.

Wyrażenie zgody na powyższe przyczyni się do ustalenia właściwych cen jednostkowych dla przedmiotowego postępowania. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**
- Czy ze względu na brak dostępności produktu Opitcap, Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 20 wyrazi zgodę na dopuszczenie zabezpieczenia linii pacjenta w postaci korka FlexiCap, który w połączeniu z korkiem MiniCap stanowi odpowiednik OptiCap?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania na okres trwania umowy z Portalu klinicznego zaprojektowanego w celu usprawnienia komunikacji między kliniką a domem poprzez modem internetowy z technologią 3G/4 G umożliwiając zdalne monitorowanie terapii pacjenta? **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**