



Znak: AE/ZP-27-91/24

Tarnów, 2024-10-10

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę mikrotomu.**

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

- Dotyczy poz.25 Załącznika Nr 5 do SWZ** – Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach 576 x 478 x 286 mm (dł. x szer. x wys.)
- Dotyczy poz.4 Załącznika Nr 5 do SWZ** – „2 panele sterowania urządzenia, jeden wbudowany w urządzenie, drugi zewnętrzny z wbudowanym wyświetlaczem nastawionych parametrów cięcia i trymowania”  
Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w dwa panele sterowania, jeden wbudowany w urządzenie oraz drugi zewnętrzny. Urządzenie posiadające jeden wyświetlacz wbudowany w centralnej części urządzenia na komfortowej wysokości.
- Dotyczy poz.5 Załącznika Nr 5 do SWZ** – „Wyświetlacz z informacjami o włączonej blokadzie koła zamachowego, włączonej retrakcji, wartości grubości cięcia lub trymowania, licznika cięć, graficznego wskaźnika położenia głowicy w dostępnym zakresie”  
Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w wyświetlacz z informacjami o wartości retrakcji, grubości cięcia/trymowania, licznika cięć, wartości pozostałej do końcowego położenia głowicy.
- Dotyczy poz.7 Załącznika Nr 5 do SWZ** – „Dwa sposoby blokowania koła zamachowego: za pomocą dźwigni u podstawy koła zamachowego, pozwalającej zatrzymać je w dowolnej pozycji oraz szybkiej blokady koła, która blokuje głowicę preparatu w jej najwyższym położeniu”  
Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w jeden sposób blokowania koła – dźwignia blokady umieszczona w ręczce koła napędowego dla wygody pracy. Możliwość blokady koła w dowolnym położeniu.
- Dotyczy poz.8 Załącznika Nr 5 do SWZ** – „Dodatkowe koło przesuwu z grubego głowicy zlokalizowane po przeciwnej stronie koła zamachowego z możliwością programowania szybkości przesuwu”  
Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w elektroniczny system przesuwu głowicy przy użyciu przycisków sterujących silnikiem krokowym bez koła przesuwu z grubego, które jest charakterystyczna dla mikrotomów manualnych.
- Dotyczy poz.14 Załącznika Nr 5 do SWZ** – „Tryb uśpienia wywoływany po 15 minutach przerwy w pracy, wybudzany dowolnym przyciskiem”  
Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia bez trybu uśpienia.
- Dotyczy poz.16 Załącznika Nr 5 do SWZ** – „Ustawianie wartości cięcia w krokach:  
- od 0,5 do 5  $\mu\text{m}$  co 0,5  $\mu\text{m}$ ;  
- od 5 do 20  $\mu\text{m}$  co 1  $\mu\text{m}$ ;  
- od 20 do 50  $\mu\text{m}$  co 5  $\mu\text{m}$ ;  
- od 50 do 100  $\mu\text{m}$  co 10  $\mu\text{m}$ .”  
Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o następujących skokach cięcia:  
- 0,5 do 2  $\mu\text{m}$  skok co 0,5  $\mu\text{m}$   
- 2 do 20  $\mu\text{m}$  skok co 1  $\mu\text{m}$   
- 20 do 50  $\mu\text{m}$  skok co 2  $\mu\text{m}$   
- 50 do 100  $\mu\text{m}$  skok co 5  $\mu\text{m}$

8. **Dotyczy poz.17 Załącznika Nr 5 do SWZ** – „Grubość trymowania regulowana w zakresie od 1µm do 600 µm”  
Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o grubości trymowania regulowanej w zakresie 0.5 do 750 µm
9. **Dotyczy poz.18 Załącznika Nr 5 do SWZ** - „Ustawianie wartości trymowania w krokach:  
- od 1 do 10 µm co 1 µm;  
- od 10 do 20 µm co 2 µm  
- od 20 do 50 µm co 5 µm;  
- od 50 do 100 µm co 10 µm;  
- od 100 do 600 µm co 50 µm”  
Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o poniższych skokach trymowania:  
-0.5 do 2 skok co 0.5 µm  
-2 do 20 skok co 1 µm  
-20 do 50 co 2 µm  
-50 do 150 co 5 µm  
-150 do 750 co 10 µm
10. **Dotyczy poz.21 Załącznika Nr 5 do SWZ** - „Szybkość przesuwu głowicy: 20 µm / jednorazowe naciśnięcie przycisku, 1000 µm/s w trybie ciągłym, do 2000 µm/s w trybie przyspieszonym”  
Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o możliwości przesuwu głowicy z następującymi szybkościami: 75 µm/s, 150 µm/s, 300 µm/s, 600 µm/s, 3000 µm/s
11. **Dotyczy poz.23 Załącznika Nr 5 do SWZ** - „Uchwyt do przenoszenia mikrotomu umieszczony z tyłu urządzenia”  
Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenie bez uchwyty do przenoszenia z tyłu urządzenia.
12. **Dotyczy poz.25 Załącznika Nr 5 do SWZ** - „Wymiary urządzenia max.: 580 x 430 x 290 mm (dł. x szer. x wys.)”  
Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o wymiarach: 520 x 600 x 325 mm (szerokość x głębokość x wysokość / mm)
13. **Dotyczy pkt 24.15 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu 24.15 projektu umowy – Specyfikacja Warunków Zamówienia w następujący sposób: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  
a) 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  
b) 4 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości
14. **Dotyczy pkt 24.15 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu 24.15 projektu umowy – Specyfikacja Warunków Zamówienia w taki sposób, aby wysokość kary umownej była naliczana na podstawie wartości netto, a nie brutto?
15. **Dotyczy pkt 24.15 a), b), c), d) SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Prosimy o modyfikację zapisów w pkt 24.15 ust. a), b), c), d), w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
16. **Dotyczy pkt 24 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy? Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.  
Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem

przynającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

17. **Dotyczy pkt 24.12 a) SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Dotyczy zapisów w umowie pkt 24.12 a. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu dającego Zamawiającemu możliwość skorzystania z prawa „żądania wymiany przez Wykonawcę urządzenia”, zawartego w pkt 24.12 a – tego typu zapis uprawnia Zamawiającego do żądania od wykonawcy dostarczenia nowego sprzętu zamiast naprawy usterki bądź wymiany wadliwej części. Żądanie dostarczenia nowego sprzętu jest żądaniem trudnym do spełnienia ze względu na brak ekonomicznego uzasadnienia, braku dostępności nowych urządzeń „od ręki”. Wykonawca proponuje możliwość dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego, co zminimalizuje przestoje w pracy i pozwoli na kontynuację pracy bez większych zakłóceń. To z pewnością może być korzystne zarówno dla zamawiającego jak i dla dostawcy.
18. **Dotyczy pkt 24.12 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę następującego zapisu w punkcie 24.12 z: „W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do:” na:  
„W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje po konsultacji z przedstawicielem autoryzowanego serwisu prawo do:” Wprowadzona zmian w zapisie pozwoli bowiem na podjęcie właściwej decyzji, co do zastosowanego rozwiązania w oparciu o fachowe doradztwo. Dodatkowo zagwarantuje racjonalne współdziałanie obu stron umowy, nienacechowane chęcią wzbogacenia się Zamawiającego poprzez korzystanie z najdroższego rozwiązania, które po konsultacji z autoryzowanym przedstawicielem serwisu może okazać się nieadekwatne do zaistniałej sytuacji rzeczywistej.
19. **Dotyczy pkt 24.23 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o usunięcie zapisu nr 24.23 z projektowanych postanowień umowy o treści: „Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar nie pokryje szkody, w szczególności strat wynikających z utraty dotacji lub jej części.” W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej – „KIO”) uznaje się, że zastrzeżenie kary umownej na wypadek utraty dofinansowania pozyskanego na realizację przedmiotu zamówienia, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy w istocie niewykonanie takie (np. niewykonanie w terminie) może wywołać bądź wywoła skutek w postaci utraty udzielonego dofinansowania (tak wyrok KIO z dnia 14 marca 2022 r., sygn. akt: KIO 500/22).”, o czym Zamawiający nie wspomina w swoim zapisie. Dodatkowo projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
20. **Dotyczy pkt 24 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:  
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą



**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:**

**Ad 1**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie urządzenia o wymiarach 576 x 478 x 286 mm (dł. x szer. x wys.)

**Ad 2**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad 3**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad 4**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad 5**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad 6**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad 7**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad 8**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie urządzenia o grubości trymowania regulowanej w zakresie od 0,5 µm do 750 µm.

**Ad 9**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad 10**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad 11**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad 12**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie urządzenia o wymiarach: 520 x 600 x 325 mm (szerokość x głębokość x wysokość / mm)

**Ad 13**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.15 SWZ.

**Ad 14**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.15 SWZ.

**Ad 15**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.15 SWZ.

**Ad 16**

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.16 SWZ **zapis o treści:**

„24.16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.15. SWZ nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.”

**zmienia na zapis o treści:**

„24.16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.15. SWZ nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.”

**Ad 17**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.12 a) SWZ.

**Ad 18**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.12 SWZ.

**Ad 19**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.23 SWZ.

**Ad 20**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24 SWZ.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego  
a/a

Z up. **DYREKTORA**

*mgr piel. Maria Bawół*  
Zastępca Dyrektora

