



Znak sprawy: ZP/63/TP2/2024

Zabrze, 22.07.2024r.

Dyrektor

dr n. med.  
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15  
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT  
Tel: (32) 370-43-07  
fax: (32) 370 45 22  
sekretariat@szpital.zabrze.pl

[www.szpital.zabrze.pl](http://www.szpital.zabrze.pl)

## ODPOWIEDŹ nr 1 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:

### DOSTAWA FOTELE DO WLEWÓW

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605).

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do wlewów, który posiadają konstrukcję kolumnową, leże oparte na jednej kolumnie o przekroju kwadratowym obudowaną aluminiową osłoną łatwą w utrzymaniu czystości, zapobiegającej przenikaniu cieczy i cząstek stałych o współczynniku IPX6? Rozwiązanie, które chcemy zaoferować nie jest gorsze od wymagań Zamawiającego. Fotel jest przebadany pod względem bezpieczeństwa i spełnia wszystkie wymagania MDR.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do wlewów, które posiadają koła z centralnym systemem hamowania o średnicy 100mm, podwójne tworzywowe w obudowie antystatycznej?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do wlewów bez możliwości rotacji?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do wlewów o wymiarach podstawy przód 67 cm, tył 65 cm? Podstawa foteli zabudowana osłoną z tworzywa ABS łatwą do dezynfekcji i utrzymania czystości.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

#### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do wlewów o całkowitej długości 2160 mm?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

#### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotele do wlewów o całkowitej szerokości 950 mm?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**



**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do wlewów o długości oparcia pleców 920 mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do wlewów o długości segmentu siedziska 560 mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do wlewów o elektrycznej regulacji wysokości za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 530 do 890 mm? Oferowany parametr jest lepszy od opisanego przez Zamawiającego oferujemy szerszy zakres ruchu szczególnie w kontekście zakresu minimalnego który ma znaczenie m.in. dla osób z obniżoną sprawnością fizyczną.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do wlewów o dopuszczalnym obciążeniu 225 kg?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do wlewów wykonane z tapicerki dopuszczonej do stosowania w placówkach służby zdrowia, posiadającą atest higieniczny, wodoszczelna i ognioodporna na poziomie papieros/zapałka, płyny ustrojowe jak krew, mocz, pot, odporna na dezynfekcję standardowymi środkami stosowanymi w placówkach medycznych, zgodna z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych i normą EN 71-3?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do wlewów wykonane z wysoko elastycznej pianki zapamiętującej kształt pacjenta?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do wlewów z tapicerowanymi podłokietnikami z możliwością ostonienia ich w demontowaną przezroczystą folię, które posiadają 3 płaszczyzny poruszania: odchylanie do góry, regulacja wysokości, odchylanie na boki oraz poruszające się w płaszczyźnie horyzontalnej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotele do wlewów wyposażone w blat boczny wykonany z płyty HPL ostonięty tworzywową ostoną z rantem zapobiegającym zsuwaniu się przedmiotów oraz z możliwością montażu z prawej lub lewej strony fotela bez użycia jakichkolwiek narzędzi?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.**

**Zamawiający  
Z up. DYREKTORA  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Adam Strzyżewski**