

Milicz, dn. 06.12.2021 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP16/2021

WYKONAWCY

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI UDZIELONYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIE
NR 21 I PYTANIE NR 22 z dnia 26.11.2021r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) na: **Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu, ponowne postępowanie.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 21 : dotyczy SIWZ Pakietu Nr 22 , poz.59-61:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane drenaże do drenażu opłucnej z prowadnicą, powinny posiadać znacznik rtg wzdłuż całego drenu oraz znaczniki rtg, określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikację położenia cewnika w każdych warunkach klinicznych, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Treść odpowiedzi zamawiającego:

jest: *Tak, Zamawiający potwierdza.*

Winno być:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE NR 22 : dotyczy SIWZ Pakietu Nr 22 , poz.59-61:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane drenaże do drenażu opłucnej z prowadnicą, powinny ze względu na szczególny charakter ich zastosowania być pakowane w sztywne opakowania typu tubus, zapewniające ich pełne bezpieczeństwo w trakcie użytkowania, przechowywania i transportu, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Treść odpowiedzi zamawiającego:

jest: *Tak, Zamawiający potwierdza.*

Winno być:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 09.12.2021r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SWZ.

PREZES
Milickie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
[Podpis]
WICEPREZES
Milickie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
[Podpis]