

PN 47/06/2023–dystrybutory sygnałów i system porównań wzorców

L. Dz. 1277/07/2023

Poznań, 4 lipca 2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Nr postępowania: **PN 47/06/2023–dystrybutory sygnałów i system porównań wzorców**

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe, dalej zamawiający, informuje, że w dniu 27.06.2023 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, dotyczący ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na które zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Uprzejmie prosimy o informację czy w przedmiotowym postępowaniu, dla części 3 (Dzielnik częstotliwości wzorcowych – multiplekser) Zamawiający dopuszcza usunięcie "(charakterystyka sinus)" z listy wymagań technicznych w punkcie: 1. Wejście sygnału (signal input) 1.1. częstotliwość wejściowa (input frequency): 10 MHz (charakterystyka sinus).

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił specyfikację w tym zakresie i dopuścił także sygnał prostokątny jako sygnał wejściowy. Wspomniana zmiana znajduje się w ujednoliconym SWZ.

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania ujednoliconą wersję dokumentu zawierającą ww zmiany:

- Specyfikacja warunków zamówienia (dalej SWZ) – w pliku pn.: SWZ_dystrybutory sygnałow i system porównan wzorcow_zmiana_2.pdf

Jednocześnie zamawiający informuje, iż dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w DUUE.

Z poważaniem