




**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ (41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



✉ zoz@zozmswiakielce.pl

🌐 www.zozmswiakielce.pl

Kielce, dnia 14 czerwca 2024 r.

Znak postępowania: **04/PN/2024**

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II”.

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 135 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców w ramach wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie 1: Pakiet 4, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na odgryzacz o otwarciu szczęki 10 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza sprzętu jak we wniosku.

Uzasadnienie: Parametr niewystarczający wg użytkownika

Pytanie 2: Pakiet 4, poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na odgryzacz o otwarciu szczęki 10 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Uzasadnienie: Parametr niewystarczający wg użytkownika

Pytanie 3: Pakiet 4, poz. 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na odgryzacz o otwarciu szczęki 10 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Uzasadnienie: Parametr niewystarczający wg użytkownika

Pytanie 4: Pakiet 4, poz. 12: Prosimy o podanie więcej informacji np. Nazwa własna, numer katalogowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia pozycji kompatybilnej z zaoferowanymi odgryzaczami.

Pytanie 5: Pakiet 4, poz. 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pokrywę o wymiarach 582x279x26mm, wannę o wymiarach 587x279x101 mm oraz kosz stalowy o wymiarach 540x245x70 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie pod warunkiem kompatybilności z pozostałymi elementami oferowanego zestawu

Pytanie 6: Pakiet 4, poz. 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak szer. 4,5 mm dł. 230 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Uzasadnienie: Parametr niewystarczający wg użytkownika

Pytanie 7: Pakiet 4, poz. 17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kaniulę średnica 2,3 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 8: Dotyczy V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – pakiet 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby Wykonawcy przystępujący do postępowania na dostawę produktów leczniczych wymienionych w art. 74 ust.5 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, obowiązani są złożyć dodatkowo zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami wymienionymi w ww. artykule ustawy – w prowadzonym postępowaniu w pakiet 5 nie dotyczy produktów leczniczych.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu jak we wniosku. Przy dostawach obowiązują przepisy o wyrobach medycznych – jeżeli dotyczą sprzętu i aparatury medycznej objętej przedmiotem postępowania.

Pytanie 9: Dotyczy §5 ust. 3 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w poniższy sposób?

„Wykonawca przystąpi do wykonania naprawy lub usunięcia wady nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia i jest to czas reakcji serwisu. Naprawy lub usunięcie wady wykonane będą w ciągu 48 godzin w przypadku, kiedy nie będzie wymagana wymiana elementów i w ciągu 3 dni w przypadku konieczności wymiany istotnych elementów od terminu przystąpienia do naprawy lub usunięcia wady. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas naprawy wynosić będzie 14 dni.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu

Pytanie 10: Dotyczy §5 ust. 17 projektu umowy

Prosimy o odstąpienie od poniższego zapisu umownego:

„Dla nowo zainstalowanych podczas naprawy części i podzespołów okres gwarancji wynosi co najmniej 12 miesięcy, lecz nie może być on krótszy niż udzielona gwarancja na cały sprzęt.”

Wymóg, aby okres gwarancji w stosunku do wymienionego elementu biegł na nowo, może doprowadzić do sytuacji, kiedy Wykonawca będzie musiał udzielić Zamawiającemu gwarancji na czas nieokreślony. Wykonawca wskazuje w ofercie czas, w którym zobowiązuje się do wszelkich napraw w ramach udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis § 5 ust. 17 dot. gwarancji dla nowo zainstalowanych podczas naprawy części i podzespołów.

Pytanie 11: Dotyczy §5 ust. 27 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w poniższy sposób?

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie usterki lub wady, które uniemożliwiają poprawną instalację, uruchomienie i użytkowanie przedmiotu umowy, w tym oprogramowania stanowiącego integralną część urządzeń, z wyjątkiem sytuacji, gdy usterki lub uszkodzenia Sprzętu wystąpiły na skutek niewłaściwej obsługi lub użycia przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść § 5 ust. 27 zgodnie z treścią wniosku.

Pytanie 12: Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia - Część 5 Napęd chirurgiczny z osprzętem duży - 1 szt.

Czy w związku z faktem, że aktualnie wszystkie opisane parametry techniczne urządzenia w części 5 spełnia wyłącznie sprzęt jednej marki – Czy Zamawiający dopuści do oceny sprzęt o następujących parametrach, co umożliwi zachowanie konkurencyjności w postępowaniu?

Jednocześnie informujemy, że proponowane urządzenie w żadnym stopniu nie odbiega funkcjonalnością i konfiguracją od opisanego przez Zamawiającego systemu a różnice w parametrach są minimalne i wynikają wyłącznie z rozwiązań technologicznych stosowanych przez różnych producentów, które nie mają znaczenia klinicznego.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie alternatywnej tabeli opisu przedmiotu zamówienia dla części 5 jak poniżej:

	Nazwa / typ / model:		
	Kraj produkcji:		
	Rok produkcji (nie starsze niż 2023):		
	Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe) TAK/NIE:		
Lp	Asortyment	Wymagane / Punktowane	Parametr oferowany
1	Rękojeść wiertarska akumulatorowa - 1 szt.		
1.1	Posiadająca podłączany od spodu akumulator litowo-jonowy niesterylny		
1.2	Akumulator zamknięty w sterylnej obudowie, klasa IPX4,		
1.3	Wyposażona w dwa przyciski sterujące płynnie prędkością obrotów (obroty prawe, lewe, praca oscylacyjna)		
1.4	Możliwość zablokowania przycisków		
1.5	Napęd nie wymagający konserwacji i smarowania		
1.6	Obudowa wykonana z materiału PEEK		
1.7	Waga 630g		
1.8	Maksymalne obroty na nasadkach wiertarskich 1300 obr./min		
1.9	Moment obrotowy 3,3Nm		
1.10	Maksymalne obroty na nasadkach rozwiercających 300 obr/min		
1.11	Moment obrotowy 9Nm		
1.12	Kaniula napędu 3.2mm		
1.13	Możliwość mycia i dezynfekcji w myjce – dezynfektorze, temperatura 90°C		

1.14	Metody sterylizacji – autoklaw 134°C (minimalny czas sterylizacji 3 minuty, czas suszenia 15 minut)		
2	Metalowa kasetka do sterylizacji setu napędów- 1 szt.		
3	Piła ortopedyczna dużej mocy- 1 szt.		
3.1	Rękojeść Wykonana Z Metalu		
3.2	Waga 995G		
3.3	Zatraskowy Montaż Akumulatorów Oraz Ostrzy Bez Użycia Dodatkowych Narzędzi		
3.4	Akumulatory Dołączane Od Dołu Rękojeści Napędu		
3.5	Predkość Maksymalna 13000 Cykli Na Minutę		
3.6	Głowicę piły można indeksować co 45° czyli w 8 ustawieniach w ramach 360 stopni		
3.7	Odblokowanie i zmiana ustawienia głowicy poprzez naciśnięcie przycisku		
3.8	Klasa ochrony IPX0		
3.9	Napęd nie wymagający konserwacji i smarowania		
4	Kontener sterylizacyjny jako wyrób medyczny (Vat 8%)- 1 szt. oraz pokrywa niesklasyfikowana jako wyrób medyczny (Vat 23%)- 1 szt.		
5	Ładowarka do akumulatorów li-ion- 1 szt.		
5.1	Na cztery stanowiska z możliwością szybkiego ładowania akumulatora, rozpoznawaniem stopnia naładowania i wyświetlaniem stopnia naładowania na ładowarce		
5.2	Możliwość testowania pozostałej pojemności baterii oraz wyświetlanie informacji o uszkodzonej baterii		
5.3	Możliwość ładowania zarówno akumulatorów do dużych napędów, średnich napędów jak i małych napędów ortopedycznych za pomocą wymiennych adapterów		
5.4	Sterowanie poprzez dotykowy ekran z licznikiem cykli ładowań dla każdego akumulatora		
5.5	Ładowarka wyposażona w gniazdo wyjściowe do zasilania w celu podpięcia drugiej ładowarki szeregowo z jednego źródła prądu		
5.6	Na obudowie włącznik ładowarki, moc ładowarki min. 250W		
6	Akumulator Niesterylizacyjny Litowo – Jonowy (Li-Ion)- 4 szt.		
7	Uniwersalna przejściówka do ładowarki, dedykowana - 4 szt.		

8	Puszka Do Niesterylnej Baterii Wykonana Z Peek- 2 szt.		
9	Nasadka Do Drutów Kirschnera- 1 szt.		
9.1	O średnicy w zakresie 0,6 – 3,2 mm		
9.2	Z mechanizmem zapobiegającym wypadaniu drutów przy braku nacisku na dźwignię		
10	Nasadka Wiertarska Jacobs- 1 szt.		
10.1	zakres 0 – 7,4mm, obroty maksymalne 1300 obr./min.		
11	Nasadka - uchwyt wiertarski typ Zimmer / Hudson, 1.330 obr./min. -1 szt.		
12	Szybkozłączka typu AO small do napędu ortopedycznego, montowana zatraskowo, zakres obrotów minimum 1000/min -1 szt.		
13	Szybkozłączka Trinkle standard AO. Obroty min. 1330 RPM/min.-1 szt.		

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Uzasadnienie:

Urządzenie niewystarczające wg użytkownika, oferowane w opisie baterie bez możliwości sterylizacji

Pytanie nr 13 – dot. część 6

Dotyczy SWZ, III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PKT. 5, zał. nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt.12, VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ, PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH PKT.2 PPKT. 2, ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWA § 6 ust. 2 pkt. 2.1), pkt. 2.3), :

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia instrukcji oraz karty gwarancyjnej. Wymienione dokumenty zostały dostarczone wraz z aparatem do rezonansu magnetycznego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia że dot. przedmiotu zamówienia, nie rezonansu magnetycznego.

Pytanie nr 14 dot. – część 6

Dotyczy SWZ, ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWA § 1 ust. 4 pkt. 2) w nawiązaniu do), w nawiązaniu do zał. nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 17 :

Prosimy Zamawiającego o dostosowanie zapisów odnośnie przeglądów i konserwacji dla zadania nr 6, zapisy głównie dotyczą dostarczenia nowego urządzenia medycznego. Nadmieniamy, iż nie jest to postępowanie na wykonanie czynności przeglądowych i konserwujących tylko rozbudowa systemu rezonansu magnetycznego (upgrade).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 15 dot. - część 6

Dotyczy SWZ, ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWA § 1 ust. 4 pkt. 2.e), w nawiązaniu do zał. nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 17:

Zamawiający wymaga:

g) Wszelkie koszty związane z wykonywaniem przeglądów i konserwacji, łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów poniesie Wykonawca;

Prosimy o odstąpienie powyższego zapisu, wyjaśniamy, iż przy rozbudowie rezonansu magnetycznego (upgrade) nie wymienia się części i materiałów zamiennych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 16 - dot. część 6

Dotyczy SWZ, ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWA § 5 ust. 12:

Prosimy o zmianę zapisu na:

12. W przypadku 3- krotnie powtarzającej się usterki danego elementu lub modułu urządzenia, dany element lub moduł zostanie wymieniony na nowy. Termin wymiany nie może przekroczyć 5 dni od momentu zgłoszenia.

Pragniemy podkreślić, iż przy rozbudowie rezonansu magnetycznego nie wymienia się elementów drobnych ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (upgrade).

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji ww. zapisu dotyczącego części 6 przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 17 - dot. część 6

Dotyczy SWZ, ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWA § 5 ust.4:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis nie ma zastosowania w stosunku do oprogramowania, ma zastosowanie w stosunku do cewki.

Zamawiający zamieszcza w załączeniu Istotne postanowienia umowy dla części 6 przedmiotu zamówienia *„Rozbudowa systemu rezonansu magnetycznego: platforma software'owa, cewka elastyczna duża, sekwencja redukcji artefaktów w EPI, oprogramowanie do obrazowania wolumetrycznego z rekonstrukcją niepełnej matrycy danych”*.

P.C. DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
im. Św. Józefa

.....
Grzegorz Kaleta

Sporządził:

Stanisław Żak (DZP)