



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, dnia 12 stycznia 2023 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
e-mail: platforma zakupowa

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp na „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemiedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”, sprawa 40/PN/2022.

Zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1933 z późn. zm.), Zamawiający informuje o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w **Zadaniu nr 27- Jednorazowe kleszczyki, pętle, szczoteczki, koreczki**, jednocześnie Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tym zadaniu.

UZASADNIENIE PRAWNE

Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Zadaniu nr 27 na podstawie art. 255 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1933 z późn. zm.) z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty Wykonawców:

- 1) **Camedica spółka cywilna ul. Kościelna 30, 21-210 Milanów**
- 2) **SUN-MED spółka cywilna Dominik Siekierski, Sławomir Naparty ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź**
- 3) **EP-P Sp. z o. o. Sp. k. ul. Lipowa 1c, 55-200 Oława.**

Ze względu na wadę postępowania o charakterze nieusuwalnym która sprawiła, że Zamawiający nie jest w stanie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej a zatem prowadzi to do unieważnienia postępowania z uwagi na uchybienia proceduralne, które nie mogą być skorygowane przez Zamawiającego w toku postępowania poprzez powtórzenie nieprawidłowej czynności.

W Zadaniu nr 27 poz. 8 Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób: „*Pętla jednorazowa, wielostopniowa do mukozektomii wykonana z drutu plecionego średniej sztywności, drut spleciony luźno tworząc pętelki dla lepszego uchwycenia płaskiej zmiany. Pętla z pamięcią kształtu średnica pętli regulowana w zakresie 3 wielkości: 6, 10, 30 mm, średnica katetera 2,4 mm, dł. robocza 230 cm, rozmiar i kształt oznaczony na opakowaniu z 3 etykietami do dokumentacji. Op.=10 szt.*”

W odpowiedzi na pytania do niniejszego postępowania Zamawiający dopuścił „*pętle do polipektomii jednorazowego użytku, owalne, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, plecione, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10 mm i 15 mm oraz 0,41 mm dla średnicy otwarcia pętli 25 mm i 32 mm; długość narzędzia 2300 mm, średnica osłonki 2,4 mm; w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta; op. handlowe = 10 szt. z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.27 bez zmian.*

Zamawiający w dniu 21.12.2022 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, uznając za taką ofertę złożoną przez Camedica spółka cywilna. Wykonawca w poz. 8 zaoferował przytoczone powyżej pętle do polipektomii dopuszczone w wyjaśnieniach do SWZ z dnia 14.11.2022 r. producenta Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd. Zamawiający popełnił błąd podczas udzielenia wyjaśnień, ponieważ do przeprowadzania zabiegów mukozektomii niezbędne dla Zamawiającego są pętle opisane pierwotnie w poz. 8 Załącznika nr 2.27.

Sytuacja spowodowana błędnie udzieloną odpowiedzią prowadzi do okoliczności, w których Zamawiający jest zmuszony do nabycia produktu o parametrach jakimi Zamawiający nie jest zainteresowany. Zamawiający na tym etapie postępowania nie jest w stanie wprowadzić zmian w wyjaśnieniach Specyfikacji Warunków Zamówienia co do rodzaju oczekiwanych pętli, tym samym błąd popełniony przez Zamawiającego jest nieusuwalny i uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Mając na uwadze powyższe, unieważnienie niniejszego postępowania jest zasadne i konieczne.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia Wykonawców, zgodnie z art. 262 ustawy Pzp, o wszczęciu kolejnego postępowania, obejmującego ten sam zakres przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

DYREKTOR
ZOZ w Bolesławcu
Kamil Barczyk