



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław 11.06.2024

Znak sprawy: Zapytanie ofertowe **ZO/26/24/CS**

Dotyczy: ZO/26/24/CS

- **ZADANIE NR 1 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI**
- **ZADANIA NR 2- OZNAKOWANIA PAKIETÓW I KONTENERÓW**

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania

Zadanie 9, poz. 3.1

Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 210 mm x 100 mm?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 9, poz. 3.1-3.2

Czy Zamawiający dopuści rękawy, w których wytrzymałość zgrzewów na rozrywanie: wynosi 1,50 N/15 mm?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 9, poz. 4.1

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 400x 760 mm?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza.

