

Powiat Rypiński  
ul. Warszawska 38  
87-500 Rypin

Rypin, 14.06.2022 r.

ZP.272.3.2022

## WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup i dostawę wyposażenia do pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z 13.06.2022 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 13.06.2022 r. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”**, o następującej treści:

- I. „Dotyczy Zad 1, Poz. 3. Konduktometr  
Czy Zamawiający dopuści konduktometr o zakresie do 199,9 mS/cm?  
Stosując się do dokładności podanej przez Zamawiającego- parametr jest spełniony”
- II. „Dotyczy zad 1 . Cz. 9. Polarymetr z lampą LED  
1. Zamawiający wymaga w dostawie lampy sodowej, w opisie wymaga polarymetru z lampą LED, Lampa sodowa nie jest kompatybilna z polarymetrem LED.  
2. Polarymetry z lampą LED nie są wykonane z wymaganego przez Zamawiającego materiału, Wykonane są z metalu.”

### Odpowiedzi Zamawiającego

Ad.-I. Tak, w części 1 zamówienia w poz. 3, Zamawiający dopuści konduktometr o pomiarze przewodnictwa do 199,9 mS/cm.

Ad.-II. 1 i 2. W załączniku nr 1/1 do SWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

w pozycji nr 9 – Polarymetr z lampą LED

punkt 1 otrzymuje brzmienie: **źródło światła: LED**

punkt 2 otrzymuje brzmienie: **w zestawie: rurka polarymetryczna (kuweta szklana) 100 mm - 1 szt., rurka polarymetryczna (kuweta szklana) 200 mm - 1 szt.,**

Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski> zamieszcza załącznik nr 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 30.05.2022 r. , 06.06.2022 r. i 14.06.2022 r.