

Konin, 06.06.2024 r.

WSZ-EP-16/673/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
Strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa butelek z podłożem do posiewu krwi i płynów z jam ciała wraz z dzierżawą aparatu do hodowli dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”, nr sprawy WSZ-EP-16/2024

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 1

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania do przedmiotu zamówienia:

1. Dotyczy SWZ Rozdz XIX pkt 1 c - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia z ofertą wpisu/ zgłoszenia do rejestru dla wyrobów medycznych jeżeli Wykonawca wraz z ofertą składa Deklarację zgodności CE? Uzasadnienie: Dokonanie wpisu do rejestru o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest czynnością materialno - techniczną, a nie jest decyzją administracyjną o dopuszczeniu do stosowania w Polsce.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i odstępuje od wymogu złożenia wraz z ofertą w ramach przedmiotowych środków dowodowych – wpisu albo zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych. W związku z tym, Zamawiający modyfikuje zapisy Rozdziału XIX. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych w zakresie ust. 1 poprzez wykreślenie pkt. c. Zmiana treści SWZ zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania.

Dotyczy Parametrów Wymaganych w Załączniku nr 3

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu składającego się z modułu sterującego z ekranem dotykowym o wymiarach 35,6 cm oraz modułu inkubacyjnego o wymiarach 49,6 cm czyli łącznie 85,2 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 3 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dzierżawionego aparatu do hodowli w tym zakresie. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości podłączenia głośnika , jeżeli aparat ma fabrycznie wbudowaną szeroką regulację głośności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. Powyższy wymóg został postawiony ze względu na warunki lokalowe i rozmieszczenie pracowni.

Dotyczy SWZ Załącznik nr 2

4. Zamawiający wymaga zaoferowania „**Butelek z podłożem muszą posiadać walidację do stosowania met. RAST zgodnie z EUCAST oraz walidację do wykonania szybkiej identyfikacji metodą PCR na analizatorze multiplex PCR typ Film Array model TORCH2, będącym własnością Szpitala**” czy w związku powyższym, wymaga aby zgodność z EUCAST dotycząca metody RAST była potwierdzona stosownym wpisem na stronie EUCAST, a walidacja do aparatu FilmArray była potwierdzona wpisem w ulotce technicznej producenta paneli do krwi z butelki dodatkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe. W związku z tym Zamawiający doprecyzowuje zapisy Załącznika nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy w tym zakresie. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

5. Czy Zamawiający wymaga, aby zwalidowanie oferowanych podłoży **do hodowli płynów ustrojowych z miejsc naturalnie jałowych**; było potwierdzone wpisem w metodyce podłoża i ulotce technicznej butelek do posiewu krwi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

6. Czy w poz. 4 formularza cenowego tabela nr 1 Zamawiający dopuści butelki pediatriczne zwalidowane wyłącznie do małych objętości krwi (od 0,5 ml)?

Płyny ustrojowe inne niż krew Zamawiający może posiewać na podłoża z pozycji 1-5 zwalidowane do krwi i płynów ustrojowych pobieranych zarówno od dorosłych jak i dzieci.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w tym zakresie. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

7. Tabela 1 formularza cenowego poz 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odwłóknionej wyjałowionej krwi końskiej jako suplementu zalecanego przez producenta butelek, w ilości zapewniającej możliwość suplementacji 2000 butelek w trakcie trwania umowy, średnio 55 butelek w miesiącu w przeliczeniu na ilość opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa składu suplementu, za spełniający wymagania SWZ uzna każdy suplement, który zapewni wzrost drobnoustrojów wymagających.

8. Czy w poz 6 Zamawiający jako sztuka rozumie 1 ml suplementu czy 1 oznaczenie?

Odpowiedź:

Zamawiający jako 1 sztuka rozumie np. 1 fiolkę, butelkę z suplementem.

9. Tabela 3 formularza cenowego oraz SWZ Rozdz VI Termin realizacji - Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy aparatu do 21 dni roboczych od podpisania umowy ze względu na czas potrzebny na sprowadzenie aparatu z zagranicy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS) do 60 dni od daty zainstalowania aparatów? Uzasadnienie: Dostawcy systemu LIS oferują terminy realizacji podłączenia nawet do 90 dni od daty zamówienia. Zamówienie na podłączenie aparatów może być złożone dopiero po opublikowaniu wyniku postępowania przetargowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytania do umowy:

11. §4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 7 dni roboczych od odesłania wadliwego towaru przez Zamawiającego. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: W przypadku niewymienienia towaru na wolny od wad w ww. terminie Zamawiający może zakupić taki towar wolny od wad od innego podmiotu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu. Zamawiający ma prawo potrącić kwotę zakupu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z wynagrodzenia Wykonawcy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

12. §4 ust. 11 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: „Wykonawca dostarczy metodykę i instrukcję producenta potwierdzającą zwalidowanie oferowanych podłoży do hodowli krwi i płynów ustrojowych z miejsc naturalnie jałowych bądź udostępnieni je na stronie internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w tym zakresie. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

13. §5a ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia? Uzasadnienie: Umowa dotyczy dzierżawy sprzętu stąd przenoszenie własności nie jest uprawnione.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w tym zakresie. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

14. §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: „W przypadku awarii aparatu Wdzierżawiający gwarantuje, że reakcja serwisu tj. przybycie do Dzierżawcy w celu przystąpienia do naprawy nastąpi w terminie 3 dni od zgłoszenia awarii. Zgłoszenia przez Dzierżawcę awarii nastąpi w sposób określony w ust. 6. Czas usunięcia awarii u Dzierżawcy wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych od przybycia serwisu do Dzierżawcy. Naprawy będzie dokonywał przeszkolony personel Wdzierżawiającego. Wszystkie koszty związane z naprawą aparatu ponosi Wdzierżawiający. „?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

15. §6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: „Jeżeli naprawa w ciągu 5 dni roboczych, wskazanym w ust. 3, będzie niemożliwa (z przyczyn nieleżących po stronie Dzierżawcy), Wdzierżawiający udostępni sprzęt zastępczy o parametrach minimalnych nie gorszych jak aparat podlegający naprawie. W razie niewywiązania się z tego obowiązku Dzierżawca może skorzystać z uprawnienia do wykonania badań przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej na ryzyko Wdzierżawiającego i różnicą pomiędzy kosztem badań a kosztem badania oferowanym przez Wykonawcę, Dzierżawca potrąci z wynagrodzenia Wdzierżawiającemu. Koszt dostawy sprzętu zastępczego, w tym transportu, ponosi Wdzierżawiający. W przypadku niedostarczenia przez Wdzierżawiającego sprzętu zastępczego we wskazanym wyżej terminie, Dzierżawca ma prawo również wziąć w dzierżawę od osoby trzeciej sprzęt zastępczy, w obu przypadkach – na koszt i ryzyko Wdzierżawiającego, a koszty z tym związane potrącić z należnościami Wdzierżawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę tylko w odniesieniu do kwestii niedostarczenia przez Wdzierżawiającego sprzętu zastępczego we wskazanym terminie i w związku z tym, Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy wykreślając możliwość zlecenia dokonania naprawy przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej, pozostawia zapis, że Dzierżawca ma prawo wziąć w dzierżawę od osoby trzeciej sprzęt zastępczy. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w tym zakresie. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

W pozostałym zakresie zapisy § 6 ust. 4 pozostają bez zmian.

16. §6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: „Wdzierżawiający zobowiązuje się do wymiany aparatu na inny o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów) – przy trzeciej istotnej awarii tego samego elementu, lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie wskazanym w ust. 3. Wdzierżawiający dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym, w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii tego samego elementu lub upływu terminu określonego w zdaniu pierwszym. „?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

17. § 9 ust. 1 pkt 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: Wykonawca zapłaci kary umowne za zwłokę w realizacji dostawy, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy, w wysokości 0,5% wartości brutto danego asortymentu, którego zwłoka dotyczy – za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

18. § 9 ust. 1 pkt 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: Wykonawca zapłaci kary umowne za zwłokę w wymianie reklamowanego przedmiotu dostawy, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy, na nowy, wolny od wad, w wysokości 1% wartości brutto danego asortymentu, którego zwłoka dotyczy – za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

19. § 9 ust. 1 pkt 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: Wykonawca zapłaci kary umowne za zwłokę w realizacji dostawy, instalacji lub uruchomienia aparatu, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2, lub przeszkolenia personelu z jego obsługi, w wysokości 0,1% wartości umowy brutto – za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

20. § 9 ust. 1 pkt 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: Wykonawca zapłaci kary umowne za zwłokę w zrealizowaniu czynności określonych w § 6 ust. 3, 4, 7 lub 8, w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

21. § 9 ust. 1 pkt 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: Wykonawca zapłaci kary umowne za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

22. § 5a ust. 5. – Czy Zamawiający dopisze w niniejszym paragrafie „jeżeli dotyczy”? Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej z chwilą udostępnienia aparatu wszystkie wymagane oprogramowania a dodatkowe licencje nie są wymagane

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zapisy § 5a ust. 5 dotyczą kwestii związanych z przekazaniem Szpitalowi dokumentów potwierdzających, że Szpital może korzystać z oprogramowania/licencji itd., a nie kwestii związanych z przekazaniem dodatkowego oprogramowania, czy dodatkowych licencji.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.