



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, dnia 17 sierpnia 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Sukcesywne dostawy materiałów szewnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” (sprawa 33/PN/2022).

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 25 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

Pytanie 1:

Dotyczy: zadanie nr 6

1. Uprzejmie prosimy o poprawienie pomyłki w opisie przedmiotu zamówienia w poz.2 poprzez zastąpienie słów:
 - a) „Rozmiar M/L (zamykające naczynia od 7mm do 16mm)” poprawnym opisem : „Rozmiar M/L (zamykające naczynia od 3mm do 10mm).”
 - b) Zastąpienie „Użyczenie klipsownicy wielorazowej, obrotowej 360stopni, współpracująca z trokarem 10mm” poprawnym zapisem: „Użyczenie klipsownicy wielorazowej, obrotowej 360stopni, współpracującej z trokarem 5 mm”
2. Ponadto prosimy o wyjaśnienie podanych w formularzu cenowym ilości:
 - a) w poz.1 , czy podana ilość 1000 op. oznacza 1000 zasobników po 6 sztuk klipsów?
 - b) w poz. 2 , czy podana ilość 100 szt, oznacza 100 sztuk klipsów czy 100 zasobników klipsów po 4 sztuki w zasobniku (czyli 400 sztuk klipsów)?
 - c) w poz. 3 , czy podana ilość 200 szt, oznacza 200 sztuk klipsów czy 200 zasobników klipsów po 4 sztuki w zasobniku (czyli 800 sztuk klipsów)?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Uprzejmie prosimy o poprawienie pomyłki w opisie przedmiotu zamówienia w poz.2 poprzez zastąpienie słów:

- a) Zamawiający koryguje omyłkę pisarską: „Rozmiar M/L (zamykające naczynia od 3mm do 10mm).
 - b) Zamawiający koryguje omyłkę pisarską: „Użyczenie klipsownicy wielorazowej, obrotowej 360stopni, współpracującej z trokarem 5 mm”
2. Ponadto prosimy o wyjaśnienie podanych w formularzu cenowym ilości:
- a) w poz.1, tak podana ilość 1000 op. oznacza 1000 zasobników po 6 sztuk klipsów?
 - b) w poz. 2, tak podana ilość 100 szt, oznacza 100 sztuk klipsów czy 100 zasobników klipsów po 4 sztuki w zasobniku (czyli 400 sztuk klipsów)?
 - c) w poz. 3, tak podana ilość 200 szt, oznacza 200 sztuk klipsów czy 200 zasobników klipsów po 4 sztuki w zasobniku (czyli 800 sztuk klipsów)?

Pytanie 2:

1. Czy Zamawiający w zad 6 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy naczyniowe tytanowe. Romiar M/L. Pakowane sterylnie w zasobniki po 6szt. Użyczenie klipsownicy wielorazowej obrotowej 360° współpracującej z trokarem 10mm. Możliwość zastosowania papierowej części blistra celem dołączenia do kartoteki pacjenta określające co najmniej takie informacje jak: nr kat, nazwę klipsa, nazwę producenta, numer serii i data ważności?
2. Czy Zamawiający w zad 6 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klips naczyniowy polimerowy niewchłaniaalny. Rozmiar M/L (zamykające naczynia od 7mm do 16mm). Posiadające żebrowanie stabilizujące klips na naczyniu, oraz penetrujący zamek. Pakowane sterylnie w zasobniku po 4szt.+ 2szt. gratis (oferujemy 120 klipsów w cenie 100). Użyczenie klipsownicy wielorazowej, obrotowej 360°, współpracująca z trokarem 10mm. Możliwość zastosowania papierowej części blistra celem dołączenia do kartoteki pacjenta określające co najmniej takie informacje jak: nr kat, nazwę klipsa, nazwę producenta, numer serii i data ważności?
3. Czy Zamawiający w zad 6 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klips naczyniowy polimerowy niewchłaniaalny. Rozmiar XL (zamykające naczynia od 7mm do 16mm). Posiadające żebrowanie stabilizujące klips na naczyniu, oraz penetrujący zamek. Pakowane sterylnie w zasobniku po 4szt. + 2szt. gratis (oferujemy 240 klipsów w cenie 200). Użyczenie klipsownicy wielorazowej, obrotowej 360°, współpracująca z trokarem 10mm. Możliwość zastosowania papierowej części blistra celem dołączenia do kartoteki pacjenta określające co najmniej takie informacje jak: nr kat, nazwę klipsa, nazwę producenta, numer serii i data ważności?
4. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z centralnym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do

posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w zad 6 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z centralnym układem krążenia, posiadały klasę III?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w zapytaniu
2. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w zapytaniu
3. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w zapytaniu
4. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w zapytaniu

Pytanie 3:

Pakiet 8 pozycja 3,17,18

Czy Zamawiający dopuści igłę "bez określenia wzmocniona" wykonaną ze stopu ethalloy, zapewniającego o 40% większą odporność na zginanie w porównaniu z igłami konwencjonalnymi ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w zapytaniu

Pytanie 4:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości, miejsca dostarczenia i sposobu opisanie próbek.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu składania oferty – celem przygotowania próbek i terminowego ich dostarczenia. 3-4 dni robocze od opublikowania odpowiedzi na pytania do terminu składania ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki do każdej pozycji asortymentowej po 1 szt. na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Ul. Jeleniogórska 4

59- 700 Bolesławiec

Próbki należy dostarczyć do terminu składania ofert jako przedmiotowy środek dowodowy.

Zamawiając odstąpi od wymogu dostarczenia próbek przy składaniu oferty, w przypadku, kiedy Zamawiający testował lub używał już oferowanych szwów czy siatek tak jak to ma miejsce w przypadku zadania nr 8. Jeśli Zamawiający będzie miał wątpliwości, że zaoferowany produkt nie

spełnia wymagań SWZ wezwie Oferenta do złożenia próbek do danej pozycji pod rygorem odrzucenia oferty

Pytanie 5:

1. Dotyczy zadania nr 1 – pozycja 9-12, 14-16, 20-21:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z igłą okrągłą odporną na wyginanie w trudnych warunkach operacyjnych z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

2. Dotyczy zadania nr 1 – pozycja 21:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem o długości 70cm?

3. Dotyczy zadania nr 3 – pozycja 4:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z igłą tnącą, kosmetyczną, dwuwkłęsłą z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

4. Dotyczy zadania nr 3 – pozycja 10:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z igłą 40mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

5. Dotyczy zadania nr 1-3, 5:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek przy składaniu oferty, w przypadku, kiedy Zamawiający testował lub używał już oferowanych szwów czy siatek tak jak to ma miejsce w przypadku zadania nr 8. Jeśli Zamawiający będzie miał wątpliwości, że zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SWZ wezwie Oferenta do złożenia próbek do danej pozycji pod rygorem odrzucenia oferty. Takie rozwiązanie ograniczy koszty jakie będzie musiał ponieść Oferent, ale jednocześnie pozwoli na prawidłową ocenę zaoferowanego produktu.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Dotyczy zadania nr 1 – pozycja 9-12, 14-16, 20-21:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w opisie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów

2. Dotyczy zadania nr 1 – pozycja 21:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w opisie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów

3. Dotyczy zadania nr 3 – pozycja 4:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w opisie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów

4. Dotyczy zadania nr 3 – pozycja 10:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych

w opisie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów

5. Dotyczy zadania nr 1-3, 5:

Zamawiając odstąpi od wymogu dostarczenia próbek przy składaniu oferty, w przypadku, kiedy Zamawiający testował lub używał już oferowanych szwów czy siatek tak jak to ma miejsce w przypadku zadania nr 8. Jeśli Zamawiający będzie miał wątpliwości, że zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SWZ wezwie Oferenta do złożenia próbek do danej pozycji pod rygorem odrzucenia oferty.

Pytanie 6:

- 1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie, by termin dostarczenia dokumentów, o którym mowa w § 1 ust. 5 Załącznika nr 4 do SWZ („Umowa”) oraz § 3 ust. 10 Umowy wynosił co najmniej 10 dni. Wykonawca nadmienia, iż z uwagi na szeroką gamę asortymentu objętego Umową, konieczne jest zapewnienie odpowiednio dłuższego terminu na skompletowanie i przedstawienie przedmiotowej dokumentacji.
- 2) Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 7 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Umowy poprzez zmianę wykorzystywanego tam zwrotu „opóźnienia” na zwrot „zwłoka. Wykonawca nadmienia, iż zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP, postanowienia Umowy co do zasady nie mogą wprowadzać odpowiedzialności za samo opóźnienie.
- 3) Czy Zamawiający wskaże łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony (co stanowi obligatoryjny element Umowy w świetle art. 436 pkt 3 PZP).
- 4) Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 7 ust. 6 pkt 6.1 poprzez zmianę zwrotu „dwukrotnego” na „trzykrotnego” – w celu zapewnienia zgodności z § 10 ust. 3 lit. b) Umowy.
- 5) Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 9 ust. 8 Umowy poprzez wskazanie, że zmiana, o której mowa w przedmiotowym przepisie, stanowi zmianę Umowy wymagającą akceptacji Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

- 1) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostarczenia dokumentów.
- 2) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie
- 3) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie mogą przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto.
- 4) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
- 5) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.