



**REGIONALNE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE**

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków  
Sekretariat tel.(012) 261-88-20, fax: (012) 261-88-22, e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl  
centrala: (012) 261-88-00

Kraków, dnia 26 maja 2021r.

**MODYFIKACJA TREŚCI SWZ II**  
**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP-05/21**

Szanowni Państwo,

W związku z uwzględnieniem części zarzutów zawartych w odwołaniu wniesionym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie stosując się do dyspozycji przepisu art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawa”, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę odczynników, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych i kontrolnych wraz z dzierżawą systemów diagnostycznych z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem.** (znak sprawy j. w.), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego modyfikuje SWZ w następującym zakresie:

W Sekcji XVII pkt.1 tabela dla Zadania nr 2 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kryterium	Waga kryterium	Zasady oceny
1	Cena (C)	50%	(najniższy cena/cena badanej oferty) x 10 x waga.
2	Jakość (J)	50%	Ocenie podlegają parametry funkcjonalno-użytkowe i techniczne analizatorów, parametry odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych. Zamawiający przypisał następujące wartości punktowe dla parametrów podlegających ocenie: 1) Wszystkie odczynniki, kontrole i kalibratory w stanie płynnym, gotowe do użycia, nie wymagające dodatkowego przygotowania; udokumentowane zapisami w specyfikacjach technicznych, katalogach, ulotkach producenta: TAK – 15 punktów NIE – 0 punktów. 2) Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora: TAK – 10 punktów. NIE – 0 punktów. 3) Wydajność: do 190 oznaczeń/h – 0 punktów; > 190 do 200 oznaczeń/h – 5 punktów; > 200 oznaczeń/h – 15 punktów. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium: 40 punktów. Zamawiający oceni ofertę według wzoru: Ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę/maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium x 10 x waga.

W Części II Załącznika nr 3B do SWZ – Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia i Warunki Gwarancji: Postanowienie pkt. 1.15. otrzymuje brzmienie: „*Wewnętrzny czytnik kodów lub skaner fal radiowych RFID do odczynników*”.

Skreśla się pkt. 3.4.

Treść kolumny „Parametr oceniany” dla pkt. 3,12. otrzymuje brzmienie: „*Tak – 15 punktów. Nie – 0 punktów.*”

Treść kolumny „Parametr oceniany dla pkt. 1.11. otrzymuje brzmienie: „*Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora: TAK – 10 punktów. NIE – 0 punktów.*”

Treść kolumny „Parametr oceniany” dla pkt. 1.9. otrzymuje brzmienie: „*Wydajność: do 190 oznaczeń/h – 0 punktów, >190 do 200 oznaczeń/h – 5 punktów; > 200 oznaczeń/h – 15 punktów.*”

W Sekcji XVII pkt.1 tabela dla Zadania nr 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Kryterium	Waga kryterium	Zasady oceny
1	Cena (C)	50%	(najniższy cena/cena badanej oferty) x 10 x waga.
2	Jakość (J)	50%	Ocenie podlegają parametry funkcjonalno-użytkowe i techniczne analizatorów, parametry odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych, wsparcie techniczne. Zamawiający przypisał następujące wartości punktowe dla parametrów podlegających ocenie: 1) Wszystkie karty do badania grup krwi, wykrywania/identyfikacji przeciwciał w PTA oraz Bezpośredniego Testu Antyglobulinowego przechowywane w temperaturze pokojowej. Dostawa odczynników krwinkowych transportem monitorowanym pod względem temperatury -2-8 °C, z możliwością wydruku temperatury przy dostawie: TAK – 5 punktów.

			<p>NIE – 0 punktów.</p> <p>2) Możliwość definiowania testów reflex, dostępna funkcja badań kaskadowych w oprogramowaniu analizatorów: TAK – 5 punktów. NIE – 0 punktów.</p> <p>3) System automatycznej kontroli niezgodności aktualnych wyników badań z wynikami archiwalnymi na etapie badania: TAK – 5 punktów. NIE – 0 punktów.</p> <p>4) Możliwość rejestracji badań wykonanych manualnie dla danego dawcy/pacjenta przez oprogramowanie analizatora: TAK – 5 punktów. NIE – 0 punktów.</p> <p>5) Możliwość identyfikacji swoistości przeciwciał (wykluczania/sugerowania) przez oprogramowanie analizatora i automatycznej implementacji tabeli antygenowej dostarczonych zestawów krwinkowych: TAK – 5 punktów. NIE – 0 punktów.</p> <p>6) Pełna pozytywna identyfikacja wszystkich odczynników i reagentów używanych do wykonywania odpowiednich zawiesin. Przygotowanie zawiesiny krwinek czerwonych w jednorazowych naczynkach z wykorzystaniem oddzielnie porcjowanego i konfekcjonowanego do każdego badania odczynnika w celu zabezpieczenia przed kontaminacją: TAK – 5 punktów. NIE – 0 punktów.</p> <p>7) Możliwość równoczesnego wykonania badania w sposób automatyczny z rozdzielonego materiału (surowica/osocze i krwinki oklejone tym samym kodem kreskowym w przypadku pracy na próbce przechowywanej uprzednio w chłodziarce oraz rozmrożonej surowicy: TAK – 5 punktów. NIE – 0 punktów.</p> <p>8) Techniczna infolinia serwisowa w języku polskim umożliwiająca zdalną diagnostykę i naprawę systemu automatycznego analizatora. Dostępność serwisu 7 dni w tygodniu np. linia pomocy technicznej, czynna minimum 10 godz./dobę. Należy podać numer telefonu: TAK – 5 punktów. NIE – 0 punktów.</p> <p>Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium: 40 punktów. Zamawiający oceni ofertę według wzoru: Ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę/maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium x 10 x waga.</p>
--	--	--	---

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną treść specyfikacji warunków zamówienia.

W celu ułatwienia Wykonawcom zapoznania się z dokonanymi zmianami Zamawiający opublikuje ujednolicony tekst SWZ na stronie postępowania.

*p.o. Dyrektora Regionalnego Centrum  
Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Krakowie*

*Jolanta Raś*