

Milicz, dnia 26.08.2022r.

Zamawiający:

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 1
56-300 Milicz

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 - 3”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z 25.08.2022

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic chlorowanych, bez warstwy polimerowej? Proces chlorowania przeprowadza się w celu usunięcia z powierzchni rękawic resztkowych substancji chemicznych użytych w procesie produkcji, nadaje im gładkość i zapobiega sklejanemu się rękawic w opakowaniu. Rękawice chlorowane są „czystsze” i wywołują mniej podrażnień skórnych. Proces polimeryzacji rękawic występuje wtedy, gdy zmniejszona jest liczba procesów płukania, czyli oczyszczania rękawic z zawartości substancji resztkowych.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie rękawic o poziomie AQL 1.5?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

3. Prosimy zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic przebadanych na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z europejską normą EN 374-5 Virus. Jest ona równoważna z ASTM F 1671 która jest normą amerykańską?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytania z 26.08.2022

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości na dłoni 0,07mm+/-0,01?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

2. Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z aktualnie obowiązującą normą EN 16523-1 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie