



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat 67 210 62 05  
Centrala 67 210 66 66  
Fax 67 212 40 85  
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 12.09.2024 roku

FZP.III-241/75/24

## ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający Szpital Specjalistyczny w Pile działając na podstawie art. 255 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm. dalej: ustawa PZP) zawiadamia o **unieważnieniu postępowania** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **DWUSTANOWISKOWE PRZYŚCIENNE STANOWISKO FORMALINOWE WRAZ Z WYCIĄGIEM DACHOWYM**

2. Dane o ofertach:

liczba złożonych ofert:	2
liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania:	2
liczba ofert wykluczonych:	0

3. Kryteria oceny:

LP.	OPIS KRYTERIUM OCENY	ZNACZENIE (%)
1.	CENA BRUTTO	60%
2.	TERMIN DOSTAWY	10%
3.	GWARANCJA	30%

4. Streszczenie złożonych ofert:

WYKONAWCA	TRONUS POLSKA SP.Z O.O. Ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa	PATHOMED SP. Z O.O. 05-092 Łomianki, ul. Partyzantów 34
OFEROWANA WARTOŚĆ ZA WYKONANIE ZADANIA	506 782,14 zł	194 400,00 zł
TERMIN DOSTAWY	60 dni	60 dni
GWARANCJA	24 miesiące	48 miesięcy

5. Zamawiający odrzuca ofertę firmy:

- TRONUS POLSKA SP.Z O.O. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy PZP gdyż nie złożył w przewidzianym terminie wymaganych przedmiotowych środków dowodowych;
- PATHOMED SP. Z O.O. 05-092 Łomianki, ul. Partyzantów 34** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP - jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał stołu formalinowego pod wymiar a zostało zaofertowane gotowe urządzenie dygestorium o innych wymiarach i parametrach niż wymagane w SWZ, oferta nie zawiera informacji o wyciągu dachowym które również było wymagane przez Zamawiającego.

**Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 2) ustawy PZP - wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.**