

**Dostawcy – uczestnicy postępowania
271.1.8.2021.WIM
Strona internetowa Zamawiającego na
której umieszczono ogłoszenie o
zamówieniu i udostępniono
SWZ.271.1.8.2021**

Dotyczy: Postępowanie nr BZP.271.1.8.2021.WIM pn. Dostawa sprzętu medycznego do Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 135 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.2019), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

Pytania dostawców nr 3

Część 1

Pozycja 1 – Fotel do dializy do pobytu dziennego pacjentów

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializy o regulowanej wysokości w przedziale 530 do 970 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ, który posiada podnóżek regulowany tylko mechanicznie za pomocą sprężyny gazowej z dźwignią umieszczoną w segmencie siedziska, łatwo dostępna dla pacjenta oraz personelu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ, który posiada elektryczną możliwość regulacji wysokości oraz nachylenia siedziska, jednak regulacje te nie są zintegrowane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ, który posiada podłokietniki regulowane mechanicznie w 3 płaszczyznach, w płaszczyźnie horyzontalnej za pomocą sprężyn gazowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający może doprecyzować zapis zintegrowanego ruchu podnóżka oraz podłokietników? Na czym ma polegać integracja ruchu tych elementów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ by sprzęt posiadał funkcję zintegrowanego ruchu podnóżka i podłokietników sterowany elektrycznie poprawiające komfort pracy.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ, który nie posiada elektrycznie sterowanego, zintegrowanego ruchu podnóżka oraz podłokietników?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ, który posiada długość w pozycji zabiegowej 2160 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 4 – Wózek wanna**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści wózek wannę, której masa całkowita wynosi 115 kg. Pozostałe parametry wg OPZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 5 – Leżanki do fizykoterapii**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści leżanki do fizykoterapii, w której stelaż wykonany jest z drzewa bukowego ? Pozostałe parametry wg OPZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 8 – Krzesło do masażu**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści krzesło do masażu, które zamiast kółek jezdnych posiada stabilne gumowe stopki ? Kółka jezdne w krzesłach do masażu sprawiają brak stabilizacji przy masażu. Pozostałe parametry wg OPZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 10 – Stolik zabiegowy przejezdny**Pytanie nr 11:**

Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy o wymiarach 800 x 700 x 800 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o wymiarach blatu górnego: 800 x 700 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o wymiarach blatu dolnego: 754 x 654 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy bez odbojników przy kołach ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 9 – Fotel do poboru krwi**Pytanie nr 15:**

Czy Zamawiający dopuści fotel do poboru krwi o dopuszczalnym obciążeniu 130 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający dopuści fotel do poboru krwi o wadze 40 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 13 – Wózek zabiegowy**Pytanie nr 17:**

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o wymiarach 650 x 550 x 1000 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 14 – Szafa lekarska**Pytanie nr 18:**

Czy Zamawiający dopuści szafę lekarską wykonaną z blachy o gr. 0,8 mm malowaną proszkowo o wymiarach 1950 mm z czego 150 mm stanowi podstawa ze stopkami ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 15 – Wózek inwalidzki klasyczny składany**Pytanie nr 19:**

Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki klasyczny składany z udźwigniem do 130 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 17 – Wózek inwalidzki leżakowy składany**Pytanie nr 20:**

Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki leżakowy składany z udźwigniem do 130 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 18 – Wózek toaletowy (150 kg)

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający dopuści wózek toaletowy, który zamiast tapicerki posiada poduszki w kolorze szarym wykonane z PU (poliuretanu) bardzo łatwe w utrzymaniu czystości ? Tapicerka w przypadku wózków toaletowych jest nie praktyczna i ciężka w utrzymaniu czystości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający dopuści wózek toaletowy wykonany z aluminium ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 19 – Wózek toaletowy (170 kg)

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający dopuści wózek toaletowy o udźwigu 150 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający dopuści wózek toaletowy, który zamiast tapicerki posiada poduszki w kolorze szarym wykonane z PU (poliuretanu) bardzo łatwe w utrzymaniu czystości ? Tapicerka w przypadku wózków toaletowych jest nie praktyczna i ciężka w utrzymaniu czystości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający dopuści wózek toaletowy wykonany z aluminium ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 21 – Balkonik pachowy

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający dopuści balkonik pachowy z możliwością regulacji podpórek barkowych w zakresie 95 – 131 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający dopuści balkonik pachowy o obciążeniu maksymalnym 100 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 24 – Rolki przenośnikowe

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający dopuści rolki przenośnikowe bez możliwości zawieszenia na uchwycie ściennym jednocześnie na wyposażeniu bez uchwytu ściennego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 26 – Wózek na leki**Pytanie nr 29:**

Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany z wytrzymałego tworzywa PP (polipropylen)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 27 – Materace przeciwoleżynowe**Pytanie nr 30:**

Czy Zamawiający wymaga materaca zbudowanego z min. 26 komór?

Odpowiedź:

Wymagania zostały opisane w OPZ. Zamawiający nie wymaga min. 26 komór.

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiający będzie wymagał pompy o wymienionych poniżej funkcjach ?

- Elektroniczny system kontrolny oraz wyświetlacz LCD
- Zakres ciśnienia 20 – 60 mmHg
- Tryb pielęgnacyjny ustawiany na czas bezpieczny
- Samoczynny dobór ciśnienia według algorytmu masy pacjenta

Odpowiedź:

Wymagania zostały opisane w OPZ.

Część 2**Pozycja 1 – Rower rehabilitacyjny****Pytanie nr 32:**

Czy Zamawiający dopuści rower rehabilitacyjny o wymiarach 165 x 64 x 135 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiający dopuści rower rehabilitacyjny z dużym czytelnym wyświetlaczem LCD 6,25" ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający dopuści rower rehabilitacyjny o wymiarach 171 x 56 x 123 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający dopuści rower rehabilitacyjny z kołem zamachowym 10 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 2 – Ergometr rowerowy

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający dopuści ergometr rowerowy bez regulacji ustawienia kąta kierownicy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 6 – Piłki do ćwiczeń rehabilitacyjnych

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający pisząc piłka do ćwiczeń rehabilitacyjnych średnica 10 cm – 10 szt. miał na myśli piłeczki typu „język” ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający dopuści piłki do ćwiczeń rehabilitacyjnych o średnicy 14 cm w zestawach po 2 szt. w zamian za piłki o średnicy 10 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający dopuści piłki rehabilitacyjne z maksymalnym obciążeniem 150 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający dopuści faszolkę rehabilitacyjną o wymiarach 50 x 100 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 7 – Wioślarz wodny

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający dopuści wioślarz wodny o wymiarach v155 cm x s51 cm x d120 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 8 – Orbitrek treningowy

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiający dopuści orbitrek treningowy z oporem elektromagnetycznym ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43:

Czy Zamawiający dopuści orbitrek treningowy, w którym długość kroku wynosi 51 cm i rozstaw pedałów 11 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 44:

Czy Zamawiający dopuści orbitrek treningowy o masie 74 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45:

Czy Zamawiający dopuści orbitrek treningowy o wymiarach 200 x 64 x 170 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 10 – Materac gimnastyczny 90 cm**Pytanie nr 46:**

Czy Zamawiający dopuści materac gimnastyczny o szerokości 85 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47:

Czy Zamawiający dopuści materac gimnastyczny o długości 195 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Część 3**Pozycja 1 – Aparat do terapii ultradźwiękowej****Pytanie nr 48:**

Czy Zamawiający będzie wymagał aby aparat do terapii ultradźwiękowej współpracował z głowicą bezobsługową o powierzchni 12 cm² ?

Odpowiedź:

Minimalne wymagania zostały przez Zamawiającego opisane w SWZ.

Pytanie nr 49:

Czy Zamawiający dopuści aparat do terapii ultradźwiękowej gdzie tryb pracy ciągły i impulsowy wynosi 5 – 95% ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 2 – Aparat wielofunkcyjny do elektroterapii laseroterapii i magnetoterapii**Pytanie nr 50:**

Czy Zamawiający dopuści aparat wielofunkcyjny do elektroterapii laseroterapii i magnetoterapii o wadze 4,7 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51:

Czy Zamawiający dopuści aparat wielofunkcyjny do elektroterapii laseroterapii i magnetoterapii o maksymalnej indukcji pola magnetycznego 25 mT (250Gs) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52:

Czy Zamawiający dopuści aparat wielofunkcyjny do elektroterapii laseroterapii i magnetoterapii o częstotliwości pracy 1- 60 Hz ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 53:

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym max. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta wynosi 130 V ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 3 – Aparat do elektroterapii dwustanowiskowy**Pytanie nr 54:**

Czy Zamawiający wymaga aby aparat do elektroterapii był dostarczony razem aparatem do terapii podciśnieniowej (Vacuum) ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający określił w SWZ wymóg dot. możliwości użycia elektrod jednorazowych oraz elektrod- przysawki do terapii podciśnieniowej (np. Vacuum)

Pozycja 6 – Aparat do masażu limfatycznego**Pytanie nr 55:**

Czy Zamawiający dopuści aparat do masażu limfatycznego, który obsługuje mankiety 10 komorowe na kończynę dolną ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 56:

Czy Zamawiający dopuści aparat do masażu limfatycznego, który obsługuje mankiety 8 komorowe na kończynę górną ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 57:

Czy Zamawiający dopuści aparat do masażu limfatycznego bez 24-ro komorowej kurtki ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 8 – Kardiomonitor**Pytanie nr 58:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością przeniesienia danych z monitorowania pacjenta podczas transportu do monitora stacjonarnego ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 59:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z pamięcią i prezentacją trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich mierzonych parametrów z ostatnich 96 godzin oraz pamięcią krzywych dynamicznych (3 krzywe EKG, krzywa SpO2) z ostatnich 96 godzin ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor możliwość ciągłej rejestracji i równoczesnej prezentacji na ekranie monitora 6 krzywych EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF) przy użyci kabla 3-żyłowego oraz 7 krzywych EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, Vn) przy użyci kabla 5-żyłowego, z możliwością rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń EKG jednocześnie w przyszłości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z pomiar HR w zakresie: 15-300 ud/min. co w zupełności wystarcza do monitorowania pacjentów dorosłych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z analizą 13 kategorii arytmii, w tym najważniejszych VF, ASYS, BRADY, TACHY?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 9 – Defibrylator z możliwością kardiowersji**Pytanie nr 63:**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z zakresem energii 1-300J co jest zgodne z wymaganiami dla defibrylatorów dwufazowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 64:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z zakresem energii w trybie AED 150-300J, oraz z możliwością programowania energii w zakresie 100-300J?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga urządzenia zapewniającego Energię defibrylacji w trybie AED min. od 100 J.

Pytanie nr 65:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z pełnym sterowaniem funkcjami aparatu (wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej oraz ładowaniem i wyzwaniem energii dostępnym z przycisków na łyżkach twardej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 66:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z akumulatorem NiMH, bez efektu pamięci z możliwością wymiany przez pracownika działu technicznego placówki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 67:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z akumulatorem NiMH umożliwiającym monitorowanie pacjenta przez minimum 90 minut lub wykonanie co najmniej 80 defibrylacji maksymalną energią?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 10 – Zestaw reanimacyjny**Pytanie nr 68:**

Czy Zamawiający dopuści do zapytania zestaw reanimacyjny w specjalnie do tego zaprojektowanej torbie wykonanej z najwyższej jakości komponentów zamiast walizki reanimacyjnej ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69:

Opis resuscytatora silikonowego wskazuje na określone cechy konkretnego produktu, czy możemy zaoferować inny resuscytator silikonowy od innego producenta który będą cechować podobne właściwości użytkowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga by sprzęt cechował się parametrami określonymi w OPZ dowolnego producenta.

Pozycja 13 – Koncentrator tlenu**Pytanie nr 70:**

Czy Zamawiający dopuści koncentrator bez kółek jezdnych ? Przenośne koncentratory tlenu są bardzo lekkie i poręczne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 71:

Czy Zamawiający dopuści koncentrator tlenu bez systemu alarmów ciśnienia, braku zasilania i słabej koncentracji tlenu ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 14 – Pulsoksymetr napalcowy**Pytanie nr 72:**

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr napalcowy, który zamiast Trendów graficznych z przesyłanych do komputera, posiada trendy tabelaryczne prezentowane tylko na urządzeniu ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 73:

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr napalcowy z baterią litowo – jonową bez możliwości ładowania przez USB ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pulsoksymetr z inną możliwością ładowania.

Pozycja 17 – Aparat EKG**Pytanie nr 74:**

Czy Zamawiający dopuści aparat do badań EKG z pamięcią 400 badań ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 75:

Czy Zamawiający dopuści aparat do badań EKG, bez możliwości zapisu badań na pamięci zewnętrznej w zamian z oprogramowaniem z analizą oraz archiwizacją badań ? Rozwiązanie, zapisu badań na nośniku zewnętrznym może wiązać się ich utratą w przypadku zgubienia takiego nośnika.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 21 – Aparat do głębokiej symulacji elektromagnetycznej**Pytanie nr 76:**

Czy zamawiający wymaga aby aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej posiadał wbudowane programy do rehabilitacji oddechowej u pacjentów po przebytych COVID-19 wraz z wyszczególnionymi poniżej parametrami ?


- Indukcja magnetyczna 2,5 tesli
- Maksymalna częstotliwość magnetyczna 150 Hz
- Maksymalna intensywność stymulacji 28 kT/s
- Czas trwania impulsu 0,01 – 60 s
- Czas zabiegu 1-60 min
- Gotowe programy terapeutyczne – możliwość swobodnej modyfikacji gotowych protokołów zabiegowych i ich zapisywanie
- Wyposażenie: jednostka główna, ramię z trzema hamulcami i dwoma zawiasami obrotowymi zamocowane bezpośrednio do urządzenia, aplikator koncentrujący.

- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,4”
- Nawigacyjny atlas anatomiczny
- Baza danych pacjentów
- **Program POPRAWA ODDYCHANIA** znajdujący się na liście jednostek chorobowych urządzenia – rehabilitacja oddechowa u pacjentów po przebytych COVID – 19.
- **Program POPRAWA KRAŻENIA KRWI I TROFIKI** znajdujący się na liście jednostek chorobowych urządzenia – rehabilitacja oddechowa u pacjentów po przebytych COVID-19.
- **Programy do nietrzymania moczy – możliwość wykonywania zabiegu w pozycji krzeselkowej na leżąco (np. na leżance) bez konieczności użycia fotela**
- Chłodzenie aplikatora za pomocą powietrza
- Długość ramienia 103 cm (z aplikatorem)
- Waga 34 kg

Odpowiedź:

Wymagania Zamawiającego zostały opisane w SWZ.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się treścią dokumentacji zamówienia. Wykonawcy zobligowani są uwzględnić w/w zmiany i wyjaśnienia przy składaniu ofert.

Inżynier Rezydent

 Jarosław Kokolus