

BZP.38.382-19.18.24

Jastrzębie – Zdrój, 03.06.2024r.

### Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, (BZP.38.382-19.24).**

### ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 03.06.2024r.

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający wprowadza do SWZ następujące zmiany:

#### **Pytanie nr 1 dot. pkt. 2 „Parametry techniczne” Pakietu nr 5 - Lampa operacyjna LED – dwuczaszowa dla potrzeb Poradni Chirurgii Szczękowo - Twarzowej**

Zamawiający wymaga ilości diod LED  $70 \pm 10\%$ , pomiędzy 63 a 77 diod LED i jednocześnie dopuścił 42 diody LED. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści lampy operacyjne, w których kopuły posiadają po 60 diod LED, co stanowi tylko 3 diody LED mniej od ilości wymaganej ( 63 diody LED ) ?

#### Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w następujący sposób: w pkt. 2 i 3 „Parametry techniczne” Pakietu nr 5 - Lampa operacyjna LED – dwuczaszowa dla potrzeb Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej zmienia zapis z:

Lp.	Nazwa parametru/podzespołu
2.	Czasza główna ze źródłem światła w postaci 70 diod LED +/- 10% lub Czasza główna ze źródłem światła w postaci 42 diod LED
3.	Czasza satelitarna ze źródłem światła w postaci 70 diod LED +/- 10% lub Czasza satelitarna ze źródłem światła w postaci 42 diod LED

#### który otrzymuje brzmienie:

Lp.	Nazwa parametru/podzespołu
2.	Czasza główna ze źródłem światła w postaci <b>od 42 do 77 diod LED</b>
3.	Czasza satelitarna ze źródłem światła w postaci <b>od 42 do 77 diod LED</b>

Załącznikiem do pisma jest:

- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (Pakiet nr 5 – Lampa operacyjna LED – dwuczaszowa dla potrzeb Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej) po zmianach z dnia 03.06.2024r.;

Treść SWZ oraz pozostałych załączników do SWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem