



Kup, dn. 25 stycznia 2024 r.

Nr sprawy ZP/2/2024

Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: **Dostawa wyrobów medycznych i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 16.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Zestaw nr 10 poz. 17** - Czy Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji papier kompatybilny (tj. producenta innego, niż producent aparatu) czy też wymaga papieru oryginalnego? Papier oryginalny nie został przez producenta Mistubishi zakwalifikowany jako wyrób medyczny, będzie więc sprzedawany na 23% stawce podatku VAT.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

2. **Zestaw nr 10 poz. 16** - Czy Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji papier o rozmiarze 110 mm x 20 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj.5 rolek.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. **Zestaw nr 10 poz. 24 i poz. 25** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do USG bez daty produkcji na opakowaniu indywidualnym, pozostałe wszystkie parametry oferowanego żelu będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Dla użytkownika istotna jest data ważności.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści kleszcze endoskopowe do biopsji stycznych. Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym. Łyżeczki o długości 3,86 mm, rozwarciu 8 mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600 mm, 1800 mm, 2300 mm - przy średnicy narzędzia 2,3 mm. Kolor powleczenia niebieski dla kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastrokopii. Pakowane pojedynczo. W zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr. katalogowym, serią, datą ważności. Op. a 10 sztuk?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

5. Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kleszcze endoskopowe typu Jumbo. Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, łyżeczki o długości 5,27 mm, rozwarciu 9 mm. Łyżeczki owalne, gładkie, pogłębione. Dostępne w długości 2300 mm. Średnica narzędzia 3,0 mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2 mm. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo. W zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr. katalogowym, serią, datą ważności. Op. a 10 sztuk?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

6. Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku. Długość robocza 230 cm. Szczęki typu: aligator (rozwarucie ramion 11 mm) zęb szczura (rozwarucie ramion 8,3 mm oraz 15 mm). Średnica osłonki 2,3 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

7. Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści pętlę do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona. Drut o średnicy 0,3-0,41mm dla średnic: 10, 15, 25, 32 mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300 mm, średnica osłonki 2,4 mm. Pakowane pojedynczo. W zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr. katalogowym, serią, datą ważności. Op. a 10 sztuk?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

8. Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku. Owalne obrotowe, wykonane z plecionego drutu. Średnica pętli 10, 15, 25, 32 mm. Średnica drutu tnącego 0,3-0,41 mm. Średnica osłonki 2,4 mm. Długość robocza 230 cm. Op. a 10 szt.?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

9. Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii sterylne, jednorazowego użytku. Owalne, obrotowe, wykonane z drutu monofilamentnego (średnica drutu tnącego 0.3 mm). Średnica pętli 10, 15, 30 mm. Średnica osłonki 2.4 mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość robocza 2300 mm. Op. a 10 szt.?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

10. Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści spodniki do kolonoskopii na gumce, jednorazowe, gramatura 40 gr., kolor wyłącznie granat, rozmiar uniwersalny, op. a 10 szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

11. Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne o długości roboczej 220 cm, średnica osłonki 2,4 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

12. Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z jednorazowej dwustronnej szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów. Średnica włosia 6/ 6 mm. Długość robocza 230 cm. Średnica osłonki 1,8 mm + jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów, średnica włosia 5/12 mm, długość robocza 20 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

13. **Zadanie 4 pozycja 18** - Proszę o zgodę na zaoferowanie zestawu składającego się ze: szczoteczki, aplikatora czyszczącego – odsysającego, saszetki z 0,12% chlorheksydyną o pojemności 12ml, saszetki z żelem do mycia zębów i kieliszka.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

14. **Dotyczy wzoru umowy** - Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 8 ust 1 w następujący sposób: „2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy lub wypełnienia zobowiązań z tytułu reklamacji i/lub gwarancji, w wysokości 0,5% wartości tej dostawy brutto”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów.

Dot. Zestawu nr 1

15. **Poz. 17-22** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły typu bezpiecznego, pochodzące od innego producenta, niż igły z poz. 6-16, co pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo i jakościowo oferty, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

16. **Poz. 28** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne koreczki ochronne, wykonane z innego niż wskazany w SWZ materiału, nie zawierającego pcv, ftalanów DEHP i lateksu, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

17. **Poz. 44** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki o pojemności 2-3ml, europejskiego lidera w produkcji tego typu strzykawek, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Zestawu nr 6

18. **Poz. 9** - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga cewników w systemie zamkniętym w podstawowych rozmiarach dla dorosłych t.j. CH14 i CH16 - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ, co umożliwi prawidłowe podanie kodu UDI-DI.

Odp.: Zamawiający potwierdza dla przedmiotowego asortymentu wymóg rozmiaru CH14 i CH16.

19. **Poz. 10** - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny balonowe oraz dopuszczenie tolerancji +/- 10cm od wskazanej w SWZ odległości poszerzenia, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

20. Zestaw nr.1. Poz. 29-31 - Czy zamawiający wydzieli poz.29-31 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 29-31 do osobnego pakietu.

Zest.1, poz.29:

21. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły bioreczej, natomiast kolec igły bioreczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

22. Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

23. Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

24. Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

25. Czy Zamawiający dopuści TS z ostrą igłą bioreczą dwukanałową trójpłaszczyznową?

Zest.1, poz. 30:

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

26. Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

27. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły bioreczej, natomiast kolec igły bioreczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

28. Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

29. Czy Zamawiający wymaga IS z ostrą igłą bioreczą dwukanałową trójpłaszczyznową?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

30. Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Zest.1, poz. 31:

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

31. Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

32. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

33. Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

34. Czy Zamawiający wymaga IS z ostrą igłą biorczą dwukanałową trójplaszczynową?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

35. Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Zestaw 2, poz. 1-2,6-8,12,13:

36. Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,6-8,12,13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1-2,6-8,12,13 do osobnego pakietu.

37. Zest.2, poz. 7 - Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zest.3, poz. 5:

38. Czy zamawiający wydzieli poz. 5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 5 do osobnego pakietu.

39. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka bez nazwy producenta bezpośrednio na produkcie. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu, a umieszczona nazwa producenta bezpośrednio na koreczku (niewielki produkt) będzie słabo czytelna. Wymóg ten znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów. Prosimy o dopuszczenie koreczka z nazwą importera/dystrybutora na opakowaniu indywidualnym.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

40. Czy zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym umieszczono nazwę wytwórcy, nazwę importera, numer katalogowy, datę produkcji i datę ważności, metodę sterylizacji oraz znak CE?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

41. Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualnie w opakowanie typu Tyvec., w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

42. Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

43. Zest. 7, poz. 16 – Czy zamawiający wydzieli poz. 16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 16 do osobnego pakietu.

44. **Zestaw nr 4, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści maskę do badań endoskopowych o parametrach:

Maska umożliwi prowadzenie zabiegu endoskopowego z jednoczesną wentylacją podczas intubacji światłowodowej, bronchoskopii, gastroenterologii lub echokardiografii przezprzełykowej.

Specjalna membrana w masce zapobiega nieszczelnościom na każdym etapie zabiegu, doskonale uszczelnia podczas wprowadzania endoskopu lub rurki intubacyjnej. Jest to szczególnie korzystne dla komfortu pacjenta i jakości pracy lekarza podczas zabiegów bez znieczulenia .

Maska endoskopowa / jednorazowa,
material: PVC

Rozmiar	Membrana	REF	Ilość w opakowaniu
0	2.0 mm śr. wew.	30-40-000	6
1	2.0 mm śr. wew.	30-40-111	6
3	3.0 mm śr. wew.	30-40-333	6
3	5.0 mm śr. wew.	30-40-335	6
5	5.0 mm śr. wew.	30-40-555	6
5	10.0 mm śr. wew.	30-40-777	6



Odp. Zamawiający dopuszcza.

45. **Zestaw nr 4, pozycja 2, 3** - Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wykonaną z medycznego PCV, nie zawierającą ftalanów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

46. **Zestaw nr 4, pozycja 2, 3** - Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z 2 otworami bocznymi (po jednym na stronę)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

47. **Zestaw nr 4, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dorosłych w rozmiarach L i XL?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

48. **Zestaw nr 4, pozycja 2, 3** - Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową wyposażoną w aluminiową blaszkę w części nosowej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

49. **Zestaw nr 4, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dzieci w rozmiarach S i M?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

50. **Zestaw nr 4, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową o parametrach:

- Maską tlenową z filtrem marki Intersurgical została opracowana specjalnie do tlenoterapii u dorosłych, którzy cierpią na zakaźną chorobę dróg oddechowych lub u których takiej choroby nie można wykluczyć. Wbudowany filtr zapobiega wydostawaniu się aerozoli. Oznacza to zmniejszone ryzyko infekcji wśród ratowników medycznych oraz personelu szpitalnego.
- Zakrzywiony do wewnątrz mostek nosowy zapewnia optymalne uszczelnienie maski tlenowej, a dzięki umiejscowieniu na podbródku możliwe jest dopasowanie do wielu kształtów twarzy. Elastyczna opaska jest nisko osadzona i nie powoduje ucisku na ucho pacjenta
- FiltMask™ maska tlenowa marki Intersurgical
- Maską tlenową z wbudowanym filtrem
- Aerozole nie przedostają się na zewnątrz
- Zintegrowany system zaopatrzenia w tlen
- Zmniejsza ryzyko infekcji zakaźną chorobą dróg oddechowych
- Do tlenoterapii u dorosłych
- Zakrzywiony do wewnątrz mostek nosowy zapewnia optymalne uszczelnienie
- Maskę umieszcza się na podbródku, co umożliwia dopasowanie do wielu kształtów twarzy
- Elastyczna opaska jest nisko osadzona
- Brak ucisku na ucho pacjenta
- Długość drenu: 210 cm
- Ilość: 1 sztuka



Odp. Zamawiający dopuszcza.

51. **Zestaw nr 4, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści system do resuscytacji z maską w rozmiarze 2?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

52. **Zestaw nr 4, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści system do resuscytacji z maską w rozmiarze 2?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

53. **Zestaw nr 4, pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści system do resuscytacji z workiem o pojemności 1650ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

54. **Zestaw nr 4, pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści system do resuscytacji z zastawką 60cm H₂O?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

55. **Zestaw nr 4, pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści system do resuscytacji dla dorosłych z workiem o pojemności 1650ml, zastawką 60cm H₂O i maską w rozmiarze 5?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

56. **Zestaw nr 4, pozycja 10** - Czy Zamawiający doprecyzuje do czego będzie służył ustnik z pozycji 10, bądź do jakiego urządzenia będzie użytkowany?

Odp. Ustnik będzie służył do dozowania leku wziewnego.

57. **Zestaw nr 4, pozycja 12** - Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

58. **Zestaw nr 4, pozycja 13, 14** - Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z medycznego PCV?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

59. **Zestaw nr 4, pozycja 13, 14** - Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

60. **Zestaw nr 4, pozycja 15** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do higieny jamy ustnej posiadający szczoteczkę, saszetkę z 0,12% chlorheksydyną o pojemności 10ml, saszetkę z żelem nawilżającym jamę ustną, aplikator gąbkowy, kieliszek?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

61. **Zestaw nr 4, pozycja 15** - Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę składającą się z dwóch części oddzielnie wykonanych podczas procesu wytwarzania, połączonych ze sobą w sposób uniemożliwiający ich rozłączenie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

62. **Zestaw nr 4, pozycja 17-19** - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, aby Zamawiający wydzielił z Zestawu nr 4 pozycję 17, 18, 19 do osobnego pakietu, ze względu na fakt, iż asortyment objętymi tymi pozycjami posiada wyłącznie jedna firma i nie ma sposobności, aby inni Wykonawcy mogli zaoferować zestawy wymagane w OPZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zestawu 4 poz. 17, 18, 19 do oddzielnego pakietu.

63. **Zestaw nr 7, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści kasetkę na leki o wymiarach: korpus – 120 mm x 39 mm; wieczko zamykające – 125 mm x 41 mm; wysokość – 30 mm, nie posiadające miejsca na opis z danymi pacjenta, nieprzezroczysta?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

64. **Zestaw nr 7, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści kieliszek do leków pakowany po 80 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

65. **Zestaw nr 7, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści kieliszek do leków pakowany po 80 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

66. **Zestaw nr 7, pozycja 9** - Prosimy o odstąpienia wymogu zgodności z normą EN 13795 ze względu na fakt, iż dotyczy ona materiałów używanych do produkcji ubrań i obłożeń na blok operacyjny?

Odp. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 13795.

67. **Zestaw nr 7, pozycja 10** - Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z 1-warstwowej włókniny PP?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

68. **Zestaw nr 7, pozycja 10** - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 160x210cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

69. **Zestaw nr 7, pozycja 16** - Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane w całości z poliestru?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

70. **Zestaw nr 7, pozycja 16** - Czy Zamawiający wymaga myjki w kształcie rękawicy czy myjki prostokątnej „ścierki”?

Odp. Zamawiający dopuszcza inny kształt myjki niż wskazany w SWZ.

71. **Zestaw nr 7, pozycja 18** - Czy Zamawiający dopuści naklejki o wymiarach 30x60mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

72. **Zestaw nr 7, pozycja 18** - Czy Zamawiający dopuści naklejki o wymiarach 32x20mm, pakowane po 2000 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

73. **Zestaw nr 7, pozycja 20** - Czy Zamawiający dopuści foliową osłonkę na metryczkę o wymiarach 7,5x10,5cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

74. **Zestaw nr 7, pozycja 28** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik do dobowej zbiórki moczu bezbarwny, posiadający pokrywkę?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

75. **Zestaw nr 7, pozycja 29** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności użytkowej 100ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

76. **Zestaw nr 7, pozycja 34** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za sztukę, z uwagi na fakt, iż oferowane rurki pakowane są po 100 sztuk?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

77. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

78. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

79. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar na:

1. § 8 1.1) z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5,00% „całkowitego wynagrodzenia wykonawcy brutto określonego w postanowieniu § 6 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest, aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

2. § 8 1.2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy lub wypełnienia zobowiązań z tytułu reklamacji i/lub gwarancji, w wysokości 2,00% wartości brutto niezrealizowanej części tej dostawy?

3. § 8 1.3) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań określonych postanowieniami § 1 ust. 6 oraz § 4 w wysokości 0,10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w powyższym zakresie.

Pakiet 14 ; zad. 7:

80. Czy Zamawiający Wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek papierowo foliowych o rozmiarze 90mm x 230mm w zamian 100mm x 230mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

81. Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

82. Zestaw 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a'25szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

83. Zestaw 5, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

84. Zestaw 5, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z 50szt odcinków na roli z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

85. Zestaw 5, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład występujący w kolorze niebieskim i białym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

86. Zestaw 5, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm, długości 50m perforowany co 37,5cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

87. Zestaw 5, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści podkład dostępny tylko w kolorze białym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

88.Zestaw nr 5, poz. 5-7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwet o gramaturze laminatu (PP + PE) 60g/m2, odporność na przenikanie cieczy 196 cm H2O, chłonność 600%?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

89.Zestaw nr 5, poz. 5-7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwet sterylizowanych radiacyjnie zgodnie z EN ISO 11137?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

90.Zestaw nr 5, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety z otworem o wymiarach 6 x 8 cm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

91.Zestaw nr 5, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety rozmiar 50 x 75 cm z otworem o średnicy 7 cm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

92.Zestaw nr 5, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści śliniak ochronny z kieszenią 17,5cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

93.Zestaw nr 5, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści śliniak ochronny w rozmiarze 38x48cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

94.Zestaw nr 6, poz. 1-2 – Czy Zamawiający dopuści uniwersalny cewnik dostępny w rozmiarach od CH12 do CH24 z i balonem 5-10ml dla wszystkich rozmiarów jednej o długości 400 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wielkość balonu, długość cewnika zgodnie z SWZ.

95.Zestaw nr 6, poz. 7-8 – Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z numerycznym oznaczeniem rozmiaru wyłącznie na opakowaniu jednostkowym? Cewnik posiada kolorystyczne oznaczeniem rozmiaru w postaci barwnego konektora, pozwalający łatwo identyfikować rozmiar cewnika.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

96.Zestaw nr 6, poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w systemie zamkniętym o następujących parametrach:

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.



- blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki
- bezzwrotny port do płukania cewnika
- przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem
- barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku
- mocny przezroczysty mankiet zabezpieczający cewnik
- łącznik kątowy podwójnie obrotowy
- medyczny port do podawania leków w aerozolu
- cewnik z atraumatycznym końcem
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowy

Skład zestawu:

- zamknięty system do odsysania 72H
- klucz do rozłączania
- elastyczna przedłużka
- naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu

rozmiar [CH/FG]	kolor	długość [mm]	
		do rurek intubacyjnych	do rurek tracheostomijnych
10	czarny	540	360
12	niebieski	540	360
14	zielony	540	360
16	żółty	540	360
18	czerwony	540	360

?

97.Zestaw 6 poz. 11-12 – Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania wyłącznie w rozmiarze CH24?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

98.Zestaw 6 poz. 20 – Czy Zamawiający maskę krtaniową z korpusem i mankietem wykonanym z silikonu?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

99.Zestaw 6 poz. 20 – Czy Zamawiający maskę krtaniową z korpusem i mankietem wykonanym z PVC?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, reszta wymogów zgodnie z SWZ.

100.Zestaw 6 poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o następujących parametrach:

- Wykonana z medycznego PVC
- Przezroczysty, elastyczny mankiet uszczelniający o eliptycznym kształcie, zapewniający bezpieczną kontrolę oddechu
- Anatomicznie wyprofilowany korpus maski z oznaczeniem: przedziału wagowego pacjenta, objętości mankietu, ciśnienia wypełnienia mankietu oraz rozmiaru
- Uniwersalny, przezroczysty łącznik 15 mm
- Przezroczysty balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru maski oraz maksymalnej objętości mankietu
- Kompatybilność z rezonansem magnetycznym (MR) – brak metalowych elementów
- Barwione kolorystycznie zabezpieczenie zastawki
- Pakowanie: 1 szt. / papier-folia ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw 6 poz. 22 – Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o następujących parametrach:

Wykonana z biokompatybilnego silikonu zapewniającego znakomitą elastyczność rurki

- Niebieski, elastyczny mankiet uszczelniający o eliptycznym kształcie, zapewniający bezpieczną kontrolę oddechu
- Anatomicznie wyprofilowany korpus maski z oznaczeniem przedziału wagowego pacjenta, objętości mankietu oraz rozmiaru
- Kompatybilna z rezonansem magnetycznym (MR) – brak metalowych elementów
- Pakowanie: 1 szt. / papier-folia

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



101.Zestaw 6 poz. 24 – Czy Zamawiający dopuści maskę twarzową z otwartym mankietem wykonaną z PP i TPE, bez PVC i ftalanów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

102.Zestaw 6 poz. 27 – Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w następujących rozmiarach:

ROZMIAR	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	ROZMIAR RURKI
6 Fr	2.0 mm	310 mm (±10)	250 mm (±5)	od 2,0 do 4,0
10 Fr	3.3 mm	390 mm (±10)	350 mm (±5)	od 4,5 do 6,5
14 Fr	4.7 mm	390 mm (±10)	355 mm (±5)	od 7,0 do 10,0

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

103.Zestaw 6 poz. 29 – Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu skalowaną co 1cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

104.Zestaw 6 poz. 30 – Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z medycznego, nie silikonowanego PCV ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

105.Zestaw 6 poz. 32 – Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napękania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni, niesterylne. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

107.Zestaw 6 poz. 34

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

108.Zestaw 6 poz. 35 – Czy Zamawiający dopuści wycenę worków do dobowej zbiórki moczu za opakowanie a'10 szt. (każdy worek pakowany pojedynczo) z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

109.Zestaw 6 poz. 36 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z kłamarą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

110.Zestaw 6 poz. 38 – Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

111.Zestaw 6 poz. 38 – Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

- Wykonany z plastikowej obudowy, dwóch piankowych filtrów, zastawki bezpieczeństwa oraz króćca do podłączenia tlenu
- Piankowe filtry ogrzewają, nawilżają oraz filtrują wdychane przez pacjenta powietrze
- Zastawka bezpieczeństwa uwalnia nadmiar ciśnienia, np. podczas kaszlu pacjenta, umożliwia odkrztuszanie znacznych ilości wydzieliny
- Króciec umożliwia podłączenie drenu tlenowego

Parametry filtra:

- objętość oddechowa (VT): min. 250 ml
- przestrzeń martwa: 16 ml
- utrata wilgotności: 9,7 mg/l
- waga: 4,5 g
- długość: 33 mm
- połączenie: 15 mm ISO
- czas użycia: maksymalnie 24 h
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

opór przepływu:

wartość przepływu	faza wdechu	faza wydechu
0,5 l / s	0,30 hPa	0,34 hPa
1,0 l / s	0,69 hPa	0,78 hPa
1,5 l / s	1,12 hPa	1,28 hPa

skuteczność nawilżania:

Vr = 500 ml	11,1 mg / l
Vr = 750 ml	12,0 mg / l
Vr = 1000 ml	13,9 mg / l

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

112.Zestaw 6 poz. 49 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z otworem centralnym i 1 otworem bocznym z natłuszczoną końcówką drenu zabezpieczoną zatyczką?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

113.Zestaw 6 poz. 49 – Czy Zamawiający dopuści wycenę zestawów do lewatywy za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

114.Zestaw 6 poz. 53 – Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy 100% silikon w opakowaniu podwójnym folia/papier-folia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

115.Zestaw 6 poz. 57 – Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania sterylnej w ampułkostrzykawce?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

116.Zestaw 6 poz. 9, 17,18, 44, 55-56 - Czy zamawiający wydzieli lub usunie ww. pozycje do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu lub usunięcie poz. 9, 17,18, 44, 55-56.

117.Zestaw nr 6, poz. 46 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie zapakowanego w rękaw papierowo-foliowy, w zestawie znajduje się miska nerkowata PVC 12cm x 18cm w ramach blistra:

1 Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa

1 Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cm x 8cm

5 Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

4 Tupfer z gazy 17N bez nitki RTG 20cm x 20cm

1 Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 Strzykawką 3-częściową 20ml luer

1 Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 Pęseta plastikowa niebieska dł. 13cm

1 Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm

2 Rękawice diagn. Lateksowe bezpydrowe rozm. M

Osobno Pakowane:

1 Żel do znieczulenia błon śluzowych

2 Strzykawką z wodą sterylną i gliceryną 10ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

118.Zestaw nr 6, poz. 46 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestawu ze strzykawką bez opakowania jednostkowego co pozwoli na redukcję odpadów powstałych podczas zabiegu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

119.Zestaw nr 6, poz. 47 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie zapakowanego w rękaw papierowo-foliowy, w zestawie znajduje się pojemnik 3-komorowy w ramach blistra:

1 Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 Pęseta chirurgiczna metalowa, 1x2 zębki 14,5cm

6 Tupfer z gazy z nitką RTG 17N 15cm x 15cm

1 Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm

1 Strzykawką 3-częściową 10ml luer

1 Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 Igła iniekcyjna (0,8 x 40)

1 Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6cm x 8cm

1 Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa

1 Nożyczki IRIS metalowe, proste 11,5cm

1 Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

120.Zestaw nr 6, poz. 47 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestawu z igłami i strzykawką bez opakowania jednostkowego co pozwoli na redukcję odpadów powstałych podczas zabiegu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

121.Zestaw nr 6, poz. 46, 47 – Czy Zamawiający w przypadku wezwania do dostarczenia próbek dopuści próbki w wersji niesterylnej?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

122.Zestaw nr 7, poz. 10– Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej o gramaturze 25g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

123.Zestaw nr 7, poz. 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

124.Zestaw 7, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści lusterko laryngologiczne o średnicy lusterka 19mm z rączką o długości 18 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

125.Zestaw 7, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate o maksymalnej pojemności 900 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

126.Zestaw 7, pozycja 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'300 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

127.Zestaw nr 7, poz. 16– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

128.Zestaw nr 7, poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy, nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny, obie warstwy myjki nie podfoliowane, w rozmiarze 14 cm x 20 cm, gramaturze 90g/m², w opakowaniu a'10 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

129.Zestaw nr 7, poz. 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

130.Zestaw 7 pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści etykiety samoprzylepne w rozmiarze 35x22 mm z nadrukiem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

131.Zestaw 7, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści wycenę nici chirurgicznych za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

132.Zestaw 7, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne z igłą o grubości 3/0 i 4/0?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

133.Zestaw 7, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne na zwłoki wyposażoną w etui z przezroczystej wodoodpornej folii PCV o wym. 68x96 mm na wkładkę kartonowa z wycięciem do przełożenia opaski oraz opaski paska o wymiarach szerokość 13 mm, obwód regulowany w zakresie 9 cm - 25 cm?



Odp.: Zamawiający dopuszcza.

134.Zestaw 7, pozycja 20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

135.Zestaw 7, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medycznego o średnicy otworu wrzutowego do 9cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

136.Zestaw 7, pozycja 22-26 - Czy Zamawiający dopuści w przypadku oferowania pojemnika na odpady żółtego - pojemnik żółty z czerwonym wiekiem (pokrywą)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

137.Zestaw 7, pozycja 22-27 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na próbki histopatologiczne o pojemności 60ml z zawartością formaliny 20ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

138.Zestaw 7, pozycja 29 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 100ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

139.Zestaw 7, pozycja 29 - Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników na mocz za opakowanie a'90 szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

140.Zestaw 7, pozycja 29 - Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników na mocz za opakowanie a'100 szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

141.Zestaw nr 7, poz. 32 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane z miękkiej włókniny rozmiar 30cm x 40cm, gramatura 45g/m², grubość min. 0.55mm, opakowanie a'100 sztuk zgrzewane w folię umieszczone dodatkowo w kartonowym dyspenserze ułatwiającym wyjmowanie, produkt pozbawiony latexu, jednorazowe, niesterylne?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

142.Zestaw nr 7, poz. 32 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

143.Zestaw nr 7, poz. 32 – Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ręczniki do osuszania ciała wykonane z wysokiej jakości celulozy. Lekko tłoczona powierzchnia przyspiesza absorpcję wody. Wysoka gramatura materiału - 50g/m² zapewnia dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 40 cm x 70 cm. Opakowanie foliowe, 50 sztuk w opakowaniu. Jednorazowego użytku. Niesterylne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

144.Zestaw nr 7, poz. 32 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

145.Zestaw nr 7, poz. 33 – Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ręczniki do osuszania ciała wykonane z wysokiej jakości celulozy. Lekko tłoczona powierzchnia przyspiesza absorpcję wody. Wysoka gramatura materiału - 50g/m² zapewnia dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar 40 cm x 70 cm. Opakowanie foliowe, 50 sztuk w opakowaniu. Jednorazowego użytku. Niesterylne.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

146.Zestaw nr 7, poz. 33 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

147.Zestaw nr 7, poz. 33 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane z miękkiej włókniny rozmiar 30cm x 40cm, gramatura 45g/m², grubość min. 0.55mm, opakowanie a'100 sztuk zgrzewane w folię umieszczone dodatkowo w kartonowym dyspenserze ułatwiającym wyjmowanie, produkt pozbawiony lateksu, jednorazowe, niesterylne?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

148.Zestaw nr 7, poz. 33 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

149.Zestaw 7, pozycja 35 - Czy Zamawiający dopuści skalpel jednorazowego użytku z ostrzem ze stali nierdzewnej i rękojeścią z wytrzymałego tworzywa sztucznego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

150.Zestaw 7, pozycja 36 - Czy Zamawiający dopuści szynę Kramera bez powleczenia?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

151.Zestaw 7, pozycja 38 - Czy Zamawiający dopuści stażę bezlateksową o następujących parametrach:

- wykonana z szerokiego rozciągliwego paska TPE (termoplastyczny elastomer)
- bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- jednorazowe opaski ograniczają możliwość przenoszenia
- drobnoustrojów zmniejszając ryzyko zakażeń szpitalnych
- długość całkowita rolki 11,25 m
- dostępna w kolorach: niebieskim i różowym
- opakowanie jednostkowe typu dyspenser, umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



152.Zestaw 7, pozycja 38 - Czy Zamawiający dopuści wycenę staż za opakowanie rolka=a'25 szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.