



AE/ZP-27-51/24

Tarnów, 10-06-2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy: staplerów okrężnych, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów, laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany, aparatury do operacji laparoskopowych.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy w związku z czasowym wstrzymaniem produkcji opisanego w pakiecie 3 poz. 7 - uchwytu plastikowego, Zamawiający wykreśli z formularza cenowego poz. 7 tym samym odstępując od wymogu zaoferowania tego wyrobu? W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w/w pozycji z adnotacją „czasowo niedostępne”? Zobowiązujemy się do poinformowania Zamawiającego o wznowieniu produkcji i możliwości zamawiania opisanego towaru.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które są produkowane pod zamówienie i wymagają sprowadzenia z zagranicy, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu dostawy dla pakietu nr 3 do 30 dni od złożenia zamówienia?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 3** - Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów jednorazowego użytku (filtrów) z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3 (Dotyczy daty ważności min. 12 m-cy.)** Prosimy o potwierdzenie, że wymagany termin ważności 12 m-cy nie dotyczy oferowanych wyrobów wielorazowych, niesterylnych, nie posiadających terminów ważności?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3 (Dotyczy SWZ rozdz. 11 pkt. 11.6.2)** - Prosimy o odstąpienie od wymogu złożenia oświadczenia (zał. 3 pkt. 2) i dostarczenia na żądanie Zamawiającego dokumentów dopuszczających zaoferowany w zakresie pakietu nr 3 poz. 2, 4-5 przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP z uwagi na fakt, iż wyroby te nie podlegają ustawie o wyrobach medycznych ani innym specjalnym przepisom dopuszczającym do obrotu?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3**- Czy w związku z tym, że opisane w pakiecie 3 poz. 4, 5 i 6 formularza cenowego uszczelki i filtry są pakowane przez producenta w opakowania handlowe (poz.4 i 5- po 5 szt. w opakowaniu i poz. 6 po 25 szt. w opakowaniu) Zamawiający dokona modyfikacji lub wyrazi zgodę na modyfikację jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz skoryguje lub wyrazi zgodę na skorygowanie wymaganej ilości w przeliczeniu na opakowania (poz.4 - 4 opak.; poz. 5- 2 opak.; poz. 6- 3 opak)?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3**- Czy w związku z tym, że opisane w pakiecie 3 poz. 4, 5 i 6 formularza cenowego uszczelki i filtry są pakowane przez producenta w opakowania handlowe (poz.4 i 5- po 5 szt. w opakowaniu i poz. 6 po 25 szt. w opakowaniu) Zamawiający potwierdzi, że będzie zamawiał towar w pełnych opakowaniach?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 3 (Dotyczy wzoru umowy pkt. 22.13 ppkt. c))** - Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość łącznej max. kary z 30% do 20%?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z **Pakietu Nr 3 poz. 7**.

Zamawiający w przypadku czasowego wstrzymania produkcji wyraża zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 7** asortymentu z adnotacją „czasowo niedostępne”, pod warunkiem, że Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wznowieniu produkcji i możliwości zamawiania zaoferowanego towaru.



Ad.2

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ. Wykonawca realizował będzie zamówienie Zamawiającego w zakresie **Pakietu Nr 3** w okresie do 14 dni kalendarzowych od jego zgłoszenia.

Ad.3

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.22.5 SWZ **zapis o treści:**

„22.5. Bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczane w ramach: Pakietów Nr 1-2, Pakietu Nr 3 poz. 6, wyroby terminów ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.”

zmienia na zapis o treści:

„22.5. Bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczane w ramach: Pakietów Nr 1-2 wyroby terminów ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy, a Pakietu Nr 3 poz. 6 wyroby terminów ważności minimum 9 miesięcy od daty dostawy.”

Ad.4

Zamawiający informuje, iż wymagany w pkt.22.5 SWZ termin ważności w zakresie **Pakietu Nr 3 poz.6** dotyczy filtrów jednorazowego użytku.

Ad.5

Zamawiający nie wyraża zgody na odstępianie od wymogu określonego w pkt 5.3 oraz pkt 11.6.2 SWZ w zakresie **Pakietu Nr 3 poz.2, 4-5**, nie mniej jednak istotny jest fakt, że w wyżej wymienionych pkt SWZ mowa jest o niezbędnych dokumentach dopuszczających zaoferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP.

Ad 6

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem określonym w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SWZ, Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę oferowanej wielkości opakowania, ilości opakowań oraz ceny jednostkowej netto i brutto opakowania w złotych.

Ad 7

Zamawiający informuje, iż będzie zamawiał w zakresie **Pakietu Nr 3 poz.4, 5 i 6** towar w pełnych opakowaniach. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem podanym w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SWZ, Zamawiający dopuszcza składanie ofert z niepełnymi opakowaniami, pod warunkiem, że Zamawiający będzie mógł zamawiać niepełne opakowania, w przypadku, gdy Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań należy zaokrąlać zaoferowaną ilość do pełnych opakowań w górę.

Ad 8

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt.22.13 ppkt.c) SWZ.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

