



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ poczt@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 24.08.2023 r.

ZP/ 72/2023

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę specjalistycznych, jednorazowych obłożeń operacyjnych, fartuchów oraz bielizny na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Dot. Pakiet 24, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha chirurgicznego SMS ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2

Dot. Pakiet 24, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha chirurgicznego o gr. 35 gr ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dot. Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100 x 150 cm? Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Dot. Pakiet nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 180 cm? Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 5

Dot. Pakiet nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 240 cm? Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Dot. Pakiet nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmami mocującymi pokrytymi klejem przyjaznym dla skóry? Zamawiający od kilku lat pracuje z w/w asortymentem i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Dot. Pakiet nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach L- 130 cm, XL- 150 cm, XXL- 150 cm large, XL long- 170 cm, pakowany w opakowanie papierowo - foliowe z min. dwiema etykietami samoprzylepnymi dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta, po ich odklejeniu etykieta główna pozostaje na opakowaniu, zapakowany dodatkowo z dwoma ręcznikami? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Dot. Pakiet nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS dostępny w rozmiarach L, XL, XXL, XL long? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Dot. Pakiet nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS, z wyraźnym oznakowaniem rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, owinięty w serwetę włókninową? Fartuch dostępny w rozmiarach: L, XL, XXL, XL long. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Dot. Pakiet nr 24

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m², dostępny w rozmiarach S/M, L, XL, XXL? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 11

Dot. Pakiet 29 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie fartucha o gramaturze 35 g/m². Fartuch posiada wyraźne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Dostępne rozmiary M/L, L, XXL. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Dot. Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm z otworem przylep. 5x6cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13

Dot. Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm z otworem przylep. 8x11cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 14

Dot. Pakiet 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 90 x 150 cm o średnicy 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15**Dot. Pakiet 29 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści włókninę SMMMS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 16**Dot. Pakiet 29 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawy zakończone elastycznym poliestrowym przylegającym do ciała mankietem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 17**Dot. Pakiet 29 poz. 1**

Czy opisie nie zaszła omyłka - czy Zamawiający wymaga fartuchów w dwóch gramaturach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gramaturę 35-40 g/m²

Pytanie 18**Dot. Pakiet 29 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 16 x 250 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 19**Dot. Pakiet 24**

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 35 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 20**Dot. Pakiet 24**

Czy Zamawiający dopuści przy szyi rzep?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 21

Dot. SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie pełnomocnictwa bez wskazania postępowania, którego dotyczy?

ODPOWIEDŹ: Z pełnomocnictwa musi wynikać co najmniej, iż pełnomocnik posiada pełnomocnictwo do podejmowania czynności w postępowaniach prowadzonych zgodnie z Pzp.

Pytanie 22**Dot. pakietu 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny, jednorazowy z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² z 2 ręcznikami do wytarcia rąk i dodatkowym zabezpieczeniem w postaci papieru krepowanego? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 23**Dot. pakietu 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny, jednorazowy z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w strefie mniej krytycznej oraz 40 g/m² w strefie krytycznej (razem 75 g/m²) z 2 ręcznikami do wytarcia rąk i dodatkowym zabezpieczeniem w postaci papieru krepowanego? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 24**Dot. pakietu 1, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 56g/m². Jedna z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 570% (wymagana 450%).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 25

Dot. Pakietu 1, Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do cystoskopii wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny o gramaturze 56 g/m², o chłonności 570% (wymagane 450%), serweta na stół narzędziowy o gramaturze 84 g/m², serweta na stolik Mayo 74 g/m², zestaw zapakowany w serwetę na stół narzędziowy i w torebkę papierowo-foliową typu miękki blister, skład: serweta 180x75cm z otworem 20x10 i przylepcem wokół otworu, serweta przeznaczona pod pośladki 90x75cm – 1 szt, pokrowiec na nogę 120x75cm – 2 szt, serweta na stół narzędziowy 190x150cm – 1 szt, serweta na stolik Mayo – 145x80cm – 1 szt, serwetki do rąk włókninowe 40x20cm. Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 26

Dot. Pakietu 1, Poz. 5

Czy można zaoferować obłożenie uniwersalne wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny o gramaturze 56 g/m², o chłonności 570% (wymagana 450%), serweta na stół narzędziowy o gramaturze 84 g/m², serweta na stolik Mayo 74 g/m², zestaw zapakowany w serwetę na stół narzędziowy i w wytrzymałą torbę plastikowo-papierową typu TYVEC, z serwetą do nakrycia stołu instrumentariuszki 150x190 (zamiast 140x190), z serwetą z przylepcem 240x150cm (zamiast 200x170cm), z serwetą 180x170cm (zamiast 175x170cm), z 2 ręcznikami wykonanymi z włókniny kompresowej 20x40cm, z kieszenią samoprzylepną 2-sekcyjną 42x35cm, z taśmą przylepną 9x50cm, z rzepami Velcro 2x25cm, wszystkie pozostałe zapisy i elementy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 27

Dot. Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z nerką wykonaną z tworzywa sztucznego? Wszystkie pozostałe zapisy i elementy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 28

Dot. Pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę chirurgiczną o rozmiarze 200 x 150cm z otworem przylepnym 15 x 10 cm umieszczonym 92,5 cm od górnego końca serwety. Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 29

Dot. Pakietu Nr 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw z nerką plastikową, zamiast nerki tekturowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 30

Dot. Pakietu 12, Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw z nerką plastikową, zamiast tekturowej? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 31

Dot. Pakietu 16, Poz. 1

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka i Zamawiający wymaga twardych tupferów o rozmiarze 12 x 12 cm, a nie 12 x 12 mm? Pragniemy poinformować, że aktualnie dostarczamy tupfery o takim rozmiarze do Państwa szpitala

Odpowiedź: tak, nastąpił błąd edytorski zamawiający wymaga tupferów 12x12 cm

Pytanie 32**Dot. Pakietu 16, Poz. 1**

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka i Zamawiający wymaga tupferów z gazy 40 x 40 cm, a nie 40 x 47 mm? Pragniemy poinformować, że aktualnie dostarczamy tupfery o takim rozmiarze do Państwa szpitala.

Odpowiedź: tak, nastąpiła oczywista omyłka edytorska i zamawiający dopuszcza tupfery o wymiarach 40 x 40-47 CM

Pytanie 33**Dot. Pakietu 16, Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści tupfery z gazy 40 x 40 cm, a nie 47 x 40 cm? Pragniemy poinformować, że aktualnie dostarczamy tupfery o takim rozmiarze do Państwa szpitala.

Odpowiedź: tak, nastąpił błąd edytorski i zamawiający dopuszcza tupfery o wymiarach 40 x 40-47 CM

Pytanie 34**Dot. Pakietu 16, Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym „U” o rozmiarze 7 x 63 cm, a nie 6,5 x 60cm (+/- 1 cm)? Pragniemy poinformować, że aktualnie dostarczamy serwetę o takim rozmiarze do Państwa szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 35**Dot. Pakietu 16, Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną 270 x 180 cm, zamiast 300 x 180 cm? Pragniemy poinformować, że aktualnie dostarczamy serwetę o takim rozmiarze do Państwa szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 36**Dot. Pakietu 16, Poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę U przylepną do operacji kończyny dolnej o rozmiarze 240 x 150 cm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 37**Dot. Pakietu 16, Poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści serwetę do operacji dłoni/stopy o rozmiarze 240 x 300 cm? Pragniemy poinformować, że aktualnie dostarczamy serwetę o takim rozmiarze do Państwa szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 38**Dot. pakietu 16, poz. 5**

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka i Zamawiający wymaga tupferów z gazy 40 x 40 cm, a nie 40 x 47 mm? Pragniemy poinformować, że aktualnie dostarczamy tupfery o takim rozmiarze do Państwa szpitala.

Odpowiedź: tak, nastąpiła oczywista omyłka edytorska i zamawiający dopuszcza tupfery o wymiarach 40 x 40-47 cm

Pytanie 39**Dot. Pakietu 17**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny (wzmocniony), wykonany z włókniny typu spunlace, oddychającej włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze minimum 68 g/m²; nieprzemakalne wstawki w przedniej części wykonane z laminatu polipropylenowo-polietylenowego, w rękawach wzmocnienia (od mankieta do wysokości powyżej łokcia) z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu polipropylenowo-polietylenowego złożonego z folii polietylenowej 24 g/m² oraz włókniny polipropylenowej 15 g/m² i kleju 1 g/m², rękaw zakończony elastycznym pochłaniającym pot mankiem wykonanym w 100% z poliestru; u góry, przy szyi zapinany na rzep, troki łączone kartonikiem, poły fartucha zachodzące na siebie, zapewniające sterylne plecy, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rozmiary: M; L; XL i XXL.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 40

Dot. Pakietu Nr 20, Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne o odporności na przenikanie cieczy min. 24 cmH₂O (wymagane 25,2 cm H₂O)? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 41

Dot. Pakiet 21, Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do elektroterapii z chustą angiograficzną 240 x 320 cm z włókniny laminowanej, dwuwarstwowej z panelami z folii poliuretanowej po obu stronach o wymiarach 60 x 320 cm, posiadająca 2 samoprzylepne otwory o średnicy 12 cm otoczone folią chirurgiczną w świetle otworu (średnica samego okna ok. 7 cm położone do centralnie); serweta w polu krytycznym posiada dodatkowe wzmocnienie z warstwy wysokochłonnej o wymiarach 120 x 80 cm, chusta do owinięcia zestawu 130x90cm, powłoka ochronna typu beret o rozmiarze 102x91cm, Kleszczyki Mosquito proste, metalowe 14 cm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ. Pragniemy poinformować, że od ponad 5 lat dostarczamy do Państwa placówki zestaw z serwetą główną i elementami jak wyżej opisane, spełniający Państwa oczekiwania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zamawiający wymaga włókniny trójwarstwowej oraz powłoki ochronnej typu torba

Pytanie 42

Dot. Pakietu 21, Poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do angiografii wykonany z pełnobarierowego, podfoliowanego laminatu polipropylenowo-polietylenowego, zapewniającego 100% nieprzemakalność z dodatkową dwuwarstwową, podfoliowaną, wysokochłonną łatą chłonną typu polipropylenowo-polietylenowego? Pragniemy poinformować, że zaoferowana serweta wraz z łatą chłonną gwarantuje wysoką chłonność, pełną barierowość i bezpieczeństwo zarówno dla personelu jak i dla pacjenta. Wszystkie pozostałe parametry serwety zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zamawiający wymaga włókniny trójwarstwowej

Pytanie 43

Dot. Pakietu 21, Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści powłokę ochronną typu beret o rozmiarze 102x91cm, zamiast wymaganej 100x90cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga ochrony typu torba

Pytanie 44

Dot. pakietu 21, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści powłokę ochronną typu beret o rozmiarze 75x81cm, zamiast wymaganej 75x80cm?

Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga ochrony typu torba

Pytanie 45

Dot. Pakietu Nr 24

Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne o gramaturze 35 g/m²? Pragniemy poinformować, że zaoferowana gramatura spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 13795, dzięki czemu zapewnia pełne bezpieczeństwo i komfort pracy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 46

Dot. Pakietu Nr 24

Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 47**Dot. Pakietu 26, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny, uniwersalny, wzmocniony na całej powierzchni, wykonany z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 73 g/m²? Pragniemy poinformować, że zaoficerowany laminat charakteryzuje się wysoką odpornością na przenikanie cieczy na poziomie 191 cmH₂O (wymagana w specyfikacji min. 100 cmH₂O), warstwa chłonna serwety na stół do instrumentarium na całej długości o szerokości 66cm, warstwa chłonna serwety na stolik Mayo 76 x 85 cm, organizator na przewody niewkomponowany w serwetę, dodany do zestawu w postaci taśmy medycznej 50 x 9 cm, posiadający przyklepic, do przyklejenia w dowolnym miejscu obłożenia, opakowanie papierowo-foliowe typu miękki blister. Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 48**Dot. Pakietu 26, Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych, dolnych, wzmocniony na całej powierzchni, wykonany z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 73 g/m² o wysokich, przekraczających wymagane w SWZ parametrach nieprzemakalności i wytrzymałości, skład zestawu: serweta ginekologiczna o rozmiarze 250x250cm z zintegrowanymi nogawicami i ekranem anestetycznym, z workiem z sitem, z otworem owalnym samoprzylepnym o rozmiarze 10 x 15 cm, organizator w postaci taśmy medycznej lepnej 9 x 50 cm – 1 szt, ręczniki włókninowe chłonne o rozmiarze 20 x 40 cm – 2 szt, serweta na stolik narzędziowy (owinięcie zestawu) – 1 szt, serweta na stolik Mayo w postaci worka – 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 49**Dot. Pakietu 26, Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie pola operacyjnego do cięcia cesarskiego o wymiarach serwety głównej 325 x 250 cm w kształcie litery T, gramaturze 56 g/m², otwór o wymiarach 35 x 32 cm, wypełniony folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki, serweta wyposażona w okalający otwór worek do przechwytywania płynów o wymiarach 89 x 76 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka, a także organizator przewodów. Serweta wykonana na całej powierzchni z laminatu 3-warstwowego o gramaturze min. 73 g/m², seton gazowy 1 cm x 5 m 4 warstwowy – 2 sztuki, kompres gazowy/serweta gazowa 45x45cm 17N 8W z RTG – 5 szt, ręczniki włókninowe, chłonne o rozmiarze 20 x 40 cm – 4 szt, serweta na stół (owinięcie zestawu) o gramaturze 84 g/m², z warstwą chłonną o szerokości 66 cm na całej długości serwety. Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 50**Dot. Pakietu 27, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego z tufkami o wykroju gazy 50 x 50 cm w ilości 3 sztuk, zapakowany w torebkę papierowo-foliową? Pragniemy poinformować, że zaoficerowane tufki i ilości w zupełności wystarczą do poprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia procedury. Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 51**Dot. Pakietu 27, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego z korcangiem o rozmiarze 19 cm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 52**Dot. Pakietu 27, Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w dla noworodka w rozmiarze 80cm x 100 cm? Pragniemy zauważyć, że proponowana serweta przekracza o 1 cm dopuszczalną tolerancję +/- 10%, co nie wpływa na jej właściwości użytkowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 53**Dot. Pakietu Nr 29, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch bez celulozowego ręczniczka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 54**Dot. Pakietu Nr 29, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w zestawie z fartuchem dwa ręczniczki z włókniny kompresowej, zamiast 1 ręczniczka celulozowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 55**Dot. Pakietu Nr 29, Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody o długości 250 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 56**Dot. Pakietu Nr 30**

Czy Zamawiający dopuści jałową osłonę na ramię C, wykonaną z folii o grubości 41 µm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 57**Dot. pakietu nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do mycia operacyjnego o następującym składzie i parametrach:

6x tupfer gazowy 40x50 cm 20- nitkowy

1x korcang plastikowy 24 cm

1x miska nerkowata 700 ml plastikowa

1x serweta min. 50x60 cm z laminatu dwuwarstwowego- owinięcie zestawu

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 58**Dot. Pakietu Nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji okulistycznych o następującym składzie i parametrach:

1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm z folii polietylenowej o grubości min. 50 µm ze wzmocnieniem

64x145 cm, gramatura min. 85 g/ m2 w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający jałową aplikację

1x serweta na stolik instrumentariuszki 90x75 cm- dwuwarstwowa na całej powierzchni, gramatura min. 67 g/ m2

1x serweta okulistyczna 140x150 cm z otworem 10x10 cm wypełnionym folią chirurgiczną, z kieszeniami do zbiórki płynów po obu stronach otworu z kształtkami do regulacji. Serweta z włókniny 35 g/ m2

SSMMMS, antystatyczna, hydrofobowa, niepodfoliowana, bezlateksowa, bezzapachowa, repelentna wobec alkoholi, niepalna, bez celulozy, bezzapachowa

2x osłona na podłokietnik fotela operatora

2x ręcznik celulozowy 25x19 cm

Sterylizacja- tlenek etylenu BEZWONNY

Opakowanie jednostkowe- torba polietylenowa z opaską TYVEC, pod którą po otwarciu widoczny margines min. 3 mm bez kleju, zapobiegający przypadkowemu rozjałowieniu podczas wyjmowania zestawu.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 59**Dot. pakietu nr 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzmocnionego fartucha z włókniny Spunlace 68 g/ m2, w części brzusznej oraz w rękawach powyżej łokcia nieprzemakalne wzmocnienia z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa/ włóknina polipropylenowa) o gramaturze 38 g/ m2, rękaw

zakończony włókniną w 100% poliestrową z certyfikatem antyalergicznego OEKO-TEX Standard 100. Łączenie wzmocnienia w rękawach dodatkowo zabezpieczone taśmą. U góry przy szyi zapięcie na 2 rzepy, złożenie umożliwiające aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru fartucha widoczny przed rozłożeniem. Dostępne rozmiary: M- 120 cm, L- 130 cm, XL- 140 cm, XXL- 152 cm, XL-XL- 165 cm (+/- 3 cm). I klasa palności, fartuch repelentny wobec alkoholi poziom 9.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 60

Dot. Pakietu Nr 19, Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony na ramię C prostokątnej o wymiarach 104 x 203 cm zawierającej 3 taśmy lepne do ufiksowania osłony na urządzeniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie 61

Dot. Pakietu Nr 19, Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony na ramię C o wymiarach 152x267 cm w kształcie litery C z przezroczystej folii polietylenowej o grubości 41 µm zawierający 4 taśmy do ufiksowania osłony na urządzeniu. Opakowanie 20 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 62

Dot. Pakietu 19, Poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony na przewody o wymiarach 18x244 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie 63

Dot. Pakietu Nr 19, Poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony na aparaturę RTG o wymiarach 100x100 cm ściągnięty elastyczną gumką. Opakowanie 60 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 64

Dot. Pakietu Nr 19, Poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony na aparaturę RTG o wymiarach 75x100 cm ściągnięty elastyczną gumką. Opakowanie 140 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 65

Dotyczy Zadania 20, Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wzmocnionego fartucha chirurgicznego z włókniny Spunlace 68 g/ m², w części brzusznej oraz w rękawach powyżej łokcia nieprzemakalne wzmocnienia z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa/ włóknina polipropylenowa) o gramaturze 38 g/ m², rękaw zakończony włókniną w 100% poliestrową z certyfikatem antyalergicznego OEKO-TEX Standard 100. Łączenie wzmocnienia w rękawach dodatkowo zabezpieczone taśmą. U góry przy szyi zapięcie na 2 rzepy, złożenie umożliwiające aseptyczną aplikację. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 175 cm H₂O, na pozostałej powierzchni min. 22,5 cm H₂O. Nadruk rozmiaru fartucha widoczny przed rozłożeniem. Dostępne rozmiary: M- 120 cm, L- 130 cm, XL- 140 cm, XXL- 152 cm, XL-XL- 165 cm (+/- 3 cm). I klasa palności, fartuch repelentny wobec alkoholi poziom 9. Opakowanie Multivac (folia/ papier), na zewnątrz naklejona etykieta główna z piktogramem i nazwą oraz rodzajem fartucha. Dodatkowo 4 etykiety transferowe do dokumentacji pacjenta zawierające numer serii, datę ważności numer LOT, po ich odklejeniu etykieta główna pozostaje na części papierowej opakowania. Pakowany dodatkowo w papier z 2 ręcznikami celulozowymi

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 66

Dot. Pakietu Nr 20, Poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wzmocnionego fartucha chirurgicznego z włókniny min. SSMMS 35 g/ m² posiadający dodatkowe wzmocnienia w części przedniej i na rękawach o gram. min. 38

g/m² z laminatu dwuwarstwowego, poliestrowy mankiet o długości min. 7,5 cm. Dostępne rozmiary: M; L; XL; XXL. Pakowany z 2 ręcznikami celulozowymi, zawinięty w papier krepowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 67

Dot. Pakietu Nr 20, Poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardowego fartucha chirurgicznego z włókniny min. SSMMS 35 g/ m². Oznaczenie rozmiaru- wszyta metka widoczna przed rozłożeniem. Pakowany z 2 ręcznikami celulozowymi, zawinięty w papier krepowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 68

Dot. Pakietu Nr 20, Poz. 1 i 3

W celu uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty zwracamy się o odstąpienie od wymogu paroprzepuszczalności dla fartuchów w pozycji 1 i 3, gdyż nie jest to parametr wymagany normą EN PN 13795.

Odpowiedź: tak zamawiający zgadza się na odstąpienie od wymogu paroprzepuszczalności w pozycji 1 i 3

Pytanie 69

Dot. Pakietu Nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardowego fartucha chirurgicznego z włókniny SSMMS 35 g/ m²- dobrze widoczne oznakowanie rozmiaru; szwy wykonane techniką ultradźwiękową; pakowane papier-folia; w zestawie 2 ręczniki; dobre mocowanie kartonika na trokach, na odpowiedniej wysokości (pasa) umożliwiające zawiązywanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego; przy szyi taśmy przylepne typu rzep, dobrze zapinające i nie odstające. Rozmiary: M, L, XL, XXL.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 70

Dot. Pakietu Nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardowego fartucha chirurgicznego z włókniny SSMMS 43 g/ m²- dobrze widoczne oznakowanie rozmiaru; szwy wykonane techniką ultradźwiękową; pakowane papier-folia; w zestawie 2 ręczniki; dobre mocowanie kartonika na trokach, na odpowiedniej wysokości (pasa) umożliwiające zawiązywanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego; przy szyi taśmy przylepne typu rzep, dobrze zapinające i nie odstające. Rozmiary: M, L, XL, XXL.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 71

Dot. Pakietu Nr 29, Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardowego fartucha chirurgicznego z lekkiej, przewiewnej i antystatycznej włókniny SSMMS 35 g/ m²; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci metki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia - papier z min. dwoma etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, 2 celulozowe ręczniki. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania standardowe. Rękaw zakończony elastycznym mankiem dzianinowym, tylna część fartucha zachodząca na siebie. Troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z zachowaniem pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pakowane pojedynczo. Na opakowaniu min. 2 etykiety transferowe z LOT, datą ważności; identyfikacja wytwórcy. W rozmiarach : M- 120 cm, L- 130 cm, XL- 140 cm, XXL- 152 cm (+/- 3 cm).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 72

Dot. Pakietu Nr 29, Poz. 2


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody o wymiarach 18x244 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 73

Dot. Pakietu Nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na ramię C o wymiarach 152x267 cm w kształcie litery C z przezroczystej folii polietylenowej o grubości 41 µm. Po rozpakowaniu widoczne piktogramy z kierunkiem rozkładania. Złożenie umożliwiające aseptyczną aplikację. 4 taśmy lepne 81 x 3,5 cm (część lepna 3,5 x 2,7 cm). Taśma przylepna po obu stronach. 3 pary rzepów 2,5 x 5 cm rozmieszczone proporcjonalnie, 2 pary pasków lepnych po dwóch stronach 12x2,5 cm. Wycięcie U 100 x 85 cm. Opakowanie jednostkowe typu Multivac (folia-papier), posiadające 2 transferowe etykiety, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają dane producenta, numer referencyjny produktu, numer LOT, kod QR (UDI) i datę ważności. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 74

Dot. projektu Umowy

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 75

Dot. projektu Umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - b) za niedostarczenie towaru będącego przedmiotem umowy w terminie o którym mowa w § 3 ust. 5 w wysokości 0,2 % wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 75a

Dot. projektu Umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - c) za zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% wartości netto nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę o którym mowa w § 4 ust. 3, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 76

Dot. Pakiet 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 77**Dot. Pakiet 1, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 78**Dot. Pakiet 1, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z zapięciem w okolicy karku w postaci rzepu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 79**Dot. Pakiet 1, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m² i chłonności 600%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 80**Dot. Pakiet 1, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do cystoskopii wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², chłonność warstwy zewnętrznej 304%, o składzie:


1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m²

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8cmx12cm

4 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm

2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG.



75x200cm
1szt./pc.

30x30cm
4szt./pcs

70x120cm
2szt./pcs

100x150cm
1szt./pc.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 81**Dot. Pakiet 1, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuszcza uchwyt typu Velcro o wymiarach 2 cm x 22 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 82**Dot. Pakiet 1, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuszcza ręcznik o wymiarach 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 83**Dot. Pakiet 1, Poz. 5**

Czy Zamawiający dopuszcza zapakowanie zestawu w torbę typu Tyvek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 84

Dot. Pakiet 1, Poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm o gramaturze 80 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 85

Dot. Pakiet 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 150 cm x 190 cm, o gramaturze 70 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 86

Dot. Pakiet 1, Poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę samoprzylepną o wymiarach 200 cm x 150 cm z przylepcem na dłuższym boku, o gramaturze 60 g/m² oraz chłonności 600%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 87

Dot. Pakiet 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę samoprzylepną o wymiarach 180 cm x 180 cm z przylepcem na dłuższym boku, o gramaturze 60g/m² oraz chłonności 600%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 88

Dot. Pakiet 1, poz. 5

Czy zamawiający dopuści ręczniki celulozowe 30 x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 89

Dot. Pakiet 1, Poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń samoprzylepną dwukomorową o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 90

Dot. Pakiet 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza serwety samoprzylepne o gramaturze 60g/m² oraz chłonności 600%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 91

Dot. Pakiet 1, poz. 5

Czy zamawiający dopuści tolerancję wymiarów rzepu +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 92

Dot. Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuszcza zestawy zapakowane w rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 93

Dot. Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuszcza nerkę wykonaną z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 94

Dot. Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuszcza szpatułkę z gąbką o długości 16 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 95**Dot. Pakiet 3**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 60 cm x 50 cm, o gramaturze 60g/m², odpornością na przenikanie cieczy 196 cm H₂O, z wytrzymałością na wypychanie na sucho 109kPa/mokro 99,4 kPa oraz wytrzymałością 49,4 N?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 96**Dot. Pakiet 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu o gramaturze 60g/m² (+/-2g)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 97**Dot. Pakiet 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarach 100 x 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 98**Dot. Pakiet 5, Poz. 1**


Czy Zamawiający dopuści obłożenie do zabiegów laryngologicznych z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O, odporność na rozzerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Skład:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm

2 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m²



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 99**Dot. Pakiet 5, Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwety 3 warstwowe na całej powierzchni o gramaturze 75g/m², wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro 100/99 kPa, w rozmiarze 90 x 120 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 10 cm? Serweta pakowana w opakowanie papier-folia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 100**Dot. Pakiet 5, Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem o wymiarach 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 101**Dot. Pakiet 5, Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m² i wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro 109/99,4 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 102**Dot. Pakiet 5, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę wzmocnioną o wymiarach 230cm x 260cm z wycięciem U 20cm x 100cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu (PP+PE) z dodatkową warstwą wzmocnienia 75cm x 140cm w strefie krytycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 103

Dot. Pakiet 5, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół do instrumentarium o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 104**Dot. Pakiet 5, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 105**Dot. Pakiet 5, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na głowę do zawijania tzn turban o wymiarach 100 cm x 100 cm (turban 60 cm x 90 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 106**Dot. Pakiet 6, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwety z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 107**Dot. Pakiet 6, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarach 120 x 170 cm z otworem przyklepnym o średnicy 12 cm, znajdującym się 53 cm od górnego końca serwety?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 108**Dot. Pakiet 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarach 200 x 280 cm z otworem przyklepnym o średnicy 10 cm, znajdującym się 72 cm od górnego końca serwety?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 109**Dot. Pakiet 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zestawy zapakowane w rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 110**Dot. Pakiet 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 30cm x 30cm

1 x Chwytnak plastikowy 23cm

1 Miska nerkowata PVC, rozmiar 12cm x 18cm
1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2 warstwowa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 111

Dot. Pakiet 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarze 50 x 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 112

Dot. Pakiet 10, Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do zabiegów okulistycznych o składzie:

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wykonana z folii PE niepiaskowanej o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m²

1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² zintegrowane z organizatorami przewodów

2 x osłona na podłokietnik o wymiarach 35 cm x 75 cm

2 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x pokrowiec na tacę Fako o wymiarach 45 cm x 65 cm

Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



120x170cm
1szt./pc.



30x30cm
2szt./pcs




40x65cm
1szt./pc.



35x75cm
2szt./pcs



80x140cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 113

Dot. Pakiet 12 Poz. 1-17

Czy Zamawiający dopuszcza zestawy zapakowane w rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 114

Dot. Pakiet 12 Poz. 1-2,4-5,7

Czy Zamawiający Dopuszcza Serwetę stanowiącą owinięcie całego zestawu o wymiarach 50 cm x 70 cm o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 115

Dot. Pakiet 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową o wymiarach 75 cm x 80cm z otworem o średnicy 6cm x 15cm oraz przylepcami na każdym rogu serwety, o gramaturze 60g/m², odporności na przenikanie cieczy 196cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 110/100 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga serwety 75x45cm i odporności na przenikanie cieczy 250cmh₂o

Pytanie 116

Dot. Pakiet 12 poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę serwety celulozowej 54g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga serwety z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowej

Pytanie 117

Dot. Pakiet 12 Poz. 2

Czy zamawiający dopuści serwety z laminatu (PP+PE o gramaturze 60g/m², wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 110/100 kPa, odporności na przenikanie cieczy 196cm H₂O)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga odporności na przenikanie cieczy 250cmh₂o oraz wypychanie na sucho i mokro 150 kpa

Pytanie 118

Dot. Pakiet 12 poz. 2

Czy zamawiający dopuści gramaturę serwety celulozowej 54g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga serwety z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowej

Pytanie 119

Dot. Pakiet 12 poz. 2

Czy zamawiający dopuści etykietę z dwiema etykietami typu TAG?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zamawiający ze względu na dokumentację medyczną wymaga minimum 4 etykiet typu tag

Pytanie 120

Dot. Pakiet 12 Poz. 3

Czy zamawiający dopuści serwetę 170cm x 120cm z otworem o średnicy 12cm z przylepcem wokół otworu, dodatkowo wzmocniona, serweta wykonana z włókniny SMS o gramaturze 50g/m², kolor niebieski, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 205,6/199,4 kPa, odporność na przenikanie cieczy 110cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga serwety 210x115cm i odporności na przenikanie cieczy 250cmh₂o oraz o gramaturze 56g/m²

Pytanie 121

Dot. Pakiet 12 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę stanowiącą owinięcie całego zestawu, dwuwarstwową, o wymiarach 200 cm x 150 cm o gramaturze 60g/m², chłonności 600%, oraz podporności na przenikanie cieczy 196 H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 122

Dot. Pakiet 12 Poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową o wymiarach 75cm x 80cm z otworem o średnicy 6 cm x 15cm z przylepcami na czterech rogach o gramaturze 60g/m² z odpornością na przenikanie cieczy 188 H₂O, chłonnością 350%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga serwety 50x60cm i odporności na przenikanie cieczy 250cmh₂o

Pytanie 123

Dot. Pakiet 12 poz. 4

Czy zamawiający dopuści gramaturę serwety celulozowej 54g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga serwety z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowej

pytanie 124

Dot. Pakiet 12 poz. 5

Czy zamawiający dopuści serwetę 75cm x 50cm z otworem o średnicy 7cm z przyklepcem wokół otworu, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (PP+PE) o gramaturze 60g/m², kolor niebieski, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 110/100 kPa, odporność na przenikanie cieczy 196cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga serwety o średnicy 8cm i odporności na przenikanie cieczy 250 cmh₂o oraz wypychaniu na sucho i mokro 150 kpa

Pytanie 125

Dot. Pakiet 12 Poz. 5

Czy zamawiający dopuści gramaturę serwety celulozowej 54g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga serwety z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowej

Pytanie 126

Dot. Pakiet 12 poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza pean metalowy zakrzywiony typu ROCHSTAR PEAN o długości 20cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga peana metalowego typu mosquito długość 24cm

Pytanie 127

Dot. Pakiet 12 poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję pęsety metalowej +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 128

Dot. Pakiet 12 poz. 6

Czy zamawiający dopuści serwetę 200 x 280 cm z otworem o średnicy 10cm z przyklepcem wokół otworu, dodatkowo wzmocniona, serweta wykonana z włókniny SMS o gramaturze 50g/m², kolor niebieski, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 205,6/199,4, odporność na przenikanie cieczy 110 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga serwety 200 x 250 cm i otworem 10x25 cm, odporności na przenikanie cieczy 250 cmh₂o

Pytanie 129

Dot. Pakiet 12 Poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę stanowiącą owinięcie całego zestawu o wymiarach 100 cm x 150cm, o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 130

Dot. Pakiet 12 poz. 6

Czy zamawiający dopuści tolerancję długości +/- 1cm?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza tolerancji +/- 1 cm w przypadku wszystkich składowych zestawu. pytający nie określił jakich składowych zestawu dotyczy pytanie.

Pytanie 131

Dot. Pakiet 12 poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik plastikowy o pojemności 120ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 132**Dot. Pakiet 12 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik plastikowy o pojemności 250 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 133**Dot. Pakiet 12 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową w wymiarach 90cm x 75cm z przylepcem na dłuższym boku o gramaturze 60g/m², chłonności 600%, odporności na przenikanie cieczy 196 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro 109/99,4 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga odporności na przenikanie cieczy 250 cm h₂o oraz wypychaniu na sucho i mokro 150 kpa

Pytanie 134**Dot. Pakiet 12 poz. 7**

Czy zamawiający dopuści gramaturę serwety celulozowej 54g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga serwety z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowej

Pytanie 135**Dot. Pakiet 12 poz. 7**

Czy zamawiający dopuści fartuch bez dodatkowego opakowania w papier krepowy, zamiast tego umieszczony jako pierwsza warstwa po owinięciu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 136**Dot. Pakiet 12 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję korcangu +/- 0,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 137**Dot. Pakiet 12 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuszcza tufery umieszczone w papierowej torebce?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 138**Dot. Pakiet 12 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuszcza igłę do znieczulenia o wymiarach 0,8 x 50?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 139**Dot. Pakiet 12 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

5 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

8 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

2 x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe, rozm. M

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa o gram. 60g/m²

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm i rozcięciem ,o gram. 60g/m²

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką

Osobno Pakowane:

1 x Strzykawka wypełniona wodą jałową z 10% gliceryną 10ml

1 x Roztwór octelinin w saszetce 30ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga strzykawki wypełnionej lubrykantem z lidokainą 6ml-1szt. oraz serwety 50cm x 60cm z otworem o średnicy 5 cm.

Pytanie 140

Dot. Pakiet 12 Poz. 9

Czy zamawiający dopuści gramaturę serwety celulozowej 54g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga serwety z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowej

Pytanie 141

Dot. Pakiet 12 Poz. 9

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę z włókniny podfoliowanej o wymiarach 50 cm x 75 z otworem o średnicy 6 cm x 8 cm o gramaturze 60 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 50cm x 60cm i otworem średnicy 5 cm.

Pytanie 142

Dot. Pakiet 12 poz. 9

Proszę o informację Zamawiającego czy w gramaturze dotyczącej serwety nie wystąpiła pomyłka pisarska?

Odpowiedź: Tak, nastąpiła pomyłka edytorska. zamawiający wymaga gramatury 42 g/m²

Pytanie 143

Dot. Pakiet 12 poz. 9

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym (w ramach blistra)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zestawu zapakowanego w całości w opakowaniu typu twardy blister z 3 przegrodami. . Z pytania nie wynika, że zawartość zestawu jest ułożona w opakowaniu typu blister i stanowi ono opakowanie.

Pytanie 144

Dot. Pakiet 12 Poz. 10

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa

1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer

6 x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm

1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm 2-warstwowa z rozcięciem

4 x Rękawice diagnostyczne nitylowe bezpudrowe rozm. M

4 x Taśma opatrunkowa, włókninowa, samoprzylepna 2,5cm x 15cm

DODATKOWO OSOBNO PAKOWANA

2 x Strzykawka 10 ml z roztworem 0,9% NaCl?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 2 x strzykawka 5ml.

Pytanie 145

Dot. Pakiet 12 poz. 11

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 60 cm x 50cm o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 146

Dot. Pakiet 12 Poz. 11

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę z rozcięciem o wymiarach 45cm x 45cm i gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 147

Dot. Pakiet 12 poz. 11

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 60 cm x 50cm o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 148

Dot. Pakiet 12 poz. 11

Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 149

Dot. Pakiet 12 poz. 12

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

2 x Pęseta plastikowa 13cm niebieska

6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania bez zmian

Pytanie 150

Dot. Pakiet 12 poz. 12, 13

Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 151

Dot. Pakiet 12 poz. 13

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

5 x Kompres z włókniny 30G 4W 5cm x 5cm

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zamawiający wymaga pojemnika o pojemności 125ml.

Pytanie 152

Dot. Pakiet 12 poz. 14

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, w zestawie zawarty jest również trójkomorowy pojemnik (w ramach blistra):

6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpydrowe, rozm. M

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm

1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zestawu zapakowanego w całości w opakowaniu typu twardej blistry z 3 przegrodami oraz ostrza nr 11. Z pytania nie wynika, że zawartość zestawu jest ułożona w opakowaniu typu blister i stanowi ono opakowanie.

Pytanie 153

Dot. Pakiet 12 poz. 15

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

1 x Chwytnik plastikowy 23cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa

1 x Miska nerkowata poj. 800ml, niebieska, z podziałką

8 x Tupfer z gazy z nitką RTG, 17N 50cm x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga nerki 700ml

Pytanie 154

Dot. Pakiet 12 poz. 15, 16

Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 155

Dot. Pakiet 12 poz. 16

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 30cm x 30cm

1 x Chwytnak plastikowy 23cm
1 x Miska nerkowata PVC, rozmiar 12cm x 18cm
1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2 warstwowa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z swz.

Pytanie 156

Dot. Pakiet 12 poz. 17

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, w zestawie znajduje się pojemnik trójkomorowy (w ramach blistra):

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową
1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm
3 x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm
5 x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm
1 x Pęseta plastikowa 13cm niebieska
1 x Pęseta chirurgiczna 1x2 zębki metalowa 14cm
1 x Iglotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 12,5cm
1 x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm
1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5cm x 13cm x 3,5cm, przezroczysty?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zestawu zapakowanego w całości w opakowaniu typu twardego blister z dwiema przegrodami. . Z pytania nie wynika, że zawartość zestawu jest ulokowana w opakowaniu typu blister i stanowi ono opakowanie.

Pytanie 157

Dot. Pakiet 16 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuszcza uchwyt typu Velcro o wymiarach 2 cm x 22 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający dopuszcza uchwyt typu velcro o wymiarach 2CM x 23-25CM

Pytanie 158

Dot. Pakiet 16 poz. 1-2,4-5

Czy Zamawiający dopuszcza ręcznik o wymiarach 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 159

Dot. Pakiet 16 poz. 1-5

Czy zamawiający dopuszcza fartuch bez dodatkowego owinięcia w papier krepowy umieszczony z resztą komponentów jako pierwsza warstwa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartucha zapakowanego w papier krepowy leżącego na serwecie na stół narzędziowy

Pytanie 160

Dot. Pakiet 16 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuszcza miskę nerkowatą o pojemności 800 ml o wym. Wysokość 5cm, długość 24,5cm, szerokość w środku 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zamawiający wymaga miski nerkowatej 700 ml.

Pytanie 161

Dot. Pakiet 16 poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuszcza zapakowanie zestawu w torbę typu Tyvek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania foliowe typu Tyvec lub Ventbag

Pytanie 162

Dot. Pakiet 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę przylepną o wymiarach 180 cm x 180cm o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeżeli zmiana dotyczy serwety przylepnej z trzeciej pozycji w składzie zestawu. pytający nie określił której serwety dotyczy pytanie.

Pytanie 163**Dot. Pakiet 16 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści fartuch bez dodatkowego owinięcia w papier krepowy, umieszczony jako pierwsza warstwa po owinięciu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartucha zapakowanego w papier krepowy leżącego na serwecie na stół narzędziowy.

Pytanie 164**Dot. Pakiet 16 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza kompresy przewiązane papierową banderolą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 165**Dot. Pakiet 16 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza miskę nerkowatą o pojemności 800 ml o wym. Wysokość 5cm, długość 24,5cm, szerokość w środku 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga nerki 700ml

Pytanie 166**Dot. Pakiet 16 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw do odsysania pola operacyjnego typu Yankaufer z końcówką 24CH z otworami bocznymi o długości 400cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga długości 350 cm. Z powodów architektonicznych sali operacyjnej.

Pytanie 167**Dot. Pakiet 16 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza podkładkę magnetyczną, antypoślizgową o wymiarach 30,5 cm x 40,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga podkładki magnetycznej 25x40cm

Pytanie 168**Dot. Pakiet 16 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści serwetę przylepną 180 x 180 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeżeli zmiana dotyczy serwetki przylepnej z drugiej pozycji w składzie zestawu. Pytający nie określił której serwetki dotyczy pytanie.

Pytanie 169**Dot. Pakiet 16 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści fartuch bez dodatkowego owinięcia w papier krepowy, umieszczony jako pierwsza warstwa po owinięciu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartucha zapakowanego w papier krepowy leżącego na serwecie na stół narzędziowy

Pytanie 170**Dot. Pakiet 16 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści tupfer miękki 15 x 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający dopuszcza tupfer twardy 12 x 12cm oraz tupfer z gazy 40 x 40-47 cm. (w swz wystąpił błąd edytorski zamawiający dopuszcza tupfer z gazy 40 x 40-47 cm)

Pytanie 171**Dot. Pakiet 16 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuszcza kompresy przewiązane papierową banderolą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 172**Dot. Pakiet 16 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuszcza tupfer z gazy o wymiarach 50cm x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, (w swz wystąpił błąd edytorski)zamawiający dopuszcza tuffer z gazy 40 x 40-47 cm

Pytanie 173

Dot. Pakiet 16 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę przylepną o wymiarach 240 cm x 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 174

Dot. Pakiet 16 poz. 3

Czy zamawiający dopuści serwetę 250 x 150 cm z otworem U o wymiarach 7 x 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 175

Dot. Pakiet 16 poz. 3

Czy zamawiający dopuści fartuch bez dodatkowego owinięcia w papier krepowy, umieszczony jako pierwsza warstwa po owinięciu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartucha zapakowanego w papier krepowy leżącego na serwecie na stół narzędziowy

Pytanie 176

Dot. Pakiet 16 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza kieszeń 2-sekcyjną o wymiarach 30 cm x 40cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 177

Dot. Pakiet 16 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję kleszczyków plastikowych do mycia pola operacyjnego +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 178

Dot. Pakiet 16 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę do operacji kończyny dolnej o wymiarach 250cm x 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 179

Dot. Pakiet 16 Poz. 4

Czy zamawiający dopuści uchwyt velcro 2 x 22 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający dopuszcza uchwyt typu velcro o wymiarach 2cm x 25cm

Pytanie 180

Dot. Pakiet 16 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę o wymiarach 30cm x 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 181

Dot. Pakiet 16 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 100cm x 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 182

Dot. Pakiet 16 poz. 4

Czy Zamawiający dopuszcza tuffer z gazy o wymiarach 50cm x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. W swz wystąpił błąd edytorski zamawiający dopuszcza tuffer z gazy 40 x 40-47 cm

Pytanie 183**Dot. Pakiet 16 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę do operacji dłoni/stopy o wymiarach 230 cm x 300cm dwuwarstwową wzmocnioną z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie 184**Dot. Pakiet 16 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 150cm x 100cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytający nie określił której serwety dotyczy pytanie.

Pytanie 185**Dot. Pakiet 16 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuszcza tufier z gazy o wymiarach 50cm x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, w swz wystąpił błąd edytorski , Zamawiający dopuszcza tufier z gazy 40 x 40-47 cm

Pytanie 186**Dot. Pakiet 16 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuszcza kompresy z gazy przewiązane papierową banderolą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 187**Dot. Pakiet 17, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach M, L, XL, XXL, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 188**Dot. Pakiet 18, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo 80 x 145 cm wykonaną z folii PE niepiaskowanej o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania, etykieta główna z 4 etykietami samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie 189**Dot. Pakiet 18, poz. 2-4**

Czy Zamawiający dopuści serwety 3 warstwowe na całej powierzchni o gramaturze 75g/m², wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro 100/99 kPa, odporność na przenikanie cieczy 102 cm H₂O, chłonność 383%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zamawiający wymaga chłonności 824%

Pytanie 190**Dot. Pakiet 18, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 160 x 220 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 191**Dot. Pakiet 18, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 210 x 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 192**Dot. Pakiet 18, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 30 x 80 cm, z laminatu o gramaturze 56g/m², chłonność 304%, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 108/95 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N, odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 193

Dot. Pakiet 18, poz. 6-7, 9-12

Czy Zamawiający dopuści serwety z laminatu o gramaturze 60g/m², chłonności 600%, wytrzymałość na rozciąganie na sucho 69,7MD/45,6CD, na mokro 75,3MD/49,4CD, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 109/99,4 kPa, odporność na przenikanie cieczy 196 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 194

Dot. Pakiet 18, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 150 x 240 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 195

Dot. Pakiet 18, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 170 x 300 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 196

Dot. Pakiet 18, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 100 x 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 197

Dot. Pakiet 18, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści serwety z przylepcem na krótszym boku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie 198

Dot. Pakiet 18, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem o średnicy 7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 199

Dot. Pakiet 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 100 x 220 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie 200

Dot. Pakiet 19, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm

- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm

- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Grubość folii 0,065 mm, gramatura 65g/m². Opakowanie 32 szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 201

Dot. Pakiet 19, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach w stanie rozciągniętym 65 x 85 cm, maksymalny rozmiar osłanianej aparatury 35 x 45 cm? Opakowanie 200 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 202**Dot. Pakiet 20, Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu folia-papier z etykietą główną zawierającą 4 szt etykiet samoprzylepnych do dokumentacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie 203**Dot. Pakiet 20, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 35 cm H₂O

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 204**Dot. Pakiet 24, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 205**Dot. Pakiet 24, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 206**Dot. Pakiet 24, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z zapięciem w okolicy karku w postaci rzepu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 207**Dot. Pakiet 25, Poz. 1, 2, 4**

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 208**Dot. Pakiet 25, poz. 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z włókniny foliowanej polipropylenowo -polietylenowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 209**Dot. Pakiet 25, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści serwety o wymiarze 90 x 120 cm z otworem przylepnym o średnicy 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 210**Dot. Pakiet 26, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny wzmocniony o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna z włókniny spunalce o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, warstwa chłonna 60 x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, warstwa chłonna 65 x 190 cm

Serwety samoprzylepne (pozycja 1, 2, 3) wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 155 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 207 cm H₂O.

Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 211

Dot. Pakiet 26, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych o składzie:

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

4 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm


1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O.

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m².



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 212

Dot. pakiet 26 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza ręcznik o wymiarach 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 213

Dot. pakiet 26 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę w kształcie litery „T” o wymiarach 200/260cm x 310 cm, wzmocnioną, z otworem z folią o wymiarach 30 cm x 30 cm z wycięciem w kształcie gruszki o wymiarach 16cm x 18cm wraz z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80cm x 80cm, gramatura 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 283cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 214

Dot. pakiet 26 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza seton gazowy o wymiarach 2cm x 5m, z gazy 17-nitkowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 215

Dot. pakiet 26 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 190cm x 150cm z wkładem chłonnym o wymiarach 150cm x 65 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 216**Dot. Pakiet 27 Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zestawy zapakowane w rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 217**Dot. Pakiet 27 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy:

5 x Tupfer z gazy z nitką RTG 17N 50cm x 50cm

1 x Chwytnak plastikowy 23cm

1 x Pojemnik okrągły poj. 250ml, niebieski, z podziałką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 218**Dot. Pakiet 27, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę dla noworodka w rozmiarze 75 x 80 cm, chłonność 810%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 219**Dot. Pakiet 29, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z ręcznikami z włókniny spunlace?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 220**Dot. Pakiet 30, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm

- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm

- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Wykonana z folii PE o grubości folii 0,065 mm, gramatura 65g/m². Zestaw sterylizowany radiacyjnie, zapakowany w torebkę papierowo-foliową ze zgrzewem na krótszym boku o kształcie litery V, z marginesem ułatwiającym otwieranie (bez wycięcia na kciuk)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 221**Dot. Pakiet Nr 1, Poz. Nr 1-2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS, zapinanych przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora na wysokości barków? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 222**Dot. Pakiet Nr 1, Poz. Nr 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o chłonności min. 285%? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 223**Dot. Pakiet Nr 1, Poz. Nr 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cystoskopii wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polipropylen- polietylen) o gramaturze min. 55 g/m² i chłonności min. 285% oraz następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)	150 x 100 cm
serweta 2-warstwowa (PP-PE) o min. gramaturze 90g/m ²	
1 serweta operacyjna do ginekologii/ cystoskopii nieprzylepna z otworem (8 x 12 cm)	75 x 200 cm
1 serweta nieprzylepna	75 x 90 cm

2 osłony na kończynę długie
2 ręczniki celulozowe

75 x 140 cm
30 x 33 cm

Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo- foliowe z nadrukowaną etykietą główną ze spisem komponentów oraz z 2 etykietami informacyjnymi do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 224

Dot. Pakiet Nr 1, Poz. Nr 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polipropylen- polietylen) o gramaturze min. 55 g/m² i chłonności min. 285% oraz następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu) wykonana z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o min. gramaturze 90g/m²
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm o gramaturze min. 90 g/m²
- 1 x serweta przylepna 200 x 170 cm
- 1 x serweta przylepna 175 x 170 cm
- 2 x serweta przylepna 90 x 75 cm
- 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm
- 1 x skalpel bezpieczny Nr 15
- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm
- 2 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

Zestaw owinięty w papier krepowy i zapakowany w opakowanie foliowe z papierowymi wstawkami. Wewnątrz opakowania karta informacyjna z 4 etykietami do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 225

Dot. Pakiet Nr 4, Poz. Nr 1

Czy Zamawiający Dopuści Możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu 2- warstwowego o min. gramaturze 55 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 226

Dot. Pakiet Nr 7, Poz. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do mycia pola operacyjnego o następującym składzie:

- 6 x tufery włókninowe 30 g/m² - wielkości jajka (min. 30 cm x 20 cm)
- 1 x kleszczyki plastikowe 24 cm
- 1 x miseczka plastikowa, 150 ml, z podziałką, transparentna,

Zestaw zapakowany w twardey blister z 1 wgłębieniem, który może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 227

Dot. Pakiet Nr 16, Poz. Nr 1-3

Czy Zamawiający Dopuści Możliwość, aby biozgodność wg. PN EN ISO 10993-1, niecytotoksyczne wg. PN EN ISO 10993-5 oraz niepowodujące drażnienia i uczulenia wg. PN EN ISO 10993-10 była potwierdzona dla całego zestawu, a nie dla poszczególnych komponentów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 228**Dot. Pakiet Nr 16, Poz. Nr 1-5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów operacyjnych posiadających w swoim składzie serwety na stolik instrumentariuszki wykonane z laminatu 2-warstwowego składającego się z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m² oraz z folii polietylenowej o grubości 60µm, o odporności na przenikanie cieczy powyżej 100 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 229**Dot. Pakiet Nr 16, Poz. Nr 1-5**

Czy Zamawiający, na potwierdzenie spełniania I klasy palności przez zestawy operacyjne, dopuści możliwość przedłożenia do oferty raportu z niezależnego laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 230**Dot. Pakiet Nr 16, Poz. Nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów uniwersalnych o wytrzymałości na wypychanie na sucho min. 134 kPa i wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 132 kPa? Pozostałe parametry techniczne serwet bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 231**Pakiet Nr 16, Poz. Nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów uniwersalnych posiadających w swoim składzie 6 tupferów z gazy do dezynfekcji w rozmiarze 48 x 24 cm, 20-nitkowych oraz zestaw do odsysania pola operacyjnego typu YUNKAUER z końcówką z 4 otworami bocznymi bez V.K.? Pozostały skład bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga tupferów gazowych 40 x 40-47cm.(nastąpił błąd edytorski w swz zamawiający dopuszcza tupfery o wymiarach 40 x 40-47 cm)

Tak, zamawiający zgadza się na zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką z 4 otworami bocznymi bez v.k.

Pytanie 232**Dot. Pakiet Nr 16, Poz. Nr 1**

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej rozmiaru tupferów z gazy z RTG i Zamawiający oczekuje zaoferowania komponentu w rozmiarze 12 x 12 cm? Pytanie nasze wynika z faktu, iż rozmiar podany w formularzu asortymentowo- cenowym jest podany w milimetrach.

Odpowiedź: Tak, nastąpił błąd edytorski w swz - zamawiający wymaga tupferów twardych 12x12cm.

Pytanie 233**Dot. Pakiet Nr 16, Poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do małej laparotomii posiadającego w swoim składzie 6 ręczników celulozowych oraz 6 tupferów z gazy do dezynfekcji w rozmiarze 48 x 24 cm, 20 nitkowych? Pozostały skład bez zmian.

Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuszcza - zamawiający wymaga tupferów gazowych 40x40-47cm.(nastąpił błąd edytorski w swz - zamawiający dopuszcza tupfery o wymiarach 40 x 40-47 cm)

Pytanie 234**Dot. Pakiet Nr 16, Poz. Nr 2**

prośmy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do małej laparotomii posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm. Pytanie nasze wynika z faktu, iż w ogólnym opisie parametrów w/w serweta została opisana, natomiast nie została wymieniona w składzie zestawu.

Odpowiedź: Tak , zamawiający wymaga serwety - nastąpił błąd edytorski.

Pytanie 235**Dot. Pakiet Nr 16, Poz. Nr 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji tarczycy posiadającego w swoim składzie 6 tupferów z gazy do dezynfekcji w rozmiarze 24 x 24 cm, 20 nitkowych? Pozostały skład bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 236

Dot. Pakiet Nr 16, Poz. Nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do amputacji kończyny dolnej posiadającego w swoim składzie serwetę przylepną 200 x 200 cm z padem chłonnym, uchwyt Velcro w rozmiarze 2 x 23 cm, serwetę nieprzylepną w rozmiarze 100 x 150 cm (w miejsce 90 x 150 cm) oraz fartuchy chirurgiczne zapinane przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora na wysokości barków? Pozostały skład bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 237

Dot. Pakiet Nr 16, Poz. Nr 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do małej amputacji posiadającego w swoim składzie serwetę do operacji dłoni/stopy w rozmiarze 320 x 245 cm (otwór 5 x 7 cm) z dodatkowym padem chłonnym oraz fartuchy chirurgiczne zapinane przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora na wysokości barków? Pozostały skład bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 238

Dot. Pakiet Nr 16, Poz. Nr 5

prośmy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do małej amputacji posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 145 x 80 cm. Pytanie nasze wynika z faktu, iż w ogólnym opisie parametrów w/w serweta została opisana, natomiast nie została wymieniona w składzie zestawu.

Odpowiedź: nie, zamawiający nie wymaga serwety na stolik mayo, wystąpił błąd edytorski.

Pytanie 239

Dot. Pakiet Nr 24, Poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS, zapinanych przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora na wysokości barków? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 240

Dot. Pakiet Nr 25, Poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu 2- warstwowego (pp-pe) o min. gramaturze 55 g/m² w rozmiarze 50 x 50 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 241

Dot. Pakiet Nr 25, Poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu 2- warstwowego (pp-pe) o min. gramaturze 55 g/m² w rozmiarze 45 x 75 cm lub 75 x 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 242

Dot. Pakiet Nr 25, Poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu 2- warstwowego (pp-pe) o min. gramaturze 55 g/m² w rozmiarze 90 x 100 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 243

Dot. Pakiet Nr 25, Poz. nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu 2-warstwowego (pp-pe) o min. gramaturze 55 g/m² w rozmiarze 100 x 150 cm z otworem przyklepnym o średnicy 10 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 244

Dot. Projekt Umowy

§ 3, ust. 6- wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:

„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego“

Zgodnie z § 7, ust. 1 Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie towaru w wyznaczonym terminie. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 245

Dot. Projekt Umowy

§ 3, ust. 7- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących wysokości realizacji umowy poprzez dodanie zapisu, iż poziom realizacji przedmiotu zamówienia będzie wynosił min. 70%

Powyższy wniosek wynika z faktu, iż brak ustalenia minimum realizowanych dostaw stanowi naruszenie zapisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy Pzp. Zaniechanie takiego zastrzeżenia przeczy bowiem zasadzie równości stron poprzez naruszenie zasady swobody umów, jak również nie spełnia należytego określenia przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze zasady wskazane powyżej po stronie zamawiającego istnieje bowiem obowiązek określenia najbardziej precyzyjnie ilości jakie zostaną zrealizowane w 100% oraz zakres ilościowy z którego zrezygnuje. W tym zakresie zarówno orzecznictwo sądów powszechnych jak również KIO jest bezwzględne i wskazuje na obowiązek umieszczania zapisów gwarantujących minimalny poziom zamówienia w przypadku, gdy zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający w par. 10 ust. 2 wzorca umowy wskazał minimalny zakres umowy, który zobowiązuje się zrealizować i pozostawia go bez zmian.

Pytanie 246

Dot. Projekt Umowy

§ 10, ust. 1- wnosimy o zmniejszenie zamówienia dodatkowego wynikającego z prawa opcji z 80% do 20 % ilości produktów (wielkości świadczenia) przedstawionych w SWZ.

Wniosek nasz motywujemy faktem, iż w dobie niestabilnych zachowań rynkowych oraz długości obowiązywania umowy zwiększenie ilości zamówienia o 80% może spowodować brak możliwości realizacji kontraktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 247

Dotyczy pak. 24 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów o gramaturze 35 g/m² o pozostałych parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 248**Dot. Pakiet Nr 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylnego zapewniający komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach. Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 215 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z swz.

Pytanie 249**Dot. Pakiet 20 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego sterylnego zapewniający komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m². Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 215 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z swz.

Pytanie 250**Dot. Pakiet 20 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego standardowego z ręcznikami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m². Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN IO 811 ≥ 20 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥ 40 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 ≥ 20 N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 2,8IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 $\leq 4,0$ log₁₀, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1. Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 ręcznikami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z swz.

Pytanie 251**Dot. Pakiet 20 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego wzmocnionego z ręcznikami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m² z dodatkowym wzmocnieniem, o łącznej gramaturze 66g/m² w części przedniej i na rękawach. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN ISO 811 ≥ 100 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥ 40 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 ≥ 20 N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 6,0IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 $\leq 4,0$ log₁₀, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1 ≤ 300 . Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 ręcznikami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z swz.

Pytanie 252**Dot. Pakiet 29 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze 40g/m². Indywidualne oznakowanie rozmiaru na metce wszytej w fartuch, rodzaj fartucha oznaczony na etykiecie załączonej do fartucha. Rozmiary fartucha M 115cm, L 123cm, XL 135cm, XXL 148cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 253**Dot. Pakiet 29 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na przewody w rozmiarze 13x240 lub 15x240. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Uwaga

1. W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.
2. Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający na stronie internetowej: : https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed udostępnił:
- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Sekretarz Komisji Przetargowej
Agnieszka Bartczak