

Gdynia, dnia 21.06.2022

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: w postępowania: „Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Przebudowa i adaptacja obszaru Oddziału Otolaryngologicznego w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni” Nr sprawy - D25M/252/N/9-22rj/22

Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytanie nr 1:

Dotyczy pozycji nr 6 „Zestawienia parametrów technicznych”; Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół blokowany za pomocą centralnego hamulca kół zlokalizowanego w podstawie stołu od strony segmentu głowy pacjenta?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2:

Dotyczy pozycji nr 10 „Zestawienia parametrów technicznych”; Prosimy o dopuszczenie pilota przewodowego do sterowania stołem aktywnego non-stop tj. po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku oraz automatycznie wyłączającego się, gdy nie jest używany dłużej niż ok 15 sek.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3:

Dotyczy pozycji 12 „Zestawienia parametrów technicznych”; Prosimy o dopuszczenie dodatkowego panelu sterującego nieodejmowalnego, umieszczonego na kolumnie stołu w osi długiej stołu: czyli na prawym lub lewym boku kolumny stołu co gwarantuje personelowi łatwy dostęp do panelu awaryjnego z dodatkowym pilotem do sterowania poza obrębem stołu .

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 4:

Dotyczy pozycji 15 „Zestawienia parametrów technicznych”; Prosimy o dopuszczenie:

Błat stołu dzielony 4 segmentów:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Słyczniewego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)



- podgłówek – odłączony, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy
- segment plecowy
- siedzisko z wycięciem ginekologicznym.
- segment nożny dzielony

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy pozycji 16 „Zestawienia parametrów technicznych”; Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy Zamawiający faktycznie oczekuje zaoferowania 2 szt. sekcji nóg opisanej w punkcie 16 do stołu laryngologicznego? Czy też oczekuje 1- kompletu tej sekcji składającego się z 2 podnóżków- prawego i lewego.

Odp. Zamawiający oczekuje 1- kompletu tej sekcji składającego się z 2 podnóżków- prawego i lewego

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy pozycji 17 „Zestawienia parametrów technicznych”; Prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego z zakresem regulacji segmentu nóg wspomaganego sprężyną gazową  $-90^{\circ}/+0^{\circ}$  co pozwala na przeprowadzenie wszystkich zabiegów operacyjnych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy pozycji 22 „Zestawienia parametrów technicznych”; Prosimy o dopuszczenie stołu z zakresem regulacji wysokości blatu bez materacy od 62,2 cm do 107,2 cm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy pozycji 23 „Zestawienia parametrów technicznych”; Prosimy o dopuszczenie stołu z regulacją nachylenia wzdłużnego pozycja Trendelenburga w zakresie  $25^{\circ}$  anty-Trendelenburga w zakresie  $35^{\circ}$ .

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy pozycji nr 27 „Zestawienia parametrów technicznych”; Prosimy o dopuszczenie stołu z systemem antykolizyjnym zatrzymującym ruch blatu w przypadku przeciążenia stołu oraz wykluczającym możliwość kolizji pomiędzy elementami blatu i kolumną stołu.

Odp. Zamawiający dopuszcza

**Szpital Pomorskie Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)



Pytanie nr 10:

Dotyczy pozycji 30 „Zestawienia parametrów technicznych”; Prosimy o dopuszczenie - Mocowanie materacy do stołu przy pomocy rzepów, lub z materacami z powierzchnią kontaktu z blatem antypoślizgową zapobiegającą zsuwaniu się materacy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 11:

Dotyczy pozycji 31 „Zestawienia parametrów technicznych”; Prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego z możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu za pomocą panelu sterowania awaryjnego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający dopuszcza stół z blokowaniem stołu z poziomu pilota przewodowego lub bezprzewodowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuści stół z kołami o średnicy 100 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuszcza stół z max wagą pacjenta 400kg i max waga pacjenta w każdym położeniu 230 kg?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuszcza stół z precyzyjnymi ruchami dzięki napędowi elektromechanicznemu bez funkcji jego włączenia? Stół posiada zagłówek sterowany mechanicznie - ręczna i ta funkcja w niczym nie przekłada się do zastosowań w obrębie głowy.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16 – dotyczy lampy zabiegowej:

Czy Zamawiający dopuści lampę z ochroną IP44?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

**Szpital Pomorskie Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)



---

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ  
ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem Beata Maryn Mrozowska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

  
DYREKTOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

*mgr Beata Maryn-Mrozowska*

---

**Szpital Pomorski Sp. z o.o.**

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | [szpitalepomorskie.eu](http://szpitalepomorskie.eu)

