



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

NIP- 551-21-23-091
PKD- 8610Z
REGON- 000805666
KONTO – Bank Pekao S.A.
06 1240 4748 1111
0000 4872 7945

Nasz znak:

IZP/2500/5/1400/2021

IZP/2500/5/1407/2021

IZP/2500/5/1426/2021

Andrychów dn., 30.04.2021 r.

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Dostawa dozowników do dezynfekcji i monitorów funkcji życiowych dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” – znak sprawy: IZP/2500/5/2021

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) informuje, że w postępowaniu zostały złożone pytania i modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert

Poniżej podajemy treść pytań i udzielonych odpowiedzi.

Pytanie nr 1 – dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet II Lp. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitorka z ekranem TFT LCD 12,1 cali?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet II Lp. 2

Czy Zamawiający dopuści ponad 5 godzin pracy na baterii?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zaoferowany monitor funkcji życiowych posiadał akumulator litowo – jonowy o minimum 4 godzinach nieprzerwanej pracy. W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 w zakresie wymaganych parametrów dla monitora funkcji życiowych (Pakiet II). Zmodyfikowany załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 3 – dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet II Lp. 4

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru, ponieważ ten pkt nie jest zrozumiały, bądź prosimy o wyjaśnienie?

Zamawiający wymaga aby zaoferowany monitor funkcji życiowych posiadał tryb ciągłego monitorowania funkcji życiowych pacjenta. W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 w zakresie wymaganych parametrów dla monitora funkcji życiowych (Pakiet II). Zmodyfikowany załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część niniejszej modyfikacji.



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Pytanie nr 4 – dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet II Lp. 8

Czy Zamawiający dopuści szybki czas pomiaru, bez określenia dokładnych wartości sekundowych, ponieważ nie jest to określone?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia Pakiet II Lp. 10

Czy Zamawiający dopuści lepszy zakres ciśnienia rozkurczowego od 10-215?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 6 – dotyczy Załącznik nr 5 Projekt umowy § 4 ust. 1

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do:

- pkt. 1.1 do 0,2%
- pkt 1.4 do 0,2%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 7 – dotyczy Załącznik nr 5 Projekt umowy § 4 ust. 5

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na maksymalny wymiar kar do 10%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie nr 8 – dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji życiowych z czasem pracy na baterii 4 godziny?

Jest to wystarczający czas do prawidłowego monitorowania wszystkich funkcji życiowych pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zaoferowany monitor funkcji życiowych posiadał akumulator litowo – jonowy o minimum 4 godzinach nieprzerwanej pracy. W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 w zakresie wymaganych parametrów dla monitora funkcji życiowych (Pakiet II). Zmodyfikowany załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część niniejszej modyfikacji.

Pytanie nr 9 – dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy monitor funkcji życiowych wyposażony w akumulator litowo – jonowy, zapewniający do 3,5 godziny nieprzerwanej pracy? W warunkach szpitalnych, przy stałym dostępie do zasilania sieciowego taki akumulator, jako zapasowe źródła prądu wydaje się być w zupełności wystarczający.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zaoferowany monitor funkcji życiowych posiadał akumulator litowo – jonowy o minimum 4 godzinach nieprzerwanej pracy. W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 w zakresie wymaganych parametrów dla monitora funkcji życiowych (Pakiet II). Zmodyfikowany załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część niniejszej modyfikacji.



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ. Integralną częścią niniejszej modyfikacji jest zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow **do dnia 07.05.2021r. do godz. 09:00.** Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **07.05.2021 godz. 09:30.**

*Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Andrychowie
Piotr Kopijas*

Otrzymują:
1 x https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow
1 x Wykonawcy (email)
[1 x a/a](#)