

WYMAGANIA OGÓLNE		
Producent / Firma	Podać	
Nazwa / typ urządzenia	Podać	
Kraj pochodzenia	Podać	
Rok produkcji	Podać	Nie starszy niż 2023
Urządzenia fabrycznie nowe	Podać	TAK
Lp.	Parametr wymagany	Ilość: 1 sztuka
Aparat do termolezji		Opis dotyczy 1 sztuki
1.	Aparat wyposażony w ekran dotykowy, ultrasensywny z niezależnie uruchamianymi kanałami oraz monitor cyklu żywotności elektrody po wykonanej procedurze;	
2.	Automatyczna regulacja mocy termolezji, która nie dopuszcza do przekroczenia temperatury powyżej 95 stopni C.	
3.	Regulacja z dokładnością do 1 st. C;	
4.	Przycisk START/STOP na pulpicie generatora, pozwalający zatrzymać lezję w dowolnej chwili bez konieczności wyłączenia aparatu;	
5.	Rodzaj termolezji: ciągły, pulsacyjny;	
6.	Możliwość regulacji parametrów napięcia oraz częstotliwości impulsu w trybie pulsacyjnym;	
7.	Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody 0-95 stopni C;	
8.	Możliwość jednoczesnego zastosowania 4 elektrod w celu poprowadzenia termolezji na różnych odcinkach kręgosłupa;	
9.	Generator z możliwością prowadzenia biblioteki danych pacjenta z możliwością zapisu danych na dysku lub zewnętrznej pamięci USB i eksportem danych z zabiegu;	
10.	Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki kablem USB;	
11.	Elektrody nitinolowe o dużej elastyczności bez „efektu pamięci” zagięcia o różnych długościach (min. 4 dł.);	
12.	Dostępne elektrody o różnych końcówkach (proste oraz zakrzywione) pozwalające na maksymalizację pola lezji;	
13.	Kaniule kompatybilne z elektrodami o różnej długości (min. 4 dł.), średnicy (min 3 śr.) oraz długości końcówki roboczej (min. 4 długości);	
14.	Długości oraz rodzaj elektrod i kaniul kodowane kolorami;	
15.	Kabel rozdzielający 1 sztuka	
16.	Kaseta sterylizacyjna 4 sztuki	
17.	Kabel elektrody biernej-uziemiaenia – 1 sztuka	
18.	Elektrody standardowe o wymiarach: 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200mm – 8 sztuk	