

Piła, dn. 09.03.2020 roku

NZP.I-240/07/20

Wszyscy uczestnicy postępowania

Sprostowanie wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH I IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ**”.

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że modyfikuje odpowiedź udzieloną w dn. 04.03.2020 r. na pytanie nr 8: „Prosimy o wyrażenia zgody na zaoferowanie testu Beta-HCG o zakresie pomiarowym 0.100-10000 mIU/mL, dla którego wartości poniżej dolnej granicy wykrywalności podaje się jako < 0,100 mIU/mL.

z brzmienia:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

na brzmienie:

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu Beta – HCG o zakresie pomiarowym od 0,100- 10000 mIU/ml, dla którego wartości poniżej dolnej granicy wykrywalności podaje się jako <0,100 mIU/ml.