

Uniwersytet Śląski w Katowicach  
ul. Bankowa 12  
40- 007 Katowice  
NIP 6340197134  
REGON 000001347

Katowice, dnia 1.10.2024 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

DZP.382.2.40.2024

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro pn.: „Dostawa mikroskopu stereoskopowego”, nr sprawy DZP.382.2.40.2024

---

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt. 2, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści mikroskop stereoskopowy o odległości roboczej 100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza odległości mniejszej niż 105 mm.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści adapter do kamery mikroskopowej o powiększeniu 0.37? Jest to odpowiednie powiększenie aby zmieścić możliwie jak największe pole widzenia mikroskopu w matrycy kamery.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści adapter o takim powiększeniu

Pytanie 3:

Zamawiający specyfikuje "mocowanie C z możliwością ogniskowania". Czy Zamawiający ma na myśli adapter z możliwością regulacji ostrości, czy kamerę wyposażoną w autofocus?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli: Adapter C-mount z funkcją ustawiania ostrości.

Pytanie 4:

Dla jakiego interfejsu Zamawiający podaje szybkość pracy kamery "ilość klatek na sekundę 30"?

Odpowiedź: Cyfrowy transfer obrazu do aplikacji, za pomocą której obraz na żywo jest wyświetlany na tablecie. Interfejs android

Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej:

Przewodnicząca Komisji Przetargowej: