



# Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie

ul. Poznańska 22; 00-685 Warszawa; tel. +48 22 52 51 405; fax +48 22 52 51 380

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO45001:2018;

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2021 r.

WSPRiTS/ZP/270/2021  
ZP.261.33.2021

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2021/S 148-393207 z dnia 03.08.2021 r. na zakup ambulansu z wyposażeniem medycznym [Nr postępowania: 33/ZP/2021].**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (cz. II)

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**1) PYTANIE: dot. noszy samojezdnych** - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności do postępowania nosze elektryczne spełniające poniższe wymagania: przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrzasowej, z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 76 stopni, z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy, z dodatkowym zestawem uprząży do transportu dzieci o wadze do 45 kg, nosze posiadające trwałe oznakowane graficznie elementy związane z ich obsługą, z chowanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy, z możliwością montażu statywu do kroplówki z mocowaniem 2 toreb/butelek z płynami infuzyjnymi, w komplecie wieszak, z możliwością poszerzenia leża noszy na boki z przeznaczeniem do transportu pacjentów bariatrycznych wraz z wypełnieniem poszerzenia do poszerzenia leża, nosze zabezpieczone przed korozją po przez wykonanie ich z odpowiedniego materiału niekorodującego materiału, wyposażone w nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi i brudu oraz przystosowany do dezynfekcji, materac zabezpieczony przed przesuwaniem się względem noszy, obciążenie dopuszczalne noszy 318 kg, deklaracja zgodności producenta z aktualną normą PN EN 1789+A2 oraz PN EN 1865-3, z systemem składanego elektrycznie podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera z/do ambulansu, możliwość programowania wysokości załadunkowej do co najmniej 90 cm, zakres temperatury pracy noszy elektryczno-hydraulicznych od -40 do 55 stopni, posiada system doświetlenia noszy ułatwiający transport noszy w nocy, możliwość skrócenia długości ramy noszy do 160cm w celu łatwego operowania noszami w warunkach ograniczonej przestrzeni, całkowita długość noszy 204,5 cm, płynna regulacja wysokości sterowana od strony nóg pacjenta, wszystkie kółka jezdne o średnicy 152 cm i szerokości 45 cm, skrętne w zakresie 360 stopni, możliwość prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, blokada przednich kółek do jazdy na wprost, kółka umożliwiają jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i po za nimi na otwartych przesyczeniach, 2 kółka wyposażone w hamulec, transporter wyposażony w system rozpraszający elektryczne ładunki statyczne zapewniający uziemienie zestawu transportowego, system mocowania transportera na podstawie zgodny z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2, system zasilania noszy z instalacji 230V oraz 12V, akumulator w noszach wymienny i ładowany w sposób automatyczny po wpięciu noszy do karetki, w komplecie 2 akumulatory /jeden podstawowy a drugi zapasowy/ oraz zapasowa ładowarka, zestaw posiada klasę ochrony IP 56?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wymaga zaoferowania noszy zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do SWZ, określającym wymagane parametry funkcjonalne i techniczne.

**2) PYTANIE: dot. krzeselka kardiologicznego** - Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności krzeselka kardiologicznego z waga 14,4 kg zgodnego z wymogi normy EN 1865-4.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania krzeselka o wadze 14,4 kg.

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.