



**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania nr 292/2024/TP-I/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt.: „Dostawa aparatury laboratoryjnej i sprzętu medycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie”

Odpowiedzi na pytania nr 4

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia odpowiedź na otrzymane pytania:

Pytanie nr 1

Szanowni Państwo,

mamy jeszcze jedno pytanie

dotyczy części 5 - waga precyzyjna 30 kg

W specyfikacji Zamawiający podał dwukrotnie informację dotyczącą klasy dokładności OIML, w pozycji nr 1 widnieje klasa III a w pozycji nr 4 klasa II. Klasa dokładności OIML jest tożsama z klasą legalizacji wagi.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę w klasie OIML III ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany.

Z poważaniem,

Kanclerz

mgr inż. Bogusław Stec

/podpisano elektronicznie/

Odpowiedzi udzielita – Joanna Kaliniewicz

Sporządziła: Wiesława Szepiota