

Węgrów, dnia 05.06.2020 r.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kościuszki 15  
07-100 Węgrów

*Do wiadomości wszystkich wykonawców*

#### PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy: Dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ w Węgrowie w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu: „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dotyczącego Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie” (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 28.05.2020 r. nr 2020/S 103-247874)**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców:

#### Dotyczy Załącznika 3b do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych – pakiet 2

##### **Poz. 23**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator na zasadzie równoważności z wentylacją adaptacyjną w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo dążącą do nastawionej wentylacji minutowej?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaoferowanie powyższego respiratora.

##### **Poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez oddechu spontanicznego wspomaganego objętością VSV?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaoferowanie respiratora bez oddechu spontanicznego wspomaganego objętością VSV.

##### **Poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z szczytowym przepływem wdechowym dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych z zakresem od 6 do 180 l/min?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaoferowanie respiratora ze szczytowym przepływem wdechowym dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych z zakresem od 6 do 180 l/min

##### **Poz. 54**

Czy Zamawiający przyzna również punkty za rozwiązanie równoważne tj. z pomiarem minutowej objętości przecieku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **informuje**, że **nie przyzna punktów** za rozwiązanie równoważne tj. z pomiarem minutowej objętości przecieku.

**Poz. 57**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez dodatkowego monitora, wyświetlacza, na którym prezentowane są podstawowe parametry respiratora, komunikaty alarmowe w przypadku uszkodzenia podstawowego ekranu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaoferowanie respiratora bez dodatkowego monitora, wyświetlacza, na którym prezentowane są podstawowe parametry respiratora, komunikaty alarmowe w przypadku uszkodzenia podstawowego ekranu.

**Poz. 81**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z funkcją czuwania przy odsysaniu pacjenta? Respirator ma możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego do pacjenta respirator automatycznie rozpocznie wentylację z parametrami z przed rozłączenia

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaoferowanie respiratora z funkcją czuwania przy odsysaniu pacjenta.

**Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ – Projekt umowy**

**§ 4 ust. 4**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dniu robocze od momentu otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dniu robocze od momentu otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego.

**§ 4 ust. 5 (aparaty KTG)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysyłki sprzętu do serwisu kurierem na koszt i ryzyko Wykonawcy w związku z naprawami i przeglądami gwarancyjnymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłki sprzętu do serwisu kurierem , w związku z tym dopisuje w §4 ust. 5 zdanie: „[...] **Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłki przedmiotu zamówienia do serwisu kurierem na koszt i ryzyko Wykonawcy.** „

**§ 4 ust. 6**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu do przystąpienia do usunięcia awarii do 72 godzin w dni robocze od momentu otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego dokonanego w formie mailowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydłużenie czasu do przystąpienia do usunięcia awarii do 72 godzin w dni robocze od momentu otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego dokonanego w formie mailowej.

**§ 4 ust. 8**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu skutecznej naprawy, licząc od zgłoszenia awarii wynosić będzie:

- do 3 dni roboczych – nie wymagających sprowadzenia części zamiennych
- do 10 dni roboczych – z koniecznością sprowadzenia części zamiennych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje §4 ust. 8, który otrzymuje brzmienie:

„8. Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii wynosić będzie:

- 1) **do 3 dni roboczych –nie wymagających sprowadzenia części zamiennych;**
- 2) **do 7 dni roboczych - z koniecznością sprowadzenia części zamiennych.**

***W przypadku przestania przedmiotu zamówienia do serwisu, czas naprawy wynosi do 3 dni roboczych w przypadku naprawy nie wymagającej sprowadzenia części zamiennych lub do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych, za datę naprawy uznaje się dzień doręczenia naprawionego sprzętu na adres Zamawiającego.”***

***W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający modyfikuje:***

1. ***Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych oraz warunki podlegające ocenie – Załącznik nr 3a do SIWZ;***
2. ***Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych oraz warunki podlegające ocenie – Załącznik nr 3b do SIWZ;***
3. ***Projekt umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ***

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Węgrówie

*Ilek. med. Artur Skóra*