



**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie**

ul. Poznańska 22; 00-685 Warszawa; tel. +48 22 52 51 405; fax +48 22 52 51 380

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO45001:2018;

WSPRiTS/ZP/20/2022  
ZP.261.61.2021

Warszawa, dnia 19 stycznia 2022 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2022/S 001-000394 z dnia 03.01.2022 r. na zakup wyposażenia do ambulansu neonatologicznego [Nr postępowania: 61/ZP/2021].**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Dotyczy Części 2 „Akcesoria do monitora Philips”:**

1) **PYTANIE: poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 3m?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza czujnika o powyższych parametrach.

2) **PYTANIE: poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści kable o długości 102cm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opisane powyżej kable.

3) **PYTANIE: poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści kable o długości 2.4m?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opisane powyżej kable.

**Dotyczy Części 3 „Akcesoria do nawilżacza i respiratora TV-100”:**

4) **PYTANIE: poz. 1-3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu akcesoriów, opisanych w punktach 1-3 w części 3 do nawilżacza NeoPod T oraz respiratora TV-100 zapakowanego w jednym opakowaniu zawierającym: czujnik przepływu do respiratora TV-100 (poz.1), obwód oddechowy do respiratora TV-100 w skład którego wchodzi: odcinek wdechowy; odcinek wydechowy z zastawką wydechową; dren do pomiaru ciśnienia; łącznik Y; zestaw adapterów, w tym do podaży NO (poz. 2); Komora nawilżania do nawilżacza Neo Pod T. W skład zestawu wchodzi: dren; strzykawka; łączniki kątowe – 2 szt.(poz. 3). Zestaw zapakowany w jednym opakowaniu przeznaczony jest dla jednego pacjenta i zawiera wszystkie niezbędne elementy do wentylacji z respiratora. Taki sposób pakowania gwarantuje dostępność wszystkich niezbędnych elementów potrzebnych do wentylacji w jednym miejscu. Poniżej schemat oferowanego obwodu oddechowego.



**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu akcesoriów opisanych powyżej

**Dotyczy Części 4 „Czujniki noworodkowe i przewody do pulsoksymetrii”:**

**5) PYTANIE: poz. 1-4** - Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz środki publiczne, którymi dysponuje, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie czujników wyprodukowanych w technologii równoważnej (zgodnej z technologią Masimo/LNCS/LNOP), o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, które opisuje Zamawiający? Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowane w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności, w tym także Zamawiający.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**6) PYTANIE: poz. 1-4** - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy akcesoria z części 4 będą stosowane w pulsoksymetrach lub urządzeniach posiadających technologię SpO2 Masimo SET, a akcesoria z pozycji od 1 do 4 mają być kompatybilne i wykonane w tej samej technologii co urządzenia Masimo SET. Czy na wezwanie Zamawiającego dostawca będzie musiał przedstawić pismo potwierdzające kompatybilność z urządzeniami, wystawione przez autoryzowany serwis Masimo lub producenta technologii Masimo?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza, że akcesoria z części 4 będą stosowane w pulsoksymetrach lub urządzeniach posiadających technologię SpO2 Masimo SET, a akcesoria z pozycji od 1 do 4 mają być kompatybilne i wykonane w tej samej technologii. Zamawiający określił w SWZ katalog przedmiotowych środków dowodowych.

**7) PYTANIE: poz. 1-4** - Informujemy Zamawiającego, że producent technologii Masimo SET wycofał z produkcji połączenia LNOP, które były stosowane w kablach oraz czujnikach SpO2. Połączenia te są już niedostępne, a zapasy magazynowe tych połączeń zostały wyprzedane. Połączenia LNOP zostały zastąpione nowszym bezpieczniejszym złączem RD. Czy w związku z tym, Zamawiający oczekuje ofert już z nowym połączeniem RD kompatybilnymi z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów z połączeniem kompatybilnym z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego.

**8) PYTANIE: poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści czujniki typu LNCS?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza typ LNOP, złącze LNCS.

**Dotyczy Części 5 „Kaniule i plastry dla noworodków”:**

**9) PYTANIE: poz. 1** - Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule do podawania tlenu przez nos, z możliwością zastosowania ze zmienną wartością ciśnienia przepływu o następujących parametrach zgodnych z opisem: rozmiar micro preemie poniżej 750 g, odstęp w przegrodzie nosowej 2,5 mm +/- 0,3 mm, średnica zewnętrzna ramion donosowych 3 mm; rozmiar preemie dla przedziału 750g -1000 g, odstęp w przegrodzie nosowej 4,2 mm +/- 0,3 mm, średnica zewnętrzna ramion donosowych 3 mm; rozmiar newborn dla przedziału 1000g do 2500g, odstęp w przegrodzie nosowej 4,8 mm +/- 0,3 mm, średnica zewnętrzna ramion donosowych 3,5 mm; rozmiar infant powyżej 2500 g, odstęp w przegrodzie nosowej 5 mm +/- 0,3 mm, średnica zewnętrzna ramion donosowych 4 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

**10) PYTANIE: poz. 2** - Czy Zamawiający wymaga aby plasterki chroniące nosek noworodka kompatybilne z pozycją nr 1 posiadały następujące wymiary: rozmiar micro 20 mm x 10 mm, średnica

otworów 4.5 mm, przestrzeń przegrody 4 mm; rozmiar small 25 mm x 12.5 mm, średnica otworów 5.5 mm, przestrzeń przegrody 5 mm.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

11) **PYTANIE:** poz. 3 - Czy Zmawiający wydzieli do oddzielnego pakietu pozycję nr 3 tzn. kaniule dożylnie w rozmiarach: kaniula noworodkowa 26G/19mm, 13 ml; kaniula noworodkowa 24G/19mm, 13 ml. Wykonane z PTFE lub FEP, ze zdejmowanym dodatkowym elementem, ułatwiającym ich wprowadzanie do naczynia żylnego; bez portu głównego; posiadające zastawkę antyzwrotną. Pakowane w sztywne opakowanie typu TYVEC; na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu. Wskazanie rozmiaru kaniuli każdorazowo przez Zamawiającego. Termin ważności minimum 2 lata.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wydzielił pozycji z Części (Pakietu). Na tym etapie postępowania, nie ma możliwości wydzielenia pozycji i tworzenia kolejnych Części.

**Dotyczy Części 6 „Podkładki żelowe i pościel dla noworodków”:**

12) **PYTANIE:** poz. 1-2 - Mając na uwadze różnorodność produktów zawartych w części nr 6 ww. postępowania, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 6 poz. 1 i 2 (podkładki przeciwoleżynowe wielokrotnego użytku wykonane z polimeru żelowego), które z uwagi na swoje właściwości i przeznaczenie odbiegają od produktów z poz. 3 i 4, które są produktami jednorazowego użytku - prześcieradła operacyjne?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wydzielił pozycji z Części (Pakietu). Na tym etapie postępowania, nie ma możliwości wydzielenia pozycji i tworzenia kolejnych Części.

13) **PYTANIE:** poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę z włókny TMS w rozmiarze 80x45cm, niejałową niebieską, która stanowi barierę ochronną przed kontaktem z cudzym naskórkiem, włosami czy kurzem. Do małych zabiegów ambulatoryjnych, przy niewielkiej ilości płynów.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza powyższy rozmiar, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałego opisu z SWZ.

14) **PYTANIE:** poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę ochronną z włókny SMS w wersji sterylnej przeznaczoną do zabezpieczenia pola operacyjnego przed kurzem, włosami lub złuszczonego naskórkiem. Wykonana z włókny, która jest niezwykle odporna na rozrywanie. Rozmiar 80 x 60 cm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

15) **PYTANIE:** poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę chirurgiczną sterylną o wymiarach 75 x 90 cm. Serweta wykonana z 100% bawełny 17 nitkowej, 4 warstwowej, z nitką RTG.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opisaną powyżej serwetę.

**Dotyczy Wzoru umowy:**

16) **PYTANIE:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §5 ust. 5a do 0,5% wartości brutto złożonego zamówienia?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych.

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, dla którego zostały dopuszczone przez Zamawiającego inne parametry wskazane w niniejszym piśmie, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia w kol. 2 załącznika nr 2 do SWZ odpowiednich uwag co do zmienionych parametrów. Zamawiający proponuje, aby nanoszone uwagi były wpisane innym kolorem. W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia/formularzu cenowym z uwzględnieniem uwag.

*Sprawę prowadzi:*  
Julia Wizlińska Motyka  
Inspektor ds. Zamówień Publicznych  
Tel. /22/ 52 51 243