

**Specjalistyczny Szpital
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice**

Branice 16.05.2023

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawy chusteczek alkoholowych i bezalkoholowych do dezynfekcji powierzchni .

Zapytanie ofertowe nr ZO 9/2023

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania

Formularz ofertowo-cenowy:

1. **poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek alkoholowych przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu i aparatury medycznej, trudno dostępnych miejsc, na bazie etanolu, o wymiarach 13x19 cm, konfekcjonowanych w tuby i wkłady zawierające 100 chusteczek? Spektrum działania: B, F, Tbc (M. terrae, M. avium), V (Rota, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Noro, Adeno) w czasie do 1 min.. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Wyrób medyczny kl. II.

Odp. Zamawiający dopuszcza chusteczki na bazie propanolu i etanolu.

poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki przeznaczone do dezynfekcji delikatnych powierzchni, w tym głowic USG, ekranów, sprzętu medycznego, na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, chlorku bezalkonium z minimalną zawartością alkoholi (ok. 2,6%), działające na B, F, V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Śladowa zawartość alkoholi nie szkodzi delikatnym powierzchniom, dodana jest w celu szybszego odparowania preparatu z dezynfekowanej powierzchni, zapobiega powstawaniu smug i rozmazywaniu się preparatu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do umowy

1. Czy zamawiający zmieni § 4 ust. 1 – 3 poprzez nadanie mu brzmienia:
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości Zamawiającego. W razie uznania reklamacji Wykonawca usunie wady i nieprawidłowości w terminie do 4 dni roboczych od uznania reklamacji.
2. Czy zamawiający zmieni § 5 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia:
 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
 - a. za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,3 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - b. za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu w wysokości 0,3% wartości brutto wadliwego towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- c. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za nie zrealizowaną część przedmiotu, umowy,
- d. za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w niniejszej umowie i jej załącznikach obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku lub terminu wynikającego z rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

Odp. Zamawiający zmieni zapisy umowne zgodnie z sugestią Wykonawcy.

do poz. 1) Czy zamawiający dopuści do zaoferowania chusteczki spełniającej wymogi SWZ o wymiarach min.18x18?

Odp. Zamawiający dopuszcza inne wymiary chusteczek, jeżeli zawierają substancje czynne propano-2ol i etanol.

do poz, 2 i 3: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania chusteczki w op. typu tuba?

Odp. Zamawiający w pozycji 2 jest wymaga tuby, w poz. 3 wkładu.

poz 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek konfekcjonowanych w najbardziej efektywne opakowania po 200 sztuk z przeliczeniem ilości.

Odp. Zamawiający wymaga chusteczek pakowanych po 100 szt.

poz 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających wszystkie zapisy SWZ o wymiarach 16x20cm.

Odp. Zamawiający dopuści inny wymiar jeżeli zawierają substancje czynne propano-2ol i etanol.

Czy zamawiający dopuści chusteczki alkoholowe nasączone etanolem do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornej na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych. Działanie wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i MNV zgodnie z normą 14476, w czasie do 1 minuty. Opakowanie typu flow-pack zawierające 60 szt. chusteczek o wymiarach 22 x 20 cm o gramaturze 48g/m² wykonane z poliestru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści Chusteczki do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu, w tym głowice USG (do potwierdzenia dopuszczeniami producentów sprzętu USG lub wpisem chusteczek do instrukcji obsługi sprzętu USG), na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/Polyoma - 2 min. Roztwór, którym chusteczki są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną. Opakowanie w formie tuby zawierające 100 szt. chusteczek o wymiarach min. 14 x 20 cm, o gramaturze min 17 g/m², wykonane z polipropylenu, z możliwością ponownego napełnienia samym wkładem z chusteczkami. Wymagane jest aby chusteczki były przebadane wg normy EN 16615 - potwierdzone badaniami. Chusteczki muszą posiadać oznaczenie kolorystyczne zgodne z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi poziomu ryzyka epidemiologicznego - strefa pozbawiona ryzyka: KOLOR NIEBIESKI.

Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem spełniania wymagań zawartości substancji czynnej tj. mieszanek na bazie surfaktanów niejonowych i kationowych.

1. Czy Zamawiający w poz. nr 1 – chusteczki alkoholowe dopuści chusteczki Velox Duo Wipes o następujących parametrach: chusteczki alkoholowe, wyrób medyczny II klasy, przeznaczone do bezpośredniej dezynfekcji sprzętu i aparatury medycznej oraz trudno dostępnych miejsc, substancja czynna: izopropanol i etanol, rozmiar 13x20 cm alkoholowe pakowane po 100 szt. tuba Spektrum działania: bakterie, grzyby (*C. albicans*), prątki gruźlicy, wirus Rota, Noro, BVDV w czasie 60 sek.?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w poz. nr 2 – chusteczki bezalkoholowe dopuści chusteczki Velox Wipes NA o następujących parametrach: chusteczki bezalkoholowe wyrób medyczny II klasy, do dezynfekcji narzędzi i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholu, mieszanka na bazie surfaktantów niejonowych i kationowych, spektrum: bakterie, grzyby (*C. albicans*), wirusy otoczkowe, 100 szt. w op.?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytania i odpowiedzi są integralną częścią zapytania ofertowego.