

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego” Sp. z o. o. ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy:


„Dostawy drobnego sprzętu medycznego na blok operacyjny”

Pytanie nr 1 DOTYCZY ZADANIA NR 1 - ELEKTRODY NEUTRALNE
Prosimy o doprecyzowanie ile ma być sztuk w opakowaniu zbiorczym?
W pozycji nr 1 i 2 nie jest określona ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym.
Czy Zamawiający dopuści ilość 100 sztuk w jednym opakowaniu zbiorczym ?

Odpowiedź:

W opakowaniu po 50 szt. Zamawiający dopuszcza po 100 szt. pakowane z odpowiednim przeliczeniem.

W imieniu Zamawiającego


PREZES ZARZĄDU
dr n. med. Jacek Sawicki