

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 15.06.2022 roku

ZP/p/12/2022

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa produktów jednorazowych wyrobów medycznych”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 1

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 1

Pytanie 1

Część 14 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod na podłożu pianki PE, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Część 14 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody z materiału mikroporowatego z żelazem stałym o średnicy 50mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Część 14 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody z wycięciem do umocowania przewodu, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Część 14 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 30 lub 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (przy zachowaniu wartości netto, brutto i VAT z dwoma miejscami po przecinku)? Ceny

jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Część 14poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji żelu bez pompki (miękkie opakowanie umożliwia wyciśnięcie żelu do końca z pojemnika bez potrzeby użycia pompki), pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Część 14poz. 7

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji uchwytu elektrody czynnej z przewodem o dł. 3,2 m, pozostałe parametry oferowanego asortymentu będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Zestaw zapytań nr 2

Pytanie 1

Dot. Część 25, poz. 14-16

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnej części?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 2

Dot. Część 25, 26, 27, 28

Czy Zamawiający dopuści również opakowania zbiorcze po 12 saszetek?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 3

Dot. Część 25, 26, 27, 28

Czy Zamawiający dopuści również długość nici 75 cm wszędzie tam gdzie wymaga długość 70 cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 4

Dot. Część 26

Czy Zamawiający dopuści szwy polipropylenowe bez dodatku polietylenu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 5

Dot. Część 26, poz. 18

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję lub zrezygnuje z wymogu podkładki?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 6**Dot. Część 27, poz. 1-15**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, syntetyczną, jednowłóknową, barwioną, wykonaną z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu, o okresie wchłaniania 90-120 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 7**Dot. Część 27, poz. 16-19**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, syntetyczną, jednowłóknową, barwioną, wykonaną z polidoksanonu, o okresie wchłaniania 180-210 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 8**Dot. Część 28, poz. 1-34**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, syntetyczną, wielowłóknową, wykonaną z kwasu poliglikolowego i polimlekowego, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz steraynianem wapnia w stosunku 50/50%, o okresie wchłaniania 60-70 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 9**Dot. Część 28, poz. 16**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję lub zrezygnuje z wymogu igły odczepianej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 10**Dot. Część 28, poz. 17**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję lub zrezygnuje z wymogu powleczenia chlorheksydyną?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zestaw zapytań nr 3**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 17, pozycja 1: a) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o rekomendowanym obwodzie 120cm - 170cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 17, pozycja 1: b) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie 92cm - 160cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 17, pozycja 1: c) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o rekomendowanym obwodzie 73cm - 130cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 17, pozycja 1: a) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o chłonności co najmniej 2750ml? Brak wskazania poziomu chłonności w opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza do zaoferowania produkty o niskiej jakości użytkowej, które nie spełniają funkcji zabezpieczającej przy zabiegach pielęgnacyjnych przy pacjencie. Naraża to Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga produktu o minimalnej chłonności 2500g.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 17, pozycja 1: b) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o chłonności co najmniej 2750? Brak wskazania poziomu chłonności w opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza do zaoferowania produkty o niskiej jakości użytkowej, które nie spełniają funkcji zabezpieczającej przy zabiegach pielęgnacyjnych przy pacjencie. Naraża to Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga produktu o minimalnej chłonności 2500g.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 17, pozycja 1: c) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o chłonności co najmniej 2400ml? Brak wskazania poziomu chłonności w opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza do zaoferowania produkty o niskiej jakości użytkowej, które nie spełniają funkcji zabezpieczającej przy zabiegach pielęgnacyjnych przy pacjencie. Naraża to Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga produktu o minimalnej chłonności 2200g.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 17; pozycja 1: a - c) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 17, pozycja 1: a - c) pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwi maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzyma wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 17, pozycja 1: a - c) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu paroprzepuszczalnego jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych mikcjach?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapis SWZ

Pytanie 10

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 17, pozycja 1: a - c) pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapis SWZ

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 17, pozycja 1: a - c) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Nie ma bowiem funkcjonalnego uzasadnienia dla dwóch wskaźników wilgotności gdyż jeden wskaźnik tak samo dobrze informuje o zapełnieniu pieluchomajtki jak podwójny. W przypadku jednego z producentów pieluchomajtek, drugi wskaźnik wilgotności jest tuszowym napisem (rozmywa się pod wpływem wilgoci) wynikającym jedynie z procesu produkcji i nie ma jakiegokolwiek wpływu na funkcjonalność pieluchomajtki a jednocześnie uniemożliwia identyfikację serii zużytego produktu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapis SWZ

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 17, pozycja 1: a - c) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga falbanek/barierek wewnętrznych.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 17, pozycja 2) podkład chłonny 60x90cm o następujących cechach: wysoce chłonny wkład wykonany z pulpy celulozowej, pokryty nieprzepuszczającą, białą powłoką zewnętrzną, produkt zabezpieczony od spodu folią zapobiegającą przemakaniu, o masie własnej co najmniej 58g, chłonność wg normy ISO 11948-1 na poziomie co najmniej 1170g? Brak wskazania poziomu chłonności w opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza do zaoferowania produkty o niskiej jakości użytkowej, które nie spełniają funkcji zabezpieczającej przy zabiegach pielęgnacyjnych przy pacjencie. Naraża to Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Zestaw zapytań nr 4

Pytanie 1

Część nr 23, poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie 3-składnikowego wosku kostnego o składzie: biały воск pszczeli (83%), parafina stała (5%) i palmitynian izopropylu (12%) ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę

Zestaw zapytań nr 5

Pytanie 1

Część nr 23, poz. 15

Czy zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji 15 z pakietu w części nr 23?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie

Zestaw zapytań nr 6

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 10 poz. 3 i czy dopuści: Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

lub
Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wydzieli pozycji do innej części, zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 2

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustęp 10 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczenie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustęp 10 o treści:

Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustęp 10 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności, z tym, że nie mniej niż 100.00zł za każdy dzień zwłoki w płatności.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zestaw zapytań nr 7

Pytanie 1

Pakiet 5 pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia (poświadczony zapisem na opakowaniu). W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno). Cały zestaw sterylizowany radiacyjnie. Zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wążów tlenowych. Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku.?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza pojemność 450 ml z przeliczeniem ilości opakowań w górę, pozostałe zapisy jak w SWZ.

Zestaw zapytań nr 8

Pytanie 1

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 6 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 6 ust. 1c wskazał: 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający naliczał będzie kary umowne w wysokości:

c) za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną część zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 100 zł,

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną część zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 100 zł, za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną część zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 100 zł, za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 6 ust 1c wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,25% wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną część zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 50 zł, wartości

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zestaw zapytań nr 9

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści filtr z bezpiecznym portem kapno typu Luer- na lince, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej wynoszącej 53 ml, , spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wkliniowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy bez pułapki wodnej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 180 cm lub 150 cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuści 180 cm

Zestaw zapytań nr 10

Pytanie 1

Część nr 7, poz. 1: Zestaw do szynowania moczowodów z nicią pokryty powłoką hydrożelową, z popychaczem o dł. 75 cm dla cewników o śr. 4 i 4.8 Ch oraz 45 cm dla cewników o śr. 6 i 7 Ch, zaciskiem i prowadnicą o średnicy dopasowanej do średnicy cewnika.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 2

Część nr 7, poz. 2: Zestaw do szynowania moczowodów z nicią, z popychaczem o dł. 75 cm oraz prowadnicą o dł. 150 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 3

Część nr 7, poz. 4: Koszyczek nitynolowy o dł. koszyka 30 mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu

Pytanie 4

Część nr 22, poz. 1: Koszulka dostępu moczowodowej w rozmiarach 9.5, 10, 12 Ch, dł. 20-54 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 5

Część nr 22, poz. 4: Zestaw do szynowania moczowodów 4 Ch o regulowanej długości 8-18 cm,. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, przewodnik 0.018", popychacz o dł. 75 cm. Możliwość utrzymania w moczowodzie 3 miesiące. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 6

Część nr 22, poz. 5: Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 6 Ch, dł. 26 cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, przewodnik stalowy pokryty PTFE 0.035" o dł. 150 cm, popychacz sterowalny o dł. 43 cm z systemem blokującym.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Zestaw zapytań nr 11

Pytanie 1

Pakiet nr 12. poz 4

Wnosimy do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie oferty w pozycji 4 na wkład workowy o pojemności 2000 ml wykonany z polioefiny (dający możliwość utylizacji w niskich temperaturach bez wydzielania szkodliwych substancji), biologicznie czysty, odporny na rozdarcie, perforację, posiadający funkcję samozasysania. Wyposażony w filtr antibakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem. Obecnie Zamawiający używa takich wkładów.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 2

Dot. wzoru umowy:

Wnosimy do Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej , zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj . postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia.

Aktualna sytuacja charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji, powoduje, że oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy. Wybrany w przetargu oferent, w celu realizacji umowy może być zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie kalkulowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca umowy może finansowo nie podołać zaisntniałej sytuacji, co doprowadzić może do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z podpisanej umowy.

W świetle powyższego dodanie w umowie postanowień waloryzacyjnych, zg art. 439 ust. 2-4 ustawy PZP, zapewnią bezpieczną współpracę – zarówno wykonawcy, chroniąc go przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu jak i Zamawiającemu zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw wyrobów objętych umową.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 1

Czy Zamawiający w części nr 28 dopuści opakowanie zbiorcze 12 saszetek ? W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o merytoryczne wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 2

Czy Zamawiający w części nr 28 dopuści pakowanie w pojedynczą, aluminiową sterylną saszetkę? Pakowanie w pojedynczą, aluminiową saszetkę jest standardem praktykowanym na całym świecie, zapewniającym pełną sterylność szwu, szybki dostęp do igły i wygodę podczas zabiegu. Proponowana zmiana w żaden sposób nie wpływa na własności użytkowe czy jakość zaoferowanego produktu, dlatego w przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o merytoryczne wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 3

Czy Zamawiający w części nr 28 w poz. 17 dopuści nić bez powleczenia chlorheksydyną o dł. 75cm? Pozostałe parametry bez zmian. Według licznych przeprowadzonych badań wynika, że szwy powleczone chlorheksydyną nie mają żadnego pozytywnego wpływu na biologiczne i mechaniczne właściwości szwów. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że tylko odpowiedź pozytywna pozwoli złożyć Państwu konkurencyjną ofertę pod względem jakościowym i cenowym, obecny kształt i określone parametry umożliwiają złożenie oferty wyłącznie jednemu producentowi lub jego dystrybutorowi, co jest jednoznaczne z brakiem zachowania konkurencyjności.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapis SWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający w części nr 28 w poz. 16 dopuści igłę okrągłą odczepianą pakowaną pojedynczo z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości? Pozostałe parametry bez zmian. Proponowana zmiana w żaden sposób nie wpływa na własności użytkowe czy jakość zaoferowanego produktu, dlatego w przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o merytoryczne wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapis SWZ

Pytanie 5

Czy Zamawiający w części nr 28 w poz. 10 dopuści nić o dł. 75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 6

Czy Zamawiający w części nr 28 w poz. 13 dopuści nić o dł. 75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 7

Czy Zamawiający w części nr 28 w poz. 27 dopuści nić o dł. 150cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 8

Czy Zamawiający w części nr 28 w poz. 28 dopuści nić o dł. 150cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 9

Czy Zamawiający w części nr 28 w poz. 34 dopuści nić o dł. 75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 10

Czy Zamawiający w części nr 28 w poz. 35 dopuści nić barwioną o dł. 75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapis SWZ

Pytanie 11

Czy Zamawiający w części nr 28 w poz. 37 dopuści nić barwioną ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapis SWZ

Pytanie 12

Czy Zamawiający w części nr 28 w poz. 40 dopuści nić o dł. 75cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Zestaw zapytań nr 13**Część nr 7****Pytanie 1**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaferowanie zestawu do szynowania moczowodów 4F/ 4,7F/ 6F/ 7F, z popychaczem w kolorze czerwonym, z przewodnicą o średnicy 0,032", 0,035 lub 0,038" odpowiednio do średnicy cewnika., blokowanego zaciskiem, możliwość utrzymania w moczowodzie 3- 6 miesięcy, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaferowanie zestawu do szynowania moczowodów 4,7F, z przewodnicą o długości 150 cm, popychacz w kolorze czerwonym, długość 70 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaferowanie przewodników w dyspenserze z końcówką Luer.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie koszyka nitinolowego, z drutami o przekroju okrągłym, druty ułożone heliakalnie, uchwyt w możliwością blokady położenia przewodu koszyka, rozmiary koszyka 15,0-20,0 mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Część nr 21

Pytanie 5

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie trokarów jednorazowych bez balonu w rozmiarach 5,5mm oraz 12mm, z karbowaną kaniulą, wbudowaną redukcją (pozwalającą np. na stosowanie do trokarów 12mm również narzędzi o średnicy 5mm), zaworem dwustopniowym, końcem separującym.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Zestaw zapytań nr 14

Pytanie 1

Pytanie do zadania 15 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 15 poz. 1 wg następujących opisów: układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie niezdemowalny łącznik Y z portami (wąski i szeroki), Y równoległy, kolanko, dodatkową rurę o długości 80 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/ papier, sterylny. Układ posiadający elastyczne końcówki na wlocie i wylocie. 10 szt. w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Pytanie do zadania 15 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 15 poz. 3 wg następujących opisów: układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko z portem LUER z zakręcanym koreczkiem, dodatkową rurę o długości 120 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/ papier, sterylny. Układ posiadające wszystkie elastyczne końcówki na wlocie i wylocie oraz Y. 10 szt. w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Pytanie do zadania 6 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rurki intubacyjnej z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, wykonane z termoczułego PCV nie zawierające ftalanów o prawidłowej elastyczności przed intubacją, z otworem Murph'ego, z oznaczeniem głębokości rurki w postaci grubego oringu i rozmiaru rurki na korpusie, z balonikiem kontrolnym w kształcie poduszki w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką, rurka widoczna w promieniach RTG, sterylne, w rozmiarze od nr 7,0 do nr 8,5 (w zależności od potrzeb Zamawiającego)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 4

Pytanie do zadania 6 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie Rurki intubacyjnej z wysokobjętościowym, niskociśnieniowym, wykonane z PCV, o prawidłowej elastyczności przed intubacją, z otworem Murph'ego z oznaczeniem głębokości rurki za pomocą grubego oringu oraz oznaczeniem rozmiaru rurki na korpusie, z balonem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką, rurka widoczna w promieniach RTG, wyraźnie oznakowany rozmiar rurki widoczny po zaintubowaniu pacjenta, sterylne, w rozmiarze od nr 6,0 do nr 9,0 (w zależności od potrzeb Zamawiającego)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 5

Pytanie do zadania 6 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rurki intubacyjnej, zbrojonej z mankietem wysokobjętościowym, niskociśnieniowym, o prawidłowej elastyczności przed intubacją, z PCV wstępnie wyprofilowana rurka intubacyjna wraz z przewodnicą, z oznaczeniem głębokości rurki oraz oznaczeniem rozmiaru rurki na korpusie, z balonem kontrolnym, sterylne, w rozmiarze od 6,0 do nr 8,0 (w zależności od potrzeb Zamawiającego).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 6

Pytanie do zadania 6 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 6 poz. 4 Rurka intubacyjna, dooskrzelowa, sterylna, znacznik RTG na całej długości w celu weryfikacji rurki, w zestawie łącznik Y wraz z kompletem złączy, baloniki kontrolne oraz dreny łączące z rurką oraz zestaw złączy zgodnie z kolorem danego mankietu, prawa lub lewa rozmiar 28F, 35F, 3po (w zależności od potrzeb Zamawiającego)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 7

Pytanie do zadania 6 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 6 poz. 5 rurka intubacyjna do długoterminowej intubacji, wykonana z PVC, z cylindrycznym cienkościennym mankietem niskociśnieniowym - wysokobjętościowym, z otworem Murphy, z efektywnym systemem odsysania wydzieliny z okolicy podgłośnia, tj. z otworem zlokalizowanym tuż nad mankietem, ze zintegrowanym z rurką przewodem zakończonym żółtym portem do odsysania, sterylne, w rozmiarach zgodnych z SWZ, z możliwością skrócenia rurki do 10cm, ze znacznikiem RTG

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 8

Pytanie do zdania 6 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 6 poz. 6 rurki ustno– gardłowej, mikrobiologicznie czyste, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 9

Pytanie do zadania 6 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie rurki ustno– gardłowe, sterylne, pakowane pojedynczo, wyraźnie oznakowany rozmiar rurki widoczny po jej założeniu, wykonane z polietylenu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 10

Pytanie do zadania 6 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie Prowadnica krótka do rurek intubacyjnych - wykonana z plastycznego metalu z gładką powłoką z tworzywa sztucznego ułatwiającą intubację w trudnych warunkach, miękki koniec dalszy ograniczający możliwość uszkodzenia rurki, specjalne wykończenie powierzchni dla łatwiejszego wprowadzania i usuwania prowadnicy, sterylne, pakowana pojedynczo, długość 366 mm

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 11

Pytanie do zadania 3 poz.1

Prosimy o dopuszczenie filtra brandu GIBECK wg opisu: filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci ; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; o wadze 22g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 26ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.9; 500ml: 21.8 o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 13.12; 500ml: 22.15 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem żółtym, o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,6 cm H₂O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15,

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 12

Pytanie do zadania 3 poz.2

Prosimy o dopuszczenie filtra brandu GIBECK wg opisu: Filtr hydrofobowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999% , przeciwpłatkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 31g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 35ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H₂O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzv C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 13

Pytanie do zadania 3 poz. 3Prosimy o dopuszczenie filtra brandu GIBECK wg opisu: filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, przeciwwirusowej 99,9999%, przeciwpłatkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni min. 1400 cm²; o wadze 52 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej 80 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.4; 500ml: 37.1; 750ml: 36.3; 1000ml: 35.1; 1200ml: 34.7; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.61; 500ml: 6.90; 750ml: 7.69 ;1000ml: 8.92; 1200ml: 9.30; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1.1 cm H₂O oraz przy 60 l/min.2.6 cm H₂O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzv C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 14

Pytanie do zadania 3 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie sztucznego nosa: sterylny wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią oddychających spontanicznie; z celulozowymi wkładami ułożonym po obydwu przeciwnych stronach wymiennika; posiadający port do odsysania z samozamykającą cztero częściową zastawką; posiadający port do tlenu o stożkowym kształcie; o przestrzeni martwej 10 ml; o wadze 6,3 gram; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 32.89; 500ml: 32.42; 750ml: 32.09; 1000ml: 31.16; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 11.10; 500ml: 11.57; 750ml: 11.90; 1000ml: 12.83; o objętości oddechowej Vt - 250 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H₂O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 15

Pytanie do zadania 3 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej LMA wg opisu: - zgodna z budową anatomiczną gardła, wygięcie pozwalające na łatwe zakładanie, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski, balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankieta metodą dotykową, informacja o rozmiarze maski umieszczona na korpusie złącza, informacja o wadze pacjenta i ml wypełnienie maski, jałowa, niezawierająca lateksu , zawierająca ftalany, jednorazowa, silikonowa, sterylna, specjalnie wyprofilowany kołnierz maski dopasowujący się do budowy anatomicznej pacjenta, przezroczysta rurka umożliwiająca obserwację jej wnętrza, w rozmiarze nr 3, 4, 5.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Zestaw zapytań nr 15

Pytanie 1

Część 21

Dot. pkt.1

Czy zamawiający dopuści worki laparoskopowe o poniższych parametrach?

Worki laparoskopowe, tzw. „endobagi”. Minimum cztery wielkości do wyboru, w tym minimum worki o pojemności: od 200 do 1550ml. Worki wyposażone w samorozprężalne, metalowe ramiona. Minimalnie 10 szt. w opakowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków w większej liczbie rozmiarów niż wymagano.

Pytanie 2

Dot. pkt. 1

Czy zamawiający dopuści wydzielenie pkt. 1 z części 21 ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wydzielił pozycji

Zestaw zapytań nr 16

Pytanie 1

Pakiet nr 12. poz 3

Z uwagi na długoletnią współpracę z Zamawiającym wnosimy o umożliwienie złożenia w pakiecie nr 12 poz. 3 oferty na wyroby, które nie są zakwalifikowane przez producenta do grupy wyrobów medycznych, lecz są wyposażeniem wyrobu medycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 38 u.w.m. Tym samym do wyrobu mają zastosowanie stosowne regulacje u.w.m., co nie mniej pociąga za sobą skutek podatkowy w postaci konieczności objęcia wyrobu 23% stawką VATu. Jednocześnie informujemy, że dla w/w wyrobów nie są wymagane dokumenty dopuszczające.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wyraża zgodę

Zestaw zapytań nr 17

Pytanie 1

dotyczy części nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie filtra antybakteryjno-antywirusowego, elektrostatycznego, sterylnego, bez wymiennika ciepła i wilgoci o parametrach: złącza 22F/15M-22M/15F; waga filtra 23g, przestrzeń martwa 42ml, opór przepływu przy 60L/min 2,0 cm H₂O, skuteczność filtracji >99,998%, skuteczny wobec WZW C i HIV, z portem luer lock zamykany integralnym korkiem?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 2

dotyczy części nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie filtra antybakteryjno-antywirusowego elektrostatycznego, sterylnego, z wymiennikiem ciepła i wilgoci o parametrach: złącza 22F/15M-22M/15F, wykonany z celulozy, waga filtra 31g, przestrzeń martwa 57ml, opór przepływu przy 60L/min 2,7 cm H₂O, wyliczony zwrot wilgoci 32,3 mg H₂O/L przy VT 500ml, z portem luer lock zamykany integralnym korkiem, skuteczność filtracji >99,998%, skuteczny wobec WZW C i HIV ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 3

dotyczy części nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie filtra antybakteryjno-antywirusowego, sterylnego, mechanicznego, jednorazowego, z harmonijkową membraną, do stosowania w anestezjologii jako HMEF lub na OiT jako sam filtr o parametrach: skuteczność filtracji >99,999%, waga 36g, wydajność nawilżania 23 mg H₂O/L przy VT 500ml, opór przepływu 1,7 cm H₂O przy 30L/min oraz 3,6 cm przy 60L/min?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 4

dotyczy części nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do tlenu i odsysania, wykonany z celulozy, waga 9g, zwrot wilgoci 26,1 mg H₂O/L, opór przepływu 1,1 cm H₂O przy 60L/min, z zatrząskową klapką umożliwiającą wprowadzenie cewnika, z portem do podawania tlenu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 5

dotyczy części nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie masek krtaniowych jednorazowych, sterylnych, z mankietem i rurką uformowaną jako jedną całość, z mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi, w rozmiarach:3, 4, 5, z informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta, rekomendowanej objętości wypełniającej mankiet, maksymalnej objętości wypełnienia mankieta na rurce oraz na opakowaniu, z instrukcją użycia umieszczoną na opakowaniu, z identyfikacją rozmiaru na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski, bez szkodliwych dla zdrowia ftalanów DEHP, bez lateksu, w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Zestaw zapytań nr 18

Pytanie 1

część nr 16

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprzewadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, ze stykiem o szerokości 2,5 cm, powierzchnia przewodząca 110cm², bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm². Wymiary 176x122mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Pakowane po 50szt?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zestaw zapytań nr 19

Pytanie 1

Część 16

Prosimy o dopuszczenie styku o wymiarach szer. 23x dł. 20 mm.

Prosimy o dopuszczenie elektroy o powierzchni aktywnej 107 cm² i całkowitej 165 cm².

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zestaw zapytań nr 20

Pytanie 1

Pakiet nr 3 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtra bateryjno-wirusowego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o korzystniejszej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999%, Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%, masie 35,6g, martwej przestrzeni 55ml, wydajność nawilżania 37mg/l H₂O przy Vt=500ml, z portem kapno typu luer lock z oddzielnym szczelnie wkręcany koreczkiem ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 2

Pakiet nr 3 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr bateryjno-wirusowego z barierą mechaniczną w postaci celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci i membrany o metodzie działania ładunków intermolekularnych o korzystniejszej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej >99,999%?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 3

Pakiet nr 3 poz. 3:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „utrata wilgotności max 5 mg/l”, gdyż istotniejszym parametrem jest wydajność nawilżania która jest bardzo wysoka i wynosi 37 mg/l przy Vt = 500 ml?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 4

Pakiet nr 15 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu oddechowego o długości 180cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 5

Pakiet nr 15 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu oddechowego o długości 180cm z dodatkową rurą o długości 90cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 6

Pakiet nr 15 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodu oddechowego o długości 180cm z dodatkową rurą o długości 180cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Zestaw zapytań nr 21

Pytanie 1

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów: „...od daty zgłoszenia reklamacji” na „...od daty uznania reklamacji”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający naliczał będzie kary umowne w wysokości:

c) za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną część zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż **50 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia**

g) za nieudostępnienie/ nieudostępnienie w terminie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 6 w wysokości **50,00 zł.** brutto za każde tego rodzaju zdarzenie

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zestaw zapytań nr 22

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny nakłuwacz automatyczny:

- Prosta intuicyjna obsługa
- Specjalnie ostrzone, trójplaszczynowe igły ze stali nierdzewnej pokryte silikonem
- Igły sterylizowane promieniami gamma
- Mechanizm bezpieczeństwa eliminujący możliwość przypadkowego zakłucia
- Aktywowany poprzez dociśnięcie do opuszka palca

21 G x 1,8mm – próbka krwi 10 – 50 µl

21G x 2,4 mm – próbka krwi 20 – 70 µl

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Zestaw zapytań nr 23

Pytanie 1

Część nr 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści gąbeczki do higieny jamy ustnej niesterylne, pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe oraz zbiorczo a'50 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 2

Część nr 10, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści szczotkę do zębów z odsysaniem niesterylną, pakowaną pojedynczo w opakowanie foliowe oraz zbiorczo a'50 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 3

Część nr 10, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 4

Część nr 10, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści nasączone 70% alkoholem izopropylowym, niejałowe?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 5

Część nr 10, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z bezigłowym portem do pobierania próbek?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 6

Część nr 10, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 7

Część nr 10, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy z przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 8

Część nr 23, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści osłony z kołnierzem ze specjalnymi wypustkami zapobiegającymi zsuwaniu się osłonki z uchwytu, bez dodatkowych ząbków?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 9

Część nr 23, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści osłony o wymiarach:

- kołnierz: 12,7 cm
- uchwyt: 3,1 cm
- wysokość produktu: 10,2 cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 10

Część nr 24, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody o wymiarach 16 x 250 cm? Pozostałe wymagania zgodni z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 11

Część nr 24, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw - osłona na ramię C trzyczęściowy, składający się z osłony górnej w rozmiarze 100 x 160 cm, osłony dolnej 80 x 150 cm oraz z 2 taśm samoprzylepnych o wymiarach 3 x 100 cm; osłony zakończone elastyczną gumką?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 12

Część nr 34, pozycja 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13

Część nr 34, pozycja 1, 2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby nakłucie odbywało się przez naciśnięcie przycisku nie całego nakłuwacza? Wymóg taki znacznie ogranicza konkurencyjność oferty.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Zestaw zapytań nr 24

Pytanie 1

Dotyczy SWZ – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty próbek oferowanego asortymentu? W rozdziale III, pkt. 20 „Przedmiotowe środki dowodowe” Zamawiający wskazuje jedynie dołączenia oświadczenia dot. wyrobu medycznego oraz katalogów produktów, natomiast w formularzu asortymentowo-cenowym, pod pakietami umieszczona jest informacja o próbkach. Prosimy o odniesie się do tej rozbieżności.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że nie wymaga złożenia próbek wraz z ofertą. Zamawiający będzie żądał próbek od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Pytanie 2

Część nr 3, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o oporności 0,6 hPa przy 30 l/min?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 3

Część nr 3, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 4

Część nr 3, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 5

Część nr 3, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przewidywana pojemność: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 6

Część nr 3, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przewidywana pojemność: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 7

Część nr 3, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezłateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce; rozmiar kodowany kolorem zatyczki; rozmiary: 3, 4, 5?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 8

Część nr 6, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne posiadające balonik i przewód w takim samym (niebieskim) kolorze, różniącym się od korpusu rurki?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 9

Część nr 6, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne posiadający balonik i przewód w takim samym (niebieskim) kolorze, różniącym się od korpusu rurki?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 10

Część nr 6, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne o stałej długości, z mankietem w kształcie walca?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 11

Część nr 6, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści rurki wykonane z PE?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 12

Część nr 6, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści prowadnice o długości 340mm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 13

Część nr 10, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z drenem o długości 120cm, wyposażony tylko w igłowy port do pobierania próbek?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga portu bezigłowego, wyraża zgodę na dren 120cm

Pytanie 14

Część nr 10, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści plastikowo-magnetycznylicznik do zużytych igieł oraz ostrzy chirurgicznych, wyposażony w przyrząd do ściągania ostrzychirurgicznych; posiadający specjalny mechanizm zabezpieczający je przed otwarciem w razie upadku, taki jak na zdjęciu?



Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 15

Część nr 10, pozycja nr 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwie z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach wyposażone w zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 16

Część nr 10, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości mikrobiologicznie czyste, pakowane po 10 sztuk, kompatybilne z systemem z pozycji 7?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Zestaw zapytań nr 25

Dotyczy części nr 7:

Pytanie 1

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści zestawy do szynowania moczowodów z popychaczem w kolorze czerwonym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 2

Czy w pozycji nr 2 Zamawiający dopuści zestawy do szynowania moczowodów z popychaczem w kolorze czerwonym oraz przewodnikiem o dł. 150 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 3

Czy w pozycji nr 4 Zamawiający dopuści koszyki z koszulką wykonaną z polipropylenu i uchwytem typu „nożycowego”, o długości 110 cm i średnicy koszyka od 13.5 do 17 mm?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 4

Czy w pozycji nr 4 Zamawiający wymaga koszyków wykonanych z nitinolu czy ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wymaga koszyków z nitinolu

Dotyczy części nr 18:

Pytanie 5

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 5,6 i 7 (cewniki silikonowe Dufour) do osobnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wydzielił pozycji

Pytanie 6

Czy Zamawiający w pozycji nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników silikonowych Dufour, w rozmiarze 20F, o dł. 40 cm, balonem o poj. 50ml, oraz zamykanym łącznikiem luer (na kanale do irygacji) zapakowanym sterylnie wraz z cewnikiem?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 7

Czy Zamawiający w pozycji nr 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników silikonowych Dufour, w rozmiarze 22F, o dł. 40 cm, balonem o poj. 60ml, oraz zamykanym łącznikiem luer (na kanale do irygacji) zapakowanym sterylnie wraz z cewnikiem?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 8

Czy Zamawiający w pozycji nr 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników silikonowych Dufour, w rozmiarze 24F, o dł. 40 cm, balonem o poj. 70ml, oraz zamykanym łącznikiem luer (na kanale do irygacji) zapakowanym sterylnie wraz z cewnikiem?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Zestaw zapytań nr 26

Pytanie 1

dot. części nr 1 – STAPLERY OKRĘŻNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Czy zamawiający dopuści stapler o poniższych parametrach?

Stapler okrężny wygięty (zakrzywiony) posiadający odłączoną główkę i dodatkowo zaopatrzony w troakar pomocniczy. Wybór staplerów w zakresie minimum 5 średnic dystalnych (średnica zewnętrzna), w tym minimum średnic: 21mm, 25mm, 28mm, 31 mm, 34 mm. Średnice kodowane kolorami. Stapler okrężny z manualną regulacją wysokości zamkniętej zszywki. Wysokość zamkniętej zszywki regulowana w zakresie minimum od 1,5 do 1,8 mm. Okienko ze wskaźnikiem podglądu wyboru wysokości zamkniętej zszywki oraz pokazujące możliwość bezpiecznego wystrzału. Dla średnicy 34mm średnica otworu cięcia nie może być mniejsza niż 25mm, a ilość zszywek nie mniejsza niż 32. Dla średnicy 31mm średnica otworu cięcia nie może być mniejsza niż 22,5mm, a ilość zszywek nie mniejsza niż 30. Stapler wyposażony w jedną dźwignię spustową zabezpieczoną przed przypadkowym naciśnięciem. Długość całkowita staplera minimum 50 mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, we wskazanej części nie figuruje odpowiedni produkt.

Pytanie 2

dot. części nr 2 - STAPLERY NOŻOWE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU + ŁADUNKI

Dotyczy pkt. 1-4

Czy zamawiający dopuści stapler i ładunki o poniższych parametrach?

Rękojeść staplera do chirurgicznych zabiegów otwartych z nożem w ładunku, a nie w rękojeści. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 lub 80 mm (do wyboru przez

Zamawiającego). Demontowany za pomocą jednego przycisku. Montowany zatraskowo. Umożliwiający wystrzelenie minimum 8 ładunków. Ze wstępnie załadowanym magazynkiem w komplecie. Jednorazowy ładunek liniowy do staplera (rozmiar do wyboru przez zamawiającego) umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm lub 80 mm, ładowany w szczęki staplera. (6szt./op.) Wysokość otwartej zszywki 3,8-4,8 mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,5-2,0 mm. 4 rzędy zszywek.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, we wskazanej części nie figuruje odpowiedni produkt.

Pytanie 3

dot. części nr 2 - STAPLERY NOŻOWE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU + ŁADUNKI

Dotyczy pkt.5

Czy zamawiający dopuści stapler i ładunki o poniższych parametrach?

Stapler liniowy, tzw. kowadełkowy. Minimum trzy długości linii zszywek, w tym minimum: 35mm, 45mm, 60mm. Wysokość zszywek otwartych od 3,5 do 4,8mm, zamkniętych od 1,5 do 2,0mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, we wskazanej części nie figuruje odpowiedni produkt.

Pytanie 4

dot. części nr 3 - STAPLERY LAPAROSKOPOWE I ZAAWANSOWANY SYSTEM BIPOLARNY

Czy zamawiający wyłączy wykluczy pkt. 1 z części 3 ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, we wskazanej części nie figuruje odpowiedni produkt.

Pytanie 5

dot. części nr 3 - STAPLERY LAPAROSKOPOWE I ZAAWANSOWANY SYSTEM BIPOLARNY

Czy zamawiający dopuści stapler i ładunki o poniższych parametrach?

Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z nożem w ładunku, a nie w rękojeści. Możliwość jednoręcznego wyboru artykulacji poprzez odciążenie pokrętła rotacji umieszczonego wokół osi narzędzia. Możliwość jednoręcznej rotacji części dystalnej poprzez obrót pokrętła rotacji umieszczonego wokół osi narzędzia. Swobodnie obracająca się do max 45 stopni końcówka w każdym kierunku. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 lub 60 mm posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Zabezpieczenie przed przypadkowych wystrzeleniem wcześniej użytego magazynku. Dźwignia cofania noża umieszczona z obu stron narzędzia.

Jednorazowy ładunek liniowy kodowany kolorami do powyższych staplerów endoskopowych, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 lub 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek wyposażony w zszywki o wysokości odpowiednio:

Szary – 45/60mm – otwarte 1,9-2,0 mm, zamknięte 0,7-0,75 mm.

Biały – 45/60mm – otwarte 2,4-2,5 mm, zamknięte 0,9-1,0 mm

Niebieski – 45/60mm – otwarte 3,4-3,5 mm, zamknięte 1,4-1,5 mm

Złoty/pomarańczowy – 45/60mm – otwarte 3,7-3,8 mm, zamknięte 1,65-1,75 mm

Zielony – 45/60mm – otwarte 4,0-4,1 mm, zamknięte 1,9-2,0 mm

Czarny – 45/60mm – otwarte 4,3-4,4 mm, zamknięte 2,1-2,2 mm

Liczba rzędów zszywek: 6 (po trzy rzędy z każdej strony linii cięcia)

Ilość w opakowaniu: 12 szt

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, we wskazanej części nie figuruje odpowiedni produkt.

Pytanie 6

dot. części nr 4 - TROKARY OPTYCZNE I SYSTEMY DOSTĘPU LAPAROSKOPOWEGO

Dot. pkt. 1

Czy zamawiający dopuści trokar o poniższych parametrach?

Jednorazowe zestawy trokarów laparoskopowych (tuleja + trokar). Minimum trzy średnice do wyboru, w tym minimum: 5mm, 10mm, 12mm. Trokary z ostrzem, tępe lub tzw. „optyczne” – do wyboru przez

Zamawiającego. Wyposażone w kraniki do podawania gazu oraz wewnętrzne silikonowe zawory uszczelniające. Wyposażone w przyciski po obu stronach tulei umożliwiające „otwarcie” wewnętrznej uszczelki.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, we wskazanej części nie figuruje odpowiedni produkt.

Pytanie 7

dot. części nr 4 - TROKARY OPTYCZNE I SYSTEMY DOSTĘPU LAPAROSKOPOWEGO

Dot. pkt. 2-3

Czy zamawiający dopuści system dostępu laparoskopowego o następujących wymiarach?

System dostępu laparoskopowego, którego obręcz ma średnice pierścienia zewnętrznego oznaczoną kolorem niebieskim równą 60 mm i średnicę pierścienia wewnętrznego oznaczoną kolorem białym równym 60 mm lub 90 mm (do wyboru przez zamawiającego). System jest wyposażony w 3 lub 4 otwory mieszczące trokary o wymiarach 5-15mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, we wskazanej części nie figuruje odpowiedni produkt.

Pytanie 8

dot. części nr 4 - TROKARY OPTYCZNE I SYSTEMY DOSTĘPU LAPAROSKOPOWEGO

Dot. pkt. 4-6

Czy zamawiający dopuści retraktor o następujących wymiarach?

Retraktor, którego obręcz ma średnice pierścienia zewnętrznego oznaczoną kolorem niebieskim równą 60 mm lub 90 mm (do wyboru przez zamawiającego) i średnicę pierścienia wewnętrznego oznaczoną kolorem białym równym 60 mm lub 90 mm (do wyboru przez zamawiającego). Retraktor posiada sznurek, umożliwiającą sprawne wyciągnięcie retraktora.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, we wskazanej części nie figuruje odpowiedni produkt.

Zestaw zapytań nr 27

Dotyczy: Pakiet 20 – akcesoria do sprzętu artroskopowego dla bloku operacyjnego

Pytanie 1

Dot. Część 2 i 9 Czy zamawiający dopuści wielorazowy dren próżniowy z filtrem , ponieważ producent wycofał się z produkcji samych filtrów i samych wielorazowych drenów próżniowych. W związku z powyższym czy zamawiający dopuści takie rozwiązanie?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 2

Dot. Część 3,4,5 W związku z tym, że producent wycofał się z produkcji przedstawionych przez zamawiającego systemu do waporyzacji plazmowej jak również elektrod. Czy zamawiający dopuści równoważne jednorazowe elektrody do waporyzatora plazmowego z użyczeniem generatora ze sterownikiem nożnym?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Zestaw zapytań nr 28

Pytanie 1

Część nr 17 poz. 1: Czy Zamawiający pisząc " boki pieluchomajtek z elastycz. ściągaczami chron. przed wyciekami" ma na myśli i wymaga ściągaczy taliowych z przodu i z tyłu pieluchomajtki w celu dobrego dopasowania i chroniące przed wyciekaniem?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza interpretację zapisu.

Pytanie 2

Część nr 17 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o min. chłonności:

rozmiar XL 2500 g

rozmiar L 2500 g

rozmiar M 2200 g?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga podanych chłonności jako minimum.

Pytanie 3

Część nr 17 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści: pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu, które posiadają: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne które wchłaniają i rozprzewadzą mocz, absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach (superabsorbent); falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzezy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt

Pytanie 4

Część nr 17 poz. 1a i 1b: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferentów mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga

Pytanie 5

Część nr 17 poz. 2: Czy Zamawiający wymaga podkładu o min. chłonności 2000 g?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga podkładu o minimalnej chłonności 1150g

Pytanie 6

Część nr 17 poz. 2: Czy Zamawiający wymaga podkładu o min. chłonności 950 g?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga podkładu o minimalnej chłonności 1150g

Pytanie 7

Część 19 poz. 1: czy Zamawiający dopuści podkłady w rolkach o długości 40m z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Część 19 poz. 1: czy Zamawiający dopuści podkłady o szerokości 33 cm, perforowane co 50 cm, w rolkach o długości 25 m z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Część 19 poz. 2: czy Zamawiający dopuści podkłady bibułowo-foliowe w rolkach o długości 40m z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Część 30: czy Zamawiający dopuści siatkę do operacyjnego leczenia przepuklin - polipropylenowa, wytwarzana techniką dziewiarską z monofilamentowej przędzy polipropylenowej, sterylna, max. wielkość porów ok. 0,92 mm, grubość 0,47 (+/-0,03)mm, masa powierzchniowa 60-85g/m², pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo-foliowe, zabezpieczona w dodatkowe opakowanie kartonowe, pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, posiada etykiety samoprzylepne do wklejania do dokumentacji, wysoka wytrzymałość na rozrywanie?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11

Część 33: czy Zamawiający dopuści taśmę urologiczną z polipropylenu monofilamentowego, taśma w całości dziana, bez konieczności stosowania osłonek, sterylna EO; gramatura ok 65g/m², grubość ok. 0,49 mm, porowatość ok 70%, grubość nitki 0,16mm, długość 45cm, szerokość 1,1 cm, wytrzymałość min. 90N; odpowiednio dobrany splot i materiał sprawiają, że taśma nie odkształca się podczas implantacji, końcówki taśmy z uchwytyami do mocowania na aplikatorze, zabezpieczone rurką termokurczliwą?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytania dot. umowy**Pytanie 12**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu „jednak nie mniej niż 100 zł” z §6 ust. 1 pkt c) wzoru umowy. Przy niskiej wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, kara 100 zł może być rażąco wygórowana.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie zapisu §6 ust. 1 pkt b) wzoru umowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o doprecyzowanie ww. zapisu – czy kara ta będzie naliczana również w przypadku zwłoki w dostarczaniu towaru, za które kara umowna jest już przewidziana w § 6 ust. 1 pkt c)?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że kary umowne określone w § 6 dotyczą odmiennych stanów faktycznych i nie powodują naliczenia kar umownych z różnych tytułów.

Zestaw zapytań nr 29

Pytanie 1

Pakiet 21 poz. 1a

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowego automatycznego worka laparoskopowego na „podbieraku” o pojemności 1500ml wykonanego z materiały nylon ripstop ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Pakiet 21 poz. 1b

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowego półautomatycznego worka laparoskopowego o pojemności 200ml wykonanego z materiały nylon ripstop, wyposażony w szew poliamidowy do zaciśnięcia worka?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Pakiet 21 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie systemu nożyczek laparoskopowych składających się z wielorazowej rękojeści oraz jednorazowego szafu nożyczkowego. W przypadku pozytywnej odpowiedzi wykonawca bezpłatnie użyczy wielorazową rękojeść.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 4

Pakiet 21 poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie trokarów laparoskopowych z systemem kotwiczącym w postaci rozkładanej parasolki oraz kołnierza o średnicach 5 i 12mm, trokary dodatkowo wyposażane w filtr gazów koagulacyjnych ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Pakiet 21 poz 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie systemu trokarów hybrydowych, tj. Wielorazowe kaniule i groty do trokarów 5 i 12mm oraz jednorazowy system uszczelek, do trokara 12mm głowica z automatyczną redukcją dla narzędzi 5-12mm, dla trokara 5mm jednorazowa uszczelka.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi wykonawca bezpłatnie użyczy elementy wielorazowe. Powyższe rozwiązanie redukuje koszty jednorazówki, oraz ilość odpadów medycznych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Zestaw zapytań nr 30

Pytanie 1

Część 2 poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drenu 25CH (różnica wynosi 1CH, czyli 0,33mm), spełniający wszystkie pozostałe wymagania.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 2

Część 2 pozycja 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drenu 25CH.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 3

Część 3 pozycja 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie końcówki bez bocznych otworów, tylko z otworem centralnym.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Zestaw zapytań nr 31

Pytanie 1

Czy z uwagi na to, że przedmiotem postępowania są dostawy sukcesywne zamawiający dopuści zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni. ? Skrócenie terminu płatności pozwoli nam na złożenie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że przychylił się do wniosku Wykonawcy. Zmieniony termin płatności zostanie uwzględniony w zawieranych umowach.

Zestaw zapytań nr 32

Pytanie 1

Czy oferowane strzykawki w pakiecie 29 mają posiadać rejestrację jako wyrób klasy III zawierający substancję leczniczą? Oznacza to, że fizjologiczny roztwór soli (podawany dożylnie) podlega ocenie przez właściwe organy odpowiednie dla leków, procedura ta jest pomijana przy niższej klasie rejestracji ?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie 29 umieszczając zapis „specjalny kształt cylindra strzykawki zapewnia utrzymanie ciśnienia na niskim poziomie podczas procesu przepłukiwania,” ma na myśli że strzykawka ma wytwarzać dodatnie ciśnienie przepłukiwania bez wytwarzania refluku?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wyjaśnia, że tłok strzykawki ma się przesuwac w sposób jednostajny a nie skokowy.

Pytanie 3

Dotyczy pakiet 30:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 30 : Makroporowa monofilamentowa niewchłaniałna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g/m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia, liniowa wytrzymałość na rozciąganie 35,5 N. Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,46 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 1,22 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 4**Dotyczy pakiet 30 poz .1.**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 30 poz 1. C rozmiar 30,5x30,5 cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 5**Dotyczy pakiet 30 poz .1.**

6. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 30 poz 1 rozmiar 30,5x30,5 cm?

Odpowiedź Zamawiającego

W pytaniu nie wskazano dokładnie jaki produkt ma na myśli pytający.

Zestaw zapytań nr 33**Pytanie 1****Część 5:**

Prosimy o dopuszczenie zaofierowania sterylnej wody do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku, poj. 640 ml (z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym) posiadającym system mikrodyfuzorów w podstawie komory głównej, dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu, łącznik dostosowany do reduktorów będących na wyposażeniu Oddziałów Szpitala, pojemnik z uniwersalnym portem do urządzeń telnoterapii z odrywalnym spustem; potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez min 30 dni.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza objętość 640ml (z odpowiednim przeliczeniem ilości) i utrzymuje pozostałe zapisy SWZ

Pytanie 2**Część 5:**

Prosimy o sprecyzowanie czy na etykiecie umieszczonej na pojemniku mają się znajdować informacje oryginalnie umieszczone przez producenta takie jak: data ważności, LOT i kod GTIN, co ułatwia identyfikację produktu i okresu jego przydatności do użycia?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga umieszczenia na etykiecie data ważności, LOT

Pytanie 3**Część 5:**

Prosimy o doprecyzowanie czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 350 cm H₂O z uruchomieniem dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 4**Część 8**

Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodu z cewnikiem typu mono J wykonanym z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, w zestawie z prowadnicą typu Seldinger pokrytą powłoką teflonową i nieruchomym rdzeniem o długości 150 cm 0.035", zaciskiem oraz łącznikiem do worka na mocz, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5**Część 8**

Poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii, w którego skład wchodzi: cewnik typu pigtail wykonany z miękkiego poliuretanu CH11/14 o długości całkowitej 48 cm, rozrywalny trokar CH 12/15, silikonowa tulejka mocująca, zacisk, worek na mocz o pojemności 2000 ml.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Część 8

Poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego zestawu do cystostomii. Skład zestawu: dwudrożny cewnik typu Foley wykonany z 100% silikonu CH12 oraz CH16, długość 40cm, z atraumatyczną końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon, pojemność balonu 10ml dla CH12 oraz 15ml dla CH16; trokar z plastikową rozrywalną koszulką o średnicy wewnętrznej CH16 dla cewnika CH10 oraz CH20 dla cewnika CH16; skalpel. Zestaw sterylny, dostarczany w opakowaniu jednostkowym typu peel pouch.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Część 8

Poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej, w którego skład wchodzi igła punkcyjna typu Chiba 18G/20cm, skalowana co 1cm, widoczna w USG; cewnik drenażowy wykonany z miękkiego poliuretanu, widoczny w RTG, z balonem 2-2.5 ml wolnym od lateksu, z powłoką hydrożelową na dł. 90mm na końcu do-nerkowym; prowadnica typu Lunderquist z miękkim bezpiecznym końcem typu J 0.035" 85cm; kranik oraz łącznik do worka na mocz.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Część 8

Poz.4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do biopsji tkanek miękkich, widoczna w USG, skalowana co 1cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Część 18.

Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego z zakończeniem Nelaton, wykonanym z materiału plastycznego Neoplex, z dwoma otworami drenażowymi, dostarczany z zestawie z mandrynem metalowym oraz łącznikiem. Długość 70cm, skalowany co 1cm. Rozmiar: CH3/4/5/6/7/8.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Część 18.

Poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego z zakończeniem otwartym, wykonanego z materiału plastycznego Neoplex, dostarczany w zestawie z mandrynem metalowym oraz łącznikiem. Skalowany co 1 cm, długość 70 cm, rozmiary CH3/4/5/6/7/8/9.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11

Część 18.

Poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika dwudrożnego z końcówką Tiemana z balonem o poj. 15 ml z zatyczką pakowaną osobno, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Część 18.

Poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika dwudrożnego z końcówką Tiemana z balonem o poj. 10 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13

Część 18.

Poz. 5 i 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika trójdrożnego Dufour z balonem o pojemności 50 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14

Część 18.

Poz. 5./6./7. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby cewniki na swojej powierzchni posiadały warstwę hydrożelową, ułatwiającą wprowadzanie?

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający utrzymuje zapis SWZ

Pytanie 15

Część 10

Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania gąbeczek do higieny jamy ustnej pakowanych pojedynczo w opakowaniu zbiorczym 800szt i dopuszczenie wyceny za 1szt w formularzu cenowym, czyli dopuszczenie zaoferowania 1500szt gąbeczek.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza wycenę po 1szt. Zamawiający nie dopuszcza opakowań a 800szt., oczekuje możliwości zakupu jednorazowo mniejszych ilości.

Pytanie 16

Część 10

Poz.4:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worka z portem do zbiórki moczu, 2 litry, sterylnego, dren 100cm, zastawka antyzwrotna zapobiega cofaniu się moczu, port do pobierania próbek w sposób igłowy znajdujący się w drenie przed workiem, czytelna podziałka umożliwia łatwe odczytanie ilości moczu, kranik spustowy poprzeczny - służący do wypuszczania moczu, wyposażony we wzmocnione otwory do wieszaków.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 17

Część 10

Poz.4:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania worka z portem do zbiórki moczu, 2 litry, sterylnego, dren 120cm, zastawka antyzwrotna zapobiega cofaniu się moczu, port do pobierania próbek w sposób bezigłowy znajdujący się w drenie przed workiem, czytelna podziałka umożliwia łatwe odczytanie ilości moczu, kranik spustowy poprzeczny - służący do wypuszczania moczu, wyposażony we wzmocnione otwory do wieszaków.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza

Pytanie 18

Część 10

Poz.4:

Prosimy o sprecyzowanie czy port do pobierania próbek ma być wyposażony w przezroczyste okienko podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Pytanie 19

Część 13:

Prosimy o sprecyzowanie czy port do pobierania próbek w zestawie do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego, tak jak obecnie stosowany, ma być wyposażony w przezroczyste okienko podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 20

Część 22

Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby koszulka pokryta była hydrożelem wewnątrz i na zewnątrz kanału roboczego oraz na powierzchni dystalnego rozszerzenia?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga.

Pytanie 21

Część 22

Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby za pomocą koszulki można było podawać środek kontrastujący?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 22

Część 22

Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulki w rozmiarach 10Fr oraz 12Fr, dł. 28-55cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 23

Część 22

Poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu irygacyjnego z pompką w kształcie poduszki, która pozwala na prowadzenie irygacji w sposób bardziej kontrolowany, z przesuwным sysemem zamknięcia przepływu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 24

Część 22

Poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika służącego do podaży środka kontrastującego o następujących cechach, gruszkowe zakończeniem umożliwiającym skuteczne wstrzyknięcie środka kontrastowego. Wykonany z plastycznego materiału Neoplexu. Długość 70cm. Każdy cewnik dostarczany w

zestawie z poliestrowym mandrynem oraz łącznikiem Luer-Lock. Cewniki pakowane pojedynczo w opakowania po 5 sztuk. Sterylne. Do stosowania z przewodnicą 0.035". Rozmiar gruszki 7Ch/Fr, cewnika 5Ch/FR. Produkt sterylny.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza

Pytanie 25

Część 22

Poz.3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego z hydrofilną powłoką na 15cm, z szarą częścią dystalną o wzmocnionej widoczności, wykonany z materiału Neoplex, długość 70cm, rozmiar CH6 kompatybilny z przewodnicą 0,035", dostarczany w zestawie z poliestrowym mandrynem i łącznikiem Luer Lock

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza

Pytanie 26

Część 22

Poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodu 4,8 CH. W skład zestawu wchodzi: cewnik wykonany z wysokiej klasy biokompatybilnego miękkiego poliuretanu, skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą bardzo dobrze widoczny w RTG, otwarty-otwarty lub zamknięty/zamknięty do wyboru, popychacz sterowalny o długości min. 80cm, przewodnica typu Seldinger z powłoką teflonową o dł. 150 cm dla O/O oraz 100 cm dla O/Z o średnicy dopasowanej do rozmiaru cewnika, zacisk. Dostępne długości: 24/26/28/30/32 cm. Czas stosowania do 6 msc.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza

Pytanie 27

Część 22

Poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodu w rozmiarze 4 CH. W skład zestawu wchodzi: cewnik wykonany z poliuretanu, skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, dł. Całkowita 22 cm, zaś długość części prostej 18 cm, przewodnica pokryta PTFE o długości 150 cm oraz popychacz prosty o długości 43 cm.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza

Pytanie 28

Część 22

Poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodu z przewodnicą o długości 150 cm, z popychaczem min. 40cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza

Pytanie 29

Część 22

Poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów, w których komponenty pakowane są osobno, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza

Pytanie 30

Część 22

Poz. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyczków Dormia w rozmiarze 1,5 CH oraz 2 CH, długość 120 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza

Pytanie 31

Część 29

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki napełnione NaCl mają być sterylne na zewnątrz tak jak inne strzykawki dwuczęściowe, trzyczęściowe, w tym strzykawki do pomp powszechnie stosowane w placówkach opieki zdrowotnej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie oczekuje strzykawek jałowych z zewnątrz. Zawartość musi być zabezpieczona przed utratą jałowości korkiem/kapsłem lub równoważnym rozwiązaniem.

Pytanie 32

Część 29

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki fabrycznie napełnione solą fizjologiczną mają być gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka zgodnie z instrukcją obsługi producenta?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapis SWZ

Pytanie 33

Część 29

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek napełnionych NaCl, nie powodujących opisywanych w literaturze medycznej działań niepożądanych w postaci zaburzeń węchu i w odczuwaniu smaku.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający utrzymuje zapis SWZ

Zestaw zapytań nr 34

Pytanie 1

Czy w zadaniu nr 3, poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra równoważnego o korzystniejszych parametrach:

Filtry antybakteryjne i antywirusowe elektrostatyczne, sterylne, z wymiennikiem ciepła i wilgoci:

d) objętość martwa do 50 ml - **tj. 18 ml**

i) port kapno zamykany **korkiemluer-lock - zakręcanym**, zapewniającym

większe bezpieczeństwo przy wyższych ciśnieniach niż wciskany korek, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający tak, dopuszcza

Pytanie 2

Czy w zadaniu nr 3, poz. 3 Zamawiający oczekuje Filtra antybakteryjnego i antywirusowego, sterylnego, mechanicznego, jednorazowego, z odrębną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, tzn. Filtra z membraną charakterystyczną dla filtra mechanicznego HEPA, złożoną z harmonijkowo ułożonej warstwy filtracyjnej, z odrębną warstwą celulozową wymiennika ciepła i wilgoci, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3, wyłączy pozycję nr5, z uwagi na fakt, iż jej opis wskazuje wyłącznie na jednego producenta, co ogranicza konkurencję i jest niezgodne z ustawą PZP?

W przeciwnym wypadku prosimy o odstąpienie od wymogu:

„balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski, (...) informacja o rozmiarze maski umieszczona na korpusie złącza, informacja o wadze pacjenta i ml wypełnienie maski,”

i dopuści informacje o rozmiarze maski, wadze pacjenta i ml wypełnienie maski, umieszczone na rurce maski lub na opakowaniu, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuści „umieszczone na rurce maski” rozmiar i wypełnienie maski. Waga pacjenta może być opisana na opakowaniu.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z-ca Kierownika
Działu Zamówień Publicznych

mgr Michał Flis

Wyk. w 1 egz.

1/ strona internetowa

2/ a/a

Druk: M. Flis