



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 02.06.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 15/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

**Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2**

**1. dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – L.p. 40**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat RTG z zakresem obrotu kołpaka lampy RTG wokół osi poziomej wynoszący +150 /-190°.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. Wymagany przez Zamawiającego zakres jest minimalny.**

**2. dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – L.p. 43**

Wnosimy o dopuszczenie do postępowania aparat RTG z dotykowym panelem sterowania zawieszenia sufitowego wyświetlającym informacje o wybranym miejscu pracy, odległości SID, kącie kołpaka w odniesieniu do podłoża, o zastosowanym ognisku lampy RTG i kratce przeciwrozproszeniowej, lecz bez informacji o kącie obrotu kolumny i bez informacji o wybranym filtrze.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. Informacje te są wymagane przez Zamawiającego na panelu dotykowym.**

**3. dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – L.p. 43**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG w którym informacja o wybranym filtrze znajduje się na ekranie kolimatora, a nie na dotykowym panelu sterowania zawieszenia sufitowego?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. Informacje te są wymagane przez Zamawiającego na panelu dotykowym**

**4. dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – L.p. 84**

Prosimy o podanie informacji o modelu aparatu RTG telekomando posiadanego przez Zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający posiada aparat RTG telekomando Opera Swing.**

**5. dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – L.p. 105**

Wnosimy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG ze stacją techniką bez funkcji wirtualnego kolimatora. Funkcja ta jest charakterystyczna dla aparatów RTG typu ramię C i nie jest użyteczna w przypadku aparatów radiografii ogólnej, w związku z czym wnosimy o usunięcie zapisu, ponieważ wyłącznie ogranicza konkurencyjność postępowania.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga oprogramowania stacji technika z elektroniczną kolimacją. Jest to powszechne rozwiązanie dostępne w tego typu aparatach do radiografii ogólnej.**

KOMENDANT

plk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82