

Lublin, dnia 09.02.2021 r.

RCKiK.DOP.SZ-3321/2/21

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na:

Dostawę zestawów do półautomatycznej filtracji koncentratu krwinek płytkowych zlewanych z kożuszków leukocytarno-płytkowych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obecność przedstawiciela Oferenta podczas procesu produkcyjnego UKKP z wykorzystaniem zaoferowanych zestawów? Asysta przedstawiciela ma na celu ułatwienie przeprowadzenia procesu wytwarzania składnika krwi poddanego późniejszej ocenie jakościowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2.

Zamawiający w punkcie 6 Załącznika Nr 4 do SIWZ zawarł wymóg filtra odpornego na uszkodzenia podczas wirowania. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zestawów wyposażonych w filtr w miękkiej obudowie, gwarantujący ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas procesu wirowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 3.

Zamawiający w punkcie 7 Załącznika Nr 4 do SIWZ zawarł wymóg konstrukcji filtra umożliwiającego zatrzymywanie erytrocytów wewnątrz membrany w celu zwiększenia odzysku krwinek płytkowych. Prosimy o wyjaśnienie czy wymagana funkcjonalność będzie weryfikowana przez Zamawiającego na etapie badania jakościowego dostarczonych próbek oraz czy Zamawiający uzna za spełniające to wymaganie zestawy wyposażone w filtr gwarantujący czasowe zatrzymywanie erytrocytów, co pozwala na zwiększenie odzysku krwinek płytkowych bez ryzyka zanieczyszczenia preparatu krwinkami czerwonymi.

Odpowiedź:

Wymagana funkcjonalność nie będzie weryfikowana. Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

Pytanie nr 4.

Zamawiający w punkcie XX SIWZ zawarł opis kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem między innymi oceny pojemności pojemnika odbiorczego końcowego na zlewany UKKP. Prosimy o rozważenie zmiany tego kryterium na kryterium dokonujące oceny poziomu pH wytworzonego składnika krwi w 5 dniu przechowywania, co pozwoli na miarodajne zweryfikowanie potencjalnych benefitów płynących z wielkości pojemnika odbiorczego na UKKP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia kryteriów oceny ofert. Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. 5 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 1 do SIWZ Projektowane postanowienia umowy)

Wnosimy o wyrażenie zgody na zmianę tego postanowienia w ten sposób, by termin na ustosunkowanie się przez wykonawcę do zgłoszonej reklamacji jakościowej wynosił 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

Na uzasadnienie proponowanej zmiany wyjaśniamy, że rozpatrzenie reklamacji jakościowej odbywa się z udziałem producenta, który dysponuje stosowną wiedzą i sprzętem. Rozpatrzenie reklamacji jakościowej w ciągu 3 dni nie jest możliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

2. § 5 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 1 do SIWZ Projektowane postanowienia umowy)

Czy terminy na rozpatrzenie reklamacji przez wykonawcę i wymianę wadliwych pojemników będą liczone w dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Terminy na rozpatrzenie reklamacji przez wykonawcę i wymianę wadliwych pojemników będą liczone w dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. § 5 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 1 do SIWZ Projektowane postanowienia umowy)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by wykonawca był zobowiązany do wymiany wadliwych pojemników tylko, jeżeli wada dotyczy całej dostarczonej partii pojemników, natomiast w przypadku wadliwości pojedynczych pojemników, by załatwienie reklamacji polegało na dokonaniu korekty faktury VAT i zwrocie ceny zapłaconej przez Zamawiającego za wadliwe pojemniki, o ile cena została zapłacona?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy swz.

4. § 4 ust. 7 wzoru umowy (załącznik nr 1 do SIWZ Projektowane postanowienia umowy)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawianie faktur elektronicznych w formacie PDF i wysyłanie ich pocztą elektroniczną.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych w formacie PDF i wysyłanie ich pocztą elektroniczną- kancelaria@rckik.lublin.pl.

W punkcie XV.3.i SWZ Zamawiający wymaga dołączenia do dokumentów opisu programu i parametrów wirowania, i ustawień prasy automatycznej G5.

Czy warunkiem wystarczającym dla spełnienia tego wymogu będzie dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy, iż proponowane w ofercie zestawy należy użytkować stosując takie same parametry wirowania (program) oraz ustawienia prasy automatycznej G5 (program), jak obecnie używane przez Zamawiającego?

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że warunkiem wystarczającym dla spełnienia tego wymogu będzie dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy.

Zmiany wchodzi z dniem podpisania. Pozostałe zapisy swz pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Lublinie

lek. med. Małgorzata Orzeł

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym



radca prawny
Paweł Wojnowski

Starszy Specjalista

Monika Trzcicka

KIEROWNIK
Działu Pobierania i Preparacji
RCKIK Lublin

mgr Magdalena Barlik

