



INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:

„Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych okulistycznych i do hemodializy”.

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu 18

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu do CRRT:

- z możliwością wykonania TPE i ECCO2R,
- z podgrzewaniem krwi wracającej do pacjenta,
- z możliwością automatycznego usuwania effluentu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2- dotyczy pakietu 18

Czy Zamawiający będzie wymagał umowy użyczenia na wspomniane w pakiecie nr 18 aparaty?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał umowy użyczenia. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez dodanie załącznika 2 a- wzór umowy użyczenia.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

**KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**
mgr inż. Jacek Banaszak

RUBENIP
ca. Karol...
malgorzata Ciep...