



Sygnatura sprawy: **EZ/504/NT/23**

NTG.037.51.2023

Wrocław 11.08.2023 r.

Dot. **Odpowiedzi na pytania z dnia 11.08.2023 r.** do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „**Dostawy różne- pościel, krzesła biurowe, regały szafy**”.

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami treści SWZ.

Dotyczy Zadanie 4, pkt: 1 Dostawa materacy przeciwoleżynowych – 36szt:

1. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie materaca z systemem napełniania komór co 3 – system 1:3 rozkłada ciężar na większej powierzchni co redukuje ucisk powierzchniowy na miejsca zagrożone powstaniem odleżyn o dodatkowe 25%.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac z systemem napełniania komór co 3 – system 1:3, lecz nie czyni z tego wymogu.

2. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie materaca wyposażonego w komory wykonane z poliuretanu pokryte nylonem. Materiał z jakiego wykonane komory nie ma wpływu na funkcjonalność materaca.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac wyposażony w komory wykonane z poliuretanu pokryte nylonem, lecz nie czyni z tego wymogu.

3. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy materac wysokości komór po napompowaniu 12,5 cm spełnia oczekiwania zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie wyrobu podał wysokość materaca 12 cm (+/- 1cm) jak więc z powyższego wynika że wysokość odpowiada wymaganiom Zamawiającego.

4. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie materaca do terapii IV stopniowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac do terapii IV stopniowej, lecz nie czyni z tego wymogu.

5. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie materaca pracującego w zakresie ciśnień od 14 do 62mmHG- ciśnienie zależne od wagi pacjenta, regulowane przyciskami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac pracujący w zakresie ciśnień od 14 do 62 mmHG, lecz nie czyni z tego wymogu.

6. Prosimy o dopuszczenie materaca o wymiarach 86x200x18,5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac o wymiarach 86x200x18,5 cm, lecz nie czyni z tego wymogu.

7. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie materaca kładzionego bezpośrednio na ramie leża jak i z funkcją nakładki na materac szpitalny z pasami mocującymi materac do ruchomych segmentów leża, zabezpieczającymi materac przed przemieszczaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac kładziony bezpośrednio na ramie leża jak i z funkcją nakładki na materac szpitalny z pasami mocującymi materac do ruchomych segmentów leża, lecz nie czyni z tego wymogu.





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

8. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu materaca posiadającego klapy wyłogowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac bez klap wyłogowych wyposażony w pasy mocujące.

Dotyczy Zadanie 4, pkt: 2 Dostawa materacy przeciwoleżynowych – 3szt:

1. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy materac wysokości komór po napompowaniu 12,5 cm spełnia oczekiwania zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak - materac o wysokości 12,5 cm spełnia wymagania Zamawiającego.

2. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie materaca wyposażonego w komory wykonane z poliuretanu pokryte nylonem. Materiał z jakiego wykonane komory nie ma wpływu na funkcjonalność materaca.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac wyposażony w komory wykonane z poliuretanu pokryte nylonem, lecz nie czyni z tego wymogu.

3. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie materaca wyposażonego w pompę niskociśnieniową, zmiennociśnieniową pracującą w zakresie ciśnień 11,7-38,2mmHG w zależności od wagi pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac wyposażony w pompę niskociśnieniową, zmiennociśnieniową pracującą w zakresie ciśnień 11,7-38,2mmHG w zależności od wagi pacjenta, lecz nie czyni z tego wymogu.

4. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pompy z regulowanym trybem cyklu w zakresie od 3 do 30 minut oraz głośności równej 26dba.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pompy z regulowanym trybem cyklu w zakresie od 3 do 30 minut oraz głośności równą 26dba, lecz nie czyni z tego wymogu.

5. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie materaca o wymiarach 200x900mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac o wymiarach 200x900mm, lecz nie czyni z tego wymogu.

6. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu uchwytów transportowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza uchwyty transportowe, lecz nie stanowi to wymogu.

Dotyczy: Zapisów SWZ

1. Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna każdy dokument, który potwierdza okoliczności, iż produkty odpowiadają określonym wymaganiom jakościowym. Dokument taki może być wydany w dowolnej formie, o ile zawiera oświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.



**DOLNY
ŚLĄSK**



Zadanie nr 5 - Pasy do unieruchamiania pacjentów.

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pasów o wymiarach: 14-20 cm lub 19-25 cm lub 24-30 cm. Prosimy o wskazanie 2 rozmiarów. Prosimy o wskazanie ile kpl. Zamawiający chciałby zamówić w poszczególnych rozmiarach z puli 22 kpl.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozmiar 19-25 cm i 24-30 cm, lecz nie czyni z tego wymogu. Zamawiający przewiduje zamówić 15 kompletów w rozmiarze 19-25 cm i 7 kompletów w rozmiarze 24-30 zastrzegając 10% margines błędu.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie pasów w wymiarach: 24-30 cm i 29-35 cm. Prosimy o wskazanie ile kpl. Zamawiający chciałby zamówić w poszczególnych rozmiarach z puli 22 kpl.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozmiar 24-30 cm i 29-35 cm, lecz nie czyni z tego wymogu. Zamawiający przewiduje zamówić 15 kompletów w rozmiarze 24-30 cm i 7 kompletów w rozmiarze 29-35 zastrzegając 10% margines błędu.

poz. 3

Prosimy o dopuszczenie pasów na wózek z pasem kroczywym, rozmiar M i L, z zapięciem na rzep. Zgodnie z przestanyym zdjęciem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pasy na wózek z pasem kroczywym, rozmiar M i L z zapięciem na rzep, lecz nie czyni z tego wymogu.

Zadanie nr 17 – Dostawa rolek do przekładania pacjentów.

Prosimy o doprecyzowanie jakiego rozmiaru Zamawiający oczekuje: 64x36x3 cm czy 76x36x3 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oba rozmiary, lecz nie czyni z tego wymogu.

