



Puck, dn. 06.06.2024 r.

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę ambulansu drogowego typu B oraz ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym, znak ZP/13/2024

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesne urządzenie do kompresji klatki piersiowej o parametrach zgodnych z wytycznymi ERC, wyposażone m.in. w dotykowy ekran, możliwość dłuższego niż wymagany czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym do 90 minut oraz możliwość pomiaru EtCO₂, a różniące się od wymagań przedstawionych w OPZ jedynie w niewielkim zakresie tj.:

Ppkt. 2. Częstość kompresji w zakresie 100–120 uciśnień na minutę zgodnie z wytycznymi ERC tj. 110 u./min. (± 3).

Ppkt. 3. Głębokość kompresji 3–5,3cm (± 3 mm) z możliwością ustawienia predefiniowanej startowej głębokości kompresji.

Ppkt. 11. Możliwość bezprzewodowej transmisji danych z RKO przez wbudowany moduł Bluetooth.

Ppkt. 12. W zestawie:

- przewód do ładowania urządzenia/akumulatorów w ambulansie (zasilanie 12V prądu stałego)
- przewód zasilający ładowarkę zakończony wtykiem zabezpieczającym przed przypadkowym wypięciem
- torba lub kontener transportowy (wymiary maksymalne urządzenia w torbie lub kontenerze transportowym wysokość ca 65 cm x szerokość ca 51 cm x głębokość ca 26 cm lub ca; 60 cm x 36 cm x 30 cm)

(...) - waga urządzenia w gotowości do użycia maksymalnie 9 kg z obiema bateriami.

Pozostałe parametry oferowanego urządzenia zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia do kompresji klatki piersiowej o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 2

Zamawiający w załączniku do SWZ opisującym Przedmiot Zamówienia Ambulans Drogowy typu C wraz z wyposażeniem medycznym, pkt. 55 Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej ppkt. 1 wymaga (cyt.) „*Sposób realizacji masażu według obowiązujących*

wytycznych ERC” w związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie Czy Zamawiający w odniesieniu do przywołanych wytycznych ERC, które zalecają (cyt.) „*Kapnografię należy stosować w celu monitorowania jakości RKO*”, wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało możliwość pomiaru i wyświetlania wartości liczbowej kapnografii?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby zaoferowane urządzenie posiadało możliwość pomiaru i wyświetlania wartości liczbowej kapnografii.

Pytanie 3

Zamawiający w załączniku do SWZ opisującym Przedmiot Zamówienia Ambulans Drogowy typu C wraz z wyposażeniem medycznym, pkt. 55 Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej ppkt. 12 wymaga dostarczenia 2 szt. akumulatorów w związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało możliwość zadokowania obu akumulatorów w urządzeniu jednocześnie i automatycznego korzystania z nich jeden po drugim?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie posiadało możliwość zadokowania obu akumulatorów w urządzeniu jednocześnie i automatycznego korzystania z nich jeden po drugim.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 06.06.2024 r.