

Parametry graniczne do systemu hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych

Model aparatu: Producent: Rok produkcji:

l.p.	Parametry graniczne	TAK/NIE*
1	Aparat oraz podłoża do hodowli muszą pochodzić od jednego producenta.	
2	Ilość miejsc inkubacyjno – pomiarowych w aparacie minimum 40.	
3	Zachowanie ciągłości pomiarów oraz utrzymywanie stabilnej temperatury. Hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu.	
4	Aparat z wbudowanym komputerem z oprogramowaniem w wersji graficznej.	
5	Podgląd wykresu próby w trakcie inkubacji.	
6	Wprowadzanie danych do aparatu za pomocą czytnika kodów kreskowych.	
7	Możliwość archiwizacji danych na nośniku zewnętrznym.	
8	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim.	
9	Bezpłatne przeprowadzenie szkoleń personelu z obsługi aparatu po instalacji oraz szkolenie dla personelu szpitala w zakresie prawidłowych procedur pobierania krwi do badań na posiew.	
10	Dołączenie do oferty co najmniej 5 opinii użytkowników z polskich laboratoriów pracujących na aparacie minimum 12 miesięcy dla potwierdzenia jakości aparatu do posiewów krwi oraz podłoż.	
11	Okres gwarancji - 24 m-ce, obejmujący: bezpłatne przeglądy, naprawy gwarancyjne i serwisowe, a także wszelkie koszty związane z montażem części zamiennych i dojazdów.	
12	Możliwość zgłoszenia awarii 24 godz./dobę w ciągu 365 dni w roku	
13	Czas oczekiwania na serwis – 24 godz. Ewentualna awaria aparatu zostanie usunięta w terminie do 24 godz. od chwili jej zgłoszenia. W przypadku naprawy dłuższej niż 24 godz. Wykonawca dostarczy na czas usunięcia awarii urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach.	
14	Termin dostawy- maksymalnie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy	
15	Bezpłatna instalacja, uruchomienie wraz z bezpłatnym przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi aparatu w miejscu instalacji, tj. Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej.	
16	Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginalne materiały firmowe producenta aparatu (katalogi, foldery w j. polskim) oraz Deklarację zgodności CE	

*Uwaga: wypełnić tabele

1. Niespełnienie któregośkolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak wartości w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub producenta.
3. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Data

.....
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy