

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PAKIET NR 1 - ZROBOTYZOWANY SYSTEM DO REHABILITACJI KOŃCZYNY GÓRNEJ

System treningu kończyn górnych z biofeedbackiem

L.p.	Wymagane parametry i warunki	Parametr wymagany	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymagane parametry i warunki”)
1.	Liczba czujników min. 9.	TAK	
2.	Wartość siły chwytu do min. 10kg.	TAK	
3.	Zakres regulacji dla ramienia min. 22-31cm.	TAK	
4.	Zakres regulacji dla przedramienia min. 24-40cm.	TAK	
5.	Regulacja obciążenia ramienia w zakresie 0-10 kg.	TAK	
6.	Regulacja obciążenia przedramienia w zakresie 0-5kg.	TAK	
7.	Zakres regulacji długości kończyny górnej min. 98-138cm.	TAK	
8.	System zasilany napięciem 220V AC 50 Hz.	TAK	
9.	Urządzenie posiada interaktywne tryby treningu 1D, 2D i 3D dla pojedynczych i wielu stawów.	TAK	
10.	Urządzenie wyposażone jest w wizualny i dźwiękowy biofeedback w czasie rzeczywistym.	TAK	
11.	Automatyczny zapis wykonanych sesji treningowych.	TAK	
12.	Inteligentne rozpoznawanie kończyny górnej (prawa, lewa).	TAK	
13.	Interaktywne gry min. 20.	TAK	
14.	Zakres ruchu w stawie barkowym (zgięcie/wyprost) min. 0-80°.	TAK	
15.	Zakres ruchu w stawie łokciowym (zgięcie/wyprost) min. 0-135°.	TAK	
16.	Zakres ruchu w stawie barkowym (odwodzenie/przywodzenie) min. 0-150°.	TAK	
17.	Zakres ruchu w stawie nadgarstkowy (pronacja/supinacja) min. 0-180°.	TAK	
18.	Możliwość ruchu kończyną górną w trzech płaszczyznach.	TAK	
19.	Urządzenie łatwe w transporcie, posiadające kółka jezdne.	TAK	
20.	Urządzenie wyposażone w wyświetlacz min. 32 cale.	TAK	
21.	Możliwość eksportu danych do formatu EXCEL.	TAK	
22.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023	TAK	
23.	Producent	Podać	
24.	Typ/model	Podać	
25.	Klasa wyrobu medycznego	Podać – jeśli dotyczy	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)