



**Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krakowie**

Kraków, dnia 15 Czerwca 2022r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-korekta
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia dla RCKiK w Krakowie”, numer sprawy ZP-12/22.

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 135, ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021, poz.1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie podstawowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę czterech separatorów osoczowych wraz z 4000 sztuk zestawów**” (znak sprawy j.w.), wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Szanowni Państwo,

prosimy o odpowiedź na pytanie dotyczące Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt 2.8:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem oraz wymaganymi zestawami i igłami również antykoagulantu kompatybilnego z pozostałymi produktami tj. zestawami i igłami ?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy również o modyfikację wymogu dotyczącego terminu przydatności do użycia w zakresie antykoagulantu. Oferowany przez nas antykoagulant 4% cytrynian sodu 250 ml możemy dostarczać z terminem ważności 18 miesięcy od daty dostawy

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga dostarczenia 4000 sztuk wskazanego antykoagulantu. Zamawiający dopuszcza termin przydatności do użycia co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy koagulantu. W związku z terminem przydatności do użycia koagulantu co najmniej 18 miesięcy, Zamawiający planuje jego dostawy w okresie do 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, w odpowiednich partiach - co miesiąc lub dwa.