



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno  
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33  
e-mail: sekretariat@mpcz.pl  
[www.mpcz.pl](http://www.mpcz.pl)

Nr sprawy 14SMEspzoz2021

Mogilno, dnia 20.05.2021 r.

**Wykonawcy,  
którzy złożyli pytania**

## **WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 14SMEspzoz2021 – Dostawy sprzętu medycznego do zabiegów endoskopowych*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

### **Część nr 1**

Poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści jednorazową sterylną igłę do ostrzykiwania posiadającą usztywnioną osłonkę, blokada ze słyszalnym kliknięciem informująca o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki, długość robocza narzędzia 2300 mm, długość igły 4mm, 6mm, średnice igieł 23G, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm/2,4mm, średnica kanału roboczego 2,8mm?

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści jednorazowe sterylne szczypce owalne z okienkiem do endoskopii, powlekane teflonem bez igły lub z igłą do wyboru przez zamawiającego. Długość narzędzia 2300 mm, średnica łożeczek po zamknięciu 2,3mm. Sterylne pakowane indywidualnie, zawierające etykiety samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT, datę ważności oraz dane producenta?

**Ad. Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści klipsownice jednorazowe, długość 2300mm, rozwarcie klipsa 15 mm, rotacyjne?

**Ad. Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści pętle jednorazowe owalne do usuwania polipów, średnica 10mm, 15mm, 20 mm, 25mm, do kanału roboczego do 2,8 mm, długość robocza 2300mm, wykonane z plecionego drutu. Pakowane indywidualnie, sterylne, każde opakowanie zawierające samoprzylepne etykiety do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT, data ważności oraz dane producenta?

**Ad. Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 5?

**Ad. Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 6

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści jednorazową dwustronną szczoteczkę do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica włosia 5/10mm, długość robocza 2300mm, średnica osłonki 1,7mm, plus jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów, średnica włosia 5/11mm, długość robocza 15,5cm?

**Ad. Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 7

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści jednorazowy ustnik do gastrokopii z regulowaną gumką, pakowany dispenser po 100sztuk, sterylny, rozmiar 22x30mm?

**Ad. Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 8

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści jednorazową pułapkę na polipy pięciokomorową, numerowana, możliwość wyjęcia poszczególnych komór?

**Ad. Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 12

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 12?

**Ad. Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 13

Czy Zamawiający ma na myśli paski testowe do pomiaru efektywności minimalnej zalecanej koncentracji kwasu nadooctowego? Jeśli tak to prosimy o wydzielenie pozycji 13 do oddzielnego zadania lub o dołączenie pozycji do zadania nr 2

**Ad. TAK, Zamawiający miał na myśli paski testowe do pomiaru efektywności minimalnej zalecanej koncentracji kwasu nadooctowego, natomiast Zamawiający nie wyraża zgody o wydzielenie pozycji 13 do oddzielnego zadania, bądź dołączenia pozycji do Zadania 2.**

Poz. 16

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania i dopuści pętlę z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach: średnica pętli 25 mm długość narzędzia 2300mm, obrotowa?

**Ad. Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 19

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego zadania pozycję 19?

**Ad. Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

## Zadanie nr 2

Poz. 1

|   |
|---|
| Czy Zamawiający dopuści Multienzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów |
|---|

|   |
|---|
| Zapewniający doskonale właściwości myjąco-dezynfekujące |
|---|

|                          |
|--------------------------|
| Opakowanie o poj. 1 litr |
|--------------------------|

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści

|   |
|---|
| Płyn dezynfekcyjny do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu na podstawie Kwasu Nadooctowego i Diazaadamantany (ISAZONE®) |
|---|

|   |
|---|
| Wysoka skuteczność biobójcza i sprobójcza już po 5 min. |
|---|

|   |
|---|
| Roztwór roboczy stabilny do 12-14 dni (kontrola aktywności dedykowanymi paskami), |
|---|

|                               |
|-------------------------------|
| Wysoka tolerancja materiałowa |
|-------------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| Nie uszkadza dezynfekowanych wyrobów |
|--------------------------------------|

|   |
|---|
| Skład: roztwór aktywny  |
| Substancje czynne: Isazone ®0,010 g; kwas nadoctowy 0,180g, składniki obojętne i aqua purificata q.s. do 100 ml |
| Przetestowany w warunkach brudnych i czystych zgodnie z wymogami UNI PN-EN 14885                                |
| Zgodny z PN-EN ISO 14937 par. 5.3.1   |
| Opakowanie o poj. 5 litrów  |

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 1 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 21x26,5 mm?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie nr 1 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści pakowane po 50 sztuk w kartonik bez funkcji dyspensera?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie nr 1 poz. 7**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 7 z Zadania nr 1 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zadanie/ część nr 1**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o długości 2300 mm.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsowi o szerokości rozwarcia klipsa 12 mm, 15 mm i 16 mm, długość ramienia minimum 10 mm.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 2,4 mm i długości 240 cm wykonanych z drutu o średnicy 0,33 mm, średnice pętli 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm i 32 mm.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy osłonki 2,4 mm.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczotek do czyszczenia zaworów i portów o długości 20 cm.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Do jakiego ssaka mają pasować wkłady opisane w pozycji 9.

**Ad. VACSAX (MEVACS).**

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie żelu o pojemności 200 ml

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10, 15, 20 i 25 mm, średnica osłonki 2,4 mm.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści zaoferowanie chwytaków o średnicy osłonki 2,4 mm.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie / część nr 1 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczyków z tyżkami owalnymi z okienkiem, z możliwością wykonania biopsji stycznych, posiadające markery w części dystalnej, z igłą lub bez igły do wyboru

przez Zamawiającego. Pojemność łyżeczek 10,74 mm<sup>3</sup>, śr. części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm, rozwarcie łyżeczek 6,5mm, dł. 230cm do wyboru przez Zamawiającego, zawierających 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT i datą ważności, dane producenta na każdym opakowaniu jednostkowym, rozwarcie łyżeczek 6,5mm, z osłonką PE w kolorze szarym, obszar zastosowania (gastro/kolonoskopia) kodowany kolorystycznie na każdym opakowaniu jednostkowym, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie / część nr 1 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownic hemostatycznych jednorazowego użytku, obrotowych 360st. w obydwu kierunkach, repozycjonowanych, z możliwością wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, śr. 2,6mm, dł. całkowita 230cm. Kąt rozwarcia 135st., otwarcie klipsa 9 mm, 12mm i 16mm, do wyboru przez Zamawiającego. Sterylne, pkowane indywidualnie z dodatkowym pancierzem transportowym, możliwość wykonania badania RM.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie / część nr 1 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych, sterylnych pętli elektrochirurgicznych z funkcją rotacji z drutu plecionego, ze skalowaną rękojeścią o średnicach otwarcia 10mm, 15mm, 25mm, 30mm, 35mm, 50mm dł. całkowita 2300mm, śr. osłonki 2,4mm, zawierających etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT i datą ważności, dane producenta na każdym opakowaniu jednostkowym, sterylizowane EO.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie / część nr 1 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica włosia 5/5mm oraz 6/6mm (do wyboru przez Zamawiającego), długość robocza 2300mm, średnica osłonki 1,7mm, plus jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów, średnica włosia 5/11mm, długość robocza 15cm

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie / część nr 1 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowego ustnika do gastrokopii z regulowaną gumką, pakowany dyspenser po 100sztuk, mikrobiologicznie czysty, rozmiar 22x25mm.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie / część nr 1 poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowej pułapki na polipy pięciokomorowej, z numerowanymi komorami oraz jednokomorowej.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie / część nr 1 poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żelu o pojemności 200ml, pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie / część nr 1 poz. 12

Prosimy o podanie typów endoskopów Fujinon, do których należy zaferować zestawy zaworków.

**Ad. EC-530FI**

Zadanie / część nr 1 poz. 13

Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju testów do pomiaru efektywności sterylizacji Zamawiający wymaga?

**Ad. Paskowe do sprawdzenia aktywności płynów.**

Zadanie / część nr 1 poz. 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie testów w opakowaniach 200 szt.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie / część nr 1 poz. 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli asymetrycznych heksagonalnych o średnicy 10,15,25 i 30mm, średnica drutu tnącego 0,40mm, średnica osłonki 2,4mm, długość robocza 2300mm.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie / część nr 1 poz. 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych chwytaków o średnicy narzędzia 2,4mm, pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie / część nr 1 poz. 16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych pętli z siateczką o wymiarach 40x60mm, pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie / część nr 1 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie jednorazowej standardowej siatki chwytającej do polipów o śr. 30 x 60, dł. całkowita 2300mm, śr. katherera 2,5mm.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie / część nr 1 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych ustników pediatrycznych do gastrokopii z elastyczną gumką tekstylną.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie / część nr 1 poz. 19

Prosimy o podanie typów endoskopów Fujinon, do których należy zaoferować zestawy zaworków.

**Ad. KOLONOSKOP EC – 530 FI, GASTROSKOP EG – 530FP.**

Zadanie / część nr 1 poz. 19

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wielorazowych zaworków do oddzielnego pakietu w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert.

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli: **Zadania nr 1 pozycję nr 1 - 8, 10, 11, 15, 16, 18, 20 w jedno osobne zadanie (np. Zadanie nr 1a)** i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Prosimy także o dopuszczenie poniższych:**

Zadanie 1, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości roboczej narzędzia 2300mm, długości igły 4mm lub 6mm (do wyboru Zamawiającego), współpracującą z min. kanałem roboczym 2,8mm?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie 1, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści szczypcy powlekane PE? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie 1, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści klipsownice o rozwarciu klipsa wyłącznie 11mm (przy długości ramienia 9mm) lub 16mm (przy długości ramienia 9,5mm)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie 1, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy: 10mm, 15mm, 25mm, 32mm, o średnicy osłonki 2,4mm, kompatybilne z kanałem roboczym min. 2,8mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie 1, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści szczotkę o średnicy włosa wyłącznie 6/6mm, o średnicy osłonki 1,8mm z dodatkową szczoteczką krótką jednostronną w zestawie o średnicy włosa 5 i długości roboczej 9cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie 1, poz. 8. Czy Zamawiający oczekuje zestawu składającego się z pułapki czterokomorowej i pułapki jednokomorowej?

**Ad. NIE.**

Zadanie 1, poz. 8. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pułapki czterokomorowej i pułapki jednokomorowej (do wyboru przy zamówieniu przez Zamawiającego)? Jeśli tak, sugerujemy rozbić wskazanej pozycji na dwie oddzielne (np. 8A i 8B), ponieważ w ten sposób Zamawiający zawyża sobie cenę na pułapkę jednokomorową.

**Ad. NIE.**

Zadanie 1, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wkładów 2L do ssaka Medela? W razie konieczności Wykonawca pokryje koszt wymiany butli.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie 1, poz. 11. Czy Zamawiający dopuści żel endoskopowy o pojemności 250ml (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, w zaokrągleniu do 125 sztuk)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie 1, poz. 14. Czy Zamawiający dopuści pętle owalne o średnicy: 10mm, 15mm, 25mm, 32mm, o średnicy osłonki 2,4mm, o średnicy drutu tnącego odpowiednio 0,3mm (rozwarcie 10 i 15mm) i 0,41mm (rozwarcie 15 i 25mm)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie 1, poz. 16. Czy Zamawiający dopuści pętlę z siatką rozpostartą na pętli o wymiarach 35mm x 51,5mm, o średnicy cewnika 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet nr 1 Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 1,2,3,4, 5,6,7, 8, i dopuści

Pozycja 1 Jednorazowa sterylna igła do ostrzykiwania długość robocza narzędzia 2300mm, długość igły 4mm, 5mm, średnice igieł 22G. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pozycja 2 Jednorazowe sterylne szczypcy owalne z okienkiem do endoskopii, powlekane teflonem bez igły lub z igłą do wyboru przez zamawiającego. Łyzeczki uchylne z możliwością wykonania biopsji stycznych. Uchwyt bez możliwości rotacji, Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pozycja 3 Klipsownice jednorazowe, długość 2300mm, rozwarcie klipsa 8,11 i 16mm, długość ramienia 10mm, rotacyjne

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pozycja 4 Pętle jednorazowe owalne do usuwania polipów, średnica 10mm, 15mm, 20mm, 24mm, 36mm, do kanału roboczego od 2,3mm, długość robocza 2300mm, wykonane z plecionego drutu. Pakowane indywidualnie, sterylne, każde opakowanie zawierające samoprzylepne etykiety do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT, data ważności oraz dane producenta

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pozycja 6 Jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica włosa 5/5mm oraz 6/6mm (do wyboru przez zamawiającego), długość robocza 2300mm, średnica osłonki 1,7mm, plus jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów, średnica włosa 5/10mm, długość robocza 15cm

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pozycja 8 Jednorazowa pułapka na polipy czterekomorowa, numerowana, możliwość przekręcenia poszczególnych komór.

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zadanie / część nr 1 poz. 19**

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania zestawów jednorazowych, z odpowiednim przeliczeniem ilości gwarantujących wykonanie wszystkich planowanych zabiegów.

Swoją prośbę motywujemy tym, że asortyment wielorazowy do endoskopii jest sukcesywnie wycofywany przez producentów z ich ofert.

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Do zadania nr 2 poz. 1 i 2:** Proszę o wskazanie myjni do jakiej mają być stosowane zaoferowane preparaty.

**Ad. CHOYANG 501.**

**Do zadania nr 2 poz. 1 i 2:** Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje zaoferowania preparatów posiadających rekomendację producenta do stosowania w myjniach posiadanych przez zamawiającego?

**Ad. TAK, Zamawiający potwierdza.**

**Do zadania nr 2 poz. 1 i 2:** Proszę o wskazanie pojemności jakiej oczekuje zamawiający w poz. 1 i 2.  
**Ad. 5l, 1l.**

**Do zadania nr 2 poz. 1 i 2:** Czy zamawiający potwierdza, że oczekuje zaoferowania preparatów pochodzących od jednego producenta, dla zachowania kompatybilności.

**Ad. TAK, Zamawiający potwierdza.**

**Do zadania nr 2 poz. 2:** Uprzejmie proszę o podanie ilości pasków testowych, jaką należy wycenić.  
**Ad. 800.**

**Do zadania nr 2 poz. 2:** Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy zamawiający oczekuje zaoferowania produktu posiadającego badania skuteczności zarodnikobójczej wg aktualnie obowiązującej normy dla obszaru medycznego EN 17126?

**Ad. TAK, Zamawiający potwierdza.**

**Dotyczy pakiet nr 2:**

Dotyczy poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje preparatu w koncentracji o właściwościach dezynfekcyjnych i myjących, zawierający kompleks trzech enzymów (lipaza, amylaza, proteaza), odpowiedzialny za rozkład tłuszczów, skrobi i białek.

**Ad. TAK, Zamawiający potwierdza.**

Dot. poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje preparatu konfekcjonowanego w kanistrach 5l czy butelkach 1l?

**Ad. 5l.**

Dotyczy poz. 2 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje preparatu do dezynfekcji wysokiego poziomu, dedykowanego dla termolabilnych wyrobów medycznych m.in. endoskopów giętkich, o potwierdzonej skuteczności bójczej wobec bakterii, prątków, wirusów, grzybów oraz form przetrwalnych bakterii (spor) oznaczanych w skrócie B, Tbc, V, F, S?

**Ad. TAK, Zamawiający potwierdza.**

Dotyczy poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu termolabilnych endoskopów i innych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego, posiadający w składzie nadtlenek wodoru i kwas octowy, z możliwością zastosowania do dezynfekcji maszynowej, zachowujący aktywność biobójczą do 15 dni, z możliwością kontroli aktywności za pomocą testów paskowych, nie wymagający czasu aktywacji, wykazujący aktywność biobójczą wobec B, Tbc, F, V, S(B.cereus, B.subtilis, C.difficile) – 5 minut, o potwierdzonej skuteczności sporobójczej i działania bójczego wobec spor C.difficile R027 wg EN 17126, konfekcjonowany w opakowaniach 5l, zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. IIb?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Dotyczy poz. 2 – Prosimy o podanie ilości testów do kontroli aktywności w celu skalkulowania ceny preparatu.

**Ad. 800/ 12 miesięcy.**

#### **Pytania do zapisów umowy:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w § 8 poprzez dodanie ust. 7 o treści: „7. Na podstawie art. 15 r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid – 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie będzie potrącał kar umownych wynikających z niniejszej umowy za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z wynagrodzenia Wykonawcy, innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastosowano tą karę nastąpiło w okresie ogłoszenia któregoś z w/w stanów.”?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zadanie 2

poz.1 i 2

Prosimy o doprecyzowanie pojemności preparatów w poz.1 i 2

**Ad. 5l, 1l.**



Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert ulega zmianie na **26.05.2021r.**

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno –  
Technicznych  
Jarosław Głowacki  
/podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a