



Znak: AE/ZP-27-32/23

Tarnów, 2023-05-22

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawę systemu angiograficznego z wyposażeniem.**

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt. 119 i pkt 123 Załącznika Nr 5 do SWZ-** Czy zamawiający będzie wymagał, aby wymóg zdalnej diagnostyki serwisowej zawarty w pkt.123 SWZ dotyczył również wyposażenia dodatkowego zawartego w pkt. 119 SWZ?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad 1.** Zamawiający informuje, iż nie wymaga, aby wymóg zdalnej diagnostyki serwisowej zawarty w pkt. 123 Załącznika Nr 5 do SWZ dotyczył również wyposażenia dodatkowego zawartego w pkt. 119 Załącznika Nr 5 do SWZ.

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosek*

