

Zamawiający:
**Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu**
ul. Św. Józefa 53-59,
87-100 Toruń
tel. (56) 679 34 96

adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)
e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z:TZ-280-05/22

Toruń, dnia 20-04-2022 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

postępowanie o wartości szacunkowej **powyżej 215.000 EURO**

Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**
zgodnie z ustawą z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

**Dostawa centralnego systemu klinicznego w ramach Projektu „Doposażenie
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę
medyczną” nr RPKP.06.01.01-04.0007/21**

Kod CPV 33195000-3 – System monitorowania pacjenta

I. Opis sposobu przygotowania oferty i dokumentów wymaganych w postępowaniu. Inne informacje ogólne.

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Składanie **ofert** przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie **bezpłatne**.
3. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim** na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsz_torun - w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
4. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 101-02-02.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w **formie elektronicznej** (art. 63 ust. 1 Pzp).
6. Oferta oraz wymagane przedmiotowe środki dowodowe składane **elektronicznie** muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu¹ (*opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl*) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 **formularza składania oferty lub wniosku** (po kliknięciu w przycisk **Przejdź do podsumowania**).
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podWykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez **oryginał** należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
8. Oferta musi być:
 - 8.1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - 8.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - 8.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione.
9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, które określone zostały w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
10. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
11. Nie ujawnia się informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 18 ust. 3 ustawy Pzp). Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
 - 11.1. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

¹ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

12. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert **zmienić** lub **wyciąć ofertę**. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
13. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko **jedną ofertę**. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzuceniu oferty.
14. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty (w tym ewentualne rabaty), jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.
15. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć **tłumaczenie na język polski**.
16. Opatrzanie dokumentu elektronicznego w rozumieniu *art.3 pkt 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu.
17. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi **150 MB** natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie **500 MB**.
18. **Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców** powinny być zgodne z *Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych*.
19. **Zalecenia** dotyczące formatu składanych plików:
 - 19.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: **pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)** ze szczególnym wskazaniem na **.pdf**
 - 19.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
 - a) **.zip**
 - b) **.7Z**
 - 19.3. Wśród formatów powszechnych, a **niewystępujących** w rozporządzeniu występują: **.rar .gif .bmp .numbers .pages**. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za **złożone nieskutecznie**.
 - 19.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
 - 19.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format **.pdf** i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
 - 19.6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
 - 19.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
 - 19.8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
 - 19.9. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza **“Wyślij wiadomość do Zamawiającego”**, nie za pośrednictwem adresu email.
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SWZ dot. danego postępowania.
 - 19.10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- 19.11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosek. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosek.
- 19.12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
- 19.13. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
- 19.14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
- 19.15. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
- 20. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty.**
- 20.1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy* (Dz.U. 2020, poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i w sposób określony w przepisach *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz.U.2020, poz. 2452) - dalej jako „**rozporządzenie**”.
- 20.2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne*, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (**§ 2 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (**§ 2 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.4. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu lub konkursie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 67 *ustawy Pzp* (**§ 3 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.5. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów *ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (**§ 4 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.6. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z **tlumaczeniem na język polski**. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp (**§ 5 rozporządzenia**).
- 20.7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podWykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podWykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (**§ 6 ust. 1 rozporządzenia**).

- 20.8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się **cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu** opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).
- 20.9. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia **zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej**, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w przypadku:
- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podWykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 - przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 20.10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również **notariusz (§ 6 ust. 4 rozporządzenia)**.
- 20.11. Przez **cyfrowe odwzorowanie**, o którym mowa w rozporządzeniu, **należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej**, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5 rozporządzenia).
- 20.12. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się **kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§ 7 ust. 1 rozporządzenia)**.
- 20.13. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).
- 20.14. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:
- podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podWykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
 - przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - pełnomocnictwa - mocodawca.
- 20.15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również **notariusz (§ 7 ust. 4 rozporządzenia)**.
- 20.16. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym (§ 8 rozporządzenia).
- 20.17. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
- muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
 - muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
 - muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

- d) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

21. Opis sposobu przygotowania oferty.

- 21.1. Oferta musi być sporządzona **w języku polskim, w formie elektronicznej** opatrzonej **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
- 21.2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:
- formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SWZ);
 - załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i wymagane są w SWZ na etapie składania oferty, np. *specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia*), *specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia*;
 - pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), *o ile ofertę podpisuje pełnomocnik*;
 - przedmiotowych środków dowodowych, *o ile są wymagane w postępowaniu*;
 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia;
 - dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium we właściwej wysokości, *o ile jest wymagane w postępowaniu*. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VI SWZ.
- 21.3. Wykonawca składa jedną ofertę za pośrednictwem Platformy.
- 21.4. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
- 21.5. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy:
- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
 - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, o których mowa w lit. a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
 - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
 - przepis lit. c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 - przepisy lit. a) - c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
 - w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

- 21.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp). W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

II. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. **WSZ: TZ-280-05/22**.
 - 2.1. Do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego uprawnieni są:
 - Anna Wutrych – Krajewska, Dorota Peplau - w zakresie procedury postępowania,
 - Robert Mielcarek - w zakresie przedmiotu zamówienia
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun (w części dot. danego postępowania) i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
 - 3.1. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun (w części dot. danego postępowania) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun (w części dot. danego postępowania). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun do konkretnego Wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie*, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
 - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

- d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 - g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- 7.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - 7.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej na stronie internetowej.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (*np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”*). Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, gdyż nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp.
9. Zamawiający informuje, że **instrukcje** korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
10. Zamawiający **nie dopuszcza** niżej wymienionych środków porozumiewania się i komunikacji:
- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
 - za pośrednictwem posłańca,
 - poprzez osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
- 11.1. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
 - 11.2. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w w/w terminach, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
 - 11.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
 - 11.4. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w w/w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
 - 11.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun.
 - 11.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun
12. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp. Nie dotyczy.

III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert.

- 1.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **30-05-2022** r., do godziny **09:30**
- 1.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
- 1.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
- 1.4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp.
- 1.5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
- 1.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

2. Termin otwarcia ofert.

- 2.1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30-05-2022** r., o godzinie **10:00**
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.
- 2.2. Z uwagi na fakt, że otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, w pkt 2.1 otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 2.3. Zamawiający, najpóźniej **przed otwarciem ofert**, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 2.4. Zamawiający, niezwłocznie **po otwarciu ofert**, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun (w części dot. danego postępowania) w sekcji „Komunikaty”.

IV. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców. Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych, udostępnienie zasobów.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1.1. nie podlegają wykluczeniu;
 - 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SWZ.
2. W niniejszym postępowaniu - na podstawie art. 139 ustawy Pzp - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - tzw. „*procedura odwrócona*”.

W tej sytuacji, Wykonawcy nie są obowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) - oświadczenie to wymagane będzie wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego lub zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej.

W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu sekcji α .

4. **Podstawy wykluczenia z postępowania oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.**

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:

- **art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne),**
- **art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10 ustawy (przesłanki fakultatywne).**
- **art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

- 4.1. Zgodnie z art. 108. ust.1 Pzp „*Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:*

4.1.1. *będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:*

- a) *udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,*

- b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 4.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 4.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 4.1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 4.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia“.

4.2. Zgodnie z art. 109. ust. 1 pkt 4, 7-10 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę:

- 4.2.1. *w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.*
- 4.2.2. *który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub reali-zacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;*
- 4.2.3. *który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;*
- 4.2.4. *który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował po-zyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;*
- 4.2.5. *który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

4.3. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy Pzp Zamawiający może nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty **nieproporcjonalne**, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia (art. 109 ust. 3 ustawy Pzp).

4.4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) z **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp Zamawiający wykluczy:**

- 4.4.1. *wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;*
- 4.4.2. *wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;*

- 4.4.3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
- 4.5. Zamawiający oceniając wykluczenie Wykonawcy stosuje odpowiednio zapisy art. 110 i 111 ustawy Pzp.
- 4.6. **Podmiotowe środki dowodowe** na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10 ustawy Pzp.
5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa **Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym terminie, **wstępnego oświadczenia** w formie jednolitego dokumentu (**JEDZ**) - **Załącznik Nr 9** do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odrzuconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia **podmiotowych środków dowodowych**, którymi są:
- 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
 - 2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 7 do SWZ.
 - 3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
 - e) art. 109 ust. 1 pkt 7-10 ustawy Pzp.*Wzór oświadczenia dla Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 8 do SWZ.*
 - 4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5) **Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.**

- 5.1. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 5.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7–10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
- 5.2.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
- 5.2.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;
- 5.2.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
- a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
- 5.3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
- 5.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania **poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast:
- a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...* – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...*
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
 - b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...* – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
- 5.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje

się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...*, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.6. Zapisy art. 126 ust. 2 i 3, 127 i 128 ustawy Pzp, Zamawiający stosuje odpowiednio.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający ustala warunki w zakresie:

6.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

6.2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

6.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

6.4. Zdolność techniczna lub zawodowa.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa **Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni **wstępnego oświadczenia** w formie **jednolitego dokumentu (JEDZ) - Zał. Nr 9** do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a także aktualnego na dzień złożenia **środka dowodowego** w zakresie niniejszego warunku, tj.:

a) wykaz minimum 1 dostawy wykonanej w zakresie **systemu zgodnego z przedmiotem zamówienia** o wartości minimum **990.000,00 zł** w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem **dowodów** określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.

7. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.

8. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, **jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:**

- 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
 - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 8.1. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.
 - 8.2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
 - 8.3. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).
 - 9.1. W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - 9.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - 9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 - 9.4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. **Udostępnienie zasobów.**
 - 10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 - 10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, **składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
 - 10.3. **Zamawiający** ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także **badą, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy - nie dotyczy to jednak oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**
 - 10.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10.5. **Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.**

10.6. Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, **Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.**

11. Podwykonawstwo.

11.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

11.2. Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

11.3. Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom niebędących podmiotem udostępniającym zasoby, przedstawił oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy (art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

11.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

11.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

V. Opis przedmiotu zamówienia. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa centralnego systemu klinicznego w ramach Projektu „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną” nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r. Dostarczony przedmiot umowy musi być nowy, tj. niepowystawowy i nieregenerowany.

1.2. **Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową określa Załącznik Nr 2 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.**

1.3. Wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia, wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik Nr 3 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

1.4. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji oferowanego centralnego systemu klinicznego poprzez prezentację Wykonawców w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr 3/1 do SWZ.**

1.5. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, dokonać jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

- 1.6. Okres gwarancji** na oferowany system: wg zaproponowanych warunków w „*formularzu ofertowym*” - Zał. Nr 1 do SWZ, **ale nie mniej niż 60 miesięcy** od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8) ustawy Pzp.
 3. Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0007/21 pn. „ *Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną*”.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. **Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych** (art. 105-107 ustawy Pzp).
- 7.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami, lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, Zamawiający **wymaga** złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
 - 7.2. **Przedmiotowe środki dowodowe, Wykonawca składa wraz z ofertą.**
 - 7.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 - 7.4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
 - 7.5. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
 - 7.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający wymaga złożenia następujących **przedmiotowych środków dowodowych**:
 - a) aktualnych deklaracji zgodności oraz certyfikatów jednostki notyfikowanej potwierdzających, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
Zgodnie z przepisami w/w ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrobów medycznych klasy I z funkcją pomiarową lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro; dla wyrobów klasy III wymagany jest certyfikat badania projektu.
 - b) katalogów/prospektów/charakterystyk zawierających opis parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia.
 - c) certyfikat niezależnego podmiotu potwierdzający antybakteryjność obudowy komputera i monitora (ograniczające rozprzestrzenianie szczepu MRSA) – dot. komputerów medycznych PC typu ALL-in-One.

- d) zaświadczenie o zgodności działań producenta z normami jakościowymi, tj. certyfikat PE EN 60601-1, PE EN 62 133 oraz PE EN 60601-1-2 (EMC) **lub równoważny** w zakresie wymagań bezpieczeństwa elektronicznych urządzeń medycznych wydany przez niezależny podmiot – dot. komputerów medycznych PC typu ALL-in-One, urządzeń do przesyłania i buforowania danych pomiarowych, ramion do podłączenia komputerów medycznych.
 - e) dokument potwierdzający, że oferowany procesor spełnia wymagania wydajnościowe min. 3400 punktów w teście PassMark CPU Mark dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
 - f) deklarację zgodności CE dla oferowanych **komputerów stacjonarnych** o właściwej nazwie kodowej – dot. komputerów medycznych PC typu ALL-in-One.
8. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, **w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.** Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 Pzp, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 8.1. Zamawiający poprawia w ofercie:**
- a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 8.2. W przypadku, o którym mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.**

VI. Termin wykonywania zamówienia.

1. Termin wykonania: Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w 3 etapach, w terminach zaproponowanych w ofercie, przy uwzględnieniu wskazań określonych we wzorze formularza ofertowego – Załącznik Nr 1 do SWZ. Termin wykonania przedmiotu zamówienia należy określić w **formularzu ofertowym** (Zał. Nr 1 do SWZ).

Termin wykonania określony w ofercie liczony będzie wg zasad określonych w formularzu ofertowym i wzorze umowy.

2. Przez termin dostawy (realizacji zamówienia) rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona kompletnego montażu, instalacji i konfiguracji oraz wdroży system i przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi w zakresie umożliwiającym sprawną obsługę systemu, przy uwzględnieniu, że wykonanie każdego etapu dotyczy zakresu właściwego dla tej części.

VII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 33.000,00 zł

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i utrzymywane do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń

Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: **dotyczy przetargu nieograniczonego dla WSzZ w Toruniu - Nr WSzZ:TZ-280-05/22**

2.2. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie **gwarancji lub poręczenia**, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt

2–4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, **w postaci elektronicznej**. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane, czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.

Wadium w pieniądzu dla konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum; wadium w postaci gwarancji lub poręczenia (*z uwagi na istniejące wątpliwości interpretacyjne*) wymaga objęcia treścią gwarancji/poręczenia wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, albo wskazanie w treści gwarancji, że przez Wykonawcę (Zlecającego) należy rozumieć nie tylko podmiot oznaczony w tym dokumencie ale i wszystkich Wykonawców, z którymi zdecydował się on złożyć ofertę wspólną.

3. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, 87- 100 Toruń.**

4. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.

5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

5.1. upływu terminu związania ofertą;

5.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

5.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

6.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

6.2. którego oferta została odrzucona;

6.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

6.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

7. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.

8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi **oświadczenia** o zwolnieniu wadium.

9. Zamawiający **zatrzymuje wadium** wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
- 9.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
- 9.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

VIII. Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **27.08.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą**, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
- Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
- W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty dostawy sprzętu, instalacji oraz szkolenia personelu Zamawiającego.
 - Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - *cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.*
 - Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wzór specyfikacji cenowej – **Załączniki od Nr 2 do SWZ**, odpowiednio do rodzaju i liczby sprzętu, który obejmuje zamówienie. Cenę netto i brutto zamówienia ogółem Wykonawca określa także w formularzu „Oferta“ - **Załącznik Nr 1 do SWZ**.
- Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego za wyodrębnione etapy usług (**etap I, etap II, etap III**) pod warunkiem, że dany etap będzie zakończony i odebrany na podstawie podpisanego protokołu odbioru.
- Wymagany termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia – **60 dni**, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
- Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć.

4.1. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:

- a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
- d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

Kryterium	Ranga
Oferowana cena	60 %
Ocena jakości technicznej	20%
Okres gwarancji	10%
Termin wykonania	10%

2. Sposób oceny kryteriów określa **Załącznik Nr 4** do SWZ.
3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
 - 5.1. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
 - 5.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia (art. 252 ustawy Pzp).
 - 6.1. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
 - 6.2. W przypadku braku zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
7. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje **równocześnie** Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1.1. **wyborze najkorzystniejszej oferty**, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 1.2. **Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone** – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - 1.3. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun
 - 1.4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania.
3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 255 ustawy Pzp.
 - 3.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 256-257 ustawy Pzp.
 - 3.2. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255–258 Pzp.
 - 3.3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje o unieważnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp (*zakaz zawarcia umowy w przypadku wniesienia odwołania*), w terminie nie krótszym niż **10 dni** od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 - 5.1. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę (art. 264 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp).

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie projektowane postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 6 (wzór umowy) do niniejszej specyfikacji.

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający nie przewiduje **aukcji elektronicznej**.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie **umowy ramowej**.
3. Zamawiający nie przewiduje **zwrotu kosztów udziału w postępowaniu**.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - 3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie w przypadku niniejszego zamówienia wnosi się w terminie:
 - 7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.;
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
9. Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Odwołanie winno zawierać dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.
11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

12. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.
13. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

XVI. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

1. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „**RODO**”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;**
 - kontakt do inspektora ochrony danych w **Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu: iod@wszz.torun.pl**²;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z **niniejszym postępowaniem** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 73-76 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:

² informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych³;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO⁴; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVII. Wykaz załączników stanowiących integralną część SWZ:

1. Formularz oferty – **Załącznik Nr 1.**
2. Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia – **Załącznik Nr 2.**
3. Określenie parametrów techniczno-użytkowych zamawianego sprzętu – **Załącznik Nr 3.**
4. Wymagania dotyczące prezentacji - **Załącznik Nr 3/1.**
5. Sposób oceny kryterium – **Załącznik Nr 4.**
6. Wykaz wykonanych dostaw – **Załącznik Nr 5.**
7. Wzór umowy – **Załącznik Nr 6.**
8. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – **Załącznik Nr 7.**
9. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ – **Załącznik Nr 8.**
10. Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – **Załącznik Nr 9 (ODRĘBNY PLIK).**

.....
(zatwierdził kierownik Zamawiającego)

³ skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

⁴ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik Nr 1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05/22

(pieczęćka firmowa)

.....

dnia

Oferta

I. Dane Wykonawcy:

1. Pełna nazwa.....
 2. Adres (siedziba).....
.....
(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)
 3. Adres do korespondencji.....
(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)
 4. Telefon.....
 5. Fax.....
 6. E-mail.....
 7. NIP.....
 8. PESEL (dotyczy osób fizycznych)
 9. REGON.....
 10. BDO:
 11. Rodzaj Wykonawcy :
- (mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj)

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie **przetargu nieograniczonego** ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na **dostawę centralnego systemu klinicznego w ramach Projektu „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną” nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r.**, opublikowanego w Dz.U. U.E Nr

III. Wpłata wadium:

1. Forma i kwota wniesionego wadium:
2. Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu:

IV. Cena przedmiotu zamówienia w PLN,

- a) Cena netto ogółem:słownie:.....
- wartość VAT: słownie:
- cena brutto ogółem: słownie:

V. Okres gwarancji na oferowany system:

(określić: nie krócej niż 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego III etapu przez Strony umowy)

VI. Termin wykonania zamówienia dla każdego etapu i łączny termin wykonania:

Etap I- Dostawa sprzętu informatycznego wraz z wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia systemu oraz dostawa i instalacja oprogramowania i licencji, sprzętu wymaganego do uruchomienia systemu.

.....
(określić : *nie dłużej niż 120 dni*).

Określony termin liczony będzie od daty zawarcia umowy lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia - informacja w zakresie terminu gotowości przekazana będzie Wykonawcy w terminie podpisania umowy, a jeśli będzie to jeszcze niemożliwe, w terminie max. **45 dni** od dnia podpisania umowy.

Etap II- Dostosowanie konfiguracji oferowanego systemu do potrzeb użytkownika wraz z integracją z posiadanym systemem informatycznym HIS ASSECO AMMS oraz wytycznych interfejsu HL7 oraz sposobu integracji.

.....
(określić : *nie dłużej niż 180 dni*).

Określony termin liczony będzie od daty zakończenia I etapu lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia - informacja w zakresie terminu gotowości przekazana będzie Wykonawcy w terminie zakończenia I etapu, a jeśli będzie to jeszcze niemożliwe, w terminie max. **45 dni** od dnia zakończenia I etapu.

Etap III- wdrożenie systemu

.....
(określić : *nie dłużej niż 120 dni*).

Określony termin liczony będzie od daty zakończenia I etapu lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia - informacja w zakresie terminu gotowości przekazana będzie Wykonawcy w terminie zakończenia II etapu, a jeśli będzie to jeszcze niemożliwe, w terminie max. **45 dni** od dnia zakończenia II etapu.

Łączny zaproponowany termin wykonania Etapu I, Etapu II oraz Etapu III: miesięcy
(do przeliczeń w kryterium „*termin wykonania*” brany będzie łączny termin wykonania zaproponowany dla etapu I, II i III)

VII. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

VIII. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia: **60 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

IX. Oświadczamy, że projektowane postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 6 do SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

X. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas **90** dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

XI. Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ przez Zamawiającego.

XII. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

XIII. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty **będzie*/nie będzie*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, tj., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:

..... + % VAT.

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XIV. Inne informacje Wykonawcy:

w tym informacje dotyczące **udziału podwykonawców** w wykonaniu zamówienia (*podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy*):

XV. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁵ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁶

XVI. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.....
(*imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy, jeżeli umowę będzie podpisywał pełnomocnik, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo*)

XVII. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

.....
(wymienić załączniki)

XVIII. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....
(*wyказаć załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*).

.....
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

* niepotrzebne skreślić

**przez określenie „godziny”, „dni”, „dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne godziny (60 minut), pełne dni (24 godziny/1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące kalendarzowe, i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane pod rygorem odrzucenia oferty.

UWAGA!

– zaoferowanie warunków w kryterium „okresu gwarancji” poniżej ustalonego progu stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

– w przypadku wpisania w formularzu ofertowym warunków w zakresie „terminu wykonania” poprzez użycie wyrażenia „dni”, Zamawiający przyjmie, że chodzi tu o „dni robocze” zgodnie ze sposobem oceny przyjętym w SWZ.

Zaoferowanie warunków w kryterium „terminu wykonania” powyżej ustalonego progu stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

⁵ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁶ W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

przedmiot zamówienia: **dostawa centralnego systemu klinicznego**

Producent :
(podać)

Typ / model :
(podać)

Rok produkcji – nie wcześniej niż 2021

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Zamawiana ilość	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Centralny system kliniczny - 1 kpl., a w tym:						
a	Etap I - dostawa sprzętu informatycznego wraz z wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia systemu oraz dostawa i instalacja oprogramowania i licencji, sprzętu wymaganego do uruchomienia systemu						
b	Etap II - dostosowanie konfiguracji oferowanego systemu do potrzeb użytkownika wraz z integracją z posiadanym systemem informatycznym HIS ASSECO AMMS oraz wytycznych interfejsu HL7 oraz sposobu integracji						
c	Etap III - wdrożenie systemu						

** W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamówienia, Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.*

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:

.....
data

.....
pieczęćka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05/22

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

1. Pełna nazwa urządzenia: **Centralny system kliniczny**
2. Nazwa i typ/model (podać):
3. Producent (podać):
4. Rok produkcji: **nie wcześniej niż 2021**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
Wymogi ogólne				
1.	<p>Informatyczny system kliniczny do dokumentacji przebiegu znieczulenia posiadający wymagane licencje, które obsługują elektroniczną dokumentację na;</p> <p>a) 10 Stanowiskach do znieczulenia b) 1 Sali zabiegowej na oddziale intensywnej terapii c) 19 Stanowiskach intensywnych d) 13 Stanowiskach wybudzeniowych</p>	TAK		
2.	System w języku polskim (interfejsy użytkownika, wszelkie ekrany, pola do wprowadzania danych i moduły administracyjne) z możliwością zmiany nazewnictwa na prośbę Zamawiającego, nie na drodze programowania a na drodze konfiguracji.	TAK		
3.	System wraz z wszelkimi manualami w języku polskim dotyczącymi administracji i obsługi systemu.	TAK		
4.	System skonstruowany całkowicie modułowo z możliwością rozbudowy w przyszłości o kolejne moduły, każdy moduł tj. moduł dotyczący dokumentacji elektronicznej na Sali Operacyjnej, Sali Pooperacyjnej (możliwość rozbudowy o ten moduł) oraz Intensywnej Terapii (możliwość rozbudowy o ten moduł) działający w oparciu o jedną bazę danych zapewniającą przepływ danych z jednego modułu do drugiego bez konieczności dodatkowych integracji. Dane pacjenta widoczne w każdym z modułów niezależnie od etapu leczenia pacjenta.	TAK		
5.	System posiadający dedykowany moduł, podlegający konfiguracji dostosowany do potrzeb prowadzenia dokumentacji na oddziale intensywnej terapii	TAK		
6.	System posiadający dedykowany moduł, podlegający konfiguracji, dostosowany do potrzeb dokumentacji przedoperacyjnej, kwalifikacji pacjenta na zabieg.	TAK		
7.	System posiadający dedykowany moduł, podlegający konfiguracji, dostosowany do potrzeb dokumentacji podczas wykonywania znieczulenia.	TAK		
8.	System posiadający dedykowany moduł, podlegający konfiguracji, dostosowany do potrzeb Sali Wybudzeniowej i dokumentacji pooperacyjnej.	TAK		
9.	System posiadający dedykowany moduł, podlegający konfiguracji, dostosowany do potrzeb dokumentacji na Intensywnej Terapii	TAK		
10.	System konfigurowalny na potrzeby wykorzystywania w szpitalnych oddziałach ratunkowych SOR.	TAK		
11.	Wszystkie moduły posiadające graficzny interfejs użytkownika w tym moduły do administracji systemem.	TAK		
12.	Moduły dla poszczególnych obszarów zastosowania zintegrowane w taki sposób, aby dokumentacja umieszczona w jednym module była widoczna i możliwa do wykorzystania we wszystkich modułach z możliwością kontynuacji jej prowadzenia w kolejnych od modułu do dokumentacji przedoperacyjnej, dokumentacji w trakcie zabiegu, sali wybudzeniowej oraz Intensywnej Terapii	TAK		

13.	Wszelkie dane wprowadzane do systemu w dowolnym module widoczne i dostępne z poziomu jednej bazy danych zapewniające ciągłość zapisu parametrów życiowych i danych dotyczących dokumentacji w każdym module systemu.	TAK/NIE		Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt.
14.	Poszczególne etapy leczenia (np. kwalifikacja pacjenta, dokumentacja operacji, dokumentacja pooperacyjna, dokumentacja na intensywnej terapii) widoczne w podglądach i dostępne do wglądu z poziomu każdego z modułów.	TAK		
15.	Możliwość konfiguracji modułów niezależnie od siebie w odniesieniu do potrzeb zamawiającego i potrzeb dokumentacji elektronicznej.	TAK		
16.	Wszystkie moduły posiadające spójny i jednolity interfejs użytkownika, tzn. wszędzie i zawsze takie same ikony i taką samą systematykę obsługi i wprowadzenia danych do systemu.	TAK		
17.	Ergonomia pracy w systemie: a) pola obowiązkowe widoczne jako oznaczone za pomocą gwiazdki, b) nazwy pól jednoznaczne i jasne z możliwością zmiany nazewnictwa przez administratora, c) wyświetlane wskazówki dotyczące oznaczeń pól, d) elementy obsługi takie jak przyciski, menu ujednolicone dla całego systemu i konfigurowalne, standardowe elementy obsługi umieszczone dostępne w różnych ekranach obsługi znajdują się w podobnych miejscach (np. na dole po prawej stronie) oraz w tej samej kolejności	TAK		
18.	Dostosowanie widoków systemu (obejmujące wszystkie moduły / w odniesieniu do danego modułu) w ramach konfiguracji przeprowadzanej przez administratora nie w drodze programowania. System możliwy do konfiguracji do potrzeb Zamawiającego w pełnym zakresie.	TAK		
19.	Moduły konfigurowane w zakresie treści dokumentacji, wymogów co do dokumentacji (stosowanych standardów dokumentacji) w sposób niezależny od siebie, jak również w odniesieniu do poszczególnych obszarów stosowania (okołooperacyjne/po-operacji).	TAK		
20.	Różne grupy personelu, np. lekarz i personel pielęgniarski, mogą podczas użytkowania mieć równocześnie dostęp do tego samego pacjenta / wyniku badania / elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta / kalendarza terminów itd.	TAK		
21.	System umożliwiający uzupełnianie treści dokumentacji systemu o kolejne, nowe aspekty i konfigurowanie w taki sposób, aby prezentacja danych następowała w sposób tekstowy lub numeryczny w zależności od typu danych, oraz możliwość jej prezentacji w formie krzywej.	TAK		
22.	Parametry życiowe pacjenta pozyskiwane z urządzeń i systemu monitoringu, a w przypadku eksploatacji w trybie "offline" mogą być wprowadzane ręcznie.	TAK		
23.	Programy, komponenty, instrukcje, podręczniki, narzędzia administracyjne dostępne w formie aktualnej w języku polskim.	TAK		
24.	Zmiany konfiguracyjne wprowadzane przez administratora, jak również nowotworzone formularze dostępne natychmiast po ich zatwierdzeniu/sporządzeniu.	TAK		
25.	Wszelkie diagnozy ewidencjonowane zgodnie z oficjalnymi katalogami diagnostycznymi, ICD-10, w tym: kodami, tekstem predefiniowanym, tekstem dowolnym (free-text).	TAK		
26.	System posiadający dedykowany moduł, w którym można prowadzić statystykę dotyczącą wykorzystania leków narkotycznych.	TAK		

27.	System posiadający dedykowany moduł służący do analizy danych, który dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej. Moduł do analizy danych posiadający wydzieloną bazę danych zawierającą dane tożsame z informacjami w bazie systemu do dokumentacji przebiegu operacji tak aby analiza mogła przebiegać bez obciążania docelowego rozwiązania służącego do dokumentacji przebiegu znieczulenia.	TAK/NIE		Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt.
28.	System posiadający możliwość podglądu harmonogramu zabiegów oraz etapu znieczulenia po zalogowaniu do sieciowej końcówki klienckiej za pomocą przeglądarki internetowej.	TAK		
29.	Dokumentacja w systemie prowadzona w odniesieniu do pacjenta oraz przypadku. Utworzenie konta pacjenta następuje z reguły poprzez przeniesienie danych pacjenta / przypadku za pośrednictwem interfejsu HL7 z systemu szpitalnego HIS.	TAK		
30.	W wyjątkowych przypadkach możliwość utworzenia konta z danymi pacjenta w sposób manualny za pomocą jednego dedykowanego okna dla pacjentów i przypadków nagłych (z możliwością połączenia rekordu pacjenta pochodzącego z systemu HIS z manualnie utworzonym rekordem).	TAK		
31.	Rozpoczęcie prowadzenia dokumentacji w systemie możliwe w nagłych wypadkach bez dostępnych danych odnośnie do pacjenta i tak, aby możliwe było późniejsze uzupełnienie danych identyfikacyjnych (np. w przypadku bezpośredniego nagłego przyjęcia) i rozpoczęcia świadczenia opieki medycznej i dostarczenia automatycznego gromadzenia danych z urządzeń medycznych.	TAK		
32.	Dokumentacja pobytu pacjenta odbywająca się za pomocą dotykowego ekranu (bądź myszy i klawiatury) na dedykowanym komputerze medycznym zamontowanym na aparacie do znieczulenia, kolumnie bądź na wózku jezdnym.	TAK		
33.	Po wybraniu pacjenta i otwarciu przypadku otwiera się okno z dedykowanym widokiem trendów i dokumentacji przebiegu znieczulenia w ustrukturyzowanej formie w postaci kolejnych kroków w formie kafelków, do których można przypisać dowolny ekran służący do dokumentacji kolejnego etapu znieczulenia.	TAK		
34.	Po otwarciu przypadku / pacjenta system wyświetlający w sposób widoczny istotne informacje o pacjencie: imię, nazwisko, wiek, wagę, BMI, czynniki ryzyka, alergie, planowany zabieg, inne informacje, które mogą zostać zaprezentowane na widoku na drodze konfiguracji zgodnie z wytycznymi personelu.	TAK		
35.	W przypadku podłączenia pacjenta do monitoringu oraz aparatu do znieczulenia system rozpoczynający automatyczne gromadzenie parametrów życiowych oraz danych dotyczących znieczulenia.	TAK		
36.	System umożliwiający wybór urządzeń i uruchomienie gromadzenia danych za pomocą jednego kliknięcia. Parametry życiowe gromadzone automatycznie zgodnie z opisem w sekcji gromadzenia danych i parametrów życiowych.	TAK		
37.	System posiadający listę zadań ukazującą chronologicznie wykonywane czynności podczas operacji, lista połączona z widokiem trendów i predefiniowana do grupy pacjentów z możliwością przypisania konfiguracji do grupy.	TAK		
38.	Lista zadań widoczna z prawej strony ekranu w formie kafelków bądź przycisków, za pomocą których można wywołać okna dialogowe do wprowadzania dokumentacji znieczulenia.	TAK		
39.	Lista zadań dowolnie konfigurowalna, nie na drodze programowania tylko w formie konfiguracji i dostosowana do pracy konkretnego bloku operacyjnego z podziałem na jego specjalizacje.	TAK		
40.	System posiadający dedykowany widok do dokumentacji kaniulacji w którym znajdują się wszelkie informacje niezbędne do udokumentowania założenia kaniuli zgodnie z procedurą działającą w placówce.	TAK		

41.	Dla konkretnej techniki znieczulenia system automatycznie dobierający domyślne kaniule (wielkość, rozmiar, sposób wprowadzenia) tak żeby dokumentacja kaniulacji mogła się odbyć za pomocą jednego kliknięcia. Domyślne zestawy możliwe do konfiguracji przez użytkownika a nie na drodze programowania.	TAK		
42.	System posiadający dedykowany widok do dokumentacji intubacji, w którym znajdują się wszelkie informacje niezbędne do udokumentowania założenia maski, intubacji zgodne z procedurą działającą w placówce.	TAK		
43.	System posiadający możliwość predefiniowania gotowych zestawów dotyczących leków i preparatów wykorzystywanych podczas zabiegu operacji, ale również dokumentacji wykonania intubacji oraz wykonania kaniulacji przy użyciu gotowego zestawu przypisanego do grup pacjentów albo rodzaju zabiegu. Zestawy leków możliwe do edycji przez użytkownika systemu nie na drodze programowania, tylko w dedykowanym module do administracji systemem.	TAK/NIE		Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt.
44.	System posiadający możliwość predefiniowania zestawów i standardów zleceń w dedykowanym module zleceń dostępnym w systemie. Zestawy dotyczące: leków, płynów, czynności pielęgnacyjnych, zleceń diagnostycznych, zleceń terapeutycznych, innych zaleceń medycznych.	TAK		
45.	System zapisujący każdą zmianę i korektę dokumentacji, która została dokonana w późniejszym czasie. Zmiany i korekty są zapisywane wraz z terminem i danymi osoby dokumentujące, która dokonała zmiany.	TAK		
46.	Parametry życiowe pacjenta pozyskiwane z urządzeń i systemu monitoringu, a w przypadku eksploatacji w trybie "offline" możliwość wprowadzania ich ręcznie.	TAK		
47.	System umożliwiający komentowanie wszystkich wartości mierzonych.	TAK		
48.	System i jego forma dokumentacji rejestrujący wszystkie aktualnie i w przyszłości istotne dane na cele ustawowego zapewniania jakości	TAK		
49.	Możliwość formatowania, umieszczenia nagłówka/stopki, logo itp. we wszystkich dokumentach (karty informacyjne, dokumentacja z leczenia, itp.)	TAK		
50.	Wszystkie zlecenia lekarskie ustrukturyzowane i możliwe do udokumentowania. Zawsze z rozpoczęciem, powtórzeniem/interwałami, długością, końcem (możliwa także forma otwarta).	TAK		
51.	W przypadku zmiany lokalizacji pacjenta na zwykły oddział (bez informatycznego systemu klinicznego) leczenie można przekazać w formie dokumentacji zaleceń. Wedle wyboru lub równoległe jako: 1) Wydruk, dokument w formacie pdf do archiwum lub jako wiadomość HL7 wysłana do szpitalnego HIS.	TAK		
52.	System oferujący możliwość konfiguracji i kształtowania indywidualnie zaadaptowanych wydruków dedykowanych do danej techniki znieczulenia oraz każdej dokumentacji wprowadzanej w systemie, np. wydruk bilansów, wydruk zaleceń pooperacyjnych, itd.	TAK		
53.	W przypadku zmiany pierwotnie wybranej procedury anestezji powinna w każdym czasie istnieć możliwość zmiany na formularzu dokumentacji nowo wybranej procedury. Wszelkie udokumentowane do tego czasu dane powinny zostać nienaruszone.	TAK		
54.	Elementami składowymi dokumentacji są dokumenty w tym: a) anamneza, wywiad chorobowy, b) plan leczenia, c) skale, d) fizyczny stan pacjenta, e) dokumentacja przebiegu, również tekstowo.	TAK		
55.	Zalecenia premedykacyjne mogą zostać przekazane do oddziału w formie papierowej, PDF, możliwość archiwizacji.	TAK		

56.	W przypadku wypisu z OIT albo przeniesienia na zwykły oddział zalecenia i wypis będą przekazane w następujący sposób: a) w formie drukowanej, b) w formacie pdf do archiwum HIS.	TAK		
57.	Dokumentacja w systemie prowadzona w odniesieniu do pacjenta oraz przypadku. Utworzenie konta pacjenta następuje poprzez przeniesienie danych pacjenta / przypadku za pośrednictwem interfejsu HL7 z systemu szpitalnego HIS.	TAK		
58.	System oferujący kompletną cyfrową dokumentację obejmującą treści oraz prezentacje numeryczne, tekstowe oraz graficzne (dokumentacja w formie krzywej trendów) takie jak: 1) parametry życiowe, 2) wzrost, waga, 3) kalkulacja BMI, 4) kalkulacja IBW, 5) kalkulacja wieku, 6) parametry dotyczące sztucznego oddychania, 7) nastaw urządzeń, 8) kaniulacje dożylnie, 9) odprowadzenia, cewniki, drenaże, 10) parametry laboratoryjne, 11) zalecenia lekarskie, 12) wlewy, 13) podane leki 14) infuzje 15) produkty krwiopochodne,	TAK		
59.	Historia rozpoznania pacjenta pochodząca z wcześniejszych pobytów pacjenta automatycznie ładowana i wyświetlana (np.: historia chorobowa, komplikacje i wykonywane wcześniej procedury przy wcześniejszych pobytach).	TAK		
60.	W wyjątkowych przypadkach możliwość utworzenia konta z danymi pacjenta w sposób manualny za pomocą jednego dedykowanego okna dla pacjentów i przypadków nagłych (z możliwością połączenia rekordu pacjenta pochodzącego z systemu HIS z manualnie utworzonym rekordem).	TAK		
61.	Rozpoczęcie prowadzenia dokumentacji w systemie w nagłych wypadkach bez dostępnych danych odnośnie pacjenta i tak, aby możliwe było późniejsze uzupełnienie danych identyfikacyjnych (np. w przypadku bezpośredniego nagłego przyjęcia) i rozpoczęcia świadczenia opieki medycznej i dostarczenia automatycznego gromadzenia danych z urządzeń medycznych (respiratory, monitoring).	TAK		
62.	System umożliwiający obsługę wielu oddziałów, łóżek, sal operacyjnych.	TAK		
63.	System umożliwiający wyszukiwanie przyjętych pacjentów wykorzystując następujące kryteria: - Nazwisko pacjenta - Imię pacjenta - Data urodzenia (automatyczne obliczenie wieku na podstawie daty urodzenia) - Numer identyfikacyjny pacjenta - Numer przyjęcia / Numer przypadku - Lekarz prowadzący - Rozpoznanie - Wzrost - Faza opieki - Godzina zabiegu - Sala operacyjna - Wiele kryteriów wyszukiwania Użytkownik może swobodnie definiować pola obowiązkowe do wyszukiwania we własnym zakresie	TAK		

64.	System umożliwiający prezentację i dokumentację wywiadu chorobowego pacjenta np. podczas przyjęcia na oddział: - Wywiad chorobowy zebrany od pacjenta - Wzrost - Masa ciała przy przyjęciu - Obliczanie wskaźnika BMI - Alergie (nazwa) - Możliwe czynniki ryzyka - Przeprowadzone dotychczas zabiegi - Towarzyszące im komplikacje - Aktualnie stosowane leczenie farmakologiczne - Grupa krwi - Uwagi, komentarze - Wyniki badań - Wykonywane procedury Wg. Kodów ICD 9 - Rozpoznanie przy przyjęciu - Rozpoznanie wg. Kodów ICD 10	TAK		
65.	Dokumentacja przebiegu znieczulenia odbywająca się na dedykowanym dotykowym panelu komputerowym zamontowanym na aparacie do znieczulenia.	TAK		
66.	Dokumentacja na Sali wybudzeniowej odbywająca się na dedykowanym dotykowym panelu komputerowym zamontowanym przy łóżku pacjenta.	TAK		
67.	Dokumentacja na oddziale intensywnej terapii odbywająca się na dedykowanym dotykowym panelu komputerowym zamontowanym na kolumnie.	TAK		
Wymogi dotyczące parametrów życiowych i prezentacji trendów				
68.	Po przypisaniu pacjenta do łóżka i podłączeniu urządzeń monitorujących bądź respiratora rozwiązanie automatycznie zaczynające pobierać dane z podłączonych urządzeń z ustawieniami domyślnymi i wyświetlanie ich na graficznym trendzie w osi czasu w systemie.	TAK		
69.	System posiadający możliwość zdefiniowania przypisanych urządzeń do konkretnego stanowiska znieczulenia – Sali operacyjnej. Możliwość podłączania urządzeń przypisanych do innych stanowisk za pomocą wyboru urządzeń z listy w przypadku konieczności zamiany urządzeń pomiędzy stanowiskami pracy – salami operacyjnymi.	TAK		
70.	System umożliwiający zatrzymywanie gromadzenia parametrów życiowych przez wszystkie podłączone urządzenia za pomocą jednego kliknięcia (w celu uniknięcia gromadzenia nieprawidłowych odczytów) -jeżeli pacjent nie jest monitorowany / nie powinien być monitorowany.	TAK		
71.	Po ponownym podłączeniu urządzeń gromadzenie danych może być wznowione za pomocą jednego kliknięcia w sytuacji, kiedy były one ręcznie zatrzymane.	TAK		
72.	Do systemu mogą zostać podłączone następujące urządzenia z których automatycznie będą gromadzone dane mierzalne; Kardiomonitorzy Aparaty do znieczulenia Respiratory Dializatory Pompy	TAK		

73.	<p>System automatycznie gromadzący parametry życiowe, co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) częstotliwość uderzeń serca, b) ciśnienie krwi z różnych metod, c) ośrodkowe ciśnienie żyłne, d) częstość oddechu, parametry oddechowe, e) przebieg ciśnienia cerebralny, f) temperatury (wszystkie miejsca pomiaru), g) CO₂, h) SpO₂, i) Entropia j) SPI k) NMT l) BIS <p>Wszystkie parametry można komentować i ręcznie zmieniać wartość w razie wystąpienia artefaktu. Komentarz do zmiany parametru możliwy również za pomocą definiowanych słowników, które wybiera się za pomocą listy.</p> <p>Jako parametry wentylacji przyjmowane są, co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tryb wentylacji, b) f oddechu, c) PEEP, d) ETCO₂ e) ETO₂, f) MV, g) VT, h) I:E <p>Poszczególne parametry które powinny być wyświetlone można dodawać z poziomu interfejsu systemu przez użytkowników. Parametry, które nie są kluczowe można usunąć z widoku.</p>	TAK		
74.	System wspierający dane: alfanumeryczne, numeryczne i krzywe.	TAK		
75.	Parametry muszą być trwale przechowywane. Gromadzenie parametrów odbywa się online na bieżąco.	TAK		
76.	Parametry życiowe prezentowane w formie graficznych trendów na osi czasu w systemie. Każda z prezentacji graficznej parametrów może być dowolnie zmieniana pod kątem formy wyświetlania tj. linia przerywana, linia stała, kolorystyka linii, itd.	TAK		
77.	Przewijanie parametrów życiowych dla otwartego przypadku pacjenta możliwe poprzez oś czasu trendów. Elastyczne skalowanie czasowe z możliwością swobodnego definiowania: - w godzinach - w minutach	TAK		
78.	Przewijanie parametrów w obszarze czasu nieograniczone. System posiadający kalendarz w celu wywołania daty / miesiąca w celu podglądu historycznych parametrów. Możliwość swobodnego definiowania zakresów czasowych. Możliwość przejścia do aktualnej godziny aktualnego dnia za pomocą przycisku – prezentacja pojawia się w mniej niż 2 sekundy.	TAK		
79.	System umożliwiający swobodne przyporządkowanie parametrów do danej kategorii. Dostęp do danych poprzez kategorie, które działają jako filtr w formie dedykowanej zakładki w systemie: metabolizm, układ krążenia, układ nerwowy, wentylacja płuc, leczenie nerkozastępcze, infekcja, itd.	TAK		
80.	Parametry w formie trendu mogą być wyświetlane również numerycznie. Każdy parametr i zdarzenie można komentować.	TAK		

81.	System umożliwiający ręczne dodawanie wartości do osi trendów (parametrów) z uzasadnieniem. Uzasadnienie możliwe na podstawie predefiniowanych słowników i komentarzy do uzasadnienia.	TAK		
82.	System umożliwiający ręczną korektę wartości na osi trendów z uzasadnieniem. Uzasadnienie możliwe na podstawie predefiniowanych słowników i komentarzy do uzasadnienia.	TAK		
83.	Lista słowników (komentarzy) konfigurowalna i predefiniowana w trakcie wdrożenia, ale również możliwa do edycji przez użytkowników.	TAK		
84.	Graficzna oś trendu przebiegu leczenia pacjenta umożliwiająca wyświetlanie graficznych piktogramów/symboli, które wizualizują zdarzenia na krzywej trendu, np. że rozpoczęto zabieg chirurgiczny (skalpel), że pacjent został poddany anestezji.	TAK		
85.	W zależności od wybranego organu system umożliwiający konfigurację widoków trendów i danych z przebiegu leczenia, które mogą być dowolnie konfigurowane na życzenie użytkownika zgodnie z jego potrzebami. Zmiany odbywające się na drodze konfiguracji widoków a nie na drodze programowania.	TAK		
86.	Graficzna prezentacja w formie krzywej trendów dowolnych parametrów, co do rodzaju i ilości, możliwa np. dla: 1) parametrów życiowych, 2) parametrów wentylacji	TAK		
87.	Graficzna prezentacja trendów konfigurowana wedle potrzeby użytkownika (wybór wielu parametrów, okresów, sposobów i kolejności wyświetlania itp.)	TAK		
88.	System umożliwiający przedstawienia treści danych graficznych podglądów także w formie tabelarycznej (godziny, parametry, wartości).	TAK		
Wymagania dotyczące zleceń				
89.	System posiadający dedykowany moduł zleceń, który służy do dokumentacji podawanych leków, preparatów, wlewów, zleceń lekarskich, skierowania na badania laboratoryjne, konsultacje, czynności pielęgnacyjne, fizjoterapia (jako zalecenia pooperacyjne).	TAK		
90.	Moduł zleceń posiadający katalog, który jest ustalony z personelem oddziału i zawiera wszystkie wymagane zlecenia. Wszystkie zlecenia po przepisaniu są posegregowane w osi czasu.	TAK		
91.	Zlecenie leków z poziomu dedykowanej listy, która zawiera: - nazwę / skróconą nazwę leku / nazwa handlowa - związek chemiczny - harmonogram podawania - sposób podawania - dawkę - dawkę na kg masy ciała - dawkę na kg masy ciała na godzinę - ilość Dla płynów: - związek chemiczny - sposób podawania - dawkę - objętość - stężenie - dawkę na kg masy ciała - dawkę na kg masy ciała na godzinę - objętość na kg masy ciała - harmonogram podawania dawki - harmonogram podawania objętości - harmonogram podawania dawki na kg masy ciała	TAK		

92.	Przepisany lek, wlew pojawią się natychmiast na osi czasu i w dedykowanych widokach zleceń przypisanych do pacjenta. Możliwość kodowania w różnych kolorach grup leków tak aby ustrukturyzować listę leków na trendzie.	TAK		
93.	Możliwość wyszukiwania leków za pomocą wprowadzenia początkowych liter, dowolnego hasła (dotyczy nazwy, skróconej nazwy, związku chemicznego). System podpowiada preparaty, które ma w bazie i umożliwia wybór z tego poziomu.	TAK		
94.	System pozwalający na określenie sposobu podawania leku/wlewu i towarzyszących parametrów; - Stężenie - Szybkość podawania wlewu - Czas trwania wlewu - Moment zakończenia wlewu	TAK		
95.	W przypadku podania leku poprzez pompę TCI system umożliwiający odczytanie parametrów z pompy: Cet, Ce, Cpt, Cp, przepływu leku, rozpoczęcia podaży i zakończenia podaży, zmiany przepływu leku w trakcie podaży.	TAK		
96.	System posiadający kalkulator służący do obliczania dawki leku, kalkulator jest integralną częścią systemu: - Rozpiętość dawki jako zakres referencyjny (od – do) zależny od masy ciała - W przypadku naruszenia wartości granicznych dawki może zostać skonfigurowana informacja i wymagane jest potwierdzenie - Obliczanie dawki, stężenia - Obliczanie dawki uwzględniające kg masy ciała - Wyniki obliczeń dawki mogą być definiowane jako normy - Możliwość przeliczenia wszystkich permutacji jednostek (np. konwersja $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ w mg/h przy określonej masie ciała).	TAK		
97.	Możliwość definiowania zleceń leków w dowolnych interwałach czasowych, te informacje widoczne są na osi czasu: - na początek czasu pracy danej zmiany - bez ograniczeń codziennie o dowolnej porze - bez ograniczenia czasowego - co godzinę bez ograniczeń - konkretna godzina podania - na żądanie	TAK		
98.	Lek już zlecony może także zostać podany i udokumentowany z opóźnieniem niezależnie od godziny przepisania. Wprowadzanie danych, które są datowane wstecznie zostają za każdym razem opatrzone aktualną datą / godziną	TAK		
99.	Każde zlecenie można usunąć, przerwać albo odłożyć w czasie. W każdym z przypadków system odnotowuje informacje o użytkowniku, który wykonał daną zmianę.	TAK		
100.	Możliwość zaprezentowania wszystkich niewykonanych zleceń w dedykowanej liście.	TAK		
101.	System pozwalający na definiowanie gotowych zestawów zleceń łączonych; odnośnie do leków, badań laboratoryjnych, czynności pielęgnacyjnych, czynności na koniec zmiany. System pozwalający na definiowanie zestawów dedykowanych dla danego użytkownika systemu.	TAK		
Wytyczne dotyczące raportowania				
102.	System umożliwiający tworzenie raportów z wszelkiej dokumentacji i danych jakie były wprowadzone do systemu.	TAK		
103.	System umożliwiający konfigurację raportów na potrzeby elektronicznej dokumentacji	TAK		

104.	System posiadający szablony Raportów/Dokumentów: - elektroniczna karta znieczulenia, - okołooperacyjna karta kontrolna WHO, - karta postępowania przeciwbólowego, - karta przetaczania krwi i jej składników - karta zleceń - karta obserwacji dobowej Możliwość konfigurowania i dodawania dodatkowych raportów o dokumenty wg potrzeb elektronicznej dokumentacji	TAK		
105.	Raporty/Pisma/Dokumenty składające się: - z tekstów - z informacji graficznych (zapis trendów) - z tabel - dowolny tekst można uzupełnić w każdym polu	TAK		
106.	Możliwość tworzenia i korygowania raportu/pisma/dokumentu na każdym stanowisku roboczym systemu: - bloki tekstowe można uzupełniać w każdym polu - można je wybrać z listy	TAK		
107.	System może wyświetlić podgląd raportu w zagnieżdżonym oknie systemu, nie poprzez oddzielną przeglądarkę PDF.	TAK		
108.	System może generować wszystkie dokumenty i zapisywać je w formie PDF na dowolnej stacji, na której jest zainstalowana końcówka kliencka systemu.	TAK		
109.	Transfer wybranych dokumentów do systemu HIS w formie PDF.	TAK		
110.	Tylko uprawnieni użytkownicy mogą generować raporty (na podstawie loginu)	TAK		
111.	Dane do raportu są zbierane w sposób ciągły podczas pracy systemu, a później podczas generowania raportu są wpisywane przez system w odpowiednie miejsca na raporcie.	TAK		
112.	Możliwy jest podgląd raportu przed wydrukiem, wydruk, a także wygenerowanie pliku PDF oraz zapis pliku PDF w dowolnej lokalizacji sieciowej, aby umożliwić dostęp do raportu z każdego komputera w sieci Zamawiającego.	TAK		
Punktacje i skale				
113.	System umożliwiający automatyczne obliczanie punktacji i wyników wg skal. Podczas obliczeń są uwzględniane pola danych z bazy danych, przy czym brakujące pola danych i informacje można ręcznie wprowadzić do obliczeń w dedykowanym do tego ekranie.	TAK		
114.	W przypadku, kiedy do obliczenia danej skali wymagane są parametry życiowe pochodzące z aparatury system automatycznie pobiera te wartości i pozwala na automatyczne obliczanie bez konieczności ręcznego wprowadzania tych informacji.	TAK		
115.	System umożliwiający obliczanie punktacji i skal wykorzystywanych do dokumentacji: SOFA, GCS, APACHE II, APACHE III, CAM-ICU, WATERLOW, SAPS II, TISS	TAK		
116.	System umożliwiający tworzenie i konfigurowanie własnych skal i punktacji na drodze administracji, nie poprzez programowanie.	TAK/ NIE		Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
Bilanse przyjmowanych i wydalanych płynów				
117.	System automatycznie obliczający przyjmowane i wydalane płyny na podstawie wszystkich wartości wchodzących w zakres bilansu.	TAK		
118.	Bilans przyjmowanych i wydalanych płynów automatycznie uwzględniający udokumentowane przyjęcie dowolnych roztworów albo utratę płynów bez względu na to, gdzie one są udokumentowane w systemie.	TAK		

119.	Bilans uwzględniający podanie bolusów.	TAK		
120.	Bilanse prezentowane w formie numerycznej oraz formie graficznej na trendach z osią czasu którą można swobodnie definiować.	TAK		
121.	System oblicza bilans aktualny oraz bilans w sposób ciągły, tj. aktualizuje stan bilansu w trakcie np. trwającego wlewu bez ingerencji użytkownika.	TAK		
122.	W systemie można sporządzać bilanse dotyczące następujących płynów: moczu, parowania, krwi, elektrolitów, koloidów, krystaloidów oraz płynów innego pochodzenia.	TAK		
123.	Obliczenia i prezentacja aktualnego bilansu w ciągu maksymalnie 1 sekundy.	TAK		
124.	System umożliwiający skonfigurowanie dedykowanego widoku służącego do podglądu bilansów jak również w dowolnym miejscu w systemie zestawiony z innymi danymi, trendami i parametrami życiowymi.	TAK		
Dodatkowe wymagania dotyczące modułu Intensywnej Terapii				
125.	System zapewniający dokumentację na oddziałach intensywnej terapii od momentu przyjęcia pacjenta na oddział aż po wypis. Przyjęcie odbywa się poprzez zlecenie HL7 z systemu HIS. Wypis pacjenta przesłany jest do systemu HIS w formie PDF.	TAK		
126.	Przyjęcie pacjenta na oddział intensywnej terapii ma dedykowany ekran, w którym każdy krok w dokumentacji odbywa się poprzez wcześniej ustalone ekrany dostępne z poziomu kafelków bądź dedykowanych przycisków ułożone w ustrukturyzowany sposób pozwalający na przeprowadzenie dokumentacji zgodnie z procedurą obowiązująca w placówce.	TAK		
127.	System umożliwiający prowadzenie kart obserwacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w placówce. Wszelkie ekrany dotyczące dokumentacji i prowadzenia kart są możliwe do edycji przez administratora systemu nie na drodze programowania.	TAK		
128.	System umożliwiający podział ekranu na zakładki w których widoczne są parametry życiowe istotne dla danego układu: układ nerwowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ moczowy, metabolizm, zakażenia, bilans płynów. Podział ekranu i widoczne na nim dane są w pełni konfigurowalne przez administratora systemu, nie na drodze programowania.	TAK		
129.	System posiadający możliwość określenia celu terapeutycznego dla każdego mierzalnego parametru pochodzącego ze zintegrowanego sprzętu.	TAK		
130.	Cele terapeutyczne pozwalające określić wartości graniczne dla każdego parametru, dla którego są zdefiniowane. Wartości graniczne są widoczne na trendzie w sposób graficzny. Np. poprzez linie bądź graficznie wyszczególniony obszar.	TAK		
131.	Cele terapeutyczne dotyczące metabolizmu pozwalające określić parametry graniczne dla kalorycznego zapotrzebowania organizmu z podziałem na tłuszcz, białko, glukozę.	TAK		
132.	System pozwalający na obliczenie bilansu kalorycznego tj. automatycznie oblicza ilość przyjętych kalorii przez pacjenta oraz pozwala wskazać, ile kcal powinno zostać dostarczone pacjentowi, aby osiągnąć dzienny cel terapeutyczny.	TAK		
133.	System pozwalający na pobieranie parametrów z laboratorium. Wyniki laboratoryjne możliwe są do wyświetlenia w formie tabelarycznej bądź trendu.			
134.	System pozwalający na określenie granicznych wartości parametrów laboratoryjnych. W przypadku przekroczenia wartości system poinformuje użytkownika o zdarzeniu.	TAK		
135.	System pozwalający na stworzenie ekranu służącego do codziennej obserwacji pacjenta łącznie z określaniem celów terapeutycznych, codziennych zadań oraz czynności opieki. Lista zadań, czynności i celów jest współdzielona i widoczna dla każdego użytkownika przypisana do pacjenta.	TAK		

136.	System umożliwiający wyświetlenie listy zadań, zleceń i wszystkich zleconych czynności jakie są zaplanowane na dany dzień przypisane do pacjenta.	TAK		
Dodatkowe wymagania dotyczące modułu Przedoperacyjnego, kwalifikacji na zabieg				
137.	System zapewniający dokumentację kwalifikacji przedoperacyjnej, który będzie wykorzystywany podczas fazy kwalifikacji na zabieg.	TAK		
138.	Ekrany dotyczące kwalifikacji dostosowane do dokumentacji stosowanej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.	TAK		
139.	Pacjenci zaplanowani na zabieg operacyjny widoczni w module przedoperacyjnym w postaci harmonogramu. Każdy pacjent w harmonogramie jest zaplanowany do konkretnej Sali operacyjnej oraz bloku operacyjnego w przypadku stosowania wielu bloków operacyjnych.	TAK		
140.	Dokumentacja przedoperacyjna odbywa się po wybraniu pacjenta z harmonogramu. System posiadający funkcje wybrania przypadku nagłego i dokumentację pacjenta jako nieznanego a w późniejszym etapie pozwalający na uzupełnienie danych.	TAK		
141.	System pozwalający na wygenerowanie wydruku, gdzie pacjent może umieścić podpisy na zgody na wykonanie zabiegu operacyjnego.	TAK		
Dodatkowe wymagania dotyczące modułu Sali Operacyjnej				
142.	System zapewniający dokumentację na bloku operacyjnym od momentu zlecenia zabiegu pacjentowi aż po wyjście z bloku. Przyjęcie zlecenia na zabieg odbywa się poprzez odpowiednią komunikację HL7 z systemem HIS. Wypis pacjenta z bloku przesyłany jest do systemu HIS w formie PDF.	TAK		
143.	System pozwalający na stworzenie do danego typu znieczulenia listy zadań, która systematyzuje wszystkie czynności okołoperacyjne. Lista zadań wyświetlana jest w postaci przycisków możliwych do obsługi dotykowej.	TAK		
144.	Przyciski w liście zadań pozwalające na rejestrację zdarzenia czasowego albo rejestrację zdarzenia okołoperacyjnego. Np. przycisk może mieć wybór rejestracji zdarzenia czasowego jako „teraz” albo wybór dowolnej daty i godziny.	TAK		
145.	Przycisk dotyczący rejestracji zdarzeń pozwalający na ustalenie interwałów dla zdarzeń czasowych, np. -2 minuty temu, -5 minut temu, lub wpisanie czasu ręcznie.	TAK		
146.	Przyciski na liście zadań, po uzupełnieniu i zapisaniu wymaganej dokumentacji posiadające widoczne wskazanie graficzne, które informuje użytkownika o zakończeniu danej dokumentacji okołoperacyjnej.	TAK		
147.	Lista zadań przypisana do danego typu znieczulenia w pełni konfigurowalna i przestawialna zgodnie z życzeniem użytkownika nie na drodze programowania.	TAK		
148.	System pozwalający na wykonywanie poszczególnych czynności okołoperacyjnych z listy zadań w dowolnej kolejności, czasie, oraz na edycje zapisanych danych.	TAK		
149.	System zapewniający rejestrację znaczników czasu tj. Czas wejścia pacjenta na blok, rozpoczęcie znieczulenia, rozpoczęcie zabiegu, zakończenie zabiegu, zakończenie znieczulenia, wyjazd pacjenta z bloku. Wszystkie znaczniki czasu mogą być przesłane do systemu HIS jako osobne parametry, nie jako wpis do raportu końcowego w formie PDF.	TAK		
150.	System pozwalający na rejestrację składu personelu obecnego podczas zabiegu, łącznie z czasem wejścia i wyjścia z Sali operacyjnej.	TAK		
151.	System pozwalający na wypełnienie w elektronicznej formie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej, Karty Postępowania Przeciwbólowego, Karty Zleceń, Karty Obserwacji Przetaczania Krwi i jej składników.	TAK		
152.	System pozwalający na dostosowanie każdej z wyżej wymienionych kart zgodnie z obowiązującymi normami w dawnej placówce medycznej, a także na stworzenie nowych kart, nie na drodze programowania.	TAK		

153.	System pozwalający na odnotowanie faktu założenia pacjentowi kaniuli, drenów, cewnika oraz innych interwencji wraz z opisem rodzaju, typu, rozmiaru, miejsca założenia, strony oraz czasu umiejscowienia danych akcesoriów.	TAK		
154.	System pozwalający na jednoczesne monitorowanie wybranych przez użytkownika parametrów podczas zabiegu z monitora, z aparatu do znieczulania, z pompy. W skład tych parametrów wchodzi również pomiar Entropii, BIS, NMT, SPI, itd.	TAK		
155.	System pozwalający na ręczne poprawienie wartości danego parametru pochodzącego ze sprzętu medycznego, jeśli odnotowano zakłócenie pomiaru np. z powodu artefaktów. Edycja parametrów może być komentowana na zasadzie gotowego słownika w postaci listy wyboru.	TAK		
156.	System pozwalający na odnotowywanie faktu podania leku w formie elektronicznej poprzez wyszukanie odpowiedniego leku oraz wpisanie dawki. System pozwalający również na automatyczne przeliczanie dawki leku z mg na ml oraz na mg/kg masy ciała pacjenta. Możliwość przeliczania we wszystkie strony.	TAK		
157.	System pozwalający na rejestrowanie niepożądanych zdarzeń medycznych, które wystąpiły podczas zabiegu. Lista zdarzeń jest w pełni konfigurowalna na potrzeby danej placówki medycznej poprzez administratora systemu, nie na drodze programowania	TAK		
Dodatkowe wymagania dotyczące modułu Sali Wybudzeniowej				
158.	System zapewniający dokumentację na Sali Wybudzeń od momentu przyjęcia pacjenta na dane łóżko aż po wypis. Przyjęcie odbywające się poprzez kontynuację fazy opieki z modułu śródoperacyjnego pozwalające na ciągły zapis danych od momentu dokumentacji operacyjnej po dokumentację na Sali Wybudzeń. Wypis pacjenta przesłany jest do systemu HIS w formie PDF. Znaczniki czasowe przekazywane do systemu HIS poprzez odpowiednią komunikację HL7.	TAK		
159.	System pozwalający na monitorowanie wybranych przez personel parametrów życiowych pacjenta na Sali pochodzących z kardiomonitorów, respiratorów i pomp.	TAK		
160.	System pozwalający na stworzenie listy zadań, która systematyzuje czynności wykonywane przy pacjencie na Sali Wybudzeń.	TAK		
161.	Lista zadań przypisana do danego rodzaju pacjenta/schorzenia/zabiegu i w pełni konfigurowalna i przestawialna zgodnie z życzeniem użytkownika, możliwa do edycji przez administratora systemu, nie na drodze programowania.	TAK		
162.	System pozwalający na wyliczenie skali Aldreta dla danego pacjenta poprzez zaznaczenie odpowiednich danych i następnie wynik podawany jest automatycznie po zliczeniu punktów przez system, bez ingerencji użytkownika.	TAK		
163.	System pozwalający na odnotowywanie faktu podania leku w formie elektronicznej poprzez wyszukanie odpowiedniego leku oraz wpisanie dawki. System pozwalający również na automatyczne przeliczanie dawki leku z mg na ml oraz na mg/kg masy ciała pacjenta. Przeliczanie możliwe jest we wszystkie strony.	TAK		
164.	Przekazanie pacjenta na Oddział Szpitalny albo wypis z Sali Wybudzeń realizowane w formie dokumentu PDF przekazanego do systemu HIS.	TAK		
Wspomaganie podejmowania decyzji, ostrzeżenie i wytyczne dot. postępowania				
165.	System posiadający dedykowany silnik reguł, pozwalający na definiowanie poszczególnych kryteriów do celu wspomaganie podejmowania decyzji klinicznych jak również alarmowania i ostrzegania przy przekraczaniu parametrów granicznych możliwych do określenia na drodze konfiguracji systemu przez administratora, nie na drodze programowania.	TAK		

166.	System pozwalający na definiowanie reguł: - Przeciwwskazanie do stosowania leków (na podstawie substancji czynnej) w przypadku znanych rozpoznań. - Przeciwwskazania do podania leku w przypadku przekroczenia dawki biorąc pod uwagę BMI pacjenta. - Informowanie o przekroczeniu górnych bądź dolnych granic dla wszelkich parametrów życiowych. - System pozwalający na konfigurowanie własnych reguł na drodze administracji, nie na drodze programowania.	TAK		
167.	System reguł pozwalający na automatyczne zestawianie i analizowanie w tle parametrów życiowych pacjenta, wyników laboratoryjnych (jeżeli są przekazane z systemu HIS) oraz innych danych w przedziałach czasowych i w przypadku występowania odpowiednich tendencji system generujący ostrzeżenia o prawdopodobnym powstaniu stanów patologicznych.	TAK		
168.	Powiadomienia w zakresie ostrzegania czy podejmowania decyzji wyświetlające się w postaci graficznych okien typu „pop up” widocznych na ekranie systemu.	TAK		
169.	System posiadający możliwość zagnieżdżenia wytycznych w dedykowanych oknach i podglądach (protokołów postępowania) w formie plików PDF zapisanych w systemie. Wytyczne dotyczą postępowań. Użytkownik może zdecydować jakie wytyczne będą dostępne i widoczne oraz w których oknach dokumentacji.	TAK		
Integracja				
170.	Informatyczny system kliniczny musi być zintegrowany z systemem HIS ASSECO AMMS używanym przez Zamawiającego w standardzie HL7 w zakresie opisanym w sekcji wytycznych dot. interfejsu oraz sposobu integracji HL7	TAK		
171.	Informatyczny system kliniczny do dokumentacji automatycznie odczytujący ustawienia urządzeń medycznych i udostępniający je do dokumentacji pacjenta.	TAK		
172.	Informatyczny system kliniczny do dokumentacji przebiegu znieczulenia automatycznie odczytujący wartości pomiarów urządzeń i udostępniający je do dokumentacji pacjenta.	TAK		
173.	Dostarczona licencja obejmująca podłączenie wszystkich obecnie wykorzystywanych (w przypadku, jeżeli są kompatybilne) urządzeń medycznych (aparatów do znieczulenia, kardiomonitorów) i obowiązuje również w stosunku do urządzeń medycznych, które będą wykorzystywane w przyszłości, jeżeli będą kompatybilne z zaoferowanym systemem.	TAK		
174.	Możliwość podłączenia wszystkich urządzeń spełniających minimalne wymagania techniczne oferowanego systemu bez względu na producenta.	TAK		
175.	Monitoring pacjenta w trakcie znieczulenia, automatyczny odbiór danych z poszczególnych urządzeń – kardiomonitorów.	TAK		
176.	Podłączenia aparatów do znieczulenia do automatycznego odbioru danych dot. wentylacji i przepływów gazów anestetycznych.	TAK		
177.	Podłączenie urządzeń do terapii nerkozastępczej	TAK		
178.	Podłączenie respiratorów do automatycznego odbioru danych dot. mechanicznej wentylacji pacjenta	TAK		
179.	Podłączenie pomp infuzyjnych do zapisu przepływów leków	TAK		
180.	Integracja z centralami monitorującymi działającymi w Oddziale Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnym	TAK		
181.	Integracja z modulem transportowym aby zapis parametrów pacjenta w momencie przekazania z Bloku do Sali Wybudzeniowej lub oddziału intensywnej terapii był ciągły.	TAK		
182.	Integracja z systemem analizy parametrów krytycznych	TAK		
Wytyczne dot. interfejsu HL7 oraz sposobu integracji				

183.	System komunikujący się w standardzie HL7	TAK		
184.	System posiadający silnik komunikacyjny HL7 z możliwościami co najmniej: <ol style="list-style-type: none"> 1. Konektory: Transfer pliku, TCP/IP, FTP, JMS, Web Services, ODBC/JDBC 2. Formaty wiadomości: HL7 v2, CSV, XML, HTML, ASTM, HPRIM 3. Filtry: JavaScript, XML -> PDF filter, DB lookup filter 4. Mapowanie: HL7 do HL7, CSV do HL7, HL7 do XML 	TAK		
185.	W zakresie integracji HL7 z posiadanym przez Zamawiającego systemem szpitalnym HIS Zamawiający wymaga, dla danych przychodzących do systemu klinicznego z systemu HIS: <ul style="list-style-type: none"> • Rejestracja wizyt szpitalnych z systemu HIS w momencie przyjęcia pacjenta do szpitala • Aktualizacja danych wizyty w momencie transferu pacjenta pomiędzy oddziałami • Anulowanie przyjęć i transferów • Aktualizacja danych pacjenta • Łączenie rekordów pacjentów • Zamykanie wizyt szpitalnych w momencie wypisania pacjenta • Przekazywanie informacji dodatkowych związanych z wizytami, np. dotyczących alergii, diagnoz, zleconych badań i procedur po konsultacji • Przesyłanie zleceń zabiegów operacyjnych w momencie ich planowania w HIS (wraz z kodami ICD9, ICD10, blokiem operacyjnym, salą, datą i czasem operacji, itp.) • Aktualizacja zleceń zabiegów operacyjnych (np. zmiana bloku, sali, daty, rodzaju zabiegu, itp.) • Anulowanie zleceń operacji • Przekazywanie wyników badań laboratoryjnych jako wartości liczbowych wraz z zakresami wartości granicznych normy i jednostką w jakiej wyrażona jest przesyłana wartość <ul style="list-style-type: none"> - Rodzaje badań: - BGA - Morfologia - Mikrobiologia - Możliwość rozszerzenia o inne badania 	TAK		

186.	<p>W zakresie integracji HL7 z posiadanym przez Zamawiającego systemem szpitalnym HIS Zamawiający wymaga, dla danych wychodzących z systemu klinicznego do systemu HIS:</p> <p>Przekazywanie do HIS danych dokumentowanych podczas znieczulenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Znaczniki czasu, co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> • Pacjent na sali / pacjent poza salą • Rozpoczęcie zabiegu / zakończenie zabiegu • Rozpoczęcie znieczulenia / zakończenie znieczulenia 2. Personel Anestezjologiczny <ul style="list-style-type: none"> • Z podziałem na role (anestezjolog, rezydent, chirurg, pielęgniarka) • Z czasem rozpoczęcia i zakończenia 3. Techniki znieczulenia zgodne z ICD-9 4. Interwencje (kaniule, dreny, itp.) <p>Dokumentacja PDF przekazywana bezpośrednio w HL7 zakodowana w Base64, lub w postaci linku do pliku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dokumentacja anestezjologiczna (raporty PDF): <ul style="list-style-type: none"> • Karta znieczulenia – EKZ • Karta postępowania przeciwbólowego • Ocena Przedoperacyjna • Zalecenia pooperacyjne • Karta obserwacji przetaczania krwi i jej składników • Okołooperacyjna Karta Kontrolna 6. Dokumentacja pobytu na OIT (raporty PDF): <ul style="list-style-type: none"> • Karta obserwacji • Karta zleceń • Karta obserwacji pielęgniarskiej 	TAK		
Wytyczne dotyczące administrowania użytkownikami				
187.	<p>System oferujący możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników minimum za pomocą:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) funkcjonalnego przypisania praw do ról, b) zdefiniowania profili dotyczących uprawnień (kombinacja ról i przynależności do jednostek organizacyjnych) 	TAK		
188.	Uprawnienia przydzielane za pośrednictwem profili.	TAK		
189.	Możliwość szybkiej zmiany użytkownika bez ponownego uruchomienia programu. Po przelogowaniu użytkownika system wraca do tego samego ekranu, w którym pracował poprzednio zalogowany użytkownik	TAK		
190.	System zostanie zintegrowany z Active Directory i umożliwi synchronizację kont użytkowników.	TAK		
191.	System posiadający funkcje szybkiego przełączania użytkowników. W przypadku konieczności, system umożliwia przejęcie i kontynuację dokumentacji dokładnie w tym samym ekranie, w którym pierwszy użytkownik się wylogował a drugi przejął jego funkcje. W przypadku przełączenia użytkownika numer jeden, użytkownik numer dwa widzi ten sam ekran.	TAK		
Moduł Analityczny				
192.	System zapewniający moduł analityczny, umożliwiający widok listy i zestawień danych dostępnych przez przeglądarkę internetową.	TAK		
193.	Dostęp do modułu w pełni obsługiwany poprzez przeglądarkę web, moduł zintegrowany z bazą danych systemu, a nie przez eksport oraz import danych do rozwiązań firm trzecich.	TAK		

194.	Wybrane zestawy danych umożliwiające analizy ze środowiska produkcyjnego tak aby analytyka odbywała się na żywo.	TAK		
195.	Wybrane zestawy danych umożliwiające analizy z dedykowanej bazy analitycznej w której znajduje się kopia bazy produkcyjnej, aby wykonywać bardziej skomplikowane analizy danych nie obciążając środowiska produkcyjnego.	TAK		
196.	Moduł analityczny umożliwiający zestawienia danych dotyczących statystyk odnośnie do znieczuleń np. Czasów trwania znieczulenia z podziałem na typy zabiegów lub w zależności od skali ASA pacjenta, kartę narkotyków.	TAK		
197.	Moduł analityczny umożliwiający zestawienia danych dotyczących pacjentów z Oddziału Intensywnej Terapii np. długość pobytu w zależności od typu schorzenia, efektywność wentylacji, statystyki odnośnie zajętości oddziału, przegląd przypadków prowadzonych przez daną osobę i dowolną obróbkę tych przypadków w zależności od zapotrzebowań badań klinicznych itd.	TAK		
198.	Moduł analityczny umożliwiający wyświetlenia danych dotyczących aktywnych zleceń terapeutycznych	TAK		
199.	Moduł analityczny umożliwiający wyświetlenia danych dotyczących przekazania zmiany	TAK		
200.	System zapewniający zestawianie danych dotyczących Zabiegów operacyjnych w zestawach; Gotowe szablony dla modułu na Sali operacyjnej- Przypadki według wieku i oddziału przyjęcia - Przypadki według skali ASA i typu pacjenta - Przypadki według techniki znieczulenia i typu pacjenta - Czas trwania znieczulenia w zależności od rodzaju przypadku - Czas pobytu na Sali wybudzeń w zależności od typu pacjenta	TAK		
201.	System zapewniający zestawianie danych dotyczących pobytu pacjenta na Oddziale Intensywnej Terapii w zestawach; Gotowe szablony dla modułu na oddziale intensywnej terapii Przypadki w zestawieniu statystycznym - Przeciętny czas pobytu w zależności od typu pacjenta - Zajętość oddziału I łóżek w dowolnym zestawieniu czasu - Zestawienia danych w odniesieniu do zmian dziennej/nocnej	TAK		
Licencje				
202.	Instalacja całego systemu i jego architektury oparta jest na komercyjnym rozwiązaniu serwerowym. Rozwiązanie zostanie dostarczone z wymaganą ilością licencji serwerowych dostosowaną do środowiska wirtualnego Zamawiającego.	TAK		
203.	System zostanie zainstalowany i w pełni kompatybilny wraz z jego wszystkimi komponentami ze środowiskiem wirtualizacyjnym działającym u Zamawiającego.	TAK		
204.	Silnik bazodanowy systemu oparty na relacyjną bazę danych, z licencją na liczbę rdzeni wymaganej do uruchomienia rozwiązania. Zamawiający posiada środowisko serwerowe zapewniające pracę bazy danych na 16 rdzeniach procesora.	TAK		
205.	System operacyjny środowiska produkcyjnego dostarczonego rozwiązania oparty na komercyjnym oprogramowaniu dostarczony przez Wykonawcę dla każdego wirtualnego hosta wymaganego do uruchomienia systemu i jego architektury.	TAK		

206.	<p>Wykonawca dostarczy licencje niezbędne do uruchomienia systemu na:</p> <p>Licencje umożliwiające uruchomienie na 10 stanowiskach do Znieczulenia Licencje umożliwiające uruchomienie na 19 stanowiskach Intensywnych Licencje umożliwiającą uruchomienie na 1 Sali zabiegowej na Intensywnej Terapii Licencje umożliwiające uruchomienie na 13 stanowiskach Wybudzeniowych Licencje umożliwiające uruchomienie na 4 stanowiskach intensywnego nadzoru na SOR</p> <p>Licencje dotyczące oprogramowania własnego jak również wszelkich komponentów trzecich takich jak komputery medyczne All-in-one oraz inne komponenty, które są wymagane do pełnej funkcjonalności rozwiązania.</p> <p>Licencje dostępne poza stanowiskami do znieczulenia, stanowiskami intensywnymi, stanowiskami wybudzeniowymi oraz stanowiskami intensywnego nadzoru na SOR są nieograniczone, co oznacza, że Zamawiający może instalować końcówki klienckie na dowolnej stacji roboczej, która znajduje się w sieci szpitalnej.</p>	TAK		
Architektura				
207.	<p>System zainstalowany na osobnych środowiskach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) produkcyjnym 2) raportowym / baza danych <p>Rozwiązanie ma zagwarantować niezbędne czasy odpowiedzi także po dłuższym korzystaniu i bieżących ewaluacjach, jak również w celu wdrożenia wymogów dotyczących ochrony danych osobowych (czasowo ograniczyć dostęp bezpośredni). Środowisko raportowe ma być wykorzystane na potrzeby analityczne. Zamawiający wymaga, aby do środowiska raportowego zostały dostarczone wymagane licencje komercyjne bazodanowe oraz licencje serwerowe.</p>	TAK		
208.	<p>System posiadający końcówki klienckie, umożliwiające zainstalowanie poprzez przeglądarkę internetową, tj. ściągnięcie paczki oprogramowania bezpośrednio z dedykowanego serwisu sieciowego.</p>	TAK		
209.	<p>W przypadku awarii połączenia z siecią z poziomu przy łóżku pacjenta, Sali operacyjnej, z serwerem lub w przypadku awarii serwera bądź innych elementów architektury wszystkie dane dotyczące parametrów życiowych zostaną przekazane po ponownym uruchomieniu połączenia sieciowego z systemem klinicznym.</p>	TAK		
210.	<p>Architektura systemu i komponenty gwarantujące ciągłość pracy po wykonanych aktualizacjach systemów operacyjnych / ponowne uruchomienie serwerów nie doprowadzi do awarii po stronie użytkownika i nie będzie konieczne wsparcie serwisu dostawcy.</p>	TAK		
211.	<p>Architektura umożliwiająca równoległe korzystanie z oprogramowania antywirusowego na końcówkach PC z zainstalowanym systemem klinicznym bez zakłóceń i bez konieczności wsparcia ze strony Wykonawcy.</p>	TAK		
212.	<p>System umożliwiający automatyczną instalację końcówek klienckich poprzez pakiety instalacyjne (.msi).</p>	TAK		
213.	<p>Instalacja końcówek klienckich bez ingerencji użytkownika - w ramach silent mode.</p>	TAK		
214.	<p>Sieciowa końcówka kliencka systemu (np. do podglądu widoku oddziału, harmonogram operacji) działająca w oparciu o technologie HTML5 i umożliwiająca podgląd przez przeglądarkę internetową.</p>	TAK		

215.	Możliwość automatycznego wdrożenia nowej wersji oprogramowania klienckiego po aktualizacji systemu.	TAK		
216.	Sterowanie drukarką: - System drukujący wszelkie raporty (jeżeli to konieczne np. w razie awarii) na domyślnej drukarce dodanej do systemu operacyjnego. - W zależności od treści, które mają zostać wydrukowane, możliwe jest zdefiniowanie formatów, ustawień oraz zastosowanie ich do formularzy (np. druk A3 w odniesieniu do krzywych parametrów, druk A4 dla raportów bilansów itp.).	TAK		
Sprzęt wymagany do uruchomienia systemu				
217.	37 sztuk ramion do podłączenia komputerów medycznych PC All-in-One - (otwory montażowe w układzie VESA 75/100) z półką na mysz i klawiaturę. - Możliwość regulacji pozwalająca na precyzyjne ustawienie urządzenia w dwóch płaszczyznach (2 przeguby) - Możliwość przesunięcia urządzenia w pozycję parkingową - Możliwość dezynfekcji - Montaż na aparatach do znieczulenia posiadanych przez Zamawiającego. - Montaż na kolumnach w salach operacyjnych wskazanych przez Zamawiającego.	TAK		
218.	10 sztuk mocowań do montażu komputerów medycznych PC typu All-in-One na panelu nadłóżkowym - (otwory montażowe w układzie VESA 75/100)	TAK		
219.	20 sztuk urządzeń do przesyłania i buforowania danych pomiarowych z urządzeń medycznych do systemu informatycznego - Urządzenie zbierające dane z urządzeń medycznych oraz buforujące je. W razie utraty połączenia Ethernet do systemu klinicznego urządzenie zachowa dane a następnie prześle je automatycznie do systemu tak żeby nie utracić wrażliwych danych medycznych. - Urządzenie w pełni konfigurowalne za pomocą interfejsu web, możliwość konfiguracji duplex, nazwy host urządzenia, konfiguracji TCP/IP. - Urządzenie zapewniające izolację galwaniczną pomiędzy portami - Zgodność z normą EN 60601-1 lub równoważną - Wyjście połączenia Ethernet, 10/100 Mbps - Minimum 4 porty RS-232 do Ethernet - Jedno urządzenie umożliwiające zbieranie danych dla wielu pacjentów - Przewód zasilający zgodny z normą IEC 60320 (IEC 320) lub równoważną. - Montaż na aparatach do znieczulenia posiadanych przez Zamawiającego - Montaż na kolumnach wskazanych przez Zamawiającego na oddziale intensywnej terapii	TAK, podać		

220.	<p>11 sztuk medycznych komputerów PC typu All-in-One.</p> <p>Co najmniej:</p> <p>Procesor umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 3400 punktów w teście Passmark CPU Mark dostępnym na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wyniki dla oferowanego modelu procesora powinny być dostępne na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, oraz potwierdzać spełnianie wymagań Zamawiającego nie wcześniej niż w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w formie wydruku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pamięć RAM 8GB RAM - Dysk SSD 128GB - 4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x DisplayPort - 2x Gigabit Ethernet - 2x RS-232 - Przekątna ekranu min. 21" - Format ekranu min. 16:9 - Panel dotykowy LCD, 1920x1080, jasność 250c/m2 - Panel dotykowy 10 punktowy - Obsługa sieci Wi-Fi 802.11 a/b/g/n + Bluetooth 5.0 - Wbudowany mikrofon - Wbudowane głośniki - Panel frontowy wodoodporny IP65 - Komputer posiadający certyfikat PE-EN 60601-1 / ISO14971 / PE-EN 62133 oraz PE-EN 60601--1-2 (EMC) - Wbudowane złącze ekwipotencjalne - Przycisk umożliwiający dezynfekcję ekranu w trakcie pracy komputera - Otwory montażowe w układzie standardowym VESA - Montaż na ramionach dostarczonych wraz z zamówieniem. <p>System operacyjny: Windows 10 Enterprise (64-bit.) lub odpowiedni dla systemów wbudowanych umożliwiający uruchamianie aplikacji dla Windows lub równoważny</p> <p>Pod pojęciem „równoważności” Zamawiający rozumie oprogramowanie posiadające co najmniej poniższe funkcjonalności:</p> <p>a. W zakresie systemu operacyjnego zgodnego i gotowego do podłączenia do domeny z aktualnie wykorzystywaną przez zamawiającego wersją Microsoft Active Directory do zarządzania autentykacją, PKI, stacjami roboczymi, wydrukami, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - natywne uruchamianie aplikacji dedykowanych dla Windows będących w posiadaniu Zamawiającego. - możliwość adresacji całej pamięci RAM. 	TAK/ podać		
------	---	------------	--	--

221.	<p>36 sztuk medycznych komputerów PC typu All-in-One.</p> <p>Co najmniej:</p> <p>Procesor umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 3400 punktów w teście Passmark CPU Mark dostępnym na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wyniki dla oferowanego modelu procesora powinny być dostępne na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. oraz potwierdzać spełnianie wymagań Zamawiającego nie wcześniej niż w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w formie wydruku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pamięć RAM 8GB RAM - Dysk SSD 128GB - 4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x DisplayPort - 2x Gigabit Ethernet - 2x RS-232 - Przekątna ekranu min. 19" - Format ekranu min. 4:3 - Panel dotykowy LCD, 1280 x 1024, jasność 350c/m2 - Panel dotykowy 10 punktowy - Obsługa sieci Wi-Fi 802.11 a/b/g/n + Bluetooth 5.0 - Wbudowany mikrofon - Wbudowane głośniki - Panel frontowy wodoodporny IP65 - Komputer posiadający certyfikat PE-EN 60601-1 / ISO14971 / PE-EN 62133 oraz PE-EN 60601--1-2 (EMC) - Wbudowane złącze ekwipotencjalne - Przycisk umożliwiający dezynfekcję ekranu w trakcie pracy komputera - Otwory montażowe w układzie standardowym VESA - Montaż na ramionach dostarczonych wraz z zamówieniem. <p>System operacyjny: Windows 10 Enterprise (64-bit.) lub odpowiedni dla systemów wbudowanych umożliwiający uruchamianie aplikacji dla Windows lub równoważny</p> <p>Pod pojęciem „równoważności” Zamawiający rozumie oprogramowanie posiadające co najmniej poniższe funkcjonalności:</p> <p>a. W zakresie systemu operacyjnego zgodnego i gotowego do podłączenia do domeny z aktualnie wykorzystywaną przez zamawiającego wersją Microsoft Active Directory do zarządzania autentykacją, PKI, stacjami roboczymi, wydrukami, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - natywne uruchamianie aplikacji dedykowanych dla Windows będących w posiadaniu Zamawiającego. - możliwość adresacji całej pamięci RAM. 	TAK		
222.	47 sztuk medycznych klawiatur silikonowych ze zintegrowanym touchpadem z możliwością dezynfekcji.	TAK		
Wymagania wdrożeniowe				
223.	Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń personelu z pełnego zakresu rozwiązania, personelu w Poradni Anestezjologicznej, personelu pracującego na Sali Operacyjnej, personelu na Sali Wybudzeniowej, Personelu na Oddziale Intensywnej Terapii.	TAK		
224.	Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń dla personelu, który będzie administratorem systemu w zakresie pozwalającym na samodzielne wprowadzanie zmian w konfiguracji po wcześniejszej konsultacji z Wykonawcą.	TAK		
225.	Przebieg wdrożenia będzie polegał na przeprowadzeniu warsztatów z personelem z każdego oddziału będącego w zakresie wdrożenia tak żeby wypracować najlepsze rozwiązanie i dokumentację dostosowaną do potrzeb Zamawiającego.	TAK		
Wymagania serwisowe				
226.	Wymagany min. 60 miesięczny okres gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego	TAK, podać		

227.	Wykonawca zapewnia nadzór autorski w trakcie trwania gwarancji.	TAK		
228.	Reakcja na zgłoszenie awarii w czasie 6 godzin od przyjęcia zgłoszenia serwisowego, w dni robocze od 8:00 do 17:00.	TAK		
229.	Naprawy realizowane będą w siedzibie Zamawiającego lub przez szyfrowane połączenia do sieci komputerowej VPN.	TAK		
230.	W przypadku utraty całkowitej funkcjonalności przywrócenie pełnego działania systemu w czasie 48 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego.	TAK		
231.	Możliwość rejestracji zgłoszenia (w formie ticket) w portalu dedykowanym dla Zamawiającego z możliwością wprowadzenia opisu awarii.	TAK		
232.	W ofercie ujęty max. 14 miesięczny termin wdrożenia systemu począwszy od daty dostawy wykonany przez personel Zamawiającego do pełnej funkcjonalności opisanej w wymaganiach technicznych.	TAK, podać		
233.	Wdrożenie systemu	TAK		
234.	Szkolenie pracowników Zamawiającego w cenie oferty nie później niż do zakończenia III etapu realizacji przedmiotu zamówienia	TAK, podać		
235.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....
data

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05/22

Zasady prezentacji oferowanego centralnego systemu klinicznego

1. Prezentacje poszczególnych Wykonawców będą odbywały się w kolejnych wyznaczonych przez Zamawiającego dniach, zgodnie z zasadą: pierwszy prezentuje Wykonawca, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert, następnie kolejne oferty wg sporządzonego rankingu oceny.
2. Prezentacja zostanie przeprowadzona w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, lecz nie krótszym niż **5 dni** od dnia wysłania Wykonawcy wezwania.
3. Prezentacja zostanie przeprowadzona w dzień roboczy w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający na prezentację przeznaczają maksymalnie 2 godziny.
5. Wykonawcę w czasie prezentacji reprezentować będzie osoba uprawniona do działania w imieniu Wykonawcy (ujawniona we właściwym rejestrze) lub upoważniona na podstawie pełnomocnictwa załączonego do oferty lub złożonego w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii w czasie prezentacji.
6. Przeprowadzanie prezentacji ma charakter jawny, chyba że Wykonawca zastrzeże ją jako tajemnicę przedsiębiorstwa, wówczas zobowiązany jest wypełnić wszystkie przesłanki z art. 18 ust. 3 Pzp.
7. Brak przedstawienia **w prezentacji przynajmniej jednej z wymaganych pozycji (funkcji systemu) będzie podstawą do odrzucenia oferty.**
8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia sobie wszelkiego niezbędnego do przeprowadzenia prezentacji sprzętu, w tym komputera, ekranu, rzutnika (a także urządzeń zewnętrznych - drukarki, czytniki kodów kreskowych itp.) z zainstalowanym oprogramowaniem koniecznym do uruchomienia oferowanego oprogramowania.
9. W wyznaczonym dniu prezentacji na godzinę przed wyznaczonym terminem, Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do prezentacji.
10. Prezentacja odbędzie się wyłącznie z wykorzystaniem komputera/laptopa z zainstalowanym i w pełni skonfigurowanym systemem.
11. Nie dopuszcza się, aby prezentowany system działał w wersji zdalnej przez jakiegokolwiek połączenia zdalne, albo był prezentacją multimedialną np. w PowerPoint.
12. W przypadku, gdy Wykonawca w dniu wyznaczonym na prezentację nie stawi się na prezentacji oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
13. W przypadku wystąpienia podczas prezentacji błędu oprogramowania dopuszcza się wykonanie odpowiednich modyfikacji celem usunięcia błędu. Czas przerw przeznaczonych na usunięcie błędów nie wydłuża czasu przeznaczonego na prezentację.

14. Przez błąd Zamawiający rozumie nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania przejawiające się w niemożności wykonania określonej operacji lub utrudnieniom w jej wykonaniu spowodowanych przez niestabilność oferowanego rozwiązania.
15. Jeżeli podczas prezentacji systemu wystąpi błąd inny niż opisany w punktach powyżej, a który nie będzie możliwy do naprawienia, prezentacja zostanie zakończona, a **oferowany system uznany za niezgodny z warunkami zamówienia, co będzie podstawą do odrzucenia oferty.**

Załącznik Nr 4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05/22

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, sposób oceny

Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg nast. kryteriów:

Kryterium	Ranga
Oferowana cena	60 %
Ocena jakości technicznej	20%
Okres gwarancji	10%
Termin wykonania	10%

1. Przeliczenie kryterium ceny

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \times \mathbf{60\%}$$

2. Przeliczenie w kryterium ocena jakości technicznej

$$\text{PKT} = \frac{\text{Ilość pkt przyznana badanej niedorzuconej ofercie}}{\text{Max ilość pkt spośród ocenianych nieodrzuconych ofert}} \times 100 \times \mathbf{20\%}$$

3. Przeliczenie w kryterium „okresu gwarancji“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Okres gwarancji oferty badanej}}{\text{Najdłuższy zaproponowany okres gwarancji}} \times 100 \times \mathbf{10\%}$$

4. Przeliczenie w kryterium „terminu wykonania“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najkrótszy zaproponowany termin wykonania}}{\text{Termin realizacji oferty badanej}} \times 100 \times \mathbf{10\%}$$

(do przeliczeń w kryterium „termin wykonania” brany będzie łączny termin wykonania zaproponowany dla etapu I, II i III)

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

Załącznik Nr 5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05/22

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANEJ WCZEŚNIEJ DOSTAWY

L.p.	Nazwa Zamawiającego	Przedmiot dostawy	Okres realizacji	Wartość brutto dostawy
1.				
2.				
3.				
4.				

W załączeniu:

- dokument (referencja) potwierdzająca, że dostawa została wykonana należycie.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05/22

WZÓR UMOWY/2022
zawarta w dniu r. w pomiędzy:

.....
(pełna nazwa Zamawiającego)
reprezentowany przez:

..... –
(imię i nazwisko) (stanowisko)
zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**

a

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)
.....
(adres siedziby Wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

.....
reprezentowanym przez:

..... –
(imię i nazwisko) (stanowisko)

..... –
(imię i nazwisko) (stanowisko)

REGON : NIP :

zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą**

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na **dostawę**, zwanego w dalszej treści przedmiotem umowy.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
 - 1) specyfikacja cenowa – Załącznik Nr 1.
 - 2) specyfikacja techniczna (parametry techniczno-użytkowe) – Załącznik Nr 2.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilości i po cenie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia2022 r.
4. Dostarczony przedmiot umowy musi być nowy, tj. niepowystawowy i nieregenerowany.
5. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2020 poz. 1062) oraz ustawy z 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 848).
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności zgodnie z przepisami o dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
7. Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0007/21 pn. „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną”.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w trzech etapach:

- a) **Etap I** - dostawa sprzętu informatycznego wraz z wyposażeniem niezbędnym do uruchomienia systemu oraz dostawa i instalacja oprogramowania i licencji, sprzętu wymaganego do uruchomienia systemu - dni,
- b) **Etap II** - dostosowanie konfiguracji oferowanego systemu do potrzeb użytkownika wraz z integracją z posiadanym systemem informatycznym HIS ASSECO AMMS oraz wytycznych interfejsu HL7 oraz sposobu integracji - dni,
- c) **Etap III** - wdrożenie systemu - dni.

2. Termin wykonania określony w ust. 1 liczony będzie:

- a) **w przypadku etapu I:** od daty zawarcia umowy lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia - informacja w zakresie terminu gotowości przekazana będzie Wykonawcy w terminie podpisania umowy, a jeśli będzie to jeszcze niemożliwe, w terminie max. **45 dni** od dnia podpisania umowy.
- b) **w przypadku etapu II:** od daty zakończenia I etapu lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia - informacja w zakresie terminu gotowości przekazana będzie Wykonawcy w terminie zakończenia I etapu, a jeśli będzie to jeszcze niemożliwe, w terminie max. **45 dni** od dnia zakończenia I etapu).
- c) **w przypadku etapu III:** od daty zakończenia I etapu lub poinformowania Wykonawcy o konieczności przystąpienia do realizacji zamówienia - informacja w zakresie terminu gotowości przekazana będzie Wykonawcy w terminie zakończenia II etapu, a jeśli będzie to jeszcze niemożliwe, w terminie max. **45 dni** od dnia zakończenia II etapu).

3. Przez termin wykonania rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własne ryzyko i koszt do siedziby Zamawiającego, dokona kompletnego montażu, instalacji i konfiguracji oraz wdroży system i przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi w zakresie umożliwiającym sprawną obsługę systemu, przy uwzględnieniu, że wykonanie każdego etapu dotyczy zakresu właściwego dla tej części.

4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny przedmiotu umowy:

- 1) dostarczyć zamówiony system w zakresie i z wymaganymi licencjami o parametrach techniczno-użytkowych określonych w treści oferty;
- 2) zainstalować przedmiot umowy, przeprowadzić jego konfigurację, proces wdrożenia i szkolenia dla personelu zgodnie z warunkami zamówienia, przedłożyć w dniu dostawy karty gwarancyjne, których treść nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla Zamawiającego niż te określone w warunkach zamówienia i treści oferty;
- 3) uruchomić przedmiot umowy oraz sprawdzić poprawność jego funkcjonowania;
- 4) przekazać w razie potrzeby (w formie papierowej i elektronicznej) przy odbiorze przedmiotu umowy informację, co do wartości poszczególnych części (elementów) przedmiotu umowy według wymagań Zamawiającego dla jego potrzeb ewidencyjnych zgodnie z dokonaną wyceną i określonym przedmiotem zamówienia.

5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy systemu w ramach przedmiotu umowy są produktami fabrycznie nowymi, przy czym data produkcji nie może być wcześniejsza niż 2021 rok.

6. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy wyspecyfikowanego w Załączniku nr 1 i 2 do umowy, będzie protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

7. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w protokole odbioru, za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę usunięcia stwierdzonych niezgodności. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

8. Zamawiający ma prawo odmówić potwierdzenia wykonania dostawy niepełnej lub choćby częściowo wadliwej.

9. W razie stwierdzenia w protokole odbioru przedmiotu umowy wady lub innego braku Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub ustalonym przez Strony.

10. Ze strony Zamawiającego do bieżącego kontaktu w sprawie realizacji umowy z odbiorem upoważnieni są: (tel.), e-mail:, (tel.), e-mail:

11. Wykonawcę w kwestiach związanych z realizacją zamówienia reprezentuje:, tel., e-mail:

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest sprawny, pozbawiony wad, odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji warunków zamówienia oraz nadaje się do celu do jakiego jest przeznaczony.
2. Wykonawca zapewni **nadzór autorski** nad systemem klinicznym i wszelkie konieczne aktualizacje oprogramowania wraz z usługami w tym zakresie przez cały okres trwania gwarancji na zasadach określonych w specyfikacji technicznej oferty (Załącznik Nr 2 do umowy). Okres ten będzie liczony od dnia potwierdzenia odbioru etapu III w protokole odbioru podpisanym przez Strony umowy.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu **gwarancji** na dostarczony przedmiot umowy przez okres: **miesiące**. Okres gwarancji zaczyna biec w dniu podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy tj. III etapu.
4. Wykonawca wskazuje adres e-mail, na który Zamawiający może dokonywać zgłoszeń ujawnionych wad. Wykonawca wskazuje numer telefonu do kontaktów z serwisem
5. W przypadku braku możliwości zgłoszenia wady w sposób określony w ust. 4, za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający zgłasza wadę listem poleconym wysłanym na adres Wykonawcy określony w umowie. Za dzień zgłoszenia wady uważa się dzień nadania listu poleconego.
6. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia wady w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. Opóźnienie Zamawiającego ze zgłoszeniem wady wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie w jakim przyczyniło się ono do zwiększenia wady lub utrudniło jej usunięcie.
7. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie do ich diagnozowania (**czas reakcji**), nie później jednak niż w terminie 6 godzin od przyjęcia zgłoszenia serwisowego.
8. Naprawy realizowane będą w siedzibie Zamawiającego lub przez szyfrowane połączenie do sieci komputerowej VPN w czasie 6 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego.
9. Nieprawidłowe działanie przedmiotu umowy w wyniku działania osób obsługujących rzecz, w której ujawniła się wada może być podstawą do odmowy uznania odpowiedzialności za wadę, jedynie jeżeli:
 - 1) nie stosowały się one do instrukcji obsługi, lub
 - 2) ich zachowanie w sposób oczywisty było nieprawidłowe (wedle miary zachowania przeciętnego dorosłego człowieka przy obsłudze systemu lub urządzeń tego rodzaju).
10. Usunięcie wady w okresie gwarancji może polegać na:
 - 1) naprawie rzeczy, przy czym w przypadku naprawy poza miejscem zainstalowania Wykonawca zapewni sprzęt zamienny lub elementy systemu o parametrach nie gorszych,
 - 2) wymianie uszkodzonego elementu rzeczy na nowy,
 - 3) zmianie oprogramowania rzeczy,
 - 4) wymianie całej rzeczy na nową.
11. Wykonawca potwierdza datę usunięcia wady w karcie gwarancyjnej/paszporcie.
12. W przypadku trzykrotnego ujawnienia się istotnej wady tego samego rodzaju lub tego samego elementu rzeczy Wykonawca zobowiązany jest wymienić element rzeczy na nowy w terminie 14 dni.
13. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wady w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zleci usunięcie wady osobie trzeciej, która posiada autoryzację lub stosowne uprawnienia do dokonywania takich napraw bez utraty gwarancji producenta.
14. W przypadku ukazania się w okresie gwarancji poprawek dostarczonego specjalistycznego oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest przekazać te poprawki Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia ich ukazania się oraz dokonać ich instalacji wraz ze szkoleniem personelu w zakresie dokonanych zmian.
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze swoimi zobowiązaniami gwarancyjnymi.
16. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat po upływie okresu gwarancji.
17. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji; zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.
18. Wykonawca zobowiązany jest wykonać bezpłatny przegląd techniczny przedmiotu dostawy minimum raz w każdym roku trwania gwarancji, nie rzadziej jednak niż zaleca producent systemu lub elementów wchodzących w jego skład. Przegląd odbędzie się w ostatnim miesiącu każdego roku trwania gwarancji lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
19. W trakcie przeglądu technicznego, o którym mowa ust. 18, Wykonawca wykona wszelkie zalecane czynności konserwacyjne wraz z wymianą części podlegających wymianie podczas przeglądu, sprawdzi stan techniczny przedmiotu umowy.

20. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w terminie przeglądu technicznego, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie osobie trzeciej, która posiada autoryzację producenta lub odpowiednie uprawnienia do dokonywania takich przeglądów bez utraty gwarancji producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: zł
+ VAT = zł brutto.

Słownie: zł brutto).

w tym:

a) wykonanie Etapu I: zł netto + VAT = zł brutto.

b) wykonanie Etapu II - zł netto + VAT = zł brutto.

c) wykonanie Etapu III - zł netto + VAT = zł brutto.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie **60 dni** od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po odbiorze usługi (wykonaniu) przedmiotu umowy potwierdzonej protokołem odbioru.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego za wyodrębnione etapy usług (**etap I, etap II, etap III**) pod warunkiem, że dany etap będzie zakończony i odebrany na podstawie podpisanego protokołu odbioru.

4. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy Zamawiającego.

5. Określona w ust. 1 cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

6. Wykonawca nie może przenieść ani obciążyć na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

8. Zgodnie z art. 436 pkt. 4) ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

9. Zmiana wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 następuje na wniosek jednej ze Stron. Do wniosku Strona powinna dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu. Druga Strona może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres.

10. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 4 ust. 8 następuje proporcjonalnie do wykazanej zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek w/w okoliczności. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa każdorazowo od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany określone w § 4 ust. 8 pkt 1) - 4).

UWAGA! - regulacje zawarte w **§4 ust. 8-10** będą miały zastosowanie, o ile łączny termin wykonania zamówienia zaproponowany przez wybranego Wykonawcę przekroczy okres 12 miesięcy.

§ 5

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w następujących sytuacjach i z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

1) w zakresie zmiany w sposobie spełnienia świadczenia:

a. zmiany oferowanego typu/modelu systemu lub jego części na system o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż określone w ofercie w przypadku wycofania systemu z rynku lub wstrzymania produkcji po dacie złożenia oferty, innych okoliczności zaistniałych po dacie złożenia oferty i niemożliwych do przewidzenia, które uniemożliwiają dostawę wskazanego w ofercie typu/modelu systemu, ale pod warunkiem zapewnienia parametrów techniczno-użytkowych nie gorszych niż określone w ofercie, zapewnienia całkowitej kompatybilności systemu z urządzeniami i sieciami Zamawiającego, w cenie nie wyższej niż określona w ofercie,

- 2) w zakresie zmian w sposobie spełnienia świadczenia, terminu wykonania, a także innych zmian, gdy jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy w sposób należyty:
 - a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ i treścią oferty;
 - b. kolizja z planowanymi lub równoległe prowadzonymi przez inne podmioty robotami lub usługami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji;
 - c. zmiany terminu wykonania umowy będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności będące wynikiem opóźnień w realizacji robót budowlanych przez generalnego Wykonawcę „Przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu” tj. Budimex S.A., co skutkuje niemożnością wykonania zamówienia w całości lub w części.
 - d. zmiany stawki podatku VAT – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
2. Zmiany umowy dopuszczalne są także na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp z 11.09.2019 r.
3. Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Wniosek o dokonanie zmiany umowy Strona przedkłada na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być należyście uzasadnione i w miarę możliwości również udokumentowane przez składającego wniosek. Druga Strona umowy zobowiązana jest rozpatrzyć wniosek o zmianę umowy i udzielić odpowiedzi w terminie max. 14 dni od złożenia wniosku lub wezwać do przedstawienia dodatkowych oświadczeń albo dokumentów potwierdzających uzasadnienie do zmiany umowy z uwagi na zaistnienie okoliczności opisanych w umowie lub w ustawie Pzp.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy.
6. Nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp z 11.09.2019r., w szczególności n/w zmiany:
 - a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego);
 - b) zmiana danych teleadresowych;
 - c) zmiana osób odpowiedzialnych za koordynację inwestycji ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu poniższe kary umowne, odpowiednio w przypadku:
 - 1) zwłokę w zrealizowaniu określonego etapu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% ceny brutto przedmiotu umowy danego etapu za każdy dzień zwłoki,
 - 2) zwłokę w usunięciu wad lub innych braków stwierdzonych w protokole odbioru, zgodnie z postanowieniami umowy, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,5% ceny brutto określonego etapu przedmiotu umowy (nie mniej jednak niż 300 zł), za każdy dzień zwłoki,
 - 3) w razie nienależytego wykonania określonego etapu przedmiotu umowy w wysokości 10% wartości brutto niniejszej umowy,
 - 4) zwłokę Wykonawcy w usunięciu usterek gwarancyjnych – w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki,
 - 5) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% ceny brutto określonego etapu przedmiotu umowy lub jego części, wobec której nastąpiło odstąpienie.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny brutto określonego etapu przedmiotu umowy lub jego części, wobec której nastąpiło odstąpienie.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 50% wartości brutto przedmiotu umowy.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrazić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
- b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
- c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 8

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 9

W przypadku niezawarcia ugody na drodze pozasądowego rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór wynikający z niniejszej umowy rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo wg siedziby Zamawiającego.

§ 10

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 12

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 12

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05/22

OŚWIADCZENIE Wykonawcy
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r.

(Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na wezwanie wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu **niezależnie** od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej)

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

.....

.....

(dokładne dane Wykonawcy: nazwa, adres siedziby, REGON/PESEL)

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę centralnego systemu klinicznego w ramach Projektu „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną” nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r.

oświadczamy zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, że:

1. **nie należymy*** do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. **należymy*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i przedstawiamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu *niezależnie od innego Wykonawcy* należącego do tej samej grupy kapitałowej.

.....

(wymienić załączone dowody)

* *niepotrzebne skreślić*

.....

data

.....

podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05/22

OŚWIADCZENIE Wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 i art. 109 ust. 1 pkt 7 - 10
ustawy - Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r.
*(Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na wezwanie
wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia z postępowania)*

W związku z przystąpieniem naszej firmy
(nazwa Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby):

.....

.....

(dokładne dane: nazwa, adres siedziby, REGON/PESEL)

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę centralnego systemu klinicznego w ramach Projektu „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną” nr RPKP.06.01.01-04.0007/21 umowa o dofinansowanie nr UM-WR.431.1.418.2021r.

oświadczamy, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumentie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- e) art. 109 ust. 1 pkt 7-10 ustawy Pzp ,

są aktualne /
nie są aktualne*

* **UWAGA!** – skreślić niewłaściwe

.....
data

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy/
podmiotu udostępniającego Zasoby)