

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Katowice dnia 10.10.2023

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.
Dostawa aparatu do dializy pozaustrojowej, Nr sprawy: ZP-23-162BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2:

1. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia, braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach określonych odpowiednio w § 2 pkt 1 oraz w § 5 pkt 10 i 13-14 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **0,5%** wynagrodzenia brutto **należnego za niedostarczoną część przedmiotu umowy** – za każdy dzień zwłoki z tym, że łączna wysokość kar nie może przekroczyć **10%** wartości brutto **niedostarczonej części przedmiotu** umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości **10%** wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 2 prosimy o dopuszczenie aparatu do dializy pozaustrojowej o takich samych parametrach jak dzierżawione i użytkowane od kilku lat przez Zamawiającego aparaty tj.

ad. 10 Płynna regulacja przepływu pompy krwi w pełnym zakresie 50 – 600 ml / min.,

ad. 19 Indywidualny system blokowania kół,

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.