

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej BZP.38.382-23.24**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ
Z DNIA 14.06.2024r.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 135 ust. 2, 6 i art. 137 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 5 poz. 1:

Koszulka dostępu moczowodowego służąca do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych o rozmiarze kanału roboczego o śr. 10 Fr i dł. 20cm, 35 cm i 45 cm i 12 Fr o dł. 35 cm; 38cm i 45 cm. Łatwa aplikacja i wygodny dostęp do pola operacyjnego dzięki powłoce hydrofilnej. Średnica przewodnicy 0,035”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 5 poz. 2:

Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów z dróg moczowych Piramidalny 3 drutowy w rozm. 1,7 Fr; 2,2 Fr i dł. 115 cm z koszykiem 9-12 mm umożliwiającą przechwycenie i w razie potrzeby uwolnienie złogu z mechanizmem otwierającym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 14 poz. 1:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie nożyczek o długości minimum 4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 14 poz. 2:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie worków z uchwytami na palce.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 14 poz. 3 i 4:

Czy Zamawiający w pozycji 3 i 4 dopuści zaoferowanie worków z uchwytami na palce, średnica ramienia 12 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 18:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie trokarów o długości kaniuli z nieruchomymi skrzydełkami plastikowego ostrza, zawór dwustopniowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 9:

Czy Zamawiający dopuści taśmy podcewkowe:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zasłonową.

Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.

W zestawie znajdują się dwa narzędzia helikalne (prawe + lewe) jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 15:

Prosimy o dopuszczenie: Elektrody neutralnej dla noworodków, dzielonej REM, hydrożelowej, rozmiar 74x98 mm, powierzchnia całkowita 52 cm², powierzchnia przewodząca 33 cm², złącze szer. 23 mm x dł. 31 mm, na podkładzie z pianki o grubości 1,1, z hydrożelem o grubości 0,635 mm impedancja <50 Ohm w zakresie częstotliwości od 200 kHz do 5Mhz, max. wzrost temp. <6°C, pakowane w saszetkach po 5 szt., op. zbiorcze =100 szt.

Prosimy o odstąpienie od wymogu pierścienia.

Prosimy o odstąpienie od wymogu: „elektroda z wklejką do protokołu”.



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 15:

Prosimy o dopuszczenie: Elektrody neutralnej dla dorosłych i dzieci, dzielonej REM, hydrożelowej, rozmiar 150x120 mm, powierzchnia całkowita 153 cm², powierzchnia przewodząca 104 cm², złącze szer. 23 mm x dł. 22 mm, na podkładzie z pianki o grubości 1,1, z hydrożelem o grubości 0,635 mm impedancja <50 Ohm w zakresie częstotliwości od 200 kHz do 5Mhz, max. wzrost temp. < 6°C, pakowane w saszetkach po 5 szt., op. zbiorcze =100 szt.

Prosimy o odstąpienie od wymogu pierścienia.

Prosimy o odstąpienie od wymogu: „elektroda z wklejką do protokołu”.



Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 15:

Prosimy o dopuszczenie: Elektrody neutralnej dla dzieci ≥ 5 Kg i < 15 Kg, dzielonej REM, hydrożelowej, rozmiar 148x90 mm, powierzchnia całkowita 133 cm², powierzchnia przewodząca 72 cm², op. zbiorcze =25 szt.

Prosimy o odstąpienie od wymogu pierścienia.

Prosimy o odstąpienie od wymogu: „elektroda z wklejką do protokołu”.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaproponowania elektrody opisanej przez Zamawiającego w SWZ w opakowaniach zbiorczych po 50 sztuk? Jednocześnie informujemy iż wykonawcza musząc przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów oraz zasad dotyczących dostawy i transportu wyposażenia medycznego z fabryki gdzie sprzęt medyczny jest pakowany w specjalnie przystosowanych do tego miejscach spełniających wszystkie obowiązujące normy, nie może rozpakowywać opakowań zbiorczych przed dostarczeniem wyposażenia do placówki medycznej.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu zawierającego się w Pakiecie nr 15 – elektroda neutralna w opakowaniach zbiorczych po 50 sztuk.

Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 18:

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'5szt?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 18:

Czy Zamawiający dopuści 2-stopniowy zawór?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14 dot. Pakietu nr 20:

Czy Zamawiający dopuści trokar o długości 11cm?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15 dot. Pakietu nr 18:

Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści. Pakiet 18, poz. 1. Trokar bezostrzowy 12mm z transparentną, ściętą, zewnętrznie żebrowaną kaniulą o długości 75 mm, 100 mm i 150 mm. Długość trokara do wyboru zamawiającego. Trokar posiada: uchwyt umożliwiający fiksowanie kaniuli do powłok, dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej w trzech pozycjach, zdejmowalną uniwersalną redukcję/ podwójną uszczelkę 5mm-12mm oraz dodatkową uszczelkę w kaniuli, możliwość szybkiej desuflacji, wyraźne oznaczenie rozmiaru trokara na główce nieprzeźroczystego obturatora zakończonego grotem w kształcie stożka z symetrycznie położonymi skrzydełkami oraz podłużnymi rowkami ślizgowymi umożliwiającymi?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16 dot. Pakietu nr 15:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodą i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Elektroda z wklejką do protokołów oraz posiadająca kompatybilność z systemem VIO NESSY i NESSY OMEGA.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17 dot. Pakietu nr 9:

Działając na podstawie Ustawy o Zamówieniach Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami Wykonawca informuje, że wnosi zapytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 :

Pakiet nr 9- taśma podcewkowa

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976 µm ;porowatość max.: 2314 µm ;grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) która zapewnia optymalną wytrzymałość we wszystkich kierunkach oraz zapobiega deformacji i zwijaniu się taśmy ?

oraz 1 komplet igieł spiralnych (prawa+lewa) wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, implantacja przez otwory zasłonięte ?

Uzasadnienie

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18 dot. Pakietu nr 18:

Pakiet nr 18. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy trokar o długości kaniuli 96mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:


Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19 dot. Pakietu nr 9:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9?

Taśmę podcewkową - system do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. System jednorazowy, monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma: szerokość - 1,1cm, grubość - 0,34mm, gramatura - 45 g/m². Brzegi taśmy zgrzane laserowo.

W przypadku dopuszczenia i wyboru naszej oferty oferujemy na czas trwania umowy bezpłatne użyczenie 4 narzędzi wielorazowego użytku wykonanych ze stali chirurgicznej.



Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20 dot. Pakietu nr 9:

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 14 pozycje nr 1,2,3 do odrębnego pakietu?

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby jednego konkretnego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21 dot. Pakietu nr 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 13, tj.: poz. 6-11: uszczelek do trokarów, gumowej zatyczki, uszczelek typu pokrywka, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyyczny)?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ, w Rozdziale 4 „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 6 pkt 2) zmienia zapisy z:

- 2) wyroby muszą posiadać ważne i aktualne przez cały okres obowiązywania umowy:
 - a) Deklarację Zgodności - dla wszystkich klas wyrobów medycznych
 - b) Certyfikat CE wraz z oznakowaniem „CE” na opakowaniu oraz numerem jednostki notyfikowanej – dla wyrobów medycznych od klasy I sterylnej wzwyż

który otrzymuje nowe brzmienie:

- 2) wyroby muszą posiadać ważne i aktualne przez cały okres obowiązywania umowy:
 - b) Deklarację Zgodności - dla wszystkich klas wyrobów medycznych (nie dotyczy wyrobów niemedyycznych, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974));

- b) Certyfikat CE wraz z oznakowaniem „CE” na opakowaniu oraz numerem jednostki notyfikowanej – dla wyrobów medycznych od klasy I sterylnej wzwyż (**nie dotyczy wyrobów niemedyceńskich, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974);**

Pytanie nr 22 dot. Pakietu nr 13:

(Dotyczy okresu ważności 12 m-cy.) Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy, a także sukcesywny charakter dostaw częściowych (w zależności od bieżącego zapotrzebowania), czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na dostawę wyrobów w pakiecie nr 13 z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ następującym zakresie:
w Rozdziale 4 „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 6 pkt 3) SWZ zmienia zapisy z:

- 3) okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia do Zamawiającego;

który otrzymuje nowe brzmienie:

- 3) okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia do Zamawiającego a w przypadku Pakietu nr 13- Laparoscopia nie krótszy niż 9 miesięcy od momentu ich dostarczenia do Zamawiającego;

Pytanie nr 23 dot. Wzoru umowy:

Prosimy o odstępnie od wymogu podania terminu ważności w przypadku oferowania wyrobów wielorazowych, niesterylnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24 dot. Wzoru umowy:

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 13 nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 13 do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ, we Wzorze umowy – Załącznik nr 4 do SWZ, § 5 ust. 2 zmienia zapisy z:

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wymieniony w Załączniku nr 1 do umowy według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie do **3 dni** roboczych od momentu złożenia zamówienia pod nr faksu lub pod adresem e-mail

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wymieniony w Załączniku nr 1 do umowy według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie do **3 dni** roboczych od momentu złożenia zamówienia pod nr faksu lub pod adresem e-mail **W przypadku Pakietu nr 13 – Laparoscopia, w terminie do 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.**

Pytanie nr 25 dot. Wzoru umowy:

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 13 nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, prosimy o odstąpienie od dodatkowych dostaw w trybie „pilnym” dla tego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26 dot. Wzoru umowy:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wydłużenie dla pakietu nr 13 terminu dodatkowych dostaw w trybie „pilnym” do max. 5 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następujący sposób: we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ w § 5 ust. 6 zmienia zapis z:

6. Przewiduje się w nagłych wypadkach realizację dodatkowych dostaw w trybie pilnym w terminie do **max. 2 dni** od momentu zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej dokonanej przez Zamawiającego i potwierdzenia tego terminu przez Wykonawcę.

który otrzymuje nowe brzmienie:

6. Przewiduje się w nagłych wypadkach realizację dodatkowych dostaw w trybie pilnym w terminie do **max. 2 dni** od momentu zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej dokonanej przez Zamawiającego i potwierdzenia tego terminu przez Wykonawcę. **W przypadku Pakietu nr 13 – Laparoscopia w terminie do max. 5 dni od momentu zgłoszenia**

Pytanie nr 27 dot. Wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany w zapisach załącznika nr 4 do SWZ §7 ust. 4 pkt 1) „braków ilościowych w ciągu 5 dni roboczych”?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następujący sposób: we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ w § 7 ust. 4 pkt 1) zmienia zapis z:

4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który uwzględni reklamację dotyczącą:
 - 1) braków ilościowych w ciągu **2 dni roboczych**,
 - 2) wad jakościowych w ciągu **7 dni roboczych** od dnia jej otrzymania pod nr telefonu lub pod nr faksuTermin rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę liczony będzie od dnia przesłania przez Zamawiającego pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

który otrzymuje nowe brzmienie:

4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który uwzględni reklamację dotyczącą:
 - 1) braków ilościowych w ciągu **2 dni roboczych**, **w przypadku Pakietu nr 13 – Laparoscopia w ciągu 5 dni roboczych**
 - 2) wad jakościowych w ciągu **7 dni roboczych** od dnia jej otrzymania pod nr telefonu lub pod nr faksuTermin rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę liczony będzie od dnia przesłania przez Zamawiającego pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

Pytanie nr 28 dot. Wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary, o której mowa we wzorze umowy §9 ust. 1. pkt. 4) do 0,2%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29 dot. Wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary, o której mowa we wzorze umowy §9 ust. 1. pkt. 5) do 0,5%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30 dot. Wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary, o której mowa we wzorze umowy §9 ust. 1. pkt. 6) do 1,5%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31 dot. Wzoru umowy

(Dot. wzoru umowy §3 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie FV do każdego złożonego zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32 dot. Wzoru umowy:

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostaw z 3 do 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 33 dot. Wzoru umowy:

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

1) braków ilościowych w ciągu **2 dni roboczych**,

2) wad jakościowych w ciągu **7 dni roboczych** od dnia jej otrzymania pod nr telefonu lub pod nr faksu

Termin rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę liczony będzie od dnia przesłania przez Zamawiającego pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 34 dot. Wzoru umowy:

Dotyczy warunków umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 45 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 35 dot. § 9 ust. 1.2) Wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 36 dot. § 9 ust. 1.5) Wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,5%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37 dot. Pakietu nr 3:

Poz.1-2. Czy Zamawiający oczekuje, aby sonda była dostarczana z mandrynem metalowym lub poliestrowym do wyboru podczas składania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ, w Formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 1 do SWZ, Pakiet nr 3 – Sondy moczowodowe, „Nazwa towaru” zmienia zapisy z:

Lp	Nazwa towaru
1	Sonda moczowodowa typu Nelaton, jednorazowego użytku, skalowana co 1 cm, w zestawie z mandrynem oraz łącznikiem
2	Sonda moczowodowa typu Tieman, jednorazowego użytku, skalowana co 1 cm, w zestawie z mandrynem oraz łącznikiem

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Nazwa towaru
1	Sonda moczowodowa typu Nelaton, jednorazowego użytku, skalowana co 1 cm, w zestawie z mandrynem metalowym oraz łącznikiem
2	Sonda moczowodowa typu Tieman, jednorazowego użytku, skalowana co 1 cm, w zestawie z mandrynem metalowym oraz łącznikiem

Pytanie nr 38 dot. Pakietu nr 7:

Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego zestawu do nefrostomii o składzie: kateter pigtail 12Fr i 14 Fr o dł. 29 cm, prowadnik typu J typu Seldinger z powłoką PTFE, igła 2częściowa 18G x 20 cm, zestaw rozszerzań dopasowany do rozmiaru cewnika, silikonowa szpulka mocująca będąca alternatywą kołnierza i opaski zaciskowej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 39 dot. Pakietu nr 7:

Poz.2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego zestawu do cystostomii o składzie: cewnik 10Fr, 12 Fr i 14Fr, cewnik wykonany z 100% silikonu z balonem integralnym z otwartym zakończeniem, igła rozrywalna, silikonowa szpulka mocująca będąca odpowiednikiem kołnierza mocującego i opaski, samoprzylepny plaster mocujący oraz zatyczka do cewnika.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 40 dot. Pakietu nr 7:

Poz.3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły o średnicy 22G, długość 200 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 41 dot. Pakietu nr 7:

Poz.4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego zestawu do nefrostomii jednostopniowej w rozmiarze 8 Ch oraz 10 Ch, dostarczanego z silikonową szpulką mocującą będącą alternatywą dla dysku mocującego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- SWZ po zmianach z dnia 14.06.2024r.
- Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 14.06.2024r.
- Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy po zmianach z dnia 14.06.2024r.

Pozostała treść SWZ oraz załączników do SWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem