

Kraków, 23.02.2024

Dział Zamówień Publicznych
tel. 12/614-25-34
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.15.251.2024

dotyczy: **DZ.271.15.2024 – „Modernizacja angiografu Artis Zeego oraz dostawy oprogramowania medycznego i wyposażenia: ochronnego RTG i dezynfekcyjnego oraz ssaków bateryjnych do karetek.”**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

PAKIET I – Elementy ochrony radiologicznej typu I

Pytanie 1.

Pakiet nr I poz. 1. Fartuchy ochronne typu garsonka typu I - 1 sztuk, pkt 6

Pakiet nr I poz. 2. Fartuchy ochronne typu garsonka typu II - 22 sztuki, pkt 6

Czy Zamawiający dopuści garsonki wykonane z lekkiej, dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, zapewniającej deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV]?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Pakiet nr I poz. 1. Fartuchy ochronne typu garsonka typu I - 1 sztuk

Pakiet nr I poz. 2. Fartuchy ochronne typu garsonka typu II - 22 sztuki

Czy Zamawiający wymaga aby kamizelka była wyposażona w wewnętrzny elastyczny pas odciążający?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 3.

Pakiet nr I poz. 1. Fartuchy ochronne typu garsonka typu I - 1 sztuk, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści garsonki zapinane z przodu na zakładkę na rzep?

Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4.

Pakiet nr I poz. 1. Fartuchy ochronne typu garsonka typu I - 1 sztuk, pkt 9

Pakiet nr I poz. 2. Fartuchy ochronne typu garsonka typu II - 22 sztuki, pkt 10

Czy Zamawiający dopuści osłony bez zróżnicowania rozmiarów na damski i męski?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5.

Pakiet nr I poz. 3. Osłony na tarczycę - 50 sztuk, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści osłony wykonane z lekkiej, dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, zapewniającej deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV]?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6.

Pakiet nr I poz. 6. Fartuch stomatologiczny z osłoną na tarczycę - 2 sztuki, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z lekkiej, dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, zapewniającej deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] ?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7.

Pakiet nr I poz. 7. Półfartuchy dziecięce - 1 zestaw, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści półfartuchy przeznaczone do ochrony układu rozrodczego wykonane z lekkiej, dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, zapewniającej deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV]?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8.

Pakiet nr I poz. 4. Okulary ochronne RTG - 10 sztuk, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści okulary o wadze 72 g?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9.

Elementy ochrony radiologicznej typu II

1. Fartuchy ochronne typu garsonka typu I - 1 sztuka, poz. 6;
2. Fartuchy ochronne typu garsonka typu II -22 sztuki, poz. 6;
3. Osłony na tarczycę - 50 sztuk, poz.5;
6. Fartuch stomatologiczny z osłona na tarczycę - 2 sztuki, poz. 5;
7. Półfartuchy dziecięce - 1 zestaw, poz. 5.

Prosimy o dopuszczenie osłon wykonanych z lekkiej, mieszanki bezołowiowej, lateksu ani PCV, zapewniającej deklarowany poziom ochrony (w (mm) Pb) przy napięciu 60-110 (kV). Termin „metale ciężkie” jest nieprecyzyjny i można zaliczyć do niego min. bizmut który jest podstawowym składnikiem wszystkich dostępnych na rynku mieszanek ochronnych bezołowiowych.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10.

Elementy ochrony radiologicznej typu II

4. Okulary ochronne RTG - 10 sztuk, poz. 4.

Prosimy o dopuszczenie produktu wyprodukowanego w 2023.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11.

Elementy ochrony radiologicznej typu II

1. Fartuchy ochronne typu garsonka typu 1 sztuka, poz. 9;
2. Fartuchy ochronne typu garsonka typu -22 sztuki, poz. 10.

Prosimy o dopuszczenie zróżnicowanych rozmiarów uniwersalnych fartuchów bez podziału na damskie i męskie.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

PAKIET II – Elementy ochrony radiologicznej typu II

Pytanie 12.

Dotyczy pakietu 2.

Czy Zamawiający wymaga aby okulary ochronne RTG były wyposażone w taśmę zaciskową, zabezpieczającą przed ewentualnym zsunięciem?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 13.

Dotyczy pakietu 2.

Czy Zamawiający wymaga aby okulary miały regulację wysokościową i odległościową za pomocą śrub między okularami użytkownika a nałożonymi na nie okularami ochronnymi RTG?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 14.

Pakiet nr II poz. 1 Okulary ochronne RTG do nałożenia na okulary korekcyjne - 5 sztuk, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści okulary o wadze 110,1 g?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15.

Pakiet nr II poz. 1 Okulary ochronne RTG do nałożenia na okulary korekcyjne - 5 sztuk, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści okulary radiacyjne wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, zapewniające ochronę na całej powierzchni oka, pasujące do oprawek okularów korekcyjnych, bez regulowanych zauszników.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16.

Elementy ochrony radiologicznej typu II

1. Okulary ochronne RTG do nałożenia na okulary korekcyjne 5 sztuk, poz. 5.

Prosimy o odstąpienie od wymogu okularów wyposażonych w regulowane zauszniki.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17.

Elementy ochrony radiologicznej typu II

1. Okulary ochronne RTG do nałożenia na okulary korekcyjne 5 sztuk, poz. 4,

7. Półfartuchy dziecięce - 1 zestaw, poz. 4.

Prosimy o dopuszczenie produktu wyprodukowanego w 2023.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza.

PAKIET III – Lampa bakteriobójcza, przepływowa, dwufunkcyjna – 10 sztuk

Pytanie 18.

Czy Zamawiający dopuści lampę UV-C bakteriobójczą o wymiarach: 1125mm x 355mm x 130mm.

Wymiary naszego urządzenia różnią się nieznacznie oraz nie wpływają na skuteczność działania lamp bakteriobójczych i wirusobójczych.

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza. Punkt 8 w pakiecie nr III załącznika nr 3 do SWZ przyjmuje postać:

8	wymiary kopuły, max: 1150 mm x 360 mm x 130 mm	TAK, podać		–
---	--	------------	--	---

PAKIET V – Ssak medyczny zasilany bateryjnie – 4 sztuki

Pytanie 19.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak medyczny wyposażony w akumulator kwasowy spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza. Punkt 10 w pakiecie nr V załącznika nr 3 do SWZ przyjmuje postać:

10	praca przy w pełni naładowanej baterii Li-ion lub kwasowej, min. 45 minut	TAK, podać		–
----	---	------------	--	---

PAKIET VI – Modernizacja angiografu Siemens Artis Zeego zainstalowanego na Bloku Operacyjnym Oddziału Chirurgii Naczyń

Pytanie 20.

Dot. opisu wymaganych parametrów technicznych, pakiet VI, pkt 16

Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego zapisu. Zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotem przeglądu jest cały system, a nie jego część/modernizacja. Producent nie przewiduje przeglądów częściowych.

Odp.: TAK, Zamawiający przychylając się do informacji zawartych w pytaniu, usuwa zapisy w załączniku nr 3 do SWZ w pakiecie VI w punkcie 16. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego aparatu (systemu) Artis Zeego (nr ser. 160837) termin najbliższego (półrocznego) przeglądu upływa z dniem 16.05.2024. Zapisy punktu 16 w pakiecie nr VI załącznika nr 3 do SWZ przyjmują postać:

16	<p>w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu</p>	TAK, podać częstotliwość przeglądów
----	--	-------------------------------------

Pytanie 21.

Dot. opisu wymaganych parametrów technicznych, pakiet VI, pkt 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że czas reakcji dotyczy dni roboczych, czyli dni pn - pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. Punkt 17 w pakiecie nr VI załącznika nr 3 do SWZ przyjmuje postać:

17	gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 24 [h] w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) od zgłoszenia konieczności naprawy	TAK, podać		-
----	--	------------	--	---

PAKIET VII – Rozbudowa systemu Siemens Syngo.via, użytkowanego na Oddziałach i w Pracowniach Szpitala

Pytanie 22.

Dot. opisu wymaganych parametrów technicznych, pakiet VII, pkt 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że czas reakcji dotyczy dni roboczych, czyli dni pn - pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. Punkt 11 w pakiecie nr VII załącznika nr 3 do SWZ przyjmuje postać:

11	gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 [h] w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) od zgłoszenia konieczności naprawy	TAK, podać		-
----	--	------------	--	---

Pytanie 23.

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą? Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

INNE PYTANIA

Pytanie 24.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o 2 dni z 26 na 28.02.2024?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 29.02.2024, godzina składania ofert bez zmian.

Pytanie 25.

Dot. załącznika 2a - umowy (wzór) dot. pakietów VI-VII par. 4 ust. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie stawki kary umownej do 0,1% tj. stawki powszechnie przyjętej w umowach zawieranych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych. Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I Aca 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich unieważnienia.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy wzoru umowy (załącznika 2a) w §4 ust. 1 pozostają bez zmian.

Pytanie 26.

Dot. załącznika 2a - umowy (wzór) dot. pakietów VI-VII par. 4 ust. 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu:

„Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentem”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy wzoru umowy (załącznika 2a) w §4 ust. 5 pozostają bez zmian.

Pytanie 27.

Dot. załącznika 2a - umowy (wzór) dot. pakietów VI-VII par. 4 ust. 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie (celem doprecyzowania, że wymiana całego sprzętu nie jest jedynym sposobem usunięcia wad czy usterek - zgodnie z kc) poniższego zapisu:

„W razie dostarczenia wadliwego towaru, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany na wolny od wad lub usunięcia wad w inny sposób niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych licząc od daty złożenia zastrzeżenia. W razie niezrealizowania przez wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 ust. 1, w ramach którego dostarczono wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki”.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy wzoru umowy (załącznika 2a) w §4 ust. 6 pozostają bez zmian.

Pytanie 28.

Dot. załącznika 2b - wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych par. 2 ust. 14.

Czy Zamawiający dopuści listę w formie linku do strony internetowej z wyszczególnionymi subprocesorami?

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29.

Dot. zdalnej diagnostyki

W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania¹ przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download). Przyjęta przez Producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga

zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwi zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

¹ - dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności.

Odp.: TAK, Zamawiający potwierdza możliwość łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania, przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download).

Nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 29.02.2024 godzina: 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.02.2024 godzina: 10:30

W załączeniu zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia.

Zatwierdził:

lek. Grzegorz Fitas – Dyrektor Szpitala