



Znak: AE/ZP-27-20/23

Tarnów, 2023-03-31

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy: wyrobów medycznych do endoskopii, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów oraz stentów do dróg żółciowych i przełyku.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji 1 wyspecyfikował PEG „z podwójnym mocowaniem-nasadka na skórę zabezpieczona dodatkowym zaciskiem”. Czy zamawiający w ww pozycji ma na myśli PEG z zewnętrzną płytką mocującą wykonaną z silikonu, która umożliwia jego trwałe umocowanie -kierując położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod kątem 90 stopni co zmniejsza ryzyko jego przypadkowego wyrwania?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy zamawiający w pakiecie 4 pozycji 1 dopuści zestaw PEG o średnicy 14 Fr (4,7 mm) i 18 Fr (6 mm), wykonany z poliuretanu , pozostałe parametry jak w SIWZ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający uzna w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** za spełniony wymóg dla oferowanego PEG „z podwójnym mocowaniem-nasadka na skórę zabezpieczona dodatkowym zaciskiem”, jeżeli oferowany PEG będzie z „zewnętrzną płytką mocującą wykonaną z silikonu, która umożliwia jego trwałe umocowanie -kierując położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod kątem 90 stopni co zmniejsza ryzyko jego przypadkowego wyrwania”

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** zestawów PEG o średnicy 14 Fr (4,7 mm) i 18 Fr (6 mm), wykonanych z poliuretanu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

