



Znak: AE/ZP-27-58/20

Tarnów, 2020-08-27

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, lat naczyniowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy zamawiający dopuści filtr do żywienia z powierzchnią filtrowania około 2,1 cm<sup>2</sup>, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.: 5, 6.** Czy zamawiający wydzieli pozycje nr 5 i 6 i utworzy z nich osobne zadanie?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wadze 9 g, skuteczności nawilżania 24 mg przy vt 500 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h<sub>20</sub>, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3.** Czy zamawiający dopuści filtr antybakteryjny o wadze 22 g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4.** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h<sub>20</sub>, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** filtra do żywienia opisanego w pytaniu i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

**Ad. 2** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakiecie Nr 1 poz. 5-6** i utworzenie z nich osobnego zadania.

**Ad. 3** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** wymiennika ciepła i wilgoci opisanego w pytaniu i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.



**Ad. 4** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** filtra opisanego w pytaniu i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ .

**Ad. 5** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** filtra opisanego w pytaniu i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

**Ad. 6** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 3** filtra opisanego w pytaniu i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ .

**Ad. 7** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** filtra opisanego w pytaniu i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

**Ad. 8** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** filtra opisanego w pytaniu i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

**Ad. 9** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 5** filtra opisanego w pytaniu i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.

*TK*

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosek*