



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 01.07.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 19/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 32

**1. Zadanie 114 poz. 5**

Czy zamawiający dopuści : Elektroda czynna jednorazowa sterylna - nożowa, nie powlekana, z przełącznikiem cięcia/koagulacja, przewód dł. 5 m, wtyk trójbolcowy, uchwyt jednorazowego użytku z elektrodą nożową do diatermii chirurgicznej Valleylab, sterylny, pakowany pojedynczo, elektroda nożowa bez pokrycia warstwy silikonu, który, uchwyt ze sterowaniem ręcznym, dwoma przyciskami, kablem 5 m, silikon umieszczony wewnątrz przycisku (cięcie- koagulacja) zapobiegający uaktywnieniu się elektrody w płynach, system antyrotacyjny zabezpieczający przed obracaniem się końcówki. uchwyt umieszczony w sterylnym, sztywnym opakowaniu zapobiegającym zniszczeniu lub zgnieceniu

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

KOMENDANT

  
ptk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82