

## Pytania i odpowiedzi

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Zakup i dostawa aparatury medycznej w ramach UMOWA nr DOI/SK/85112/6220/305/1081  
na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Centralnego Szpitala Klinicznego  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251”.*

*Numer sprawy: ZP/112/2023*

1. Dotyczy pakietu nr 4, pozycja 7 i 8: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zapisy w punkcie 7 i 8 dla wybranych produktów? Nie każdy producent udostępnia w swoich dokumentach ogólnodostępnych informacje potwierdzające te wymogi. W niektórych przypadkach takie dane zawarte są w dokumentach serwisowych lub produkcyjnych, do których dostępu nie mają firmy Dystrybuujące dane urządzenie medyczne. Pragniemy zaznaczyć, że oferowany przez Nas sprzęt spełnia wszelkie normy i posiada dokumenty potwierdzające, że jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.
2. Dotyczy pakietu nr 4, pozycja 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia oferowanego zestawu (stawka vat 23%) tj. np.: drobne elementy o nikomej wartości stanowiące akcesoria do dezynfekcji, akcesoria do wózka i oprogramowanie IT i odstąpi dla tych elementów od wymogu dołączenia dokumentów dopuszczających do obrotu?  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.
3. Dotyczy pakietu nr 4, pozycja III (Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu), podpunkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby czas podjęcia naprawy przez serwis był liczony w dniach roboczych?  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.
4. Dotyczy pakietu nr 4, pozycja III (Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu), podpunkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie dostępności części zamiennych przez 8 lat od daty dostawy i instalacji systemu?  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.
5. Dotyczy pakietu nr 4, pozycja III (Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu), podpunkt 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu punktu 7 na zapis następującej treści: „Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy gwarancyjne tego samego modułu)”?  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu punktu 7 na zapis następującej treści: „Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy gwarancyjne tego samego modułu) z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.
6. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ), paragraf 4, ustęp 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, o którym mowa w ustępie 8 do 3 dni roboczych?  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.
7. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ), paragraf 4, ustęp 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, o którym mowa w ustępie 9 do 5 dni roboczych?  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.
8. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ), paragraf 8, ustęp 4, podpunkt 4.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu podpunktu 4.5 na zapis następującej treści: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 (trzech) napraw gwarancyjnych sprzętu, nie wynikających z winy użytkownika. W takim wypadku Wykonawca w

przypadku kolejnej awarii sprzętu, nie wynikającej z winy użytkownika wymieni wadliwy sprzęt na nowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia w/w awarii na własny koszt?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

9. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ), paragraf 8, ustęp 4, podpunkt 4.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy sprzętu do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

10. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ), paragraf 9, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie mogła przekroczyć 20% wartości netto umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Załącznik nr 1 do SWZ**

#### **Pakiet 3 -Aparat USG 1 szt.**

Pyt. 1 pkt 15

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat klasy premium renomowanego producenta z ekranem dotykowym 14cali bez przycisków funkcyjnych oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien?

Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość diagnostyczną.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. 2 pkt 59

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat klasy premium renomowanego producenta z regulacją uchylności pola Dopplera Kolorowego w zakresie +/-20stopni?

Prosimy też o zmianę punktacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ bez zmiany punktacji.

### **Załącznik nr 1 Zestaw 4 kardiomonitorów z centralą – 4 kpl.**

1. Czy dla 4 zestawów kardiomonitorów z centralą Zamawiający posiada sieć LAN, którą udostępni do wykonania instalacji i komunikacji kardiomonitorów z centralą (każdy kardiomonitor wymaga 1 pkt sieciowego LAN i 1 punktu LAN dla każdej centrali)?

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada sieć LAN, którą udostępni do wykonania instalacji i komunikacji kardiomonitorów z centralą.

2. Czy dla każdej z 4 central Zamawiający posiada miejsce w szafie rackowej do umieszczenia switcha niezbędnego do wykonania instalacji i czy to miejsce Zamawiający udostępni (miejsce wymagane min. 2U)?

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada i udostępni miejsca w szafie rackowej

3. prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji oddziałów, dla których są przeznaczone kardiomonitor z centralami (nazwa oddziału i piętro).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej lokalizacji, wszystkie oddziały są przystosowane do instalacji kardiomonitorów z centralami.

4. Mając na uwadze możliwość zaoferowania Zamawiającemu rozwiązania o dodatkowych zaletach, jakie niewątpliwie posiada rozwiązanie oparte o wspólny serwer, Zwracamy się z prośbą o udzielenie dwóch odpowiedzi na poniższe pytania:

4a) Czy Zamawiający udostępni zasoby serwerowe do instalacji środowiska wirtualnego, którego zadaniem będzie spięcie central w jeden system (minimalne wymagane zasoby: CPU 8 rdzeni, prędkość procesora 3Ghz, RAM 32GB, dysk, 1TB - licencje Windows i SQL po stronie Dostawcy)?

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępni zasoby serwerowe do instalacji środowiska wirtualnego.

4b) W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie środowiska wirtualnego zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający posiada infrastrukturę sieciową, która umożliwia połączenie sieciowe każdego oddziału dla którego przeznaczone są kardiomonitor z centralami z miejscem, w którym znajduje się serwer?

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada infrastrukturę sieciową, która umożliwia połączenie sieciowe każdego oddziału dla którego przeznaczone są kardiomonitor z centralami z miejscem.

**PYTANIA DOTYCZA PAKIETU NR 2** załącznik nr 1

Ad 3 Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność części zamiennych do 8 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Ad 8. Ochrona przed wilgocią lub równoważna

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy urządzenie z klasyfikacją ochrony przed wilgocią IPX0? W przypadku oczekiwania dostawy ultrasonografu stacjonarnego, pracującego z reguły w warunkach, w których nie występuje narażenie na zachlapanie lub nadmierne zawilgocenie, oczekiwanie klasyfikacji ochrony przed wilgocią na poziomie IP22, czyli ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę, wydaje się bezzasadne i uniemożliwi Wykonawcy złożenie ważnej oferty na aparat jednego z czołowych producentów ultrasonografów na świecie

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Ad 21. Kąt obrazowania - min. 170°x200°

Czy zostanie dopuszczony do przetargu wysokiej klasy klinicznej aparat USG, z głowicą endokawitarną 3/4D o kącie obrazowania - 1870 x 1200 ? Jest to bardzo duża wartość i z powodzeniem spełnia standardy badań genetycznych w położnictwie oraz ginekologii

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

§4 ust 9

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu 2 dni określonego w § 4 ust.9 - na termin ustalony przez Wykonawcę z Zamawiającym, nie dłuższy jednak niż termin realizacji zamówienia wynikający z § 2 wzoru umowy.

W warunkach rynkowych żaden wykonawca nie jest w stanie dostarczyć fabrycznie nowego urządzenia, o parametrach wskazanych przez Zamawiającego, w tak krótkim czasie zaledwie 3 dni, na co wskazuje choćby termin wynikający z ww. § 2 - ustalony przez strony finalnie w tygodniach. W związku z powyższym - w ocenie Wykonawcy termin ewentualnej wymiany urządzenia na nowe powinien uwzględniać realia rynkowe (produkcję na rynku zagranicznym), specyfikę przedmiotu zamówienia (wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny) oraz przede wszystkim być realny do wykonania dla dłużnika.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

§8 ust 4

Gwarancja

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 2 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

§8 ust 4 pkt 4.5

Gwarancja

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu 24 godzin określonego w § 4 ust.9 - na termin ustalony przez Wykonawcę z Zamawiającym, nie dłuższy jednak niż termin realizacji zamówienia wynikający z § 2 wzoru umowy.

W warunkach rynkowych żaden wykonawca nie jest w stanie dostarczyć fabrycznie nowego urządzenia, o parametrach wskazanych przez Zamawiającego, w tak krótkim czasie zaledwie

24 godzin, na co wskazuje choćby termin wynikający z ww. § 2 - ustalony przez strony finalnie w tygodniach. W związku z powyższym - w ocenie Wykonawcy termin ewentualnej wymiany urządzenia na nowe powinien uwzględniać realia rynkowe (produkcję na rynku zagranicznym), specyfikę przedmiotu zamówienia (wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny) oraz przede wszystkim być realny do wykonania dla dłużnika.

**Odpowiedź:** „Termin 24 godzin - dot. §8 pkt.4 ppkt 4.5 „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 (trzech) napraw sprzętu, nie wynikających z winy użytkownika. W takim wypadku Wykonawca w przypadku kolejnej awarii sprzętu, nie wynikającej z winy użytkownika wymieni wadliwy sprzęt na nowy w ciągu 24 godzin (dni robocze) od dnia stwierdzenia w/w awarii na własny koszt.”

**Natomiast §4 ust. 9** dot. „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad w ciągu 2 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji, dotyczącej uszkodzenia sprzętu, wad jakościowych, braków ilościowych oraz w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego”.

**Zamawiający dodaje do §2 zapis:**

**Termin realizacji umowy**

*Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do dnia 11 grudnia 2023 r.*

*od dnia podpisania umowy, tj. od dnia .....do dnia .....*

**Uruchomienie urządzenia nastąpi do - 29.04.2024r.**

§9 ust 1 pkt 1.2 i pkt 1.5

Kary umowne

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

1. W związku dostawą aparatów USG i kardiomonitorów prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanych urządzeń do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji.

2. Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadany systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga konfiguracji dostarczonego urządzenia z posiadany systemem.

3. W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia, w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatów USG i kardiomonitorów z systemem RIS/PACS, były objęte gwarancją na okres jak w SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga aby całość przedmiotu zamówienia, w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatów USG i kardiomonitorów z systemem RIS/PACS, były objęte gwarancją na okres jak w SWZ